

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 No LA-012NBU999-I45-2013
 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
 PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS
 PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016"

EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16:00 HORAS, DEL DÍA 07 DE ENERO DEL 2014, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE QUIEN CONDUCE EL PRESENTE ACTO; LA DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO, DIRECTORA MÉDICA; EL DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ DIRECTOR DE OPERACIONES EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA; LIC. HÉCTOR JUAN CAMPO RAMOS, COORDINADOR DE ADQUISICIONES, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL NUMERAL III.13 DE LA CONVOCATORIA. -----

EN ESTE ACTO EL PRESIDENTE, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.-----


EL PRESIDENTE DEL ACTO FUE ASISTIDO POR EL DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ EN SU CALIDAD ÁREA TÉCNICA Y LA DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO, DIRECTORA MÉDICA, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y EL PRESIDENTE SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO; DANDO INICIO AL ACTO SEÑALADO QUE SE RECIBIÓ EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL III.13 DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:-----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	13
2	HOSPI-MEDICAL, S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	5

ASÍ MISMO SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO LOS ESCRITOS DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y SUS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES ARRIBA CITADOS. -----

ACTO SEGUIDO EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO REALIZO LA SIGUIENTE ACLARACION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN:-----

ACLARACIÓN NO.1. -----



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 No LA-012NBU999-I45-2013
 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
 PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS
 PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016"

GLOSARIO, DICE:

ÁREA TÉCNICA:	LA DIRECCIÓN MÉDICA Y EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS , QUIENES ELABORARÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INCLUYEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALUARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA Y SERÁN RESPONSABLES DE RESPONDER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS QUE SOBRE ESTOS ASPECTOS REALICEN LOS LICITANTES.
----------------------	--

DEBE DECIR:

ÁREA TÉCNICA:	LA DIRECCIÓN MÉDICA Y LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES , QUIENES ELABORARÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INCLUYEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALUARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA Y SERÁN RESPONSABLES DE RESPONDER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS QUE SOBRE ESTOS ASPECTOS REALICEN LOS LICITANTES.
----------------------	--

REALIZADAS LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS, INDICANDO A LOS ASISTENTES QUE UNA VEZ QUE SE TERMINE DE DAR LECTURA A LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. -----

HOSPI-MEDICAL, S.A. DE C.V.-----

A.-) DE CARACTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO-----

PREGUNTA 1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, LA-012NBU999-145-2013 Ó LA-012NBU999-I45-2013.-----

RESPUESTA: EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN ES LA-012NBU999-I45-2013-----

B.-) DE CARACTER TÉCNICO-MEDICO-----

PREGUNTA 1. EN LA PARTIDA 21 SOLICITAN CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 9 %, 0.09 G/10 ML., CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CORROBORE QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER "CAJA".-----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE SE REQUIERE CAJA CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. -----

PREGUNTA 2. EN LA PARTIDA 54 SOLICITAN GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 % CADA 100 ML. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA 50 G., AGUA INYECTABLE 100 ML. PRESENTACIÓN: ENVASE CON 250 ML. DE FÁCIL MEDICIÓN CON SOBRE ENVOLTURA GRADO MÉDICO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA COTIZAR EL PRODUCTO EN ENVASE.-----








ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
No LA-012NBU999-I45-2013
PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016"

RESPUESTA: SE PRECISA QUE PARA LA PARTIDA 54 SE REQUIERE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 % CADA 100 ML. CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA 50 G., AGUA INYECTABLE 100 ML. PRESENTACIÓN: ENVASE CON 250 ML. DE FÁCIL MEDICIÓN.

PREGUNTA 3. EN LA PARTIDA 89 SOLICITAN SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA ESTÉRIL, EN FRASCO. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE DE QUE CAPACIDAD ES LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERE: 100 ML., 250 ML., Ó 500 ML.

RESPUESTA: SE ACLARA QUE SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE 250 ML.

PREGUNTA 4. EN LA PARTIDA 95 SOLICITAN EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER "PIEZA".

RESPUESTA: SE ACLARA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER PIEZA.

FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.

A.-) DE CARACTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO

PREGUNTA 1. NUMERAL XII. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCISO I), SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARES SI CON COPIA COMPLETA DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE O EN SU CASO REGISTRO SANITARIO PRORROGADO, SE REFIERE A COPIA SIMPLE DE ANVERSO Y REVERSO DE DICHO DOCUMENTO.

RESPUESTA: ES CORRECTO SE REQUIERE COPIA SIMPLE DE ANVERSO Y REVERSO DE DICHO DOCUMENTO.

PREGUNTA 2. NUMERAL XII. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCISO N), SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME EL NÚMERO DE CANALES QUE TENDRÁN QUE SER INSTALADOS COMO BASE (DE INICIO) EN CASO DE RESULTAR ASIGNADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, AUN Y CUANDO LOS MISMOS PODRÁN INCREMENTARSE DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE.

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA SE REITERA AL LICITANTE QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN DE CONSIDERAR PARA PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA QUE DE ASÍ REQUERIRLO LA CONVOCANTE, DEBERÁN DE PROPORCIONAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LOS EQUIPOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERAN DERIVADO DE EL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONVOCANTE.

B.-) DE CARACTER TÉCNICO-MEDICO

PREGUNTA 1. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDAS 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28 Y 30.,SOLICITAMOS

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
No LA-012NBU999-145-2013
PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016"

RESPECTUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PUEDA SER OFERTADA COMO ENVASE. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA, Y SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LA CONVOCANTE DA CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II INCISO B) SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

PREGUNTA 2. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDAS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 70, 72 Y 73., SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD QUE SEA ELIMINADO EL TÉRMINO CON SOBREENVOLTURA GRADO MÉDICO-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA, RESPECTO A LA PARTIDA 54 SE ACEPTA EN VIRTUD DE QUE NO SE COMERCIALIZA CON SOBRE ENVOLTURA GRADO MÉDICO-----

PREGUNTA 3. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDAS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 70, 72 Y 73., SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTROS PRODUCTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **PRESENTACIÓN ENVASE DE PLÁSTICO.** ENVASE DE PLÁSTICO DEBERÁ FORMAR PARTE DE UN SISTEMA CERRADO, ENVASE DE POLIETILENO PURO, GRADO MÉDICO FLEXIBLE Y COLAPSABLE QUE PERMITA UN VACIAMIENTO UNIFORME Y COMPLETO, SISTEMA DE SELLADO, QUE GARANTICE LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO, CON SEÑALAMIENTO DE ENTRADA UNO PARA BAYONETA Y OTRO PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO, CON ASA DE PLÁSTICO PARA COLGAR EL ENVASE, ESCALA DE MEDICIÓN PARA LECTURA EN DOS SENTIDOS VERTICALES.-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 4. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 90, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **LÍNEA DE INFUSIÓN OPACA PARA DROGAS FOTOSENSIBLES CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE:** BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 300 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 28 ML.-----

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
No LA-012NBU999-I45-2013
PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016"

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA 5. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 91, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOLSA ESTÉRIL DE 1500 ML DISEÑADA PARA BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL. CON CERRADO HERMÉTICO, GRADUADA CADA 100 ML. INCLUYE CONECTOR CÓNICO Y LUER LOCK.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA 6. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 91, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR PARA ESTA PARTIDA EL SIGUIENTE EQUIPO EN COMODATO: BOMBA EXCLUSIVA PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON MECANISMO DE BOMBEO PERISTÁLTICO LINEAL DE TRES DEDOS, CUENTA CON SISTEMA DE FIJACIÓN UNIVERSAL TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL QUE PERMITE FIJAR LA BOMBA EN POSTES I.V., SILLAS DE RUEDAS O CAMA DE HOSPITAL. SELECCIÓN DE FLUJO 1-600 ML/HR (EN INCREMENTOS DE 1 Ó 5 ML/H), CON RANGO DE VOLUMEN A INFUNDIR DE 1 A 5,000 ML. PESO 480 G. DIMENSIONES 128 X 114 X 43 MM.

RESPUESTA: EL HOSPITAL CUENTA YA CON EQUIPO DE INFUSIÓN, POR LO QUE POR EL MOMENTO NO REQUIERE DE DICHS EQUIPOS, SIN EMBARGO **DEBERAN DE CONSIDERAR PARA PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA, QUE DE ASÍ REQUERIRLO LA CONVOCANTE, DEBERÁN DE PROPORCIONAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LOS EQUIPOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERAN DERIVADO DE EL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONVOCANTE.**

PREGUNTA 7. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 92, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **LÍNEA DE INFUSIÓN, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y SITIO DE INYECCIÓN PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" SIN LÁTEX; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 270 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 26 ML.**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA 8. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 93, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **LÍNEA DE TRANSFUSIÓN, CON FILTRO DE 200 M PARA**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
No LA-012NBU999-I45-2013
PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016"

USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE; FILTRO DE 200 MICRAS; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE ACCIDENTAL QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 270 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 27 ML -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 9. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 94, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **LÍNEA DE INFUSIÓN CON BURETA GRADUADA DE 150 ML, PORTAL DE INYECCIÓN Y FILTRO DE 15 M PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA** LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CLAMP; BURETA GRADUADA 150 ML CON SALIDA DE AIRE, PORTAL DE INYECCIÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 270 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 26 ML-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 10. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 95, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **LÍNEA DE INFUSIÓN, CON FILTRO DE 15 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA** LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE; TUBO DE PVC; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 270 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 26 ML-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 11. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 96, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR AL HRAEIZT LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y CALIDAD NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **LÍNEA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA SUMINISTRO DE SOLUCIONES INCOMPATIBLES CON PVC O DEHP PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA** LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL Y APIRÓGENO CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE; TUBO LIBRE DE PCV Y EDPH; SITIO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LATEX, REGULADOR DE FLUJO DE

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 No LA-012NBU999-I45-2013
 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
 PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS
 PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016"

RODILLO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO LONGITUD APROXIMADA: ~ 255 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML-----





RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA CASETA DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. -----

LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 16:00 HRS., DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL III.14 DE LA CONVOCATORIA. -----

ESTA ACTA, CONSTA DE SIETE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 17:00 HRS. FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO	DIRECTORA MÉDICA	
DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ	DIRECTOR DE OPERACIONES	
LIC. HÉCTOR JUAN CAMPO RAMOS	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
HOSPI-MEDICAL, S.A. DE C.V.	JAIME MARCÉ ESTEBANES	