

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-I44-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 16:00 HORAS, DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2014, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE QUIEN CONDUCE EL PRESENTE ACTO; LA DRA. ALMA ROSAS SANCHEZ CONEJO, DIRECTORA MÉDICA Y EL DR IVAN MANUEL DE LA SERNA ORTIZ COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUIRENTE; EL DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ DIRECTOR DE OPERACIONES EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA; LIC. ADRIAN SALAZAR SEPÚLVEDA EN REPRESENTACION DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS; LIC. HÉCTOR JUAN CAMPO RAMOS, COORDINADOR DE ADQUISICIONES, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL NUMERAL III.13 DE LA CONVOCATORIA. -----

EN ESTE ACTO EL PRESIDENTE, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS. -----

EL PRESIDENTE DEL ACTO FUE ASISTIDO POR EL DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ EN SU CALIDAD ÁREA TÉCNICA Y LA DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO, DIRECTORA MÉDICA EN SU CALIDAD DE AREA REQUIRENTE, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y EL PRESIDENTE SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO; DANDO INICIO AL ACTO SEÑALADO QUE SE RECIBIÓ EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL III.13 DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, DEL SIGUIENTE LICITANTE: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL.	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	50
2	TERUMO MEDICAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	52
3	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	5
4	PRODUMED, S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	8
5	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	7

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-I44-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
6	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	PRESENCIAL	17
7	BOSTON SCIENTIFIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMRANET	99

EL PRESIDENTE INFORMO A LOS ASISTENTES QUE DERIVADO DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y TODA VEZ QUE SE CONTINUA DANDO RESPUESTA A ÉSTAS, SE SUSPENDE EL ACTO, MISMO QUE SE REANUDARÁ A LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO. -----

SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO SE REANUDA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES. -----

ACTO SEGUIDO EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRECIDE EL ACTO REALIZO LAS SIGUIENTES ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN: -----

**ACLARACIÓN NO.1.** -----

SE PRECISA QUE EL NÚMERO CORRECTO DE LA LICITACIÓN ES LA-012NBU999-I44-2013.-----

**ACLARACIÓN NO.2.** -----

GLOSARIO, DICE:

<b>ÁREA TÉCNICA:</b>	LA DIRECCIÓN MÉDICA Y EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS, QUIENES ELABORARÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INCLUYEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALUARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA Y SERÁN RESPONSABLES DE RESPONDER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS QUE SOBRE ESTOS ASPECTOS REALICEN LOS LICITANTES.
----------------------	--

DEBE DECIR:

<b>ÁREA TÉCNICA:</b>	LA DIRECCIÓN MÉDICA Y LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, QUIENES ELABORARÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INCLUYEN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALUARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA Y SERÁN RESPONSABLES DE RESPONDER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LAS PREGUNTAS QUE SOBRE ESTOS ASPECTOS REALICEN LOS LICITANTES.
----------------------	--

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten mark on the left margin]*

*[Handwritten marks and signatures at the bottom]*

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-144-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

ACLARACIÓN NO. 3.

POR TRATARSE DE MATERIAL QUE CORRESPONDE A OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE LLEVA A CABO LA CONVOCANTE, SE ELIMINAN LAS PARTIDAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:

100	HRAEI-MA0234	060.125.1879	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA.	PIEZA
118	HRAEI-MA0254	060.168.6603	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 14 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	ENVASE
119	HRAEI-MA0255	060.168.6629	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 16 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	ENVASE
120	HRAEI-MA0256	060.168.6645	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM CALIBRE: 18 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	ENVASE

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*

*Handwritten mark on the left margin.*

*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*

### ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-144-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

121	HRAEI-MA0257	060.168.6660	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM CALIBRE: 20 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	ENVASE
122	HRAEI-MA0258	060.168.6686	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 23-27 MM CALIBRE: 22 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	ENVASE
123	HRAEI-MA0259	060.166.0103	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17-24 MM CALIBRE: 24 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	ENVASE
165	HRAEI-MA0319	060.532.0175	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA. EQUIPO.	EQUIPO
166	HRAEI-MA0320	060.532.0167	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES. NORMOGOTERO. EQUIPO.	EQUIPO
167	HRAEI-MA0321	060.532.0084	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES. MICROGOTERO. EQUIPO.	EQUIPO
1412	HRAEI-MA4466	25400092	CÁNULAS CON ESTRÍAS PARA TROCAR SIN NAVAJA, 5MM DIÁMETRO, 100MM LARGO. PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.	PIEZA

  
 06/3  
  
  






### ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-I44-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

1413	HRAEI-MA4467	25400092	CÁNULAS CON ESTRÍAS PARA TROCAR SIN NAVAJA, 12MM DIÁMETRO, 100MM LARGO. PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.	PIEZA
1414	HRAEI-MA4468	F.C.B.	AGUJA DE VERESS DE 120 MM DE LARGO.	PIEZA
1415	HRAEI-MA4474	25400077	BOLSA ENDOSCOPICA PARA ESPECÍMENES.	ENVASE
1416	HRAEI-MA4475	25400092	CÁNULA DE INYECCIÓN LUER-LOCK PARA 1 O MÁS INCISIONES DE 1.2MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 36CM COMPATIBLE CON EL MANGO DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN SOLICITADO. ( CANULA PARA LA INYECCION DE 5 MM. 36 CM. LONGITUD DIAMETRO DE 1.2 MM. , PARA EQUIPO STORZ MODELO 26175P)	PIEZA
1417	HRAEI-MA4480	25400593	SONDA TIPO FOLEY DE 22 FR, CON GLOBO DE 30 CON 3 VÍAS.	PIEZA
1418	HRAEI-MA4489	25400100	CATÉTER DE NEFROSTOMIA COLA DE COCHINO DE 10 FR , COMPATIBLE PARA EQUIPO STORZ.	PIEZA
1419	HRAEI-MA4490	25400100	CATÉTER DOBLE 2 "J" DE 6 FR POR 26 CM( CATÉTER URETERAL DOBLE J DE POLIURETANO DE 6 FR. X 24 CM. DE LONGITUD CATÉTER SOLO DURACION DE 2 MESES, COMPATIBLE PARA EQUIPO STORZ.	PIEZA
1420	HRAEI-MA4495	27200024	ROPA DESECHABLE. (1 POR CIRUGÍA) ( PAQUETE DE ROPA ESTERIL PARA ARTROSCOPIA)	PAQUETE

POR LO QUE NO DEBERÁN DE SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. -----

**ACLARACIÓN NO.4**-----

SE PRECISA QUE EL FORMATO 19, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, NO ES NECESARIO QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES LO PRESENTEN EN SU PROPUESTA TÉCNICA YA QUE NO CORRESPONDE A ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, POR LO QUE NO SERÁ CONSIDERADO PARA EVALUACIÓN. -----

**ACLARACIÓN NO.5**-----

SE PRECISA QUE PARA LOS PRODUCTOS DE FABRICADOS EN EL EXTRANJERO, DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, COPIA SIMPLE DE LA FACTURA Y DEL PEDIMENTO DE INFORMACIÓN Y CARTA BAJO DE PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE QUE LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES SE HA REALIZADO AL AMPARO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA. -----

*(Handwritten signatures and initials on the right margin)*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

REALIZADAS LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS, INDICANDO A LOS ASISTENTES QUE UNA VEZ QUE SE TERMINE DE DAR LECTURA A LAS RESPUESTAS DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN, SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. -----

ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. -----

### A.-) DE CARACTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO-----

**PREGUNTA 1.** RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION SOLO CON AQUELLAS PARTIDAS EN LAS QUE MI REPRESENTADA ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO, DADO QUE OBTENER EL APOYO DE LOS FABRICANTES O DISTRIBUIDORES PARA CUMPLIR CON EL TOTAL DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS CONLLEVA DE UN TRABAJO ARDUO Y MUCHO MAS TIEMPO QUE CON EL QUE LAMENTABLEMENTE CONTAMOS, ADEMAS DE QUE ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA Y NOS DEJA SIN POSIBILIDADES DE DISTRIBUIR NUESTRO PRODUCTO Y A ESE INSTITUTO DE CONTAR CON MAS FUENTES DE ABASTO. FAVOR DE CONSIDERAR LO EXPUESTO.-----

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA, SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE EL 100% DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN LA PARTIDA ÚNICA DEL ANEXO 1 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERL II. 2 DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II INCISO B) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

**PREGUNTA 2.** RESPECTO AL PUNTO XII INCISO G) CARTA DE APOYO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PRESENTAR COPIA DE LA CARTA APOSTILLADA DE REPRESENTACION VIGENTE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. ¿SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LOS SOLICITADO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA CARTA APOSTILLADA SEA DEL FABRICANTE Y OTORGADA AL LICITANTE PARTICPANTE. -----

### B.-) DE CARACTER TÉCNICO-MEDICO -----

**PREGUNTA 1.** PDA. 136 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE CATETER PARA NEUMOTORAX DE 8.5FR.¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'Cal', 'th3', and 'G'.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'X', 'X', 'Z', 'J', and 'SS'.*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 2.** PDA. 462 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA AGUJA PARA PUNCION DE VASOS DE 5CM. DE LONGITUD Y 18G. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 3.** PDA. 477 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS INTRODUCADORES DE 30CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 4.** PDA. 507 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL SISTEMA DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS CON LOS DIAMETROS Y LONGITUDES QUE SE REQUIERAN, APEGANDONOS A LA ANATOMIA DE CADA PACIENTE. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 5.** PDA. 508 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL SISTEMA DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS CON LOS DIAMETROS Y LONGITUDES QUE SE REQUIERAN, APEGANDONOS A LA ANATOMIA DE CADA PACIENTE. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 6.** PDA. 509 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EL SISTEMA DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS CON LOS DIAMETROS Y LONGITUDES QUE SE REQUIERAN, APEGANDONOS A LA ANATOMIA DE CADA PACIENTE. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 7.** PDA. 518 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANULA PARA DILATACION DE PAPILA DE VATER CON CALIBRE DE 5.5FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'CD', '24P', 'H', 'G', and 'R']*

*[Handwritten signature in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 8.** PDA. 520 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANULA PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIAS BILIARES DE 6.8FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 9.** PDA. 542 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DEL CONDUCTO PANCREATICO DE 7FR, CON PUNTA CONICA DE 5FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 10.** PDA. 543 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANULA PARA CANULACION POR VIA RETROGRADA DE 5.5FR, CON PUNTA CONICA DE 4.5FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 11.** PDA. 550 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA CANULACION POR VIA RETROGRADA DE 5.5FR. CON CALIBRE EN LA PUNTA DE 4.5FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 12.** PDA. 557 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 13.** PDA. 558 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 14.** PDA. 559 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 15.** PDA.560 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 16.** PDA.561 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 17.** PDA. 562 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 18.** PDA. 563 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 19.** PDA. 564 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DILATACION DE PILORO DE 195CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 20.** PDA. 590 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE DRENAJE NASOBILIAR CALIBRE 7FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'dhr', 'G', and others.]*

*[Handwritten signatures in blue ink.]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 21.** PDA. 591 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE DRENAJE NASOBILIAR CALIBRE 7FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 22.** PDA. 599 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO DE PRECORTE, CALIBRE DEL CATETER 7FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 23.** PDA. 603 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR GUIA PARA VIAS BILIARES TIPO METRO. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 24.** PDA. 773 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA AGUJA DE BIOPSIA DE 9.65CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 25.** PDA. 774 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA AGUJA PARA BIOPSIA DE 15CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 26.** PDA. 789 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO DE 7 MM. DE DIAMETRO. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 27.** PDA. 795 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO DE 9 MM. DE DIAMETRO. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 28.** PDA. 814 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO PORCINO Y DE 20 X 20 CM. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 29.** PDA. 815 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR MALLA DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO PORCINO Y DE 20 X 20 CM. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 30.** PDA. 948 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO DE 145CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 31.** PDA. 951 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL Y VENOSO DE 5FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 32.** PDA. 1212 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO DE 145CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 33.** PDA. 1214 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 190CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----



dyz





## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 34.** PDA. 1215 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 190CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 35.** PDA. 1218 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 190CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 36.** PDA. 1219 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 190CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 37.** PDA. 1220 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 190CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 38.** PDA. 1250 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO DE 13 CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**REGUNTA 39.** PDA. 1251 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO DE 13 CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 40.** PDA. 1252 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO DE 13 CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN







## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 41** PDA. 1253 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR INTRODUTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO DE 13 CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 42.** PDA. 1307 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR SONDA DE GASTROSTOMIA CALIBRE 24 FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 43.** PDA. 1359 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANULA PARA DRENAJE TORACICO DE 28 O 32FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 44.** PDA. 1383 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA DE ESCLEROTERAPIA CON DIAMETRO INTERNO DEL CATETER DE 4FR. Y DIAMETRO EXTERNO DE 7FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 45.** PDA. 1384 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA DE ESCLEROTERAPIA CON DIAMETRO INTERNO DEL CATETER DE 4FR. Y DIAMETRO EXTERNO DE 7FR. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 46.** PDA. 1385 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANASTILLA DE DORMIA CON UNA LONGITUD EN EL CATETER DE 220 CM. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and various initials.]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 47.** PDA. 1386 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANASTILLA DE DORMIA CON UNA LONGITUD EN EL CATETER DE 220 CM. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 48.** PDA. 1387 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CANASTILLA DE DORMIA CON UNA LONGITUD EN EL CATETER DE 220 CM ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 49.** PDA. 1389 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PROTESIS DE 20 MM. DE DIAMETRO, Y 78 CM. DE LONGITUD. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 50.** PDA. 1396 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA PRIOTESIS BILIARES CON CABLE GUIA DE 0.035" Y LONGITUD DE 480 CM. ¿ACEPTAN NUESTRA PETICION?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**-----

**B.-) DE CARACTER TÉCNICO-MEDICO**-----

**PREGUNTA 1.** EN LA PARTIDA 443 HRAEI-MA0658 CATÉTER PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA, DE ULTRABAJO PERFIL, 3.5 FR, SISTEMA SOBRE GUÍA 0.010", GLOBO DE 20 MM DE LONGITUD Y DIÁMETRO 2.0 MM. PIEZA.-----

**PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON SISTEMA SOBRE LA GUÍA 0.014", SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

*(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)*

*(Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page)*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 2.** EN LA PARTIDA 448 HRAEI-MA0664 PIDEN CATÉTER PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA, CON GLOBO SOBRE LA GUÍA, DE ALTA PRESIÓN, 3 MM DE DIÁMETRO, 20 MM DE LONGITUD DEL BALÓN Y 100 CM DE LONGITUD DEL CATÉTER. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON LA LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 3.** EN LA PARTIDA 449 HRAEI-MA0665 PIDEN CATÉTER PARA ANGIOPLASTÍA CORONARIA, CON GLOBO SOBRE LA GUÍA DE ALTA PRESIÓN, 3.5 MM DE DIÁMETRO, 20 MM DE LONGITUD DEL BALÓN Y 100 CM DE LONGITUD DEL CATÉTER. PREGUNTA: SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON LA LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 4.** EN LA PARTIDA 450 HRAEI-MA0668 PIDEN CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RÁPIDO. CALIBRE 2.7 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE MATERIAL NYLON 12. RADIOPACO. DIÁMETRO DEL GLOBO: 3.0MM LONGITUD DEL GLOBO:20MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 5.** EN LA PARTIDA 451 HRAEI-MA0669 PIDEN CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RÁPIDO. CALIBRE 2.7 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE MATERIAL NYLON 12. RADIOPACO. DIÁMETRO DEL GLOBO:3.5MM LONGITUD DEL GLOBO:20MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 6.** EN LA PARTIDA 452 HRAEI-MA0671 PIDEN CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RÁPIDO. CALIBRE 2.7 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM, CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE MATERIAL NYLON 12. RADIOPACO. DIÁMETRO DEL GLOBO:4.0MM LONGITUD DEL GLOBO:20MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signature in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 7.** EN LA PARTIDA 453 HRAEI-MA0673 PIDEN CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA SOBRE LA GUÍA. CALIBRE 2.7 FR, DISTAL, LONGITUD 135 CM CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE MATERIAL NYLON 12. DIÁMETRO DEL GLOBO:2.0MM LONGITUD DEL GLOBO:40MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.4 FR, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 8.** EN LA PARTIDA 453 HRAEI-MA0675 CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA SOBRE LA GUÍA. CALIBRE 2.7 FR, DISTAL, LONGITUD 135 CM CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE MATERIAL NYLON 12. DIÁMETRO DEL GLOBO:3.0 LONGITUD DEL GLOBO:40MM. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 9.** EN LA PARTIDA 455 HRAEI-MA0677 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACIÓN DE ARTERIA CORONARIA SOBRE LA GUÍA. CALIBRE 2.7 FR, DISTAL, LONGITUD 135 CM CON GLOBO DE ALTA PRESIÓN, DE MATERIAL NYLON 12. DIÁMETRO DEL GLOBO:4.0MM LONGITUD DEL GLOBO:40MM. PREGUNTA: SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.6 FR, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 10.** EN LA PARTIDA 951 HRAEI-MA2304 SE PIDE EQUIPO INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL Y VENOSO CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y EXTENSIÓN LATERAL, DILATADOR Y GUÍA CORTA, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 4 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTA ESTE INSUMO CO UN RANGO DE LONGITUD DE 10 A 11.5CM, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 11.** EN LA PARTIDA 952 SE PIDE HRAEI-MA2306 EQUIPO INTRODUCOR DE CATÉTER ARTERIAL Y VENOSO CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y EXTENSIÓN LATERAL, DILATADOR Y GUÍA CORTA, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 6 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR ESTE CON UN RANGO DE LONGITUD DE 10 A 11.5CM, SE ACEPTA?-----



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-144-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 12.** EN LA PARTIDA 953 HRAEI-MA2307 SE PIDE EQUIPO INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL Y VENOSO CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y EXTENSIÓN LATERAL, DILATADOR Y GUÍA CORTA, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR ESTE INSUMO CON LONGITUD DE 10 A 11.5CM, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 13.** EN LA PARTIDA 954 HRAEI-MA2308 SE PIDE EQUIPO INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL Y VENOSO CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y EXTENSIÓN LATERAL, DILATADOR Y GUÍA CORTA, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 8 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR ESTE INSUMO CON LONGITUD DE 10 A 11.5CM, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 14.** EN LA PARTIDA 1199 HRAEI-MA3113 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 2.0 MM LONGITUD DEL GLOBO 30 MM. -----

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.4 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 15.** EN LA PARTIDA 1200 HRAEI-MA3115 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 2.5 MM LONGITUD DEL GLOBO 20 MM. -----

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 16.** EN LA PARTIDA 1201 HRAEI-MA3116 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 2.5 MM LONGITUD DEL GLOBO 30 MM. -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signature in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

PREGUNTA 17. EN LA PARTIDA 1202 HRAEI-MA3119 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 3.0 MM LONGITUD DEL GLOBO 20 MM.-----

PREGUNTA: SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

PREGUNTA 18. EN LA PARTIDA 1203 HRAEI-MA3120 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 3.0 MM LONGITUD DEL GLOBO 30 MM.-----

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.5 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

PREGUNTA 19. EN LA PARTIDA 1204 HRAEI-MA3123 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 3.5 MM LONGITUD DEL GLOBO 20 MM.-----

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.6 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

PREGUNTA 20. EN LA PARTIDA 1205 HRAEI-MA3126 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 4.0 MM LONGITUD DEL GLOBO 20 MM.-----

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.6 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CD', 'dhp', and several illegible signatures.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 21.** EN LA PARTIDA 1206 HRAEI-MA3127 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 4.0 MM LONGITUD DEL GLOBO 30 MM.-----

**PREGUNTA:** SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.6 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 22.** EN LA PARTIDA 1207 HRAEI-MA3129 SE PIDE CATÉTER PARA DILATACION DE ARTERIA CORONARIA, DE INTERCAMBIO RAPIDO. CALIBRE 2.6 FR DISTAL, LONGITUD DE 140 CM CON GLOBO DE ALTA PRESION, DE MATERIAL NYLON 12, RADIOPACO. DIAMETRO DEL GLOBO 3.5 MM LONGITUD DEL GLOBO 30 MM.-----

**PREGUNTA:** SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON 2.6 FR Y LONGITUD 145 MM, ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 23.** EN LA PARTIDA 1250 HRAEI-MA3409 SE PIDE INTRODUTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSOS POR TÉCNICA PERCUTÁNEA LONGITUD 11 A 11.4 DE 10 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTA ESTE INSUMO CON RANGO DE LONGITUD DE 10 A 11.5CM SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 24.** EN LA PARTIDA 1251 HRAEI-MA3412 SE PIDE INTRODUTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO, POR TECNICA PERCUTANEA. LONGITUD. 11 A 11.4 CM CALIBRE. 8 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTA ESTE INSUMO CON RANGO DE LONGITUD DE 10 A 11.5CM SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 25.** EN LA PARTIDA 1252 HRAEI-MA3413 SE PIDE INTRODUTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 11 A 11.4 CM CALIBRE. 7 FR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTA ESTE INSUMO CON RANGO DE LONGITUD DE 10 A 11.5CM SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 26.** EN LA PARTIDA 1253 HRAEI-MA3414 SE PIDE INTRODUCORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 11 A 11.4 CM CALIBRE. 6 FR  
**PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTA ESTE INSUMO CON RANGO DE LONGITUD DE 10 A 11.5CM SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 27.** EN LA PARTIDA 1378 HRAEI-MA4379 SE PIDE PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) CON RECUBRIMIENTO LIBERADOR DE EVEROLIMUS O PACLITAXEL ,ESTRUCTURA DE PLATINO - CROMO BALON DE ALTA PRESIÓN Y BAJO PERFIL. DAMETRO: 2.25 A 5.00 MM, LONGITUD 8 A 38 MM. **PREGUNTA:** SE SOLICITA AMALEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON RECUBRIMIENTO DE BIOLIMIS A9 Y EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDALE, LO CUAL CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN DEL SOLICITADO SIN AFECAR LA FUNCIONALIDAD DE ESTE INSUMO DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SOLO LA CUMPLE UN SOLO FABRICANTE, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 28.** EN LA PARTIDA 1380 HRAEI-MA4386 SE PIDE PRÓTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) CON RECUBRIMIENTO LIBERADOR DE EVEROLIMUS O PACLITAXEL ,ESTRUCTURA DE PLATINO - CROMO BALON DE ALTA PRESIÓN Y BAJO PERFIL. DAMETRO: 2.25 A 5.00 MM, LONGITUD 8 A 38 MM. **PREGUNTA:** SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON RECUBRIMIENTO DE BIOLIMIS A9 Y EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDALE, LO CUAL CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN DEL SOLICITADO SIN AFECAR LA FUNCIONALIDAD DE ESTE INSUMO DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SOLO A CMPLE UN SOLO FABRICANTE, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 29.** EN LA PARTIDA 503. HRAEI-MA1107 INJERTOS DE POLIÉSTER ESPECIAL PARA USO ESPECÍFICO, AXILO BIFEMORAL, RECTO CON RAMA. TIPO: OSCHSNER.8 MM 100 CM X 50 CM. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS PODER OFERTAR "INJERTOS DE POILESTWER KNITTED. PARA USO ESPECÍFICO, AXILOBIFEMORAL, RECTO CON RAMA TIPO: OSCHNER. 8 MM CM X 60 CM" SIN QUE

263  










## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO.-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 30.** PARTIDA 504. HRAEI-MA1127 INJERTOS DE POLITETRAFLUOROETILENO. RECTOS, TODOS ANILLADOS. 6 MM X 70 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR "INJERTO TRILAMINAR DE POLITETRAFLUORETILENO. USO ESPECÍFICO PARA HEMODIALISIS. 6 MM X 80 CM"-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 31.** EN LA PARTIDA 217. HRAEI-MA0381 JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. ENVASE CON 100. PIEZAS, EXCEPTO LAS DE 20 ML QUE ES DE 50. PREGUNTA: ¿EN ESTA PARTIDASOLICITO PODER COTIZAR CAJA CON 50 PZAS?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 32.** EN LA PARTIDA 227. HRAEI-MA0392 JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. CAJA CON 200 PIEZAS PREGUNTA: ¿EN ESTA PARTIDA SOLICITO PODER COTIZAR CAJA CON 50 PZAS?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**A.-) DE CARACTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO**-----

**PREGUNTA 1.** DICE: INCISO II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION: II.5 LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA DEL 100% DE LAS CLAVES (BIENES) QUE CONFORMAN EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO), EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSO MATERIALES AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA CONCLUSIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS. DICHAS MUESTRAS SERVIRÁN PARA COMPROBAR QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLAN CON LO SOLICITADO Y QUE SEAN LOS MISMOS QUE DEBERAN ENTREGAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.-----

PARA LAS MUESTRAS QUE TENGAN UN VALOR SUPERIOR A LOS \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ESTAS SERÁN DEVUELTAS UNA VEZ QUE HAYAN REALIZADO LA PRIMERA ENTREGA. CADA UNA DE LAS MUESTRAS DEBERÁ PRESENTARSE IDENTIFICADA CON UNA ETIQUETA ADHERIBLE QUE EVITE SU DESPRENDIMIENTO POR MANIPULACIÓN, INDICANDO NOMBRE DEL LICITANTE, NUMERO DE LICITACIÓN, LA PARTIDA DEL BIEN Y SU DESCRIPCIÓN SU CINTA.-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

LAS MUESTRAS ENTREGADAS SE VERIFICARÁN QUE CORRESPONDAN A LAS DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO)-----  
LAS MUESTRAS EN NINGÚN CASO FORMARÁN PARTE DE NINGUNA ENTREGA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. PREGUNTA: ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN SE PODRÁ PRESENTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA, RELACIONANDO LAS PARTIDAS QUE CUBRE CADA MUESTRA?-----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO, LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR UNA MUESTRA POR FAMILIA, RELACIONANDO LAS PARTIDAS QUE CUBRE CADA MUESTRA -----

**PREGUNTA 2.** DICE: EN EL NUMERO XII. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DOCUMENTO CON EL QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON LA UNIDAD DE TECNÓLOGÍA RECONOCIDA POR LA COFEPRIS, CONJUNTAMENTE CON EL MANUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN RESPECTIVOS, INDICADOS EN LA NOM-240-SSA1-2012. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNÓLOGÍA. ESTA UNIDAD DEBERÁ SER DEL LICITANTE, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS CON TERCEROS PARA DICHA ACTIVIDAD DE TECNÓLOGÍA. PREGUNTA: ¿LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN SON DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA, SE PUEDE SUSTENTAR CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE TIENE?-----

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN NUMERAL XII INCISO N) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. -----

INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.-----

A.-) DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO-----

**PREGUNTA 1. II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.** LA CONVOCANTE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016 Y ESTARÁN AGRUPADAS EN UNA SOLA PARTIDA, LA CUAL SE ADJUDICARÁ AL 100% DE ÉSTAS A UN SOLO LICITANTE. POR LO QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN DE OFERTAR EL 100% DE LAS CLAVES QUE LA INTEGRAN YA QUE DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.-----  
**DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 29 INCISO FRACCIÓN V, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DESAGRUPAR LA PARTIDA ÚNICA Y QUE CADA UNA DE LAS CLAVES SOLICITADAS SEA UNA PARTIDA INDEPENDIENTE PARA SU ADJUDICACIÓN SE ACEPTA?-----**

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA, SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE EL 100% DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN LA PARTIDA ÚNICA DEL ANEXO 1 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL II. 2 DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II INCISO B) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 2. II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.** LA CONVOCANTE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016 Y ESTARÁN AGRUPADAS EN UNA SOLA PARTIDA, LA CUAL SE ADJUDICARÁ AL 100% DE ÉSTAS A UN SOLO LICITANTE. POR LO QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN DE OFERTAR EL 100% DE LAS CLAVES QUE LA INTEGRAN YA QUE DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.----- LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON POR LO MENOS UN CONVENIO CON UNA FARMACIA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE UN PERIMETRO NO MAYOR A 50 KM DE LA CONVOCANTE, A EFECTO DE QUE PUEDAN SURTIR LOS MEDICAMENTOS DE FORMA URGENTE.----- DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 29 INCISO FRACCION V, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, LOS CUALES NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA ELIMINADO ESTE REQUISITO YA QUE EL 90% DE LAS CLAVES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON BIENES QUE SON CONSIDERADOS COMO MATERIAL DE CURACIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD POR SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE CADA UNO DE ELLOS AUNADO A QUE SON UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA, SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE EL 100% DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN LA PARTIDA ÚNICA DEL ANEXO 1 DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERL II. 2 DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II INCISO B) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

**PREGUNTA 3. II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.** LA CONVOCANTE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016 Y ESTARÁN AGRUPADAS EN UNA SOLA PARTIDA, LA CUAL SE ADJUDICARÁ AL 100% DE ÉSTAS A UN SOLO LICITANTE. POR LO QUE LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN DE OFERTAR EL 100% DE LAS CLAVES QUE LA INTEGRAN YA QUE DE NO HACERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.----- LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON POR LO MENOS UN CONVENIO CON UNA FARMACIA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE UN PERIMETRO NO MAYOR A 50 KM DE LA CONVOCANTE, A EFECTO DE QUE PUEDAN SURTIR LOS MEDICAMENTOS DE FORMA URGENTE.----- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE QUE BIENES DEL ANEXO 1 CORRESPONDE A MEDICAMENTOS. FAVOR DE RESPONDER. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA ELABORAR SUS PROPUESTAS QUE SE REQUIERE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁN REALIZAR AL MENOS UN CONVENIO CON UNA FARMACIA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE UN PERIMETRO NO MAYOR A 50 KM DE LA CONVOCANTE, A EFECTO DE QUE PUEDAN SURTIR EL MATERIAL DE CURACIÓN REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN DE FORMA URGENTE. -----

**PREGUNTA 4. MUESTRAS:** LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA DEL 100% DE LAS CLAVES (BIENES) QUE CONFORMAN EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO), EN

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSO MATERIALES AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA CONCLUSIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS. DICHAS MUESTRAS SERVIRÁN PARA COMPROBAR QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLAN CON LO SOLICITADO Y QUE SEAN LOS MISMOS QUE DEBERAN ENTREGAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. -----

PARA LAS MUESTRAS QUE TENGAN UN VALOR SUPERIOR A LOS \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ESTAS SERÁN DEVUELTAS UNA VEZ QUE HAYAN REALIZADO LA PRIMERA ENTREGA.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE, LAS MUESTRAS CON UN VALOR MENOR A LOS \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) EN QUE TIEMPO SERÁN DEVUELTAS. FAVOR DE ESPECIFICAR-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MUESTRAS DE LOS LICITANTES QUE NO RESULTEN ADJUDICADOS SERÁN ENTREGADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO LE SERÁN DEVUELTAS LAS MUESTRAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE HAYA REALIZADO LA PRIMER ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS, EN AMBOS CASOS DEBERÁN DE SOLICITARLO POR ESCRITO A LA CONVOCANTE. -----

**PREGUNTA 5 II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. INCISO II.2...**DEBERÁN CONTAR CON UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE SE PUEDA INTERFASAR CON EL SISTEMA DE LA CONVOCANTE O CONTAR CON UN LINK O PÁGINA DE INTERNET A EFECTO DE QUE POR MEDIO DEL SISTEMA SE PUEDAN REALIZAR LAS ORDENES DE SUMINISTRO RESPECTIVAS. -----  
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS AMPLIE MAS EL TIPO DE SISTEMA QUE SOLICITA PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA DEPENDENCIA Y LICITANTE ADJUDICADO. (ESPECIFICACIONES, CARACTERISITICAS, COMPATIBILIDAD, ETC.)-----

**RESPUESTA:** EL LICITANTE DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS, CANTIDADES, ESPECIFICACIONES, CADUCIDADES, Y DEBERA CONTAR CON TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR UN INVENTARIO REAL EL CUAL DEBERA PODERSE INTERFASAR CON EL SISTEMA DE LA CONVOCANTE. LAS CARÁCTERÍSTICAS DETALLADAS DEL SISTEMA DEL HOSPITAL, SE LE PROPORCIONARAN AL LICITANTE ADJUDICADO. -----

PRODUMED S.A. DE C.V. -----

**A) DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO**-----

**PREGUNTA 1. INCISO II.2. DEBEMOS ENTENDER QUE TODAS LAS CLAVES INTEGRADAS EN EL ANEXO 1 CORRESPONDEN A UNA SOLA PARTIDA O CADA CLAVE ES IGUAL A UNA PARTIDA. FAVOR DE ACLARAR?**-----

**RESPUESTA:** EL 100% DE LAS CLAVES ENUNCIADAS EN EL ANEXO 1 CORRESPONDEN A UNA SOLA PARTIDA. -----



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 2.** INCISO 11.2. SI EL ANEXO 1 ES UNA SOLA PARTIDA VEMOS QUE SE INTEGRAN MÚLTIPLES CLAVES QUE REQUIEREN Y MANEJAN SUMINISTROS MÉDICOS DE VARIAS ESPECIALIDADES LOS CUALES TIENEN ESPECIFICACIONES MUY PARTICULRES, POR LO CUAL SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QHE HABRÁ EL NÚMERO DE PARTIDAS POR ESPECIALIDAD LO QUE TENDRÁ COMO CONSECUENCIA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MIPYMES Y UNA MAYOR ASESORÍA EN CUANTO EL USO DEL MATERIAL. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 3.** INCISO 11.2. LOS CONVENIOS CON LA FARMACIA QUE SE MENCIONA SON SOLO PARA SURTIR MEDICAMENTOS, ESTO QUIERE DECIR QUE NO INCLUYEN IMPLANTES QUIRÚRGICOS COMO LOS DESCRITOS EN LA CLAVE 687, FAVOR DE ACLARAR?-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA ELABORAR SUS PROPUESTAS QUE SE REQUIERE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁN REALIZAR AL MENOS UN CONVENIO CON UNA FARMACIA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE UN PERIMETRO NO MAYOR A 50 KM DE LA CONVOCANTE, A EFECTO DE QUE PUEDAN SURTIR EL MATERIAL DE CURACIÓN REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN DE FORMA URGENTE. -----

**PREGUNTA 4.** INCISO II.5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LA ENTREGA DE MUESTRAS PARA EL DÍA INMEDIATO ANTERIOR A LA ENTREGA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA, LA ENTREGA DE MUESTRAS SERA UN DIA HABIL DESPUES DE LA CONCLUSION DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE 9:00 A 14:00 HRS. -----

### B) DE CARÁCTER TÉCNICO-MEDICO-----

**PREGUNTA 1.** ANEXO 1. DE LAS CLAVES 687 A LA 748 Y PARA SU ÓPTIMO MANEJO EN QUIRÓFANO REQUIEREN QUE DICHAS GRAPAS PARA ANEURISMA SEAN PRESENTACIÓN ESTÉRIL Y UNITARIA. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SI SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 2.** ANEXO 1. EL MATERIAL DE LAS CLAVES 687 A LA 748 REQUIEREN QUE SEA DE TITANIO. FAVOR DE CONFIRMAR?-----

**RESPUESTA:** SI SE REQUIERE DE TITANIO. -----

**PREGUNTA 3.** ANEXO 1. EL MATERIAL DE LAS CLAVES 687 A LAS 748 DEBERÁ PRESENTA ALGÚN COLOR DISTINTIVO PARA SABER SI SON DEFINITIVOS O PROVISIONALES Y SIN SON ESTÁNDAR O MINI CLIPS. FAVOR DE CONFIRMAR?-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** LOS LICITANTES PODRAN PRESENTAR ALGÚN COLOR DISTINTIVO PARA SABER SI SON DEFINITIVOS O PROVISIONALES Y SIN SON ESTÁNDAR O MINI CLIPS, SIN QUE ESTO SEA OBLIGATORIO.

**PREGUNTA 4.** CLAVE 1239. SOLICITAMOS PODER COTIZAR IMPLANTE INTER ESPINOSO DE TITANIO EN SU TOTALIDAD CON LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. SE ACEPTA?---

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA.

HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.

### A) DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO

**PREGUNTA 1.** SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONE EL N° CORRECTO DE LA LICITACIÓN YA QUE EN LAS BASES DICE: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL N° LA-012NBU999-144-2013 Y EN EL SISTEMA COMPRANET DICE: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL N° LA-012NBU999-144-2013.

**RESPUESTA:** YA FUE PRECISADA EN LA ACLARACIÓN No1.

**PREGUNTA 1.** EN EL PUNTO 11.2 TERCER PARRAFO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI DICHA FARMACIA SERA TAMBIEN PARA MATERIAL DE CURACIÓN.

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA ELABORAR SUS PROPUESTAS QUE SE REQUIERE QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁN REALIZAR AL MENOS UN CONVENIO CON UNA FARMACIA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE UN PERIMETRO NO MAYOR A 50 KM DE LA CONVOCANTE, A EFECTO DE QUE PUEDAN SURTIR EL MATERIAL DE CURACIÓN REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN DE FORMA URGENTE.

### B) DE CARÁCTER TÉCNICO-MÉDICO

**PREGUNTA 1.** PUNTO XII PROPUESTA TÉCNICA ECONOMICA INCISO ; VIÑETA 2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE COPIA DEL REGISTRO SANITARIO (ANVERSO Y REVERSO), DEBIDO A QUE ESTAN INTEGRADOS POR BASTANTES DOCUMENTOS.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

**PREGUNTA 2.** PARA EL FORMATO 14, POR SER EL APOYO COMERCIAL SUGERIMOS QUE SE PRESENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE.

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO-----

**PREGUNTA 3.** PARA LAS PARTIDAS 1046, 1047, Y 1049 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE SUSTITUIRLAS CON CANASTILLAS DE 3FR, DEBIDO A QUE LAS MEDIDAS QUE SE MENCIONAN SON OBSOLETAS.-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .-----

**PREGUNTA 4.** PARA LA PARTIDA 1419 ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTA DESCRIPCIÓN VIENEN DOS MEDIDAS DE CATETER, LO CUAL CONFORMARÍAN EL CATÉTER DOBLE QUE SOLICITAN EN UNA MISMA PARTIDA?-----

**RESPUESTA:** ESTA PARTIDA FUE ELIMINADA CONFORME LA ACLARACIÓN NÚMERO 3.-----

**PREGUNTA 5.** CONSIDERANDO LA CANTIDAD E IMPORTE DE LAS DE LAS MUESTRAS REQUERIDAS, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, QUE AL TERMINO DEL PROCESO LICITATORIO SEAN DEVUELTAS LA TOTALIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MUESTRAS DE LOS LICITANTES QUE NO RESULTEN ADJUDICADOS SERÁN ENTREGADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO LE SERÁN DEVUELTAS LAS MUESTRAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE HAYA REALIZADO LA PRIMER ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS, EN AMBOS CASO DEBERÁN DE SOLICITARLO POR ESCRITO A LA CONVOCANTE.-----

LEVBETH MEDICAL S.A. DE C.V.-----

**A) DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO-----**

**PREGUNTA 1.** ANEXO 8 N° 15 "LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR DENTRO DEL SOBRE CERRADO QUE CONTIENEN SUS PROPUESTAS PRESENCIALES LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS ARCHIVOS QUE CONTIENEN LA MISMA INFORMACIÓN QUE PRESENTARON EN FORMA DOCUMENTAL". SE REFIEREN SOLO A LA PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ELECTRONICA?-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE LA CONVOCATORIA NO TIENE ANEXO 8 SIN EMBARGO SE REFIERE A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL XII INCISO o), ASÍ MISMO SE INFORMA AL LICITANTE QUE EN ESTA LICITACIÓN NO SE RECIBIRAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS-----

**PREGUNTA 2.** ANEXO 8 N° 14 DOCUMENTO CON EL QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA RECONOCIDO POR LA COFEPRIS, CONJUNTAMENTE CON EL MANUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN RESPECTIVOS, INDICADOS EN LA NOM-240-SSA1-2012. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOVIGILANCIA. ESTA UNIDAD-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

DEBERÁ SER DEL LICITANTE, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS CON TERCEROS PARA DICHA ACTIVIDAD DE TECNOVIGILANCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO COMPROBANTE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COFEPRIS DELE SCRITO DONDE SE INDICA EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA PARA EVALUAR LOS INCIDENTES ADVERSOS. ¿SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE LA CONVOCATORIA NO TIENE ANEXO 8, SIN EMBARGO NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN NUMERAL XII INCISO n) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA -----

### B) DE CARÁCTER TÉCNICO-MEDICO

**PREGUNTA 1.** PARTIDA 217 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CAJA CON 50 PIEZAS, SE ACEPTA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 2.** PARTIDA 227 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CAJA CON 100 PIEZAS, SE ACEPTA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 3.** PARTIDA 443 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON SISTEMA SOBRE LA GUÍA 0.014", SE ACEPTA.-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 4.** PARTIDA 476 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR INTRODUCIDORES EN CALIBRES 5,6,7,8,9 Y 11FR, SE ACEPTA.-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 5.** PARTIDA 504 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR "INJERTO TRILAMINAR DE POLITETRAFLUORETILENO. USO ESPECIFICO PARA HEMODIALISIS. 6MM X 50 CM", SE ACEPTA.

**PREGUNTA 6.** PARTIDA 951 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CON UN RANGO E LONGITUD E 10 A 11.5 CM SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA.-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 7.** PARTIDA 952 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 8.** PARTIDA 953 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 9.** PARTIDA 954 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 10.** PARTIDA 1250 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA? PARTIDA 1251. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 CM SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 11.** PARTIDA 1251 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 12.** PARTIDA 1252 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 13.** PARTIDA 1253 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ESTE INSUMO CO UN RANGO E LONGITUD E DE 10 A 11.5 SIN QUE ESTO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL ESTE INSUMO, SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 14.** PARTIDA 1378. SE SOLICITA AMALEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTA ESTE INSUMO CON RECRIMIENTO DE BIOLIMIS A9 Y EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, LO CUAL CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN DEL SOLICITADO SIN AFECAR LA FUNCIONALIDAD DE ESTE INSUMO DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SOLO A CMPLE UN SOLO FABRICANTE, SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 15.** PARTIDA 1380. SE SOLICITA AMALEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTA ESTE INSUMO CON RECRIMIENTO DE BIOLIMIS A9 Y EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, LO CUAL CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN DEL SOLICITADO SIN AFECAR LA FUNCIONALIDAD DE ESTE INSUMO DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN SOLO A CMPLE UN SOLO FABRICANTE, SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**BOSTON SCIENTIFIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**-----

**A.-) DE CARACTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO**-----

**PREGUNTA 1. ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN.** SOLICITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR LAS MEDIDAS, CALIBRES Y CURVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA DE ACUERDO A SU ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA PARA LA ÓPTIMA ATENCIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES ¿SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**B.-) DE CARACTER TÉCNICO-MEDICO**-----

**PREGUNTA 1. ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 207.** SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UNA AGUJA CALIBRE 5.4 FR.-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . . . .

**PREGUNTA 2.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 287. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR TUBO DE ALIMENTACIÓN YEYUNAL PARA GEP DE 12 FR. (4,00 MM) PUNTA DOBLADA. . . . .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . . . .

**PREGUNTA 3.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 445. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GLOBO DE 30MM X 3 MM. . . . .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . . . .

**PREGUNTA 4.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 446. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GLOBO DE 30MM X 4 MM. . . . .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . . . .

**PREGUNTA 5.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 447. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GLOBO DE 30MM X 3 MM. . . . .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . . . .

**PREGUNTA 6.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 454. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GLOBO DE 30MM X 3 MM. . . . .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . . . .

**PREGUNTA 7.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 455. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER GLOBO DE 30MM X 4 MM. . . . .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . . . .

**PREGUNTA 8.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 517. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA DILATACIÓN DE PAPILA DE VÁTER TRANSPARENTE CALIBRE 5.5 FR. DISTAL Y CALIBRE DE 7- 5.5 FR. Y 210 CM DE LONGITUD. . . . .

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'AA', 'BB', 'CC', 'DD', 'EE', 'FF', 'GG', 'HH', 'II', 'JJ', 'KK', 'LL', 'MM', 'NN', 'OO', 'PP', 'QQ', 'RR', 'SS', 'TT', 'UU', 'VV', 'WW', 'XX', 'YY', 'ZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ', 'AAAA', 'BBBB', 'CCCC', 'DDDD', 'EEEE', 'FFFF', 'GGGG', 'HHHH', 'IIII', 'JJJJ', 'KKKK', 'LLLL', 'MMMM', 'NNNN', 'OOOO', 'PPPP', 'QQQQ', 'RRRR', 'SSSS', 'TTTT', 'UUUU', 'VVVV', 'WWWW', 'XXXX', 'YYYY', 'ZZZZ', 'AAAAA', 'BBBBB', 'CCCCC', 'DDDDD', 'EEEEE', 'FFFFFF', 'GGGGG', 'HHHHH', 'IIIII', 'JJJJJ', 'KKKKK', 'LLLLL', 'MMMMM', 'NNNNN', 'OOOOO', 'PPPPP', 'QQQQQ', 'RRRRR', 'SSSSS', 'TTTTT', 'UUUUU', 'VVVVV', 'WWWWW', 'XXXXX', 'YYYYY', 'ZZZZZ', 'AAAAA', 'BBBBB', 'CCCCC', 'DDDDD', 'EEEEE', 'FFFFFF', 'GGGGG', 'HHHHH', 'IIIII', 'JJJJJ', 'KKKKK', 'LLLLL', 'MMMMM', 'NNNNN', 'OOOOO', 'PPPPP', 'QQQQQ', 'RRRRR', 'SSSSS', 'TTTTT', 'UUUUU', 'VVVVV', 'WWWWW', 'XXXXX', 'YYYYY', 'ZZZZZ']*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 9.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 518. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA DILATACIÓN DE PAPILA DE VÁTER TRANSPARENTE CALIBRE 5 FR. Y 210 CM DE LONGITUD-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 10.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 520. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN DE DOBLE LUMEN, INFLADO 12-15MM, CALIBRE 7-6FR, LONGITUD 200CM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 11.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 521. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN DE DOBLE LUMEN, INFLADO 15-18MM, CALIBRE 7-6FR, LONGITUD 200CM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 12.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 522 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN DE DOBLE LUMEN, INFLADO 9-12MM, CALIBRE 7-6FR, LONGITUD 200CM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 13.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 523 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN DE DOBLE LUMEN, INFLADO 12-15MM, CALIBRE 7-6FR, LONGITUD 200CM -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 14.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 524. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN 9-12MM, CALIBRE 7-6FR, LONGITUD 200CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 15.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 525. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN, DE 12-15MM, CALIBRE 7-6FR, LONGITUD 200CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 16.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 526. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN DE TRIPLE LUMEN, DE 15-18MM, CALIBRE 7-6FR, LONGITUD 200CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 17.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 527. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DILATADOR DE VÍAS BILIARES, DE 4 CM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO DEL BALÓN:4MM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 18.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 528. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DILATADOR DE VÍAS BILIARES, DE 4 CM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO DEL BALÓN:6MM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 19.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 529. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DILATADOR DE VÍAS BILIARES, DE 3 CM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO DEL BALÓN:8MM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 20.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 530 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DILATADOR DE VÍAS BILIARES, DE 4 CM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO DEL BALÓN: 10MM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 21.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 543. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5.5FR, -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

CON PUNTA CÓNICA CALIBRE 2.6 FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . ----

**PREGUNTA 22.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 544. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5.5 FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PUNTA ESTÁNDAR DE 2.67 FR. ----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . ----

**PREGUNTA 23.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 545. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5.5FR, CON PUNTA CÓNICA CALIBRE 2.6 FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . ----

**PREGUNTA 24.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 546. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA ULTRA CÓNICA-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . ----

**PREGUNTA 25.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 547. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA CÓNICA-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . ----

**PREGUNTA 26.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 548. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA ULTRA CÓNICA-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . ----

**PREGUNTA 27.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 549. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA CÓNICA-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

**PREGUNTA 28.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 550. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA ESTÁNDAR. .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

**PREGUNTA 29.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 551. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA ESTÁNDAR. .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

**PREGUNTA 30.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 552. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

**PREGUNTA 31.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 553. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5.5 FR Y 210 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

**PREGUNTA 32.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 554. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD DE 210CM Y PUNTA ULTRA CÓNICA. .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

**PREGUNTA 33.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 555. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD DE 210CM. .

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

**PREGUNTA 34.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 556. SOLICITAMOS

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

SE NOS PERMITA OFERTAR LONGITUD DE 210CM, CALIBRE 5FR, PUNTA BALÓN. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 35.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 557. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR D.E. DE INFLADO DEL BALÓN DE 18FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 36.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 558. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR, D.E. DE INFLADO 24 FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 37.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 559 SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR, D.E. DE INFLADO 30 FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 38.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 560. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR, D.E. DE INFLADO DEL BALÓN 36FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 39.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 561. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR, D.E. DE INFLADO DEL BALÓN 42FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 40.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 562. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR, D.E. DE INFLADO DEL BALÓN 48FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 41.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 563. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR, D.E. DE INFLADO DEL BALÓN 54FR-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 42.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 564. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CALIBRE DE 7.5FR, D.E. DE INFLADO DEL BALÓN 60FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 43.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 575. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA CITOLOGÍA BILIAR INCLUYE: CAMISA PARA EL CEPILLO, CEPILLO CON DIÁMETRO DE 2.1MM. LONGITUD 200CM, CALIBRE 8FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 44.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 579. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA PRÓTESIS BILIARES QUE INCLUYE: CABLE GUÍA, CATÉTER Y PRÓTESIS DE 7, 10, 15CM TODAS DE 10FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 45.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 580. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA PRÓTESIS BILIARES QUE INCLUYE: CABLE GUÍA, CATÉTER Y PRÓTESIS DE 7, 10, 15CM TODAS DE 8.5FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 46.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 581. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA PRÓTESIS BILIARES QUE INCLUYE: CABLE GUÍA, CATÉTER Y PRÓTESIS DE 10, 15CM TODAS DE 10FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 47.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 586. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INTRODUCIDOR DE PRÓTESIS BILIARES EN UN SOLO PASO, INCLUYE CATÉTER GUÍA Y CATÉTER EMPUJADOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 8.5 FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 48.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 587. SOLICITAMOS

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INTRODUTOR DE PRÓTESIS BILIARES EN UN SOLO PASO, INCLUYE CATÉTER GUÍA Y CATÉTER EMPUJADOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 10FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 49.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 588. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INTRODUTOR DE PRÓTESIS BILIARES EN UN SOLO PASO, INCLUYE CATÉTER GUÍA Y CATÉTER EMPUJADOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 11.5FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 50.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 594. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE DOBLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 5.5 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE: 20 MM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 51.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 595. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE DOBLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 5.5 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE: 30 MM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 52.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 596. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE DOBLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 5.5 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE: 30 MM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 53.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 597. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE DOBLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 5.5 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE: 30 MM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 54.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 598. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 5.5FR CON PUNTA DISTAL DE 5 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE: 30 MM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 55.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 599. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE PRE CORTE, CALIBRE DEL CATÉTER 7-5 FR, CON PUNTA DISTAL DE 0.89MM Y 200 CM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 55.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 599. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE PRE CORTE, CALIBRE DEL CATÉTER 7-5 FR, CON PUNTA DISTAL DE 0.89MM Y 200 CM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 56.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 600. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GRAPAS HEMOSTÁTICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. CON 20 GRAPAS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 57.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 601. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GRAPAS HEMOSTÁTICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. CON 20 GRAPAS-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 58.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 602. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GRAPAS HEMOSTÁTICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. CON 20 GRAPAS-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 59.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 603. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 450 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 60.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 604. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 450 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 61.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 605. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GUÍAS DE INTERCAMBIO DE CUERPO RÍGIDO PARA PROCEDIMIENTOS BILIARES, 450 CM DE LONGITUD. CALIBRE: 0.018-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 62.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 606. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 450 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 63.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 607. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 450 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 64.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 608. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 450 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 65.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 617, 645, 646 Y 647. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PALABRA COTTON LEUNG, YA QUE ESTA PERTENECE A UNA CASA



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 66.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1004. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER, 12FR X 27.6 CM DE LONGITUD CON LAZO DE SEGURIDAD Y PUNTA INNOVADORA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 67.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1010. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DILATACIÓN 18FR X 10CM, CATÉTER 5.8FR X 75 CM DE LONGITUD SIN GUÍA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 68.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1019. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE OCLUSIÓN, DIÁMETRO INFLADO DE BALÓN 34FR/7FR/LONG 65 CM Ó BALÓN DE OCLUSIÓN, DIÁMETRO INFLADO DE BALÓN 34FR/7FR/LONG 100 CM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 69.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1021. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR BALÓN DE DILATACIÓN PARA NEFROSTOMIAS PERCUTÁNEAS CALIBRE 7 FR LONGITUD DE 55 GLOBO DE (12 CM X 10 MM). -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 70.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1046. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CANASTILLA 4 HILOS, 1.9 FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 71.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1047. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CANASTILLA 4 HILOS, 3 FR-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 72.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1048. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CANASTILLA 6 HILOS (3 HILOS DUALES) -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 73.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1049. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CANASTILLA 4 HILOS 3 FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 74.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1067. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DOBLE J. 5.8FR X 24 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 75.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1068. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DOBLE J. 4.8FR X 26 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 76.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1072. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR, LONGITUD DEL CATÉTER 75 CM, LONGITUD DEL BALÓN 4 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 77.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1073. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR, LONGITUD DEL CATÉTER 75 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 78.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1074 Y 1075. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR, LONGITUD DEL CATÉTER 75 CM. ---

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 79.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1076. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR, LONGITUD DEL CATÉTER 75 CM, LONGITUD DEL

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

BALÓN 4 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 80.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1077. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR, LONGITUD DEL CATÉTER 75 CM, LONGITUD DEL BALÓN 8 CM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 81.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1078. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR, LONGITUD DEL CATÉTER 75 CM, DIÁMETRO DEL BALÓN 10MM. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 82.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1079. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR., LONGITUD DEL BALÓN 6 CM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 83.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1080. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 5.8 FR, DIÁMETRO DEL BALÓN 15 FR, LONGITUD DEL BALÓN 6 CM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 84.** ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACIÓN. PART. 1160. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER PIGTAIL CON LONG DE 110 CM-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 85.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1338. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PALABRA MODELO NM-200L-0423, YA QUE ESTA PERTENECE A UNA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. -----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-144-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 86.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1339. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PALABRA MODELO NM-201L-0423, YA QUE ESTA PERTENECE A UNA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 87.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1340. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PALABRA MODELO NM-200U-0423, YA QUE ESTA PERTENECE A UNA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 88.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1341. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE ELIMINE LA PALABRA MODELO NM-200U-0523, YA QUE ESTA PERTENECE A UNA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 89.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1385. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR CANASTILLA DE MULTIFILAMENTO PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS EN LA VÍA BILIAR, DIMENSIÓN DE LA CANASTILLA 3 CM. MATERIAL PARA CIRUGÍA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 90.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1386. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR CANASTILLA DE MULTIFILAMENTO PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS EN LA VÍA BILIAR, DIMENSIÓN DE LA CANASTILLA 2.5 CM. MATERIAL PARA CIRUGÍA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 91.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1387. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR CANASTILLA DE MULTIFILAMENTO PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS EN LA VÍA BILIAR, DIMENSIÓN DE LA CANASTILLA 2CM. MATERIAL PARA CIRUGÍA MEDIANTE ENDOSCOPIOS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signature in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
No LA-012NBU999-I44-2013  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
2014, 2015 Y 2016.

**PREGUNTA 92.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1388. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR, CATÉTER PARA DILATACIÓN, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALÓN DE 8 CM. DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATÉTER. 6FR. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 93.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1418. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR, CATÉTER 10FR X 27.5 CM DE LONGITUD CON LAZO DE SEGURIDAD Y PUNTA INNOVADORA. -----

**RESPUESTA:** ESTA PARTIDA FUE ELIMINADA CONFORME LA ACLARACIÓN NÚMERO 3. . -----

**PREGUNTA 94.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTI. 1419. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR, CATÉTER DOBLE J., PERCUFLEX PLUS, 6.0 FR X 24CM, CATÉTER Y EMPUJADOR Y CATÉTER DOBLE J., PERCUFLEX PLUS, 6.0 FR X 26 CM, CATÉTER Y EMPUJADOR. CON UNA DURACIÓN DE 1 HASTA 365 DÍAS. -----

**RESPUESTA:** ESTA PARTIDA FUE ELIMINADA CONFORME LA ACLARACIÓN NÚMERO 3. . -----

**PREGUNTA 95.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTIDAS. 1164, 1165, 1166, 1168, 1174, 1175, 1176, 1177, 1179, 1180, 1182, 1183. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE REQUIERE A COMODATO EL EQUIPO PARA LA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 96.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTIDAS. 1164, 1165, 1166. -----

SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE 4 POLOS, YA QUE SON EQUIVALENTES A LAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 97.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTIDAS. 1164. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER CURVA "LARGE", YA QUE ES EQUIVALENTE A LA CURVA ANARANJADA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. . -----

**PREGUNTA 98.** ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE MATERIAL DE CURACION PARTIDAS. 1165. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER CURVA "STANDARD", YA QUE ES EQUIVALENTE A LA CURVA AZUL REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-I44-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y CUMPLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA. .

EL PRESIDENTE UNA VEZ DADA LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS A LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES, PRECISA QUE PARA EL CASO DE AQUELLOS BIENES EN LOS QUE SE ACEPTARON CAMBIO EN LAS PRESENTACIONES YA SEA EN GRAMAJES, UNIDAD DE MEDIDA U OTRO, SE CONSIDERARA PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EL PRECIO UNITARIO DEL BIEN QUE OFERTE CONSIDERANDO QUE PREVALECE LA DESCRIPCIÓN QUE ES REQUERIDA ORIGINALMENTE POR LA CONVOCANTE Y NO SE ENTRARÁ AL DETALLE O COMPARATIVO DE LA PRESENTACIÓN FINAL OFERTADA.

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES LA "ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PRESENTE", MISMO QUE SE LE SOLICITÓ FUERA ENTREGADA AL FINAL DE ESTE ACTO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA CASETA DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [WWW.COMPRANET.GOB.MX](http://WWW.COMPRANET.GOB.MX) ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 16:00 HRS., DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL III.14 DE LA CONVOCATORIA.



ESTA ACTA, CONSTA DE CUARENTA Y OCHO FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 20:00 HRS. FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

### POR LA CONVOCANTE







NOMBRE	AREA	FIRMA
EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-I44-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO	DIRECTORA MÉDICA	
DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ	DIRECTOR DE OPERACIONES	
LIC. ADRIAN SALAZAR SEPULVÉDA	VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	
DR IVAN MANUEL DE LA SERNA ORTIZ	COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	
LIC. HÉCTOR JUAN CAMPO RAMOS	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.	RICARDO MORENO MARTINEZ	
TERUMO MEDICAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ERIKA GARCIA PALLARES	
INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	CARLOS HERRERA ROMERO	
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	ENRIQUE CASTAÑEDA FONSECA	
LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	ALFREDO SALDIVAR SOTO	
CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	JOSE ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ	

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, PRESENCIAL  
 No LA-012NBU999-144-2013  
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES  
 2014, 2015 Y 2016.

### OBSERVADORES

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
RYSE MEDICA S.A. DE C.V.	NANCY MARTINEZ CERNANTES	SE RETIRO
GENESIS HEALTHCARE ADVISER, S.A. DE C.V.	RAYMUNDO OSCAR CERVANTES	SE RETIRO
TERUMO MEDICAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	YLIANA VELASCO PRECIADO	SE RETIRO
INSTRUMENTOS MÉDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	LEOPOLDO JUAREZ JIMENES	SE RETIRO

