

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2014, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y QUIEN CONDUCE ESTE ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES; EL **DR FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNÁNDEZ JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE Y LA LIC. FANY TORIZ NIETO EN REPRESENTACION DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2.1. DE LA CONVOCATORIA.-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, DE FORMA PRESENCIAL O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS. -----

SE HACE MENCIÓN DE QUE LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FUERON REALIZADAS POR EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO FUERON REALIZADAS POR EL DR FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNÁNDEZ JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA, MISMOS QUE ASISTEN AL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES EN ESTE ACTO. -----

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES SEÑALA QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 3.2.1. DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y EL ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR A TRAVÉS DE COMPRANET, DE LOS LICITANTES SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:-----

NO	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL	Ó	FORMA DE PRESENTACIÓN	DE	NO. DE PREGUNTAS
1	INSTRUMED-INT, S.A. DE C.V.		COMPRANET		06

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

NO	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
2	MEDARTIS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	09
3	TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	COMPRANET	03

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 26 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 45 DE 5º PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE HACE CONSTAR QUE LA PERSONA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA, EL C. PAVEL ROSADO HERNANDEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PRODUMED S.A. de C.V. NO PRESENTARÓN PREGUNTAS NI EL ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, PERO MANIFESTO SU INTERÉS EN ESTAR PRESENTE EN ESTE ACTO, QUIEN REGISTRO SU ASISTENCIA, HABIENDO SIDO INFORMADO DE ABSTENERSE DE INTERVENIR EN EL MISMO.-----

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, INDICA QUE EXISTEN ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE MISMAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: -----

**ACLARACIÓN NO. 1.** -----

**DICE:** -----

1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN LA PARTIDA 25301 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS". DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LO QUE SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SRF/HRAEI/SP-013/2014, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, POR LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS SIGUIENTES: -----

**DEBE DECIR:** -----

1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO EN LA PARTIDA **25401 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS"** DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LO QUE SE ACREDITA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SRF/HRAEI/SP-013/2014, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, POR LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS SIGUIENTES: -----

**ACLARACIÓN NO. 2. NUMERAL 2.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES**-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

SE PRECISA QUE SE **ELIMINAN** LAS NORMAS NOM-059-SSA1-2006, NOM-249-SSA1-2010, NOM-072-SSA1-1993, POR NO CORRESPONDER AL LOS INSUMOS REQUERIDOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, QUEDANDO COMO OBLIGACIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES EL CUMPLIMIENTO DE LA **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-153-SSA1996 QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES SANITARIAS DE LOS IMPLANTES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGIA OSEA**. ESTA ACLARACIÓN ES APLICABLE PARA EL NUMERAL 8.2 INCISO F) CUMPLIMIENTO DE NORMAS. -----

### ACLARACIÓN NO. 3. -----

DICE: -----

2.14. PERIODO DE GARANTÍA, CADUCIDAD Y CALIDAD DE LOS BIENES: SERÁ DE CUANDO MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA CONVOCANTE". -----

DEBE DECIR: -----

2.14. PERIODO DE GARANTÍA, CADUCIDAD Y CALIDAD DE LOS BIENES: QUE ENTREGUE EL LICITANTE DEBERÁN SER NUEVOS Y DE RECIENTE FABRICACIÓN. -----

EL HOSPITAL NO ACEPTARÁ BIENES CON CADUCIDAD INFERIOR A LA AUTORIZADA EN EL REGISTRO SANITARIO, ASÍ COMO TAMPOCO EL PLAZO PODRÁ SER MAYOR DE CINCO AÑOS, ESTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS. -----

NO SE ACEPTARÁN BIENES CON UNA VIDA ÚTIL INFERIOR A 10 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL, NO SE ACEPTARAN BIENES CON UNA FECHA DE FABRICACIÓN MAYOR A 12 MESES. -----

EN EL CASO DE LOS BIENES QUE LA SECRETARÍA DE SALUD LES OTORQUE 10 MESES DE CADUCIDAD, EL HOSPITAL PODRÁ ACEPTARLOS HASTA CON UN MES DE HABER SIDO FABRICADOS Y EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL NUMERAL 8.2 CARTA COMPROMISO DE CANJE DE AQUELLOS BIENES QUE NO LLEGARAN A CONSUMIRSE DURANTE EL PERÍODO DE SU VIDA UTIL. -----

### ACLARACIÓN NO. 4. -----

8.2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, INCISO H), SE ACLARA QUE EL FORMATO QUE DEBERA DE CONSIDERAR DICHO DOCUMENTO ES EL FOTMATO 18. -----

### ACLARACIÓN NO. 5. -----



### ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

8.2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, INCISO I), SE ACLARA QUE EL FORMATO QUE DEBERA DE CONSIDERAR DICHO DOCUMENTO ES EL FORMATO 17. -----

**ACLARACIÓN NO. 6.** -----

SE PRECISA A LOS LICITANTES, QUE LA ADJUDICACIÓN SE HARA DE FORMA INTEGRAL (PARTIDA UNICA) A UN SOLO LICITANTE (TODOS LOS RENGLONES) Y QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL EQUIPO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, DEBERA DE PROPORCIONARLO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE Y DEBERÁ DE ESTAR DE MANERA PERMANENTE EN EL HOSPITAL HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PEDIDO. -----

REALIZADAS LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS LICITANTES, INDICANDO A LOS ASISTENTES QUE UNA VEZ QUE SE TERMINE DE DAR LECTURA A LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS, SE DARÁ OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE. -----

**INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.**-----

**A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**-----

**PREGUNTA 1.-** PUNTO 2.2 FORMA DE AGRUPACION DE LOS BIENES PARTIDA UNICA FAVOR DE ESPECIFICAR SI SE TIENE QUE OFERTAR EL 100% DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO O SE COTIZARA POR SISTEMA, EJEMPLO: CEMENTOS PARTIDA 1 Y 2., FAVOR DE ACLARAR.-----

**RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, QUE LA ADJUDICACIÓN SE HARA DE FORMA INTEGRAL (PARTIDA UNICA) A UN SOLO LICITANTE.** -----

**A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**-----

**PREGUNTA 2.-** PUNTO 2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. MI REPRESENTADA OFERTARA BIENES DE IMPORTACION DE LOS CUALES CUMPLES CON LAS NORMAS INTERNACIONALES COMO SON CE Ó FDA Ó ISO 13485, Y POR LO TANTO NO LE APLICARIAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-059-SSA1-2006 Y NOM-249-SSA1-2010, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS SE ACEPTADO UN

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-16-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO ESTA SITUACION RESPALDADO CON COPIA DE DICHAS NORMAS. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA: YA SE HA DADO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NUMERO NO. 2 DE LA CONVOCANTE.** -----

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO-----

**PREGUNTA 3.-** PUNTO 2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES O EN SU CASO LAS NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTE UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-072-SSA1-1993 Y ANEXANDO FOTOGRAFIAS DE LOS INSUMOS A LICITAR PARA SU CORROBORACION DEL ETIQUETADO. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA: YA SE HA DADO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NUMERO NO. 2 DE LA CONVOCANTE.** -----

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO-----

**PREGUNTA 1.-** ANEXO 1 ANEXO TECNICO: EQUIPO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL SUPUESTO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE BIENES QUE NO REQUIERA DE DICHO EQUIPO MEDICO SOLICITADO EN BASES SE MANIFESTARA POR ESCRITO QUE NO NOS APLICA? FAVOR DE CONFIRMAR-----

**RESPUESTA: YA SE HA DADO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NUMERO NO. 6 DE LA CONVOCANTE.** -----

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO-----

**PREGUNTA 2.-** ANEXO 1 ANEXO TECNICO CEMENTOS PARTIDA 2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SEA ELIMINADO LA PALABRA ZIMMER DE LA DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO YA QUE HACE ALUSIÓN A UNA MARCA ESPECIFICA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS BIENES QUE OFERTEN DEBERÁN SER DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A LAS MARCAS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES Y LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR INDISTINTAMENTE LAS MARCAS QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.** -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO-----

**PREGUNTA 3.-** ANEXO 1 ANEXO TECNICO; VERTEBROPLASTIA TORACICA PARTIDA 72 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SEA ELIMINADO LA PALABRA CONFIDENCE DE LA DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO YA QUE HACE ALUSIÓN A UNA MARCA ESPECIFICA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEDURIA. SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE LOS BIENES QUE OFERTEN DEBERÁN SER DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A LAS MARCAS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES Y LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR INDISTINTAMENTE LAS MARCAS QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.-----

MEDARTIS S.A. DE C.V.,-----

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO-----

**PREGUNTA 1.-** OBSERVAMOS QUE EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ESTA LICITACIÓN EN COMPRANET, EN LA SECCIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA NO HAY PARÁMETROS A LLENAR. ¿BASTARÁ CON ANEXAR EL ARCHIVO EN PDF FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE Y EL ARCHIVO EN EXCEL (PARA FACILITAR LA CAPTURA A LA CONVOCANTE) QUE CONTENGA NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA? LO ANTERIOR ADICIONALMENTE A LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE EL PROPIO SISTEMA COMPRANET SOLICITE.-----

**RESPUESTA:** EN CASO DE QUE PRESENTE SU PROPUESTA POR COMPRANET, DEBERÁN DE INTRODUCIR EL PRECIO UNITARIO POR CADA UNO DE LOS REGLONES QUE INTEGRAN LA PARTIDA ÚNICA Y SI LO DESEA PODRÁ ADJUNTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA EN FORMATO PDF Y EXCEL.-----

B).- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO-----

**PREGUNTA 1.-** EN EL PUNTO 2.2 DE LA CONVOCATORIA MENCIONAN: "FORMA DE AGRUPACIÓN DE LOS BIENES: PARTIDA ÚNICA". Y EN EL PUNTO 2.6 DE LA MISMA DICE: "FORMA DE ADJUDICACIÓN: EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA COMPLETA A UN SOLO LICITANTE" AGRADECERÍAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ADJUDICACIÓN POR LICITANTE ¿SERÁ POR CADA UNO DE LOS SISTEMAS, INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE SUS PARTIDAS? O ¿POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE CADA SISTEMA?-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES, QUE LA ADJUDICACIÓN SE HARA DE FORMA INTEGRAL (PARTIDA UNICA) A UN SOLO LICITANTE (TODOS LOS RENGLONES) POR LO QUE

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

**DEBERÁN DE OFERTAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA EL 100% DE LOS RENGLONES QUE INTEGRAN EL ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA.** -----

**PREGUNTA 2.-** EN EL PUNTO 2.4 SOLICITA LA CONVOCATORIA QUE SE DEMUESTRE QUE LOS BIENES QUE LOS LICITANTES OFERTAN CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD O UNIDADES DE MEDIDA REQUERIDAS Y MENCIONAN LAS NORMAS: NOM-059-SSA1-2006; NOM-249-SSA1-2010 Y NOM-072-SSA1-1993 QUE SE REFIEREN A MEDICAMENTOS-----

**A).-AGRADECERÍAMOS A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE ESTA LICITACIÓN ES PARA "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS", POR LO QUE LAS NORMAS ANTES MENCIONADAS NO APLICAN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE OFRECERÁN EN ESTA LICITACIÓN YA QUE ESTAS NORMAS SE REFIEREN A MEDICAMENTOS.**-----

**B).-TAMBIÉN AGRADECERÍAMOS QUE, PARA LOS EFECTOS DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN QUE SE OFRECERÁN, SE ACEPTEN LOS CERTIFICADOS SANITARIOS OTORGADOS POR LA COFEPRIS Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD OTORGADOS POR INSTITUCIONES DEL PAÍS DE ORIGEN, EN NUESTRO CASO DE SUIZA, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA DE ESTE PAÍS.**-----

**RESPUESTA: SE HA DADO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NO. 2 DE LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO SE PODRÁ CUBRIR ESTE REQUISITO PRESENTANDO EL CERTIFICADO SANITARIO OTORGADO POR LA COFEPRIS PARA EL 100% DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.** -----

**PREGUNTA 3 EN EL PUNTO 8.2 INCISO I) SOLICITAN LA PRESENTACIÓN DE: "FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS. DEBIDAMENTE REFERENCIADOS A CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE SE COTICEN. SI EL DOCUMENTO ESTÁ EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL SE ANEXARÁ UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL CASTELLANO. ASÍ MISMO TAMBIÉN SE PODRÁ PRESENTAR LA URL EN LA QUE SE PUEDAN CONSULTAR LAS PARTIDAS, HACIENDO REFERENCIA A CADA UNA DE ELLAS. (ARCHIVOS)"**-----

**SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ADICIONALMENTE A QUE SEÑALEMOS LA URL DE NUESTROS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS, SE ACEPTE LA PRESENTACIÓN DE NUESTROS FOLLETOS REFERENCIADOS PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTAREMOS.** -----

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.** -----

**PREGUNTA 4 EN EL PUNTO 6 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES INCISO I) MENCIONAN: "CUANDO EL LICITANTE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN O CON EL RESPALDO DEL FABRICANTE PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES**

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

OFERTADOS. AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE VERIFICAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y DE LA PROVEEDURÍA SOLICITE QUE EL LICITANTE, EN CASO DE NO SER FABRICANTE, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, LOS LICITANTES, DEBERÁN DE PRESENTAR COJUNTAMENTE CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 8.2, CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO EN DONDE SEÑALE QUE CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y/O DISTRIBUCIÓN DEL 100% DE LOS BIENES REQUERIDOS. ----

**PREGUNTA 5** EN LOS FORMATOS 1 PROPUESTA TÉCNICA Y 2 PROPUESTA ECONÓMICA SE ENCUENTRA UNA COLUMNA QUE SEÑALA QUE DEBERÁ CONTENER "CLAVE HRAEI"----- AGRADECERÍAMOS NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE ESTA "CLAVE HRAEI" YA QUE EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO NO SE SEÑALA.-----

**RESPUESTA:** LA CLAVE HRAEI ES DE CARÁCTER INTERNO DE LA CONVOCANTE, SIN EMBARGO ESTA SE LE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO, EL CUAL TENDRA LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERARLA EN SU REMISIONES PARA EFECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. -----

**PREGUNTA 6** EN LOS FORMATOS 1 PROPUESTA TÉCNICA Y 2 PROPUESTA ECONÓMICA SE ENCUENTRA UNA COLUMNA QUE SEÑALA QUE DEBERÁ CONTENER "CANTIDAD", POR OTRA PARTE EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO, EN LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS NO APARECE LA COLUMNA DE CANTIDAD SINO ÚNICAMENTE PRESENTACIÓN.----- EN ESTOS CASOS EN QUE NO APARECE CANTIDAD ¿DEBEMOS ENTENDER QUE SE TRATA DE 1 (UNA UNIDAD)?-----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO, LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL RUBRO DE CANTIDAD LA UNIDA (1). -----

**PREGUNTA 7** EN EL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO EN EL SISTEMA PARA MANO EN LAS PARTIDAS 105 Y 106 SE REPITE EL TORNILLO CORTICAL HD6. Ø 2.3 X 05 MM: -----

105	TORNILLO CORTICAL. 1 PIEZAS. HD6. Ø 2.3 X 05 MM	PIEZA
106	TORNILLO CORTICAL. 1 PIEZAS. HD6. Ø 2.3 X 05 MM	PIEZA

CONSIDERAMOS QUE LA PARTIDA 106 DEBE DECIR 6 MM: -----

106	TORNILLO CORTICAL. 1 PIEZAS. HD6. Ø 2.3 X 06 MM	PIEZA
-----	---	-------

AGRADECEREMOS NOS CONFIRMEN NUESTRA APRECIACIÓN-----



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.** -----

C).- DE CARÁCTER LEGAL-----

**PREGUNTA 1.** EN EL PUNTO 8.2 INCISO B SOLICITAN LA ENTREGA DE "CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES. ESCRITO ORIGINAL DEL LICITANTE" PARA LOS EFECTOS DEL ENVÍO DE PROPUESTAS A TRAVÉS DE COMPRANET, AGRADECEREMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL DOCUMENTO EN CUESTIÓN PODRÁ SER PRESENTADO EN ARCHIVO PDF CON FIRMA AUTÓGRAFA. -----

**RESPUESTA: SI, SE CONFIRMA QUE DEBERA SER PRESENTADO EN ARCHIVO PDF CON FIRMA AUTOGRAFA.** -----

**TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.** -----

**PREGUNTA 1.** 1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES QUE COMPONEN EL ANEXO NO. 1 - ANEXO TÉCNICO. PRESUPUESTO ASIGNADO POR CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES QUE COMPONEN EL ANEXO NO. 1 - ANEXO TÉCNICO. -----

**RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES, QUE LA ADJUDICACIÓN SE HARA DE FORMA INTEGRAL (PARTIDA UNICA) A UN SOLO LICITANTE (TODOS LOS RENGLONES) POR LO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES EL SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.** -----

**PREGUNTA 2.** ANEXO NO.1. SOLICITO A LA CONVOCANTE RATIFICAR O EN SU DEFECTO RECTIFICAR QUE LA ADJUDICACIÓN PARA EL PRESENTE EVENTO SERÁ POR ESPECIALIDAD, ES DECIR, QUE CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES (TORNILLERÍA, FIJADORES EXTERNOS Y ALAMBRES, SISTEMAS DE COLUMNA, ETC.) QUE COMPONEN EL REQUERIMIENTO SERÁN ADJUDICADAS EN LA TOTALIDAD DE PARTIDAS QUE LAS COMPONEN A UN SOLO PROVEEDOR. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA: SE HA DADO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NO. 6 DE LA CONVOCANTE.** -----

**PREGUNTA 3.** ANEXO NO.1. DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE REALIZAR ADJUDICACIÓN POR ESPECIALIDAD. LO ANTERIOR SUSTENTADO EN NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA, ADEMÁS QUE DE REALIZAR EL EVENTO POR ESPECIALIDAD, GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO. -----

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

**RESPUESTA: SE INFORMA AL LICITANTE QUE LA CONVOCANTE NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE LLEVA EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL INCISO B) FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE SECTOR PÚBLICO. -----**

UNA VEZ LEIDAS LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE LOS LICITANTES, EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, PREGUNTO A LOS ASISITENTES SI EXISTE ALGUNA ACLARACIÓN ADICIONAL A LAS RESPUESTAS DADAS, A LO QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES SEÑALARON QUE NO.-----


SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES LA "ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PRESENTE", MISMO QUE SE LE SOLICITÓ FUERA ENTREGADA AL FINAL DE ESTE ACTO. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA CASETA DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [WWW.COMPRANET.GOB.MX](http://WWW.COMPRANET.GOB.MX) ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-----

LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS 16:00 HRS., DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.2.4. DE LA CONVOCATORIA.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE ONCE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 11:00 HRS. FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----



**POR LA CONVOCANTE**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	




**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
No LA-012NBU999-I6-2014  
RELATIVA A:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE  
OSTEOSÍNTESIS"

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
DR FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNÁNDEZ	JEFE DE SERVICIO DE ORTOPEDIA	
LIC. FANY TORIZ NIETO	VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
JUAN CARLOS GUZMAN MENDOZA	MEDARTIS, S.A. DE C.V.	

