

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2014, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y QUIEN CONDUCE ESTE ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES; EL DR IVAN MANUEL DE LA SERNA ORTIZ COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUIRENTE; LIC. FANY TORIZ NIETO EN REPRESENTACION DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY (EN ADELANTE REGLAMENTO) ASÍ COMO DEL NUMERAL 3.2.1. DE LA CONVOCATORIA.-----

EN ESTE ACTO EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, DE FORMA PRESENCIAL O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.-----

SE HACE MENCIÓN DE QUE LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FUERON REALIZADAS POR EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO FUERON REALIZADAS POR EL DR IVAN MANUEL DE LA SERNA ORTIZ COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA, MISMOS QUE ASISTEN AL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES EN ESTE ACTO. --

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES SEÑALA QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 3.2.1. DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y EL ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR A TRAVÉS DE COMPRANET, DE LOS LICITANTES SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:-----

No.	NOMBRE, RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL	Ó	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.		COMPRANET	3
2	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DEL	COMPRANET	26

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-17-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, INDICA QUE EXISTEN ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE MISMAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: -----

ACLARACIÓN No. 1. ANEXO 1 ANEXO TECNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA (MINIMA INVASIÓN), -----

POR ENCONTRARSE REPETIDAS CON LAS PARTIDAS 21, 22, 23 Y 24, SE ELIMINAN LAS PARTIDAS SIGUIENTES:

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRESENTACIÓN
ACCESOS DE MINIMA INVASIÓN		
25	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICA DE 45 MM CON SEIS LINEAS DE GRAPAS PARA TEJIDO NORMAL, CON 88 GRAPAS Y ALTURA DE LA GRAPA CERRADA DE 1.5 MM. SIN CUCHILLA Y NARIZ ESMERILADA PARA LA EXTRACCIÓN DEL MISMO.	PIEZA
26	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICA DE 45 MM CON SEIS LINEAS DE GRAPAS PARA TEJIDO INTERMEDIO CON 88 GRAPAS Y ALTURA DE LA GRAPA CERRADA DE 1.8 MM. SIN CUCHILLA Y NARIZ ESMERILADA PARA LA EXTRACCIÓN DEL MISMO.	PIEZA
27	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICA DE 45 MM CON SEIS LINEAS DE GRAPAS PARA TEJIDO VASCULAR, CON 88 GRAPAS Y ALTURA DE LA GRAPA CERRADA DE 1 MM, SIN CUCHILLA Y NARIZ ESMERILADA PARA LA EXTRACCIÓN DEL MISMO.	PIEZA
28	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICA DE 45 MM CON SEIS LINEAS DE GRAPAS PARA TEJIDO GRUESO CON 88 GRAPAS Y ALTURA DE LA GRAPA CERRADA DE 2 MM. SIN CUCHILLA Y NARIZ ESMERILADA PARA LA EXTRACCIÓN DEL MISMO.	PIEZA

ACLARACIÓN No. 2. ANEXO 1 ANEXO TECNICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA (MINIMA INVASIÓN), -----

SE ELIMINAN LOS NUMERALES 1.1.7.24.9., 1.1.7.24.10. 1.1.7.24.11., 1.1.7.24.12., 1.1.7.24.13. Y 1.1.7.24.18., CORRESPONDIENTES A LA CHAROLA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA BARIÁTRICA., ASÍ COMO LOS NUMERALES. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. Y 3.2.5. CORRESPONDIENTES A LOS INSUMOS DESECHABLES NUEVOS PARA CADA PROCEDIMIENTO LAPAROSCÓPICO BÁSICO Y AVANZADO. -----

REALIZADAS LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS LICITANTES, INDICANDO A LOS ASISTENTES QUE UNA VEZ QUE SE TERMINE DE DAR LECTURA A LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS, SE DARÁ OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-17-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE. -----

GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.-----

A.-) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO-----

PREGUNTA 1. ¿ES REQUISITO INDISPESABLE PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DE LOS INSUMOS DESECHABLES PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION?-----

RESPUESTA: SI ES REQUISITO INDISPENSABLE Y DE NO PRESENTARLAS, SERA MOTIVO PARA DESECHAR SU PROPUESTA.-----

B.-) DE CARACTER TÉCNICO-----

PREGUNTA 1. EN EL PUNTO 8.2 INCISO F) CUMPLIMIENTO DE NORMAS. ¿PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR EL REGISTRO DE LA COFEPRIS EL CUAL AVALA DICHAS NORMAS, YA QUE SON MATERIALES DE IMPORTACION LOS QUE COTIZAMOS?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 2. EN EL PUNTO 8.2 INCISO C DE LAS BASES SOLICITAN COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAMOS. ¿PODEMOS ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ESTE PERFECTAMENTE INDICADO A QUE PARTIDAS CORRESPONDE.-----

SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.-----

A.-) DE CARACTER ADMINISTRATIVO-----

PREGUNTA 1 PUNTOS VARIOS.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE ALGUN DOCUMENTO NO APLICARA A MI REPRESENTADA, BASTARA CON OMITIRLO O SERA NECESARIO PRESENTARLO CON LA LEYENDA DE NO APLICA.-----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PREFERENTEMENTE PODRAN PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA NO APLICA, SIN EMBARGO EL NO PRESENTAROLO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.-----

B.-) DE CARACTER TÉCNICO-----

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-17-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

PREGUNTA 1. PARTIDA. 60. MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE, COMPUESTA DE 50% PROLENE Y 50% MONOCRYL, MACROPOROSA DE BAJA DENSIDAD, DE MEDIDAS 15 CM X 15 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENON LIGERO Y UN HIDROGEL DE ACIDO HIALURONICO Y CMC Y PEG 15.2 * 20.3 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD.¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 2. PARTIDA 61. MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE, COMPUESTA DE 50% PROLENE Y 50% MONOCRYL, MACROPOROSA DE BAJA DENSIDAD, DE MEDIDAS 30 CM X 30 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENON LIGERO Y UN HIDROGEL DE ACIDO HIALURONICO Y CMC Y PEG 30.5 * 35.6 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD.¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 3. PARTIDA 62. DOBLE MALLA DE PROLENE SUAVE, MACROPOROSA, PARA HERNIA INGUINAL, TAMAÑO MEDIANO-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y TIENE LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PRE CORTADA Y PREFORMADA CON EFECTO DE MEMORIA, MARCA DE COLOCACIÓN EN "M", HECHA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENON LIGERO ANUDADA ESTÉRIL PARA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL POR ABORDAJE LAPAROSCOPICO, TAMAÑO MEDIANO DERECHA E IZQUIERDA.¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 4. PARTIDA 63. DISPOSITIVO DE 5 MM PARA FIJACIÓN PARA MALLAS. CONTIENE 25 GRAPAS EN FORMA DE ANCLA ABSORBIBLES DE 6.7 MM DE ALTURA, COMPUESTAS DE POLIDIOXANONA Y LÁCTIDO GLICÓLIDO -----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: DISPOSITIVO DE FIJACION PARA MALLAS REABSORBIBLE CON PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE 5.9 MM CON CABEZA LISA Y PUNTA ROMA QUE REDUCE EL RIESGO DE PENETRACION Y ATRAPAMIENTO DE



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

LOS NERVIOS; NUCLEO HUECO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR HACIA EL INTERIOR ATRAVES DEL FIJADOR COMPUESTO A PARTIR DE UN DERIVADO DE POLILACTIDA (D, L-LACTIDA) CONTIENE 30 GRAPAS. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 5. PARTIDA 65. MALLA FLEXIBLE OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 10 X 15.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 10.2* 15.2 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 6. PARTIDA 66. MALLA FLEXIBLE CUADRADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 15 X 15.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL.

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-17-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

ELIPSE 15.2* 20.3 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 7. PARTIDA 67. MALLA FLEXIBLE OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 15 X 20.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 15.2* 20.3 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 8. PARTIDA 68. MALLA FLEXIBLE RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 15 X 20.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION"

POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 15.2* 20.3 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD.¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 9. PARTIDA 69. MALLA FLEXIBLE RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 20 X 25.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 20.3* 25.4 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD.¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 10. PARTIDA 70. MALLA FLEXIBLE RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 20 X 30.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES:

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-17-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 25.4*33 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD.¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 11. PARTIDA 71 MALLA FLEXIBLE RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 25 X 35.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 25.4*33 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD.¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL PRODUCTO QUE OFERTA TIENE UN TAMAÑO MENOR A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 12. PARTIDA 72. MALLA FLEXIBLE RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 30 X 35.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. RECTANGULAR 30.5*35.6 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 13. PARTIDA 73 MALLA FLEXIBLE RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 30 X 50.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. RECTANGULAR 30.5*35.6 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL PRODUCTO QUE OFERTA TIENE UN TAMAÑO MENOR A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 14. PARTIDA 74 MALLA QUIRÚRGICA OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 20 X 25 CM. -----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

PARCIALAMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 20.3* 25.4 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 15. PARTIDA 75. MALLA QUIRÚRGICA OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 15 X 20 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALAMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 15.2* 20.3 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 16. PARTIDA 76. MALLA QUIRÚRGICA OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 10 X 15 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALAMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-17-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 10.2* 15.2 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 17. PARTIDA 77 MALLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 30.5 X 30.5 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALAMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. RECTANGULAR 30.5*35.6 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 18. PARTIDA 78. MALLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 25 X 35.5 CM-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALAMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 25.4*33 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE EL PRODUCTO QUE OFERTA TIENE UN TAMAÑO MENOR A LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 19. PARTIDA 79. MALLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 20 X 30 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 25.4*33 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 20. PARTIDA 80. MALLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 7.5 X 15 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-17-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"

POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 10.2* 15.2 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 21. PARTIDA 81 MALLA QUIRÚRGICA CUADRADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL PARA CONTACTO CON ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL, COMPUESTA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD ENCAPSULADO POR POLIDIOXANONA, COMO LADO PARIETAL, Y UNA CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA COMO LADO VISCERAL MEDIDAS 15 X 15 CM.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO PRODUCTO QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y CUENTA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE PARA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/INCISIONAL ABIERTA O LAPAROSCOPICA QUE PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ÓRGANOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO LIGERO QUE PERMITE EL CRECIMIENTO TISULAR Y FIBRAS DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) TEJIDA CONJUNTAMENTE FORMANDO UNA MALLA DE DOS SUPERFICIES: UNA DE POLIPORPILENO LIGERO Y OTRA DE PGA. LA SUPERFICIE DE PGA DE LA MALLA ESTÁ RECUBIERTA POR UNA CAPA DE BIOPOLÍMERO (RECUBRIMIENTO BIORREABSORBIBLE DE HIALURONATO DE SODIO (HA) MODIFICADO QUÍMICAMENTE, CARBOXIMETICELULOSA (CMC) Y POLIETILENGLICOL CON BASE DE HIDROGEL (PEG) QUE PERMITE EL CRECIMIENTO PERITONEAL. ELIPSE 15.2* 20.3 CON OPCION DE SER RECORTADA SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 22. PARTIDA 48. TIJERA DE COAGULACIÓN LAPAROSÓNICA CURVA DESECHABLE, PARA CIRUGÍA ABIERTA DE 19 MM DE LONGITUD DE CORTE, CON MANGO TIPO TIJERA, CON BOTONES DE ACTIVACIÓN MANUAL Y MARIPOSA DE AJUSTE INDIVIDUAL PARA CADA TIJERA. COMPATIBLE CON EL BISTURÍ ARMÓNICO QUE TRABAJA A UNA FRECUENCIA DE 55,500 CICLOS POR SEGUNDO. PRODUCTO DESECHABLE Y ESTÉRIL.-----

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA. ¿SE ACEPTA?--

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLA AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES, COMPATIBILIDAD, TAMAÑOS, MEDIDAS Y USOS DEL EQUIPO BIOMÉDICO DISPONIBLE EN EL HOSPITAL, EL CUAL ES UN EQUIPO ELECTRO QUIRÚRGICO DE



ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MINIMA INVASION"

RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, ESFERAS DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ. LAS TIJERAS CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 5 MM. LOS GANCHOS TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 2MM. ASÍ MISMO EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS BIPOLARES PARA EL CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS DE HASTA 7MM QUE CUENTAN CON UN BOTÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL, CUCHILLA INTEGRADA EN FORMA DE I PARA UN SELLADO UNIFORME Y CERÁMICO DE CIRCONIO PARA EL CONTROL DE LA ELECTRICIDAD. -----

PREGUNTA 23. PARTIDA 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTÁ DIRIGIDA A UNA SOLA MARCA. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUMPLA AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES, COMPATIBILIDAD, TAMAÑOS, MEDIDAS Y USOS DEL EQUIPO BIOMÉDICO DISPONIBLE EN EL HOSPITAL, EL CUAL ES UN EQUIPO ELECTRO QUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRASÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS, GANCHOS, ESFERAS DE ENERGÍA ULTRASÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ. LAS TIJERAS CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 5 MM. LOS GANCHOS TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 2MM. ASÍ MISMO EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS BIPOLARES PARA EL CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS DE HASTA 7MM QUE CUENTAN CON UN BOTÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL, CUCHILLA INTEGRADA EN FORMA DE I PARA UN SELLADO UNIFORME Y CERÁMICO DE CIRCONIO PARA EL CONTROL DE LA ELECTRICIDAD. -----

PREGUNTA 24. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFENCIAR GRAFICAMENTE, SI NO PODEMOS REFENCIAR TEXTUALMENTE. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SI SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. ---

PREGUNTA 25. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UNA VARIACION DE +- 10% EN INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLE. ¿SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERÁN AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. -----

UNA VEZ LEIDAS LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE LOS LICITANTES, EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, PREGUNTO A LOS ASISITENTES SI EXISTE ALGUNA ACLARACIÓN ADICIONAL A LAS RESPUESTAS DADAS. A LO QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES SEÑALARON QUE NO.-----

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No LA-012NBU999-I7-2014
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS
DE MINIMA INVASION"




SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE ACTO SE PROPORCIONÓ A LOS LICITANTES PARTICIPANTES LA "ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PRESENTE", MISMO QUE SE LE SOLICITÓ FUERA ENTREGADA AL FINAL DE ESTE ACTO. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA CASETA DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-----

LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 HRS., DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.2.4. DE LA CONVOCATORIA.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE QUINCE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 11:00 HRS. FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DR IVAN MANUEL DE LA SERNA ORTIZ	COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	
LIC. FANY TORIZ NIETO	VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.	C. MIRIAM GARCIA LUNA	