

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016

RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y LA DRA. DAFNE THAMARA AYALA DÁVILA, RESPONSABLE DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° IA-012NBU999-E106-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA", SEGUNDA VUELTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE LA LEY), ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y LO PREVISTO EN EL NUMERAL III.18 "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA.

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, MISMO QUE FUE EMITIDO POR EL DRA. DAFNE THAMARA AYALA DÁVILA, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA.

ASIMISMO, SE INFORMA QUE LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL LICITANTE SE EFECTUÓ POR EL LIC. EFRÉN LOZANO RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE CONTRATOS; POR LO QUE RESPECTA A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE PRECISA QUE FUE REALIZADA POR EL LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASISTIDO POR EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, DE LA CONVOCANTE EN SU CALIDAD DE ÁREA CONTRATANTE.

**I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.**

1.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **ALMACÉN DE DROGAS, S.A. DE C.V.**, DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE RESPECTO AL INCISO 10) OPINIÓN POSITIVA DEL SAT, TIENE FECHA DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 POR LO QUE EN ATENCIÓN A LA NOTA 2 DEL MISMO DOCUMENTO SE SEÑALA QUE SU VIGENCIA ES DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU EMISIÓN, SE TIENE POR NO PRESENTADO, RESPECTO AL INCISO 11) OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTA COMPROBANTE DE PAGO DE CUOTA OBRERA PATRONAL DE FECHA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA.

2.- SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR EL LICITANTE **OPERADORA CENTRAL HCK, S.A.P.I. DE C.V.**, DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE EN EL FORMATO 5 EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO NO CONCUERDA CON EL NÚMERO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE NO PRESENTA EL INCISO 7) "PODER FEDATARIO PÚBLICO DE LA PERSONA QUE FIRMA LAS PROPOSICIONES", RESPECTO AL INCISO 10) "OPINIÓN POSITIVA DEL SAT" PRESENTA EL DOCUMENTO CON FECHA 14 DE MARZO DE 2016, POR LO QUE EN ATENCIÓN A LA NOTA 2 DEL MISMO DOCUMENTO SE SEÑALA QUE SU VIGENCIA ES DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU EMISIÓN, POR LO QUE SE TIENE POR NO PRESENTADO, DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.1 "DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN" DE LA CONVOCATORIA.

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA

Nº IA-012NBU999-E106-2016

RELATIVA A

"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

SEGUNDA CONVOCATORIA

**II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA.** -----

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 51 DE SU REGLAMENTO, SE HACE CONSTAR QUE SE EVALUARON LAS DOS PROPUESTAS ECONÓMICAS MÁS BAJAS, RESULTADO LO SIGUIENTE PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS: -----

**7.- ALMACÉN DE DROGAS, S.A. DE C.V.-** PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54. DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 3, 4, 15, 27, 28, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54. **CUMPLE CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.** -----

PARTIDA 1 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADO, NO TIENE FICHA TÉCNICA, ÚNICAMENTE ENVÍA FOTOGRAFÍA Y NO ESPECIFICA MATERIAL DE ELABORACIÓN, NI MEDIDAS DEL PRODUCTO. POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.3, IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 2 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, SE SOLICITA LONGITUD TOTAL DE 100 CM RIBETE: LONGITUD 150 MM Y DIÁMETRO DE 30 MM Y OFERTA LONGITUD TOTAL DE 76.2 CM, LONGITUD DEL RIBETE DE 8.25 CM CON DIÁMETRO DE 1.27 CM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 5 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS NO TIENE FICHA TÉCNICA, LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ VASO CON CINCO MUESCAS, EL PROVEEDOR OFERTA VASO CON 10, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.3, IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 6 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO TIENE FICHA TÉCNICA, LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ DIÁMETRO DE 80 MM Y TALLO DE 35 MM, EL PROVEEDOR INDICA DIÁMETRO DE 85 MM Y NO ESPECIFICA LA LONGITUD DEL TALLO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.3, IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDAS 7 Y 9 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA", SE SOLICITAN CON TAPA Y ANILLO DEVERTIDO, GRADUACIÓN EN BLANCO Y CON SUPERFICIE DE ROTULACIÓN; ÉSTAS CARACTERÍSTICAS NO SON ESPECIFICADAS POR EL PROVEEDOR, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 8 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ CON TAPA Y ANILLO DEVERTIDO, GRADUACIÓN EN BLANCO Y CON SUPERFICIE DE ROTULACIÓN; ÉSTAS CARACTERÍSTICAS NO SON ESPECIFICADAS POR EL PROVEEDOR. SE SOLICITÓ CAPACIDAD DE 50 ML, EL PROVEEDOR OFERTA CAPACIDAD DE 500 ML, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA

N° IA-012NBU999-E106-2016

RELATIVA A

"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

SEGUNDA CONVOCATORIA

PARTIDAS 10, 11 Y 12 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO TIENE FICHA TÉCNICA, ÚNICAMENTE ENVÍA FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO Y NO PROPORCIONA INFORMACIÓN ADICIONAL, EN RELACIÓN CON MATERIAL DE ELABORACIÓN, NI MEDIDAS SOLICITADAS, POR LO QUE SE TIENE POR NO PRESENTADO, SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDAS 13 Y 14 NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO CORRESPONDE LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA INFORMACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA. SE SOLICITARON PIPETAS DE POLIETILENO, EL PROVEEDOR OFERTA DE VIDRIO EN LA FICHA TÉCNICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 16 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO CORRESPONDE LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ LONGITUD Y DIÁMETRO DE 98 Y 62 MM, RESPECTIVAMENTE; EL PROVEEDOR INDICA DOS MEDIDAS BOCA DE 70 MM Y TAPA DE ROSCA 76 X 147 MM, Y NINGUNA CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 17 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO CORRESPONDE LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ LONGITUD Y DIÁMETRO DE 151 Y 86 MM, RESPECTIVAMENTE, EL LICITANTE INDICA BOCA DE 89 MM, ASÍ COMO TAPA A ROSCA 76 X 147MM, NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 19 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO TIENE FICHA TÉCNICA, LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ENVÍA EL PROVEEDOR NO ES COMPATIBLE CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y NO ESPECIFICA LONGITUD, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.3, IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 20 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO TIENE FICHA TÉCNICA. LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA QUE ENVÍA EL PROVEEDOR COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ MASCARILLA CON FILTRO, EN LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ENVÍA EL PROVEEDOR SE INSCRIBE QUE EL FILTRO NO ESTÁ INCLUIDO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.3, IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 21 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: NO TIENE FICHA TÉCNICA. LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA QUE ENVÍA EL PROVEEDOR COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y NO ESPECIFICA EN SU PROPUESTA QUE CUENTE CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDAS 22, 23, 24 Y 25 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA QUE ENVÍA EL PROVEEDOR COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ TAPA DE ROSCA O PRECINTARLE, ASÍ COMO MEDIDAS ESPECÍFICAS, Y NO ESPECIFICA EN SU PROPUESTA QUE CUENTE CON ESAS CARACTERÍSTICAS, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016

RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARTIDA 30 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO PRESENTA FICHA TÉCNICA, ÚNICAMENTE ENVÍA FOTOGRAFÍA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 31 NO CUMPLE YA QUE NO PRESENTA LA FICHA TÉCNICA Y EN LA HOJA QUE PRESENTA NO ESPECIFICA QUE LA PRESENTACIÓN SEA DE 1000 ML, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 32 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: SE SOLICITARON CARACTERÍSTICAS TALES COMO SOLUCIÓN 3B DE PAPANICOLAOU SOLUCIÓN POLÍCROMA EA 50. DENSIDAD: 0.82 G/CM3 (20 °C), PUNTO DE INFLAMABILIDAD: 17 °C, SOLUBILIDAD: (20 °C) SOLUBLE, FRASCO DE PLÁSTICO DE UN LITRO Y EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA QUE CUENTE CON ESAS CARACTERÍSTICAS, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDAS 33, 34, 35, 39, 40 Y 43 NO CUMPLE TODA VEZ QUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA. -----

PARTIDA 36 NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO TODA VEZ QUE OFERTA CLORURO FÉRRICO TETRAHIDRATADO Y EN EL ANEXO TÉCNICO NO SE ESPECIFICA QUE SE REQUIERA CON ESA CARACTERÍSTICA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDAS 37 Y 38 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA CARACTERÍSTICA DE GRADO ANALÍTICO, LA CUAL FUE SOLICITADA, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

PARTIDA 41 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICAN CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE, NI VOLUMEN, LAS CUALES FUERON SOLICITADAS, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

**2.- OPERADORA CENTRAL HCK, S.A.P.I. DE C.V.-** PRESENTA PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS PARTIDAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38 Y 41. DERIVADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA SE DETECTÓ QUE PARA LAS PARTIDAS 15, 20, 27, 28, 31 Y 32, **CUMPLE** CON EL 100% DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS APLICABLES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA" Y LAS ESPECIFICACIONES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES. -----

PARTIDA 4 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS YA QUE NO TIENE FICHA TÉCNICA, LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA". LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON DIFERENTES, SE SOLICITARON VÁSTAGOS CON MEDIDAS DE 120 MM Y 16 MM, LAS OFRECIDAS SON 100 MM Y 15 MM. SE SOLICITÓ SUMINISTRO COMPLETO, MANGUERA DE VERTIDO Y MATERIAL PARA MONTAJE EN LA PARED; TALES CARACTERÍSTICAS NO ESTÁN PRECISADAS EN LA INFORMACIÓN QUE ENVÍAN COMO "FICHA TÉCNICA", POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO". -----

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016  
RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARTIDA 5 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO TIENE FICHA TÉCNICA, LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA". EN LA PROPUESTA TÉCNICA OFERTAN MARCA WHEATON Y EL EN LA INFORMACIÓN QUE ENVÍAN COMO "FICHA TÉCNICA" INSCRIBEN MARCA KAVALIER. SE SOLICITÓ VASO CON CINCO MUESCAS, EL PROVEEDOR OFERTA VASO CON 10, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 6 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO TIENE FICHA TÉCNICA, LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ DIÁMETRO DE 80 MM Y TALLO DE 35 MM, EL PROVEEDOR INDICA DIÁMETRO DE 85 MM Y NO ESPECIFICA LA LONGITUD DEL TALLO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDAS 7, 8, 9, 19, 34, 37, 38 Y 41 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, NO TIENE FICHA TÉCNICA, ÚNICAMENTE ENVÍA LAS FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO, POR LO QUE SE TIENE POR NO PRESENTADO, SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA.

PARTIDAS 10 Y 11 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INSCRITA EN LA FICHA TÉCNICA, NO ESPECIFICA DIÁMETRO DE CUELLO, LA SOLICITADA ES DE 34 MM, PARA AMBAS PARTIDAS POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 12 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INSCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. NO ESPECIFICA DIÁMETRO DE CUELLO, LA SOLICITADA ES DE 42 MM, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 13 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INSCRITA EN LA QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA". SE SOLICITÓ PIPETA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, EL PROVEEDOR OFERTA PIPETA DE VIDRIO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 17 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORRESPONDE CON LA INSCRITA EN LA QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA", SE SOLICITÓ LONGITUD DEL RECIPIENTE DE 151 MM, EL PROVEEDOR NO ESPECIFICA DICHA MEDIDA EN LA INFORMACIÓN QUE ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA", POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 21 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS NO TIENE FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN LA INFORMACIÓN QUE EL PROVEEDOR ENVÍA COMO "FICHA TÉCNICA" NO SE ESPECIFICA EL MATERIAL DEL PRODUCTO, SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES IV.10.6 Y IV.10.18 DE LA CONVOCATORIA.

PARTIDA 22 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS NO TIENE FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ TAPA DE ROSCA O PRECINTABLE, CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 268 MM, DIÁMETRO INTERNO DE 253 MM Y

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA

N° IA-012NBU999-E106-2016

RELATIVA A

"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"

SEGUNDA CONVOCATORIA

ALTURA DE 263 MM; NINGUNO DE ESTOS DATOS SON ESPECIFICADOS POR EL PROVEEDOR EN LA INFORMACIÓN QUE ANEXA COMO "FICHA TÉCNICA", POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 23 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS NO TIENE FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ TAPA DE ROSCA O PRECINTABLE, CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 225 MM, DIÁMETRO INTERNO DE 210 MM Y ALTURA DE 156 MM; NINGUNO DE ESTOS DATOS SON ESPECIFICADOS POR EL PROVEEDOR EN LA INFORMACIÓN QUE ANEXA COMO "FICHA TÉCNICA", POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 24 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS NO TIENE FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ TAPA DE ROSCA O PRECINTABLE, CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 225 MM, DIÁMETRO INTERNO DE 184 MM Y ALTURA DE 138 MM; NINGUNO DE ESTOS DATOS SON ESPECIFICADOS POR EL PROVEEDOR EN LA INFORMACIÓN QUE ANEXA COMO "FICHA TÉCNICA", POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 25 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS NO TIENE FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ TAPA DE ROSCA O PRECINTABLE, CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 200 MM, DIÁMETRO INTERNO DE 184 MM Y ALTURA DE 138 MM; NINGUNO DE ESTOS DATOS SON ESPECIFICADOS POR EL PROVEEDOR EN LA INFORMACIÓN QUE ANEXA COMO "FICHA TÉCNICA", POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

PARTIDA 30 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: NO TIENE FICHA TÉCNICA. SE SOLICITÓ CAJA CON 12 PIEZAS, CON TINTA INODORA, SIN DISOLVENTES, NO TÓXICO, CON CLIP PARA FIJAR; NINGUNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS ES ESPECIFICADAS POR EL PROVEEDOR EN LA INFORMACIÓN ENVIADA COMO "FICHA TÉCNICA", POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTA PARTIDA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL IV.10.3 "OFERTA DISTINTOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

**III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.**

**1. ALMACÉN DE DROGAS, S.A. DE C.V.** DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS PARA LAS PARTIDAS 3, 4, 27, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, SE DETERMINÓ QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MEDIANA DE LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS EN LAS PARTIDAS 15 Y 28, SE DETERMINÓ QUE EL PRECIO OFERTADO PARA ESTAS PARTIDAS NO ES ACEPTABLE, TODA VEZ QUE ES SUPERIOR AL 10 % DE LA MEDIANA DE LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN LOS NUMERALES III.17 Y III.18 DE LA CONVOCATORIA.

**2. OPERADORA CENTRAL HCK, S.A.P.I. DE C.V.** DERIVADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA PROPUESTA ECONÓMICA Y A LA DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA, SE DETECTÓ QUE CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN EL APARTADO VI.3 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA".

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016

RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

DERIVADO DEL ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO PARA LA PARTIDA 32, SE DETERMINÓ QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MEDIANA DE LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS EN LAS PARTIDAS 15, 20, 27, 28 Y 31, SE DETERMINÓ QUE EL PRECIO OFERTADO PARA ESTAS PARTIDAS NO ES ACEPTABLE, TODA VEZ QUE ES SUPERIOR AL 10 % DE LA MEDIANA DE LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, POR LO QUE SE DESECHA SU PROPUESTA PARA ESTAS PARTIDAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN LOS NUMERALES III.17 Y III.18 DE LA CONVOCATORIA.

**IV.-FALLO.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 36, 37 DE LA LEY Y 51 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL III.18 "ACTO DE FALLO" DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° IA-012NBU999-E106-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA", SEGUNDA CONVOCATORIA Y TODA VEZ QUE CUMPLEN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS APLICABLES TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA Y POR HABER RESULTADO A TRAVÉS DEL CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN BINARIA PROPUESTAS SOLVENTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, EMITE EL SIGUIENTE FALLO.

1. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **ALMACÉN DE DROGAS, S.A. DE C.V.**, POR LAS PARTIDAS 3, 4, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Y 54, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$217,276.93 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.)** CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	HRAEI-MA7489	25400201	CEPILLO PARA FRASCO, CERDA NATURAL SOBRE ALAMBRE, EXTREMO CON HAZ DE CERDAS PARA LIMPIAR FONDO DEL VASO, CON ANILLO PARA COLGAR, LONGITUD TOTAL DE 420MM, RIBETE: LONGITUD 140MM Y DIÁMETRO DE 55MM. MATERIAL AUXILIAR DE LABORATORIO.	PIEZA	13	\$33.00	\$429.00
4	HRAEI-MA7490	25400365	PANEL DE SECADO. CON CANAL DE GOTEO ANCHO INTEGRADO. LOS VÁSTAGOS SE PUEDEN POSICIONAR A VOLUNTAD. LOS ORIFICIOS PARA LOS VÁSTAGOS ESTÁN CERRADOS AL FONDO, POR LO TANTO NO PUEDE HABER FUGAS DE AGUA HACIA LA PARED. APROPIADO P. EJ. PARA PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO DE HASTA 250 ML Y VASOS DE PRECIPITADOS DE HASTA 1000 ML. SUMINISTRO COMPLETO CON MANGUERA DE VERTIDO Y MATERIAL PARA MONTAJE EN LA PARED. 72 VÁSTAGOS INCLUIDOS (Ø 16 MM, L 120 MM).	PIEZA	5	\$4,100.00	\$20,500.00

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016  
RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27	HRAEI-SQ0104	25500072	JARRA DE TREN DE TINCIÓN -TÉCNICA HISTOLÓGICA- (FABRICADA EN ACETAL, RESISTENTE A XILENO, DE BASE AMPLIA, PARA TRABAJAR CON VOLÚMENES DE 80ML.) CON CAPACIDAD PARA 12 PORTAOBJETOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	PIEZA	12	\$2,875.50	\$34,506.00
45	HRAEI-PQ0037	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI COMPLEMENTO C1Q/FITC HUMANO F 0254 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN C1Q COMPLEMENT/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. PRODUCED FROM A PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM. F 0254 IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15, MMOL/L NAN <sub>3</sub> , PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 25 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF ANTIBODY TO REACH EQUIVALENCE POINT). F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. VIAL CON 2.0ML. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.	VIAL	1	\$12,945.80	\$12,945.80
46	HRAEI-PQ0038	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI COMPLEMENTO C3C/FITC HUMANO F 0201 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN C3C COMPLEMENT/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0201 IS THE PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM CONJUGATED WITH FLUORESCCEIN ISOTHIOCYANATE ISOMER 1. THE CONJUGATE IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN <sub>3</sub> , PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 400 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF CONJUGATE TO REACH EQUIVALENCE POINT).F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. VIAL CON 2.0ML. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.	VIAL	1	\$12,945.80	\$12,945.80
47	HRAEI-PQ0039	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI COMPLEMENTO C4C/FITC HUMANO F 0169 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN C4C COMPLEMENT/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0169 IS INTENDED FOR THE DEMONSTRATION OF COMPLEMENT C4, C4B AND C4C IN TISSUE SECTIONS.F 0169 IS THE PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM CONJUGATED WITH FLUORESCCEIN ISOTHIOCYANATE ISOMER 1. THE CONJUGATE IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN <sub>3</sub> , PH 7.2. F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.	VIAL	1	\$12,945.80	\$12,945.80
48	HRAEI-PQ0040	25100049	ANTICUERPO CONJUGADO POLICLONAL DE CONEJO ANTI FIBRINÓGENO/FITC HUMANO F 0111 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN FIBRINOGEN/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0111 IS INTENDED FOR THE	VIAL	1	\$12,945.80	\$12,945.80

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016  
RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			DEMONSTRATION OF FIBRIN IN TISSUE SECTIONS (1), AND MAY ALSO BE USED FOR OTHER IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES.F 0111 IS THE PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM CONJUGATED WITH FLUORESCIN ISOTHIOCYANATE ISOMER 1. THE CONJUGATE IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN3, PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 100 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF ANTIBODY TO REACH EQUIVALENCE POINT). F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.				
49	HRAEI-PQ0041	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI IGA/FITC HUMANO F 0204 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN IGA/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0204 IS INTENDED FOR DEMONSTRATION OF HUMAN IGA IN TISSUES, AND MAY ALSO BE USED FOR OTHER IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES. THE ANTI-HUMAN IGA CONJUGATE, F 0204, HAS BEEN PRODUCED FROM A PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM. F 0204 IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN3, PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 200 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF ANTIBODY TO REACH EQUIVALENCE POINT).F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. VIAL CON 2.0ML. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.	VIAL	1	\$12,945.80	\$12,945.80
50	HRAEI-PQ0042	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI IGG/FITC HUMANO F 0202 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN IGG/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0202 IS INTENDED FOR DEMONSTRATION OF HUMAN IMMUNOGLOBULINS IN TISSUES, AND MAY ALSO BE USED FOR OTHER IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES. THE ANTI-HUMAN IGG CONJUGATE, F 0202, HAS BEEN PRODUCED FROM A PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM. F 0202 IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN3, PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 400 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF ANTIBODY TO REACH EQUIVALENCE POINT).F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. VIAL CON 2.0ML. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.	VIAL	1	\$12,945.80	\$12,945.80
51	HRAEI-PQ0043	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI IGM/FITC HUMANO F 0203 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN IGM/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0203 IS INTENDED FOR DEMONSTRATION OF HUMAN IGM IN TISSUES,	VIAL	1	\$12,945.80	\$12,945.80

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016  
RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			AND MAY ALSO BE USED FOR OTHER IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES. THE ANTI-HUMAN IGM CONJUGATE, F 0203, HAS BEEN PRODUCED FROM A PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM. F 0203 IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN3, PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 400 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF ANTIBODY TO REACH EQUIVALENCE POINT). F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. VIAL CON 2.0ML.				
52	HRAEI-PQ0044	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI CADENAS LIGERAS KAPPA/FITC HUMANAS F 0198 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN IGM/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0198 IS INTENDED FOR DEMONSTRATION OF KAPPA LIGHT CHAINS IN TISSUES, AND MAY ALSO BE USED FOR OTHER IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES. FROM A PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM. F 0198 IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN3, PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 200 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF ANTIBODY TO REACH EQUIVALENCE POINT). F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. VIAL CON 2.0ML. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.	VIAL	1	\$13,619.20	\$13,619.20
53	HRAEI-PQ0045	25100049	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI CADENAS LIGERAS LAMBDA/FITC HUMANAS F 0199 (POLYCLONAL RABBIT ANTI-HUMAN IGM/FITC) PARA INMUNOFLUORESCENCIA EN CORTES HISTOLÓGICOS. F 0199 IS INTENDED FOR DEMONSTRATION OF LAMBDA LIGHT CHAINS IN TISSUES, AND MAY ALSO BE USED FOR OTHER IMMUNOFLUORESCENCE TECHNIQUES. THE ANTI-HUMAN LAMBDA LIGHT CHAINS CONJUGATE, F 0199, HAS BEEN PRODUCED FROM A PURIFIED IMMUNOGLOBULIN FRACTION OF RABBIT ANTISERUM. F 0199 IS PROVIDED IN LIQUID FORM IN PHOSPHATE BUFFER CONTAINING 15 MMOL/L NAN3, PH 7.2. ANTIBODY TITRE: 200 MG/L (MG OF ANTIGEN TO BE ADDED TO 1 L OF ANTIBODY TO REACH EQUIVALENCE POINT). F/P RATIO: E495 NM/E278 NM = 0.65 ± 0.05 CORRESPONDING TO A MOLAR FITC/PROTEIN RATIO OF 2.5. VIAL CON 2.0ML. ESTA PARTIDA SE SURTE EN 2 VIALES DE 1 ML CADA UNO.	VIAL	1	\$13,619.20	\$13,619.20
54	HRAEI-PQ0046	25100049	MEDIO DE MONTAJE PARA FLUORESCENCIA. PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. PARA CORTES TISULARES, EXTENDIDOS CELULARES Y CYTOSPIN TEÑIDOS CON FLUOROCROMOS PARA VISUALIZAR EN MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA. (15 ML DE MEDIO DE MONTAJE CONTIENE AGENTE ANTI-FADING Y 0.15MMOL/L DE SODIUM AZIDE. FRASCO DE 15ML. ESTE PRODUCTO SE SURTE EN FRASCO DE 25 ML, EL PRODUCTO SE CALCULO CONTRA	FRASCO	5	\$2,802.74	\$14,013.70

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
**N° IA-012NBU999-E106-2016**  
RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SU REQUERIMIENTO TOTAL DE 75 ML.				
						<b>SUBTOTAL</b>	\$187,307.70
						I.V.A.	\$29,969.23
						<b>TOTAL</b>	<b>\$217,276.93</b>

2. SE ADJUDICA PEDIDO AL LICITANTE **OPERADORA CENTRAL HCK, S.A.P.I. DE C.V.**, POR LA PARTIDA 32, CONSIDERANDO LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, POR UN MONTO TOTAL DE **\$16,175.04 (DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)** CONFORME A LO SIGUIENTE:

PARTIDA	CLAVE HRAEI	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	HRAEI-PQ0008	25900008	SOLUCIÓN 3B DE PAPANICOLAOU SOLUCIÓN POLÍCROMA EA 50, DENSIDAD: 0.82 G/CM3 (20 °C), PUNTO DE INFLAMABILIDAD: 17 °C, SOLUBILIDAD: (20 °C) SOLUBLE. FRASCO DE PLÁSTICO DE UN LITRO.	FRASCO	7	\$1,992.00	\$13,944.00
						<b>SUBTOTAL</b>	\$13,944.00
						I.V.A.	\$2,231.04
						<b>TOTAL</b>	<b>\$16,175.04</b>

SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DECLARAN DESIERTAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 43, TODA VEZ QUE NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y JUNTA DE ACLARACIONES. LAS PARTIDAS 18, 26, 29, 42, 44 Y 55 DERIVADO DE QUE NO SE PRESENTARON PROPUESTAS PARA ESTAS PARTIDAS. LAS PARTIDAS 15, 20, 28 Y 31, POR RESULTAR PRECIOS NO ACEPTABLES, CONFORME A LOS PRECIOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA POR LA CONVOCANTE, MISMA DE LA QUE SE ADJUNTA COPIA A LA PRESENTE ACTA DE FALLO.

**V.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.**

SE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL PRESENTE FALLO, EN LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM. 34.5, EDIFICIO "A-2", TERCER PISO, COLONIA ZOQUIAPAN, IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, EXT. 1190, 1591 Y 1278, A FIN DE INICIAR LOS TRÁMITES DE FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE.

EL PEDIDO SE FIRMARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL PRESENTE FALLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY.

CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 37, SEXTO PÁRRAFO DE LA LEY, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PEDIDO QUE SE ORIGINEN DE LA ADJUDICACIÓN NOTIFICADA MEDIANTE EL PRESENTE FALLO, SON EXIGIBLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL MISMO.




**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN  
DEL ACTO DE FALLO**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA  
N° IA-012NBU999-E106-2016  
RELATIVA A  
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO  
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA"  
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE LA PRESENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA (CONVOCANTE), PARA SU CONSULTA, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [WWW.COMPRANET.GOB.MX](http://WWW.COMPRANET.GOB.MX). ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO, RUBRICAN AL CALCE Y FIRMAN AL FINAL DE LA MISMA PARA EFECTOS DE CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO, A LOS QUE SE HACE ENTREGA DE COPIA SIMPLE DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE DOCE FOJAS ÚTILES, DANDO POR TERMINADO ESTE ACTO SIENDO LAS 12:50 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

**POR LA CONVOCANTE**

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DRA. DAFNE THAMARA AYALA DÁVILA	RESPONSABLE DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° IA-012NBU999-E106-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA", SEGUNDA CONVOCATORIA.

-----**FIN DE ACTA**-----

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ITAPALUCA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2016

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

PARTIDA	CLAVE RIBS	CUODP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MÉTODOS		COMPAÑET		IA-21281998-284-2016		FO-COMPA 01-09-2016 AL 04-09-2016		MEDIANA					
						CONTRATO NÚMERO	CONTRATO NÚMERO	BARBARA SALGADO JUÁREZ	RICARDO CALDERÓN LOPEZ	RAMÓN CONTRERAS IBARRA	GRUPO EMPRESARIAL DIAL S.A. DE C.V.	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	APIELAR DE MÉXICO S.A. DE C.V.		BARBARA JUÁREZ	RAMÓN CONTRERAS IBARRA	GRUPO EMPRESARIAL DIAL S.A. DE C.V.	LAB TECH IN S.A. DE C.V.	TECNO S.A. DE C.V.
15	HR16-200206	2500006	PIZCAS 250ML	PIEZA	2	HR16-INV-030-2016	HR16-INV-030-2016	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44	\$148.44
20	HR16-200208	2700018	MASCARILLA CON FILTRO ANTIGASES DE SOLVENTES ORGANICOS	PIEZA	5			\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
28	HR16-200207	2600027	CESTILO PARA MARRA DE FIBRA DE FIBRA, TÉCNICA HISTOLÓGICA, FORTIFICADO EN ACT. AL RESISTENTE EN ALCOHOL PARA 12 PORTAFILTROS ESTERILIZABLE EN ALCOHOL	PIEZA	13			\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
31	HR16-200207	2610003	ALCOHOL ETILICO 96% (CETANOL) PARA USO EN TÉCNICA HISTOLÓGICA Y CITOPATOLOGÍA	FRASCO	275	HR16-INV-030-2016	HR16-INV-030-2016	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00	\$66.00

OBSERVACIONES:

REVISÓ

LIC. MYRMA FERNANDA FERRUTZ CERVANTES  
 RESPONSABLE DE LICITACIONES

ELABORÓ

LIC. BELEN JANBERT JANBERT

Vo.Bo.

LIC. JESUS ANTONIO CARBAZ GRANADOS  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES