

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

SIENDO LAS 18:00 HORAS, DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2017, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, EL DR. ALFREDO RAMÍREZ BERMEJO, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE, LA LIC. VERÓNICA HÉRNANDEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA RESPONSABLE DE COORDINAR LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, EL LIC. CÉSAR CASANOVA ESPINOSA Y EL LIC. ARTURO ROBERTO CALVO SERRANO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-012NBU999-E139-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. RODOLFO RULE GÓMEZ, POR PARTE DE LA EMPRESA OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN CALIDAD DE OBSERVADOR. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON NUMERAL III.12 "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESENTARON EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN, MISMO QUE FUE ENVIADO A TRAVÉS DE COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO. DE LOS SIGUIENTES LEICITANTES: (SE ADJUNTA CARATULA DEL SISTEMA COMPRANET) -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE PREGUNTAS
1	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	COMPRANET	10
2	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	8
3	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	9

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, FUE ASISTIDO POR LA LIC. VERÓNICA HÉRNANDEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA RESPONSABLE DE COORDINAR LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA QUIEN SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL PRESIDENTE EN ESTE ACTO. -----

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE, A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y A SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS. -----

ACLARACIÓN 1. SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EN RELACIÓN AL INCISO 9 DEL NUMERAL VI.2 "DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA", DEBERÁN TRAMITAR EL ESCRITO DE AUTORIZACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DESARROLLO DE OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE IXTAPALUCA, S.A.P.I. DE C.V., UBICADAS EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530, EDIFICIO B, PISO 1, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS. -----

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

ACLARACIÓN 2. DICE: VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 6) REGISTROS SANITARIOS: LOS REGISTROS DEBERÁN CORRESPONDER A LOS MISMOS RENGLONES DE LOS CUALES PRESENTA CARTA DE APOYO DE FABRICANTE Y/O DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO (ADJUNTANDO CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DONDE LO AUTORIZA A DAR APOYO EN ESPECÍFICO PARA ESTA LICITACIÓN).

DEBE DECIR: VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 6) REGISTROS SANITARIOS: LOS REGISTROS DEBERÁN CORRESPONDER A LOS MISMOS RENGLONES DE LOS CUALES PRESENTA CARTA DE APOYO DE FABRICANTE Y/O DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO (ADJUNTANDO CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE DONDE LO AUTORIZA A DAR APOYO EN ESPECÍFICO PARA ESTA LICITACIÓN), O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

ACLARACIÓN 3. ANEXO TÉCNICO. SE ELIMINAN LOS RENGLONES 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345 Y 1346, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN DUPLICADOS CON LOS RENGLONES 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335 Y 1336, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

RENGLÓN	CLAVE HRAEI	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA SUGERIDA
1327	HRAEI-MA4535	F.C.B.	25400100	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO O ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 1,40-38 MM CALIBRE: 17 G. *PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTAS CLAVES DEBERÁ ACATARSE EL MATERIAL ESPECÍFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCIÓN.	PIEZA	25	BD
1328	HRAEI-MA7609	060.166.5204	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 14 G. 45-52 MM.	ENVASE	100	BD
1329	HRAEI-MA7610	060.166.4212	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 16 G. 28-34 MM.	ENVASE	100	BD
1330	HRAEI-MA7611	060.166.4220	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 16 G. 45-52 MM.	ENVASE	100	BD
1331	HRAEI-MA7612	060.166.4238	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 18 G. 28-34 MM.	ENVASE	100	BD
1332	HRAEI-MA7613	060.166.4246	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 18 G. 45-52 MM.	ENVASE	100	BD

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

REGLÓN	CLAVE HRAEI	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	CUCOP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA SUGERIDA
1333	HRAEI-MA7614	060.166.4253	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 20 G. 28-34 MM.	ENVASE	100	BD
1334	HRAEI-MA7615	060.166.4261	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 20 G. 23-27 MM.	ENVASE	100	BD
1335	HRAEI-MA7616	060.166.4279	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 22 G. 23-27 MM.	ENVASE	100	BD
1336	HRAEI-MA7617	060.166.4287	25400100	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 24 G. 17-24 MM.	ENVASE	100	BD
1337	HRAEI-MA7631	F.C.B.	25400181	ELECTRODO AUTOADHERIBLE REDONDO ULTRASTIM-X DE 5 CM PARA ELECTROESTIMULACIÓN	PAQUETE DE 4 PIEZAS	72	AXELGAARD
1338	HRAEI-MA7632	F.C.B.	25400181	ELECTRODO AUTOADHERIBLE CUADRADO VALUTRODE DE 5X5 CM PARA ELECTROESTIMULACIÓN	PAQUETE DE 4 PIEZAS	72	AXELGAARD
1339	HRAEI-MA7633	F.C.B.	25400181	ELECTRODO AUTOADHERIBLE FACIL REDONDO DE 2.5 CM PARA ELECTROESTIMULACIÓN	PAQUETE DE 4 PIEZAS	72	AXELGAARD
1340	HRAEI-MA7634	F.C.B.	25400133	COMPRESA CALIENTE ESTÁNDAR DE 25X30CM	PIEZA	12	HYDROCOLLATOR
1341	HRAEI-MA7635	F.C.B.	25400133	COMPRESA CALIENTE LUMBAR (RECTANGULAR) DE 38X61CM	PIEZA	12	HYDROCOLLATOR
1342	HRAEI-MA7636	F.C.B.	25400133	COMPRESA CALIENTE HOMBRO - RODILLA DE 25 X 51 CM	PIEZA	12	HYDROCOLLATOR
1343	HRAEI-MA7637	F.C.B.	25400133	COMPRESA CALIENTE CERVICAL DE 18 X 60 CM	PIEZA	12	HYDROCOLLATOR
1344	HRAEI-MA7638	F.C.B.	25400049	BARRAS DE PARAFINA TERAPÉUTICA DE 1 LIBRA	PIEZA	150	FERDY
1345	HRAEI-MA7639	F.C.B.	25400015	AGUJAS HIPODÉRMICAS CON PABELLON LUER - LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD 38 MM CALIBRE 27 G.	PIEZA	120	BD
1346	HRAEI-MA7640	F.C.B.	25400015	AGUJAS HIPODÉRMICAS CON PABELLON LUER - LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD 23 MM CALIBRE 30 G.	PIEZA	120	BD
1347	HRAEI-MA3628	F.C.B.	25400005	PREMIXSLIP LUBRICANTE DE ACEITE MINERAL, SOLUBLE AL AGUA	GALON	24	PREMIXSLIP
1348	HRAEI-MA3835	F.C.B.	25400548	SURGISTAIN ANTIOXIDANTE, PICADURAS MANCHAS Y CORROSIÓN. GALÓN.	GALON	24	SURGISTAIN

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature and a blue checkmark.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"**

1. HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. RENGLÓN 156, CLAVE 060.165.0849 LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL CALIBRE 1.9 A 3.0 FR. PIEZA. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE EVITAR MULTIPUNCIONES Y LESIONES AL CAPITAL VENOSO DEL PACIENTE NEONATO, ¿DICHO CATÉTER DEBERÁ DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS?: DOBLE VÍA, 2 FR LONG 300 MM, 24 G, PUR BIO-ESTABLE, TERMOSENSIBLE. VOLUMEN MUERTO 2 X 0.2 ML, FLUJO 1.45 ML/MIN X 2 VÍAS. CON INTRODUTOR PELABLE CORTO MICROFLASH 20 G Y CINTA MÉTRICA INCLUIDA, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP, UNA VÍA IDENTIFICADA CON LUER VERDE Y LA OTRA VÍA IDENTIFICADA CON LUER NARANJA, CON TRES BIONECTORES LIBRES DE AGUJA, LONG 23.90 MM, CON UN VOLUMEN MUERTO 0.02 ML, FLUJO 170 ML/MIN. CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATÉTER AUTO-ADHERIBLE, HIPOALERGENICO, CON VELCRO INTEGRADO. PUNTA NEGRA PARA VERIFICAR EXTRACCIÓN SEGURA TRANSICIÓN PROGRESIVA ENTRE EL CATÉTER Y LA MARIPOSA DE FIJACIÓN PARA EVITAR LOS RIESGOS DE ACODAMIENTO O FRACTURA. MARCADO CENTIMÉTRICO Y DOBLE MARCAJE CADA 5 CM.-----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LA DESCRIPCIÓN CITADA ES EL COMPLEMENTO DEL BIEN SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 2. RENGLÓN 157, CLAVE 060.167.7974. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER PARA NEUMOTÓRAX CON VÁLVULA DE HEIMLICH CON AGUJA 18 G, CALIBRE 8 FR. PREGUNTA: ¿MI REPRESENTADA PUEDE OFERTAR EL SIGUIENTE PRODUCTO?: EQUIPO PARA DRENAJE PLEURAL NEONATAL CON TROCAR Y CONECTOR INTEGRADOS PARA EL SELLO DE AGUA, CALIBRE 8 FR. X 8 CM DE LONGITUD. EQUIPO. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 3. RENGLÓN 160, CLAVE 060.165.0740. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 7 FR. PIEZA. PREGUNTA: ¿MI REPRESENTADA PUEDE OFERTAR EL SIGUIENTE PRODUCTO?: CÁMARA IMPLANTABLE DE TITANIO DE MUY BAJO PERFIL 3.5 GR, VOLUMEN MUERTO 0.17ML, ALTURA 8 MM, SUPERFICIE DE PUNCIÓN 0.53 CM², CATÉTER INTRA VENOSO DE SILICONA 6.6 FR, ENTERAMENTE RADIO PACO ORX, DE 80 CM DE LONG Y MANGUITO ANTI ACODAMIENTO, MARCADO CENTIMÉTRICO EN TODO LO LARGO DEL CATÉTER, CATÉTER SEPARABLE, COMPATIBLE CON IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA, GUÍA DE CATÉTER, ADAPTADOR PARA PURGAR CATÉTERES SEPARABLES, AGUJA CON BISEL HUBER, AGUJA HUB SITE DE 22 GA X 20 ML, PROLONGADOR DE POLIURETANO PARA PROFUSIÓN, 1 DESILET 7FR CON FAJA PELABLE, UNA JERINGA DE 10 ML, 1 AGUJA DE TUNELIZACIÓN, GÍA DE NITINOL INDEFORMABLE MARCADA CADA 10 CM, CON PUNTA EN "J" Y RECUBRIMIENTO DE TEFLON, SISTEMA ANTI RETORNO BLS.-

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 4. RENGLÓN 1065 LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER PERCUTÁNEO NUTRILINE TWINFLOW VYON 2 FR. PREGUNTA: ¿LAS CARACTERÍSTICAS DEL CATETER ANTES MENCIONADO DEBE DE CONTAR CON LAS SIGUIENTES BONDADDES?: CATÉTER VENOSO CENTRAL, NUTRILINE TWINFLO DOBLE VÍA, 2 FR LONG 300 MM, 24 G, PUR BIO-ESTABLE, TERMOSENSIBLE. VOLUMEN MUERTO 2 X 0.2 ML, FLUJO 1.45 ML/MIN X 2 VÍAS. CON INTRODUTOR PELABLE CORTO MICROFLASH 20 G Y CINTA MÉTRICA INCLUIDA, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP, UNA VÍA IDENTIFICADA CON LUER VERDE Y LA OTRA VIA IDENTIFICADA CON LUER NARANJA, CON TRES BIONECTORES LIBRES DE AGUJA, LONG

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
**"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"**

23.90 MM, CON UN VOLUMEN MUERTO 0.02 ML, FLUJO 170 ML/MIN. CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATÉTER AUTO-ADHERIBLE, HIPOALERGENICO, CON VELCRO INTEGRADO. PUNTA NEGRA PARA VERIFICAR EXTRACCIÓN SEGURA TRANSICIÓN PROGRESIVA ENTRE EL CATÉTER Y LA MARIPOSA DE FIJACIÓN PARA EVITAR LOS RIESGOS DE ACODAMIENTO O FRACTURA. MARCADO CENTIMÉTRICO Y DOBLE MARCAJE CADA 5 CM.-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 5. RENGLÓN 1065. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER PERCUTÁNEO NUTRILINE TWINFLOW VYGON 2 FR. PREGUNTA: EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ENUNCIA LA MARCA "VYGON", SIN EMBARGO EN LA CASILLA DE "MARCA SUGERIDA O DE SUPERIORES CARACTERÍSTICAS" APARECE N/A, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR EL NOMBRE DE LA MARCA?, YA QUE EN EL MERCADO LA ÚNICA MARCA QUE CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DE "NUTRILINE TWINFLO" ES "VYGON".-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MARCAS QUE APARECEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA SON DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, PRODRÁN OFERTAR BIENES DE LAS MARCAS QUE REPRESENTEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 6. RENGLÓN 1109. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER CÓDIGOS: 157.114. CATÉTER DE POLIURETANO HEMO Y BIOCOMPATIBLE. CONTIENE: UNA ALETA DE FIJACIÓN AMOVIBLE, 1 JERINGA 5ML, 1 BISTURÍ, 3 TAPONES CON MEMBRANA. PREGUNTA: EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HACE MENCIÓN AL CÓDIGO "157.114", EL CUAL CORRESPONDE AL CATÉTER : CATÉTER MULTICATH SELDINGER PEDIÁTRICO DOBLE VÍA 3 FR, INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIOPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, AGUJA O CATÉTER CORTO PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA DE PUNCIÓN DIAM. EXT. .08 MM G-22, CATÉTER CORTO G22, GUÍA METÁLICA RECTA, UN DILATADOR, UN TAPÓN CON MEMBRANA, UNA JERINGA 5 ML, UN BISTURÍ, LA LONGITUD DEL CATÉTER 10 CM., DIAM. EXT. 1,0 MM, VÍAS DISTAL 22 G, PROXIMAL 22 G, GUÍA RECTA DE NITINOL LONG. 50 CM., DIÁMETRO 0,30 MM CON UN DILATADOR DICHO CATÉTER CORRESPONDE A LA MARCA VYGON. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DE MI REPRESENTADA?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MARCAS QUE APARECEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA SON DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, PODRÁN OFERTAR BIENES DE LAS MARCAS QUE REPRESENTEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 7. RENGLÓN 1110. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER CÓDIGOS: 1203.123. CATÉTER DE POLIURETANO HEMO Y BIOCOMPATIBLE. CONTIENE: UNA ALETA DE FIJACIÓN AMOVIBLE, 1 JERINGA 5ML, 1 BISTURÍ, 3 TAPONES CON MEMBRANA. PREGUNTA: EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HACE MENCIÓN AL CÓDIGO "1203.123", EL CUAL CORRESPONDE AL CATÉTER: CATÉTER DOBLE LUMEN 4.5FR, LONGITUD 12.5 CM DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO-ESTABLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, LUMEN INTERNO DE LA VÍA PROXIMAL 20G, VÍA DISTAL 20G, CON AGUJA INTRODUCIDORA 21G LONGITUD 40 MM Y JERINGA DE 5ML, UNA GUÍA METÁLICA RECTA LONGITUD 40CM Y DIÁMETRO 0.5MM CON UN DILATADOR. DICHO CATÉTER CORRESPONDE A LA MARCA VYGON. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DE MI REPRESENTADA?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MARCAS QUE APARECEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA SON DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, PODRÁN OFERTAR BIENES DE LAS MARCAS QUE REPRESENTEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

Handwritten signatures and marks on the right margin:
- A large signature at the top right.
- A signature below it.
- A signature below that.
- A signature below that.
- A signature below that.
- A signature below that.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"**

PREGUNTA 8. RENGLÓN 1111. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER CÓDIGOS: 1231.123. CATÉTER DE POLIURETANO HEMO Y BIOCOMPATIBLE. CONTIENE: UNA ALETA DE FIJACIÓN AMOVIBLE, 1 JERINGA 5ML, 1 BISTURÍ, 3 TAPONES CON MEMBRANA. **PREGUNTA:** EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO HACE MENCIÓN AL CÓDIGO "1231.123", EL CUAL CORRESPONDE AL CATÉTER: CATÉTER TRIPLE LUMEN 4.5FR, LONGITUD 12.5 CM DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO-ESTABLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL, MEDIAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, LUMEN INTERNO DE LA VÍA PROXIMAL 20G, MEDIAL 23G, VÍA DISTAL 23G, CON AGUJA INTRODUCIDORA 21G LONGITUD 40 MM Y JERINGA DE 5ML, UNA GUÍA METÁLICA RECTA LONGITUD 40CM Y DIÁMETRO 0.5MM CON UN DILATADOR. DICHO CATÉTER CORRESPONDE A LA MARCA VYGON. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN DE MI REPRESENTADA? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MARCAS QUE APARECEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA SON DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, PODRÁN OFERTAR BIENES DE LAS MARCAS QUE REPRESENTEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 9. RENGLÓN 1191. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER PICC LARGO. **PREGUNTA:** CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN CATÉTER QUE SIRVA TANTO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO ADULTOS, ¿SE ACEPTA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN?: CATÉTER PERIFÉRICO CENTRAL PICC, POLIURETANO BIO ESTABLE, ENTERAMENTE ORX, PARA ACCESOS DE MEDIANA Y LARGA DURACIÓN, CON MANDRIL, ALETA DE FIJACIÓN Y PROLONGADOR INCORPORADOS, MARCADO CENTIMÉTRICO Y CADA 5CM, LONG. 60 CM, 4.5 FR 2 VÍAS, CATÉTER INTRODUCIDOR CORTO PELABLE 14 GA, PROVISTO DE CINTA MÉTRICA, 2 BIONECTORES Y SISTEMA DE FIJACIÓN HIPOALERGENICA, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 10. RENGLÓN 1208 LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER PUERTO PEDIÁTRICO VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE: 7 FR, PERFIL BAJO, LONGITUD 5 CM, D.I, 1.3 MM, CHAROLA INTERMEDIA. **PREGUNTA:** ¿MI REPRESENTADA PUEDE OFERTAR EL SIGUIENTE PRODUCTO?: CÁMARA IMPLANTABLE DE TITANIO DE MUY BAJO PERFIL 3.5GR, VOLUMEN MUERTO 0.17ML, ALTURA 8 MM, SUPERFICIE DE PUNCIÓN 0.53 CM², CATÉTER INTRA VENOSO DE SILICONA 6.6 FR, ENTERAMENTE RADIO PACO ORX, DE 80 CM DE LONG Y MANGUITO ANTI ACODAMIENTO, MARCADO CENTIMÉTRICO EN TODO LO LARGO DEL CATÉTER, CATÉTER SEPARABLE, COMPATIBLE CON IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉTICA, GUÍA DE CATÉTER, ADAPTADOR PARA PURGAR CATÉTERES SEPARABLES, AGUJA CON BISEL HUBER, AGUJA HUB SITE DE 22 GA X 20 ML, PROLONGADOR DE POLIURETANO PARA PROFUSIÓN, 1 DESILET 7FR CON FAJA PELABLE, UNA JERINGA DE 10ML, 1 AGUJA DE TUNELIZACIÓN, GÍA DE NITINOL INDEFORMABLE MARCADA CADA 10 CM, CON PUNTA EN "J" Y RECUBRIMIENTO DE TEFLON, SISTEMA ANTI RETORNO BLS. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

2. HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. NUMERAL 6). REGISTROS SANITARIOS, PÁRRAFO SÉPTIMO (PÁGINA 26). SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SÍ EN EL PÁRRAFO EN COMENTO EN LO RELATIVO A LOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

REGISTROS, DEBERÁN CONSIDERARSE LOS CORRESPONDIENTES A FABRICANTES, DISTRIBUIDORES PRIMARIOS Y DISTRIBUIDORES. -----

RESPUESTA: SE HA RESPONDIDO CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 2 DE LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 2. NUMERAL 13). FICHAS TÉCNICAS (PÁGINA 27). TOMANDO EN CUENTA QUE DE LOS INSUMOS SOLICITADOS, VARIOS POR SU TIPO, NO CUENTAN CON FICHA TÉCNICA, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SE ACEPTARÁN FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS. ANEXO TÉCNICO. -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE SE ACEPTARAN FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS. -----

PREGUNTA 3. RENGLÓN 477 (PÁGINA 61) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EL CATÉTER EN CALIBRE 5.0 FR Y DE 210 CM DE LONGITUD. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE LA DESCRIPCIÓN QUE OFERTA NO MENCIONA CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 4. RENGLÓN 478 (PÁGINA 61) SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE OFERTAR EL CATÉTER EN CALIBRE 5.0 FR Y DE 210 CM DE LONGITUD. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA YA QUE LA DESCRIPCIÓN QUE OFERTA NO MENCIONA CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 5. RENGLÓN 488 (PÁGINA 62) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI PODEMOS OFERTAR CLIP HEMOSTÁTICO DE ACERO INOXIDABLE DE 235 CM DE LONGITUD Y 11 MM DE DIÁMETRO, PARA ENDOSCOPIA. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 6. RENGLÓN 493 (PÁGINA 62) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CON EL DIÁMETRO DEL CEPILLO DE 2.1 MM Y EL DIÁMETRO EXTERNO DEL SISTEMA 8 FR. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 7. RENGLÓN 562 (PÁGINA 66) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR EN MEDIDA CALIBRE 10 FR X 9 CM DE LONGITUD. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 8. RENGLÓN 1029 (PÁGINA 102) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACEPTE OFERTAR DE TRIPLE LUMEN, CON LONGITUD DE 200 CM Y CALIBRE DEL CATÉTER 5.5 FR. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. RENGLÓN 2 ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA QUE TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL) REQUIERE EL CIRCUITO? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE SER DESECHABLE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA

Deu
[Handwritten signatures]

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE ANESTESIA DE 2 Y 3 LITROS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN SE ACEPTA? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EN QUE NUMERO REQUIERE LA MASCARILLA SOLICITADA? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MATERIAL EVA, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE EL CIRCUITO REQUERIDO DEBE SER PARA PACIENTE TIPO ADULTO, DESECHABLE, SE PUEDE ACEPTAR BOLSA DE ANESTESIA DE 2 Y 3 LITROS, EN NÚMEROS DE MASCARILLA 4 Y 5, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MARCAS QUE APARECEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA SON DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, PODRÁN OFERTAR BIENES DE LAS MARCAS QUE REPRESENTEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 2. RENGLÓN 5. ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO DE ANESTESIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE FOMENTA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE ACEPTA? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCATORIA NOS ESPECIFIQUE EN QUE NUMERO REQUIERE LA MASCARILLA SOLICITADA? -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MARCAS QUE APARECEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA SON DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, PODRÁN OFERTAR BIENES DE LAS MARCAS QUE REPRESENTEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. ASIMISMO, SE PRECISA QUE DEBERÁN OFERTAR MASCARILLA TIPO ADULTO DEL NÚMERO 5. -----

PREGUNTA 3. RENGLÓN 6. ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO DE ANESTESIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE FOMENTA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE ACEPTA? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCATORIA NOS ESPECIFIQUE EN QUE NUMERO REQUIERE LA MASCARILLA SOLICITADA? -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS MARCAS QUE APARECEN EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA SON DE REFERENCIA, SIN EMBARGO, PODRÁN OFERTAR BIENES DE LAS MARCAS QUE REPRESENTEN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. ASIMISMO, SE PRECISA QUE DEBERÁN OFERTAR MASCARILLA TIPO ADULTO DEL NÚMERO 3. -----

PREGUNTA 4. RENGLÓN 15 ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE SER DESECHABLE O REUSABLE? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE ES PARA ANESTESIA ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE EN DADO CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR REQUIERE UN CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DEBE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR EL CIRCUITO, ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DURANTE TODO EL TRAYECTO Y UN NIVEL DE CONDENSACIÓN IDEAL PARA EL PACIENTE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE CABLE CALENTADOR EN AMBAS RAMAS? ¿SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, REQUIERE TRAMPAS DE AGUA PARA EL CIRCUITO ESTO CON LA FINALIDAD DE PROVEER UNA BUENA SEGURIDAD TANTO AL PACIENTE COMO AL VENTILADOR ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN CASO DE REQUERIR TRAMPAS DE AGUA LAS REQUIERE PARA AMBAS RAMAS ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE

Handwritten signatures and marks on the right margin:
- A large signature at the top right.
- A signature in the middle right.
- A signature at the bottom right.
- A blue checkmark-like mark below the bottom signature.
- A blue checkmark-like mark at the very bottom right.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTO-LLENADO DESECHABLE? -----

RESPUESTA: EL CIRCUITO DEBE SER DESECHABLE, NO ES PARA ANESTESIA Y SE PRECISA QUE SE REQUIERE UN CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA, QUE CUENTE CON CABLE CALEFACTOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DURANTE TODO EL TRAYECTO Y UN NIVEL DE CONDENSACIÓN IDEAL PARA EL PACIENTE, ES INDISTINTO EL NÚMERO DE RAMAS, SE REQUIEREN CON TRAMPAS DE AGUA CON LA FINALIDAD DE PROVEER UNA BUENA SEGURIDAD TANTO AL PACIENTE COMO AL VENTILADOR. -----

PREGUNTA 5. RENGLÓN 16 ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE SER DESECHABLE O REUSABLE? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DEBE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR EL CIRCUITO, ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DURANTE TODO EL TRAYECTO Y UN NIVEL DE CONDENSACIÓN IDEAL PARA EL PACIENTE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE CABLE CALENTADOR EN AMBAS RAMAS? ¿SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE EN CASO DE SER NEGATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, REQUIERE TRAMPAS DE AGUA PARA EL CIRCUITO ESTO CON LA FINALIDAD DE PROVEER UNA BUENA SEGURIDAD TANTO AL PACIENTE COMO AL VENTILADOR ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN CASO DE REQUERIR TRAMPAS DE AGUA LAS REQUIERE PARA AMBAS RAMAS ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTO-LLENADO DESECHABLE?-----

RESPUESTA: SON CORRECTAS SUS APRECIACIONES Y SE PRECISA QUE EL CIRCUITO DEBE SER CON CÁMARA DE AUTO-LLENADO DESECHABLE. -----

PREGUNTA 6. RENGLÓN 48 ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO DE ANESTESIA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE FOMENTA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE ACEPTA? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCATORIA NOS ESPECIFIQUE EN QUE NUMERO REQUIERE LA MASCARILLA SOLICITADA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y SE PRECISA QUE EL NÚMERO DE MASCARILLA ES 1. -----

PREGUNTA 7. RENGLÓN 257 ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DURANTE TODO EL TRAYECTO Y UN NIVEL DE CONDENSACIÓN IDEAL PARA EL PACIENTE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE QUE EL CIRCUITO CUENTE CON LA VÁLVULA GENERADORA DE PRESIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA Y CORRECTA TERAPIA DE CPAP ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTO-LLENADO DESECHABLE -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE EL SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL PUEDE CONTENER O NO CALEFACTOR, CON VÁLVULA O SELLO DE AGUA Y NO DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTOLLENADO DESECHABLE. -----

Handwritten signatures and initials on the right margin:
Dell
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"**

PREGUNTA 8. RENGLÓN 258 ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DURANTE TODO EL TRAYECTO Y UN NIVEL DE CONDENSACIÓN IDEAL PARA EL PACIENTE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE QUE EL CIRCUITO CUENTE CON LA VÁLVULA GENERADORA DE PRESIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA Y CORRECTA TERAPIA DE CPAP ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTO-LLENADO DESECHABLE? -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE EL SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL PUEDE CONTENER O NO CALEFACTOR, CON VÁLVULA O SELLO DE AGUA Y NO DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTOLLENADO DESECHABLE. -----

PREGUNTA 9. RENGLÓN 259¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CABLE CALEFACTOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DURANTE TODO EL TRAYECTO Y UN NIVEL DE CONDENSACIÓN IDEAL PARA EL PACIENTE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE QUE EL CIRCUITO CUENTE CON LA VÁLVULA GENERADORA DE PRESIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA Y CORRECTA TERAPIA DE CPAP ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CIRCUITO QUE REQUIERE DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTO-LLENADO DESECHABLE? -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE EL SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL PUEDE CONTENER O NO CALEFACTOR, CON VÁLVULA O SELLO DE AGUA Y NO DEBE CONTAR CON CÁMARA DE AUTOLLENADO DESECHABLE. -----

UNA VEZ DADAS LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR EL LICITANTE, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, PROCEDIÓ A PREGUNTAR A LOS ASISTENTES SI TENÍAN ALGUNA OBSERVACIÓN O PREGUNTA A LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS, A LO QUE RESPONDIERON QUE NO. DE LA MISMA MANERA, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARÁN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE 14 HORAS Y MEDIA HORAS CONTADAS A PARTIR DE QUE EL SISTEMA REGISTRE LA PUBLICACIÓN DEL ACTA. ASIMISMO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARÁ LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE POR LO MENOS 2 HORAS POSTERIORES AL TÉRMINO DE LAS 14 HORAS Y MEDIA. -----







DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.COMPRANET.GOB.MX, SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-012NBU999-E139-2016
RELATIVA A:
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

ESTA ACTA, CONSTA DE ONCE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 8:30 HORAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LA CONVOCANTE:


NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DR. ALFREDO RAMÍREZ BERMEJO	REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE	
LIC. VERÓNICA HÉRNANDEZ GARCÍA	REPRESENTANTE DE LA RESPONSABLE DE COORDINAR LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	
LIC. CÉSAR CASANOVA ESPINOSA	REPRESENTANTE DE ASUNTOS JURÍDICOS	
LIC. ARTURO ROBERTO CALVO SERRANO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI	

PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR:

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
RODOLFO RULE GÓMEZ	OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA NO. LA-012NBU999-E139-2016, RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 2018 Y 2019"

-----FIN DE ACTA-----


[← Volver a la Lista](#)
 Publicación DOF

 Duplicar Procedimiento


...

Procedimiento : 780453 - ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2017, 2018 Y 2019

 Vigente

Expediente : 1242815 - ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2017, 2018 Y 2019

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 12/01/2017 05:00:00 PM

[Administración del Procedimiento](#)
[Monitoreo de Licitantes](#)
[Grupo de Evaluación](#)
[Fallo](#)
[Mensajes Unidad Compradora / Licitantes](#)
[Crear Mensaje](#)
[Mensajes Recibidos](#)
[Mensajes Enviados](#)
[Borrador de Mensajes](#)
[Mensajes Adjuntados](#)


...

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 RAFAEL RAMIREZ GUERRERO	05/01/2017 11:16 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	05/01/2017 11:44 AM	05/01/2017 11:44 AM	
2 RAFAEL RAMIREZ GUERRERO	05/01/2017 09:53 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	05/01/2017 10:20 AM	05/01/2017 10:20 AM	
3 INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EQUIPO MEDICO SA DE CV	04/01/2017 12:22 PM	INTERES EN PARTICIPACION	04/01/2017 01:38 PM	04/01/2017 01:38 PM	
4 HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.	04/01/2017 11:39 AM	Solicitud de aclaraciones	04/01/2017 01:36 PM	04/01/2017 01:36 PM	
5 HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES	04/01/2017 10:26 AM	JUNTA DE ACLARACIONES E INTERÉS EN PARTICIPAR	04/01/2017 01:01 PM	04/01/2017 01:01 PM	

Total 5

Pagina 1 de 1

