



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020, EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56530; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE Y LA LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA.-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12 "JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA" Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESENTARON EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DE COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO Y CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO. -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE PREGUNTAS
1	ABALAT, S.A. DE C.V.	COMPRANET	5
2	BIODIST, S.A. DE C.V.	COMPRANET	6
3	GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	7
4	LABORATORIOS LICON, S.A. DE C.V.	COMPRANET	1

DERIVADO DEL NÚMERO DE PREGUNTAS SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE CONTINUARA A LAS 12:00 PM CON RAZÓN DEL NÚMERO DE PREGUNTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES ANTES CITADOS, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LAS RESPUESTAS. (SE ADJUNTA CARATULA DEL SISTEMA COMPRANET) -----



Procedimiento : 892446 - ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Expediente : 2051118 - ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Fecha y hora de apertura de propuestas: 17/02/2020 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Editor de Mensajes | Mensajes Aprobados

Introducir filtro (usarlo para filtrar el contenido)

Remite	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	GRUPO RUVEL	10/02/2020 09:59 AM	Inscripción en participar y preguntas de JA	10/02/2020 10:45 AM	
2	LABORATORIOS LICON, S.A.	10/02/2020 09:20 AM	PREGUNTAS PARA PARTICIPAR EN JUNTA DE ACLARACIONES	10/02/2020 10:44 AM	
3	BIODIST, S.A. DE C.V.	10/02/2020 09:24 AM	Junta de Aclaraciones LA-012NBU999-E5-2020	10/02/2020 10:36 AM	
4	ABALAT, S.A. DE C.V.	07/02/2020 06:02 PM	PREGUNTAS ABALAT	10/02/2020 09:19 AM	

Total 4

Página 1 de 1



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

SIENDO LAS 12:00 PM SE CONTINUA CON EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020". -----

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA ACLARACIÓN POR PARTE DEL ÁREA CONTRATANTE.---

ACLARACIÓN 1. SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE NO HABER ASISTIDO A LA VISITA A LAS INSTALACIONES NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO POR LO QUE SE ELIMINA EL PUNTO IV.10.20. "NO PRESENTAR CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES" DEL NUMERAL IV.10. "CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES", LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL APARTADO 4.2.2.1.8. "REALIZAR VISITA A INSTALACIONES" DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ÚLTIMA REFORMA DOF 03-02-2016.-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, FUE ASISTIDO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL-ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL PRESIDENTE EN ESTE ACTO. -----

1.- ABALAT, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. SECCION III FORMA Y TÉRMINOS EN QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. IV. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. IV.I PRESENTACIÓN, FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. IV.1.1 DICE: PRESENTAR SU PROPORCIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET EN ARCHIVO FORMATO PDF Y EXCEL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUE CUAL QUE FORMATO DEBE DE IR EN FORMATO EXCEL, PROPUESTA TÉCNICA FORMATO 9 O PROPUESTA ECONÓMICA FORMATO 13 O DEBEN DE SER AMBOS. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA ES LA QUE ADEMÁS DE PRESENTARSE EN PDF EN FORMATO EXCEL DADA SU NATURALEZA. -----

PREGUNTA 2. SECCION V CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS FORMATOS SOLICITADOS EN ESTE APARTADO NO NOS APLIQUE PODEMOS INTEGRAR EL FORMATO CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿ESTO SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 3. SECCIÓN V CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES, VI.1. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN, INCISO 11) CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICE: DONDE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR TODO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO QUE SEA NECESARIO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, POR LO CUAL TENDRÁ QUE INCLUIR EN SU PROPUESTA EL COSTO DE LOS INSUMOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVARLOS A CABO, ASÍ COMO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL SOPORTE TÉCNICO, ESTE CAPACITADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE CUAL ES LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBEMOS INTEGRAR A NUESTRA PROPUESTA PARA ACREDITAR AL PERSONAL -----



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2020"**

QUE REALIZARA EL SOPORTE TÉCNICO. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE DEBE PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE, CON COPIA DE CÉDULA Y TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO. -----

PREGUNTA 4. SECCIÓN V CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. VI.1. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. INCISO 18) DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS QUE OFERTARÁ EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PODEMOS ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS CON FACTURAS DE LA COMPRA DE EQUIPO. ¿ESTO SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA -----

PREGUNTA 5. ANEXO A RUBRO II CAPACIDAD DEL LICITANTE, II.1 RECURSOS ECONÓMICOS. DICE: PRESENTAR DECLARACIÓN FISCAL ANUAL (2017) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL DE ISR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRMÉ QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO SE DEBE PRESENTAR DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2018 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR (DICIEMBRE DE 2019), TAL Y COMO LO MENCIONA SECCIÓN V CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES VI.1. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN, NUMERAL 17) DECLARACIÓN FISCAL ANUAL (2018) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR, PARA ESTA ÚLTIMA DEBEMOS ENTENDER QUE DEBE DE SER LA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2018 Y LA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR DE DICIEMBRE 2019. -----

2. BIODIST, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. IV.1. PRESENTACIÓN, FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS FOLIOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE SE SOLICITAN, DEBE INDICAR LA TOTALIDAD DE LOS FOLIOS DE CADA ARCHIVO INDIVIDUAL, EJEMPLO: 1 / 30. -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EL ESTILO DEL FOLIO A UTILIZAR ES A ESTILO DE CADA LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO INTEGREN SU PROPOSICIÓN CON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, DEBIDAMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN, SEÑALANDO EL NÚMERO DE FOLIOS POR CADA ARCHIVO CARGADO. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL IV.1. PRESENTACIÓN, FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN, DE LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 2. SOLICITAN PARA LAS PRUEBAS DE HIV, HCV, HBSAG, SIFILIS Y CHAGAS MARCAJE POR QUIMIOLUMINISCENCIA. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS PERMITA OFERTAR DICHAS PRUEBAS POR ALGUNA DE LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS AVALADAS PARA SU USO EN BANCO DE SANGRE; ELISA (MICROPLACA) O QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SI, PERO DEBEN RESPETARSE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MARCADA EN LA NOM-253- -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS., PARA TREPONEMA PALLIDUM ESPECIFICIDAD $\geq 98.5\%$, VIRUS DE LA HEPATITIS B SENSIBILIDAD $\geq 99.5\%$ Y ESPECIFICIDAD ≥ 99.0 , VIRUS DE LA HEPATITIS C SENSIBILIDAD $\geq 99.5\%$ Y ESPECIFICIDAD $\geq 99\%$, VIH 1 Y 2 SENSIBILIDAD $\geq 99.5\%$ Y UNA ESPECIFICIDAD $\geq 99\%$, TRYPANOSOMA CRUZI SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD $\geq 95\%$.

PREGUNTA 3. SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES Y REACTIVOS AUXILIARES LISTOS PARA SU USO O QUE ALGUNO DE ESTOS PUEDA SER HIDRATADO O REQUIERA CIERTA PREPARACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA QUE REQUIERAN HIDRATACIÓN. POR LA DEFICIENCIA DE PERSONAL Y LA DIFERENCIA INTERANALISTA EN LA PREPARACIÓN DE ESTOS QUE CAUSE ERRORES EN LA PREPARACIÓN E INTERPRETACIÓN.

PREGUNTA 4. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR DESCRIPCIONES (AVALADAS PARA SU USO EN BANCO DE SANGRE Y LA UNIDAD DE MEDIDA SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA MARCA A CONSIDERAR ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PUEDEN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO, SUJETÁNDOSE A LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA CON INDEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE MEDIDA.

PREGUNTA 5. LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE SEROLOGÍA ESTÁN DIRIGIDAS A UNA CIERTA MARCA EN ESPECÍFICO, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO: SISTEMA AUTOMATIZADO POR ELISA, QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA. *IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS POR CÓDIGO DE BARRAS. *CAPACIDAD DE MÍNIMO 60 MUESTRAS. *CON USO DE PUNTAS DESECHABLES. *CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO.¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PUEDEN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO, POR LO QUE SÍ SE ACEPTA, PERO DEBEN RESPETARSE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MARCADA EN LA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS., PARA TREPONEMA PALLIDUM ESPECIFICIDAD $\geq 98.5\%$, VIRUS DE LA HEPATITIS B SENSIBILIDAD $\geq 99.5\%$ Y ESPECIFICIDAD ≥ 99.0 , VIRUS DE LA HEPATITIS C SENSIBILIDAD $\geq 99.5\%$ Y ESPECIFICIDAD $\geq 99\%$, VIH 1 Y 2 SENSIBILIDAD $\geq 99.5\%$ Y UNA ESPECIFICIDAD $\geq 99\%$, TRYPANOSOMA CRUZI SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD $\geq 95\%$.

PREGUNTA 6. SOLICITAN QUE EL EQUIPO DE SEROLOGÍA ESTÉ CONECTADO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE BANCO DE SANGRE. SOLICITAMOS NOS INDIQUE ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SISTEMA AL QUE SE DEBE CONECTAR, ASÍ COMO NOS ESPECIFIQUE SI DICHO SISTEMA ES PROPIEDAD DEL HOSPITAL O CON QUIEN SE DEBERÁ COORDINAR DICHA INTERFAZ?

RESPUESTA: ACTUALMENTE SE CUENTA CON SISTEMA PROPIEDAD DEL HOSPITAL, POSTERIOR AL FALLO SE PROPORCIONARA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL LICITANTE ADJUDICADO.

3. GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. DE CARÁCTER TÉCNICO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE. PÉNGLON 1



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

PRUEBA PARA LA DETECCIÓN SIMULTANEA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (ANTI-VIH 1/VIH 2 INCLUYENDO GRUPO O) Y EL ANTÍGENO P24 DEL HIV, EN SUERO O PLASMA HUMANO CON SISTEMA DE MARCAJE POR QUIMIOLUMINISCENCIA. REACTIVOS LISTOS PARA SU USO, INCLUIDOS CALIBRADORES, CONTROLES Y REACTIVOS AUXILIARES. ENTENDEMOS ENTONCES QUE EL ANTÍGENO P24 Y EL ANTICUERPO DE NO REPORTARSE POR SEPARADO Y CUANTITATIVAMENTE NO SERÁ ACEPTADO POR LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE EL PERIODO DE VENTANA Y REDUCIR ASÍ CONSIDERABLEMENTE LOS RESULTADOS DE FALSOS NEGATIVOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: NO, SE REQUIERE UNA PRUEBA DE TAMIZAJE COMBINADO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS VIRALES DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA, TIPOS 1 Y 2, CONTENIDOS EN UN SOLO REACTIVO. CONFORME LA SEÑALA EL APARTADO DE DETECCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. -----

PREGUNTA 2. DE CARÁCTER TÉCNICO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE. RENGLÓN 3 PRUEBA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS B DE LA HEPATITIS (HBSAG, CON CAPACIDAD PARA DETECTAR LOS DIFERENTES MUTANTES ANTIGÉNICOS DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS B DE LA HEPATITIS CON SISTEMA DE MARCAJE POR QUIMIOLUMINISCENCIA. REACTIVOS LISTOS PARA SU USO, INCLUIDOS CALIBRADORES, CONTROLES Y REACTIVOS AUXILIARES. ENTENDEMOS QUE DE NO REPORTARSE AL MENOS 10 MUTACIONES DEL VIRUS 1) T123N, 2) T123N-T124S, 3) P124L-F/Y143H, 4) I110R-S117I G119R-T123N, 5) 122+DT, 6) 122+DT-G145R, 7) G145R, 8) D144A, 9) P142L - G145R, 10) P142S - G145R. ¿NO SERÁ ACEPTADO POR LA CONVOCANTE? -----

RESPUESTA: PARA EVITAR RESULTADOS FALSOS NEGATIVOS Y ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD SANGUÍNEA QUE MANEJA EL BANCO DE SANGRE DE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA SE REQUIERE QUE UNA PRUEBA CON CAPACIDAD DE DETECTAR LOS DIFERENTES MUTANTES ANTIGÉNICOS DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE (HBSAG) DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B, ESPECIALMENTE PARA EL MUTANTE THR-123-ALA THR-123-ALA Y CON UNA SENSIBILIDAD ANALÍTICA DE ≤ 0.022 UL/ML Y QUE DEBERÁ DOCUMENTARLO CON LITERATURA CIENTÍFICA INDEXADA. --

PREGUNTA 3. DE CARÁCTER TÉCNICO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. EL PARTICIPANTE DEBERÁ OFERTAR SISTEMA DE INMUNO-ENSAYO AUTOMATIZADO POR QUIMIOLUMINISCENCIA. PARA REALIZAR ANÁLISIS INMUNOLÓGICO POR TÉCNICA DE QUIMIOLUMINISCENCIA. CON SISTEMA DE LECTURA, DISPOSITIVO ÓPTICO QUE MIDA INTENSIDAD DE LUZ POR QUIMIOLUMINISCENCIA. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS POR CÓDIGO DE BARRAS, CAPACIDAD DE 200 PRUEBAS POR HORA, QUE NO UTILICE PUNTAS DESECHABLES, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. POSEA TUBO PRIMARIO Y MONITOREO PERMANENTE DE LOS ENSAYOS DURANTE SU REALIZACIÓN MEDIANTE SOFTWARE, PROCESAMIENTO STAT INMEDIATO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN CORTO Y CONSISTENTE, HASTA 25 POSICIONES DE REACTIVO REFRIGERADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 135 MUESTRAS INCLUYENDO 35 POSICIONES DE PRIORIDAD, ACCESO CONTINUO DE MUESTRAS. CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. CON UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA. ESTAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN A UN EQUIPO EN PARTICULAR DE LA MARCA ABBOTT, QUE SEGÚN EL ART. 40 NUMERAL 6 DE LA LAASSP LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?-----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PUEDEN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO, SUJETÁNDOSE A LAS CANTIDADES SOLICITADAS, POR LO QUE NO SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ADEMÁS ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA METODOLOGÍA SOLICITADA POR QUIMIOLUMINISCENCIA, SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL APARTADO DE DETECCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS.

PREGUNTA 4. DE CARÁCTER TÉCNICO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, PARA UNA ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE; COMO BIEN LO SEÑALA LA LITERATURA PARA SEROLOGÍA DE BANCO DE SANGRE, EL EQUIPO OFERTADO DEBA CUMPLIR CON PUNTAS DESCARTABLES O DESECHABLES PARA NO CONTAMINAR LOS RESULTADOS EN SERIE DE LOS DONADORES Y REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS RESULTADOS FALSOS POSITIVOS EN PRUEBAS INFECCIOSAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PETICIÓN, EL OBJETO DE REQUERIR UN EQUIPO QUE NO UTILICE PUNTAS DESECHABLES ES EL NO INCREMENTAR LOS COSTOS DE RECOLECCIÓN DE RPBI, EXISTIENDO EN EL MERCADO EQUIPOS CON CAPACIDAD DE ARRASTRE <0.1 PPM. Y QUE TAMBIÉN HAN SIDO ESTUDIADOS EN ARTÍCULOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL, DEMOSTRANDO UNA EFECTIVIDAD EN LA EMISIÓN DE RESULTADOS.

PREGUNTA 5. DE CARÁCTER TÉCNICO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UN EQUIPO CON AL MENOS 180 PRUEBAS DE PROCESO POR HORA, QUE SEGÚN EL ART. 40 NUMERAL 6 DE LA LAASSP LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO PODRÁN ESTABLECER EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS QUE LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON VELOCIDAD DE AL MENOS 180 PRUEBAS POR HORA, Y QUE ADEMÁS CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA EL EQUIPO DE INMUNOENSAJO DEL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA 6. DE CARÁCTER TÉCNICO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE. RENGLÓN 2. PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS C DE LA HEPATITIS (ANTI-VHC), EN SUERO O PLASMA HUMANO CON SISTEMA DE MARCAJE POR QUIMIOLUMINISCENCIA. REACTIVOS LISTOS PARA SU USO, INCLUIDOS CALIBRADORES, CONTROLES Y REACTIVOS AUXILIARES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LOS REACTIVOS OFERTADOS PARA LA PRUEBA DE HCV, NO CONTENGAN LA PROTEÍNA NS5, YA QUE EN LA LITERATURA DE SEROLOGÍA PARA BANCO DE SANGRE ES CONOCIDO A NIVEL MUNDIAL QUE, DICHA PROTEÍNA, PRESENTA REACCIONES CRUZADAS Y ARROJA RESULTADOS FALSOS POSITIVOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES, Y QUE DICHO REACTIVO NO DEBE REQUERIR DE MANIPULACIÓN PREVIA PARA SU USO, ES DECIR, QUE SE ENCUENTRE LISTO PARA SU USO; SIENDO QUE LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL APARTADO 9.4.11.1 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS.

PREGUNTA 7. DE CARÁCTER TÉCNICO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE. CARACTERÍSTICAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

DE LOS EQUIPOS. REFERENTE A LA NOTA. NOTA: ESTE EQUIPO DEBERÁ ESTAR CONECTADO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE SANGRE. DADO QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE SANGRE ES DE UNA EMPRESA EN PARTICULAR Y POR OBIAS RAZONES EL SOLICITAR NOS PERMITA INTERFASAR NUESTRO EQUIPO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE SANGRE LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ART. 40 NUMERAL 6 DE LA LAASSP, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL BANCO DE SANGRE, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: ACTUALMENTE SE CUENTA CON SISTEMA PROPIEDAD DEL HOSPITAL, POSTERIOR AL FALLO SE PROPORCIONARA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL LICITANTE ADJUDICADO. -----

4. LABORATORIOS LICON, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. ANEXO TÉCNICO. RENGLÓN 11. DESCRIPCIÓN DE REACTIVOS. PRUEBA CONFIRMATORIA PARA TREPONEMA PALLIDUM. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA ESTA PRUEBA PODEMOS COTIZAR PRUEBA NO TREPONEMICA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS REAGINICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE SIFILIS. ¿FAVOR DE ACLARAR? --

RESPUESTA: NO SE PUEDE COTIZAR PRUEBA NO TREPONEMICA, DE ACUERDO A LA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. EN EL PUNTO 9.4.9.2 SE REFIERE QUE, PARA LA PRUEBA CONFIRMATORIA PARA SÍFILIS, SE DEBERÁN EMPLEAR PRUEBAS TREPONÉMICAS QUE TENGAN ESPECIFICIDAD 99 %, ENTRE OTRAS, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES: A) HEMAGLUTINACIÓN CONTRA TREPONEMA. B) ANTICUERPOS FLUORESCENTES CONTRA EL TREPONEMA. C) INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA. D) INMOVILIZACIÓN DEL TREPONEMA.-----

UNA VEZ DADAS LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESUS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARAN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE SE DIO RESPUESTA PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE SEIS HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN EL SISTEMA COMPRANET. ASIMISMO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARAN LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE DOS HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ESTAS. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE OCHO FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 12:20 PM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE	
LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020". -----

----- FIN DE ACTA -----

