



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"**

SIENDO LAS 11:00 AM DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2020, EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA Y LA LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA PROCEDER A DAR LAS RESPUESTAS PREGUNTAS FORMULADAS RESPECTO A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA.-----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, FUE ASISTIDO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE UNIDAD DE BANCO DE SANGRE, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO LA PREGUNTA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FUE RESPONDIDA POR EL PRESIDENTE EN ESTE ACTO. -----


ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS A LAS RESPUESTAS DADAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.-----

**1. GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.** -----

**REPREGUNTA 1.** DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE Y CONVOCANTE REFERENTE A LA RESPUESTA OTORGADA A NUESTRA PREGUNTA 4. TODA VEZ QUE EN EL ARTÍCULO "THE RISK OF HCV RNA CONTAMINATION IN SEROLOGY SCREENING INSTRUMENTS WITH A FIXED NEEDLE FOR SAMPLE TRANSFER" PUBLICADO EN JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 60 (2014) 172-173. EN DONDE SE INDICA EL RIESGO DE ARRASTRE QUE ES DE 4% PARA LOS INSTRUMENTOS ARCHITECT (INSTRUMENTOS QUE CORRESPONDEN A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PRESENTE EVENTO) QUE UTILIZAN 1 AGUJA PARA REACTIVOS Y MUESTRA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON TECNOLOGÍA SUPERIOR QUE UTILICE PUNTAS DESECHABLES, YA QUE DE NO PERMITIRLO ESTO SE TRADUCIRÍA EN UN MAYOR COSTO EN EL DESPERDICIO DE LAS BOLSAS Y REPORTES DE FALSOS NEGATIVOS QUE INCLUSO PODRÍAN COMPROMETER DE MANERA LEGAL A LA INSTITUCIÓN. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA LA EFICIENCIA DE LOS KITS TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, ES DECIR, ÚNICAMENTE SE UTILICEN LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL MISMO ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

**REPREGUNTA 2.** DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DIRIGIDA A LA JEFATURA DE BANCO DE SANGRE Y CONVOCANTE. REFERENTE A LA RESPUESTA OTORGADA A NUESTRA PREGUNTA 2. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO "CLINICAL PERFORMANCE OF THE NOVEL DIASORIN LIAISON® XL MUREX:HBSAG QUANT, HCV-AB, HIV-AB/AG ASSAYS" PUBLICADO EN JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY VOLUME 59, ISSUE 1, JANUARY 2014, PÁGINAS 44-49. TABLA 2A RENGLONES 2 Y 3. SE ESPECIFICAN LAS 2 MUTACIONES QUE NO DETECTAN LOS SISTEMAS ARCHITECT (MISMOS QUE CORRESPONDEN A LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO QUE SE MENCIONA EN LAS PRESENTES BASES). SOLICITAMOS GENTILMENTE A -----





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"**

LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO QUE SI DETECTA 10 MUTACIONES ESTO CON EL OBJETIVO DE NO REPORTAR FALSOS NEGATIVOS Y; ASÍ MISMO, NOS INDIQUE ¿DE QUÉ SIRVE REPORTAR UNA SENSIBILIDAD ANALÍTICA DE <0.002 UI/ML SI NO REPORTA 10 MUTACIONES? -----

**RESPUESTA:** EL ARTICULO A QUE HACE REFERENCIA ES UN PUBLICACIÓN DE HACE 6 AÑOS ATRÁS Y YA NO ES COMPARABLE CON LAS NUEVAS GENERACIONES DE ENSAYOS DISPONIBLES COMERCIALMENTE EN NUESTRO PAÍS, PRECISAMENTE POR ESA RAZÓN SOLICITAMOS LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DEL ENSAYO A QUE HACEMOS REFERENCIA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUYENDO LA SENSIBILIDAD ANALÍTICA, LAS CUALES NOS PERMITAN TENER RESULTADOS QUE BRINDEN SEGURIDAD A LOS HEMOCOMPONENTES QUE MANEJAMOS EN NUESTRO BANCO DE SANGRE. DICHAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS LAS CUMPLEN MÁS DE UNA MARCA DE ENSAYOS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN MÉXICO POR LO QUE DEBERÁ APEGARSE A LO REQUERIDO PARA ESTA PRUEBA. -----

**REPREGUNTA 3.** DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A LA CONVOCANTE. REFERENTE A LA RESPUESTA DE OTORGADA A NUESTRA PREGUNTA 7. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES EL SISTEMA INFORMÁTICO QUE USA Y EL PROVEEDOR DE ESTE SERVICIO, YA QUE EN LAS BASES DE ESTA CONVOCANTE SOLICITAN LA CONEXIÓN DEL EQUIPO DE SEROLOGÍA CON EL SISTEMA INFORMÁTICO, ESTO SEGURAMENTE TIENE UN COSTO QUE DEBE SER IMPACTADO EN NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA. FAVOR DE PROPORCIONAR ESOS DATOS. -----

**RESPUESTA:** SE LES INFORMA QUE EL SISTEMA INFORMÁTICO INSTALADO ES E-DELPHYN. EL PROVEEDOR DEL SISTEMA ES INFORMÁTICA MÉDICA PARA LA SALUD MÉXICO, S.A. DE C.V. -----

**2. BIODIST, S.A. DE C.V.** -----

**REPREGUNTA 1.** EN LA PREGUNTA NO. 3 DE BIODIST, S.A. DE C.V., DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE HACE LA PETICIÓN DE PODER OFERTAR ALGUNOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERE UN TRATAMIENTO PREVIO (HIDRATACIÓN, ATEMPERAR O DESCONGELAR) LOS CUALES NO SON TODOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONSUMIBLES QUE REQUIEREN UN TRATAMIENTO PREVIO Y QUE ESTÁN AVALADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y QUE CUMPLE CON LA NORMA. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE REITERA QUE SE REQUIEREN INSUMOS LISTOS PARA SU USO, YA QUE LA PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS, PUEDEN GENERAR ERRORES POR DILUCIÓN PUDIENDO ALTERAR LOS RESULTADOS, YA QUE DEPENDE DE LA HABILIDAD DE LA PERSONA Y NO DE LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZARÁ, POR LO QUE NO SE ACEPTAN INSUMOS QUE REQUIERAN PREPARARSE PREVIOS A SU UTILIZACIÓN. -----

**REPREGUNTA 2.** EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 4 DE LA EMPRESA RUVEL, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EQUIPO CON PUNTAS DESECHABLES, YA QUE ESTO ES UN PROBLEMA PARA LA INSTITUCIÓN, LOS PROVEEDORES NOS PODEMOS HACER CARGO DE ESTOS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA LA EFICIENCIA DE LOS KITS TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, ES DECIR, ÚNICAMENTE SE UTILICEN LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL MISMO ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

**REPREGUNTA 3.** EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 4 DE LA EMPRESA RUVEL, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EQUIPO CON PUNTAS DESECHABLES YA QUE SE TIENE LA VENTAJA DE DISMINUIR FALSOS POSITIVOS POR PROBLEMA DE ARRASTRE Y ESTOS EQUIPOS ESTÁN AVALADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y CUMPLEN CON LA NORMA. -----

*Aut*  
*CS*  
*Alb*





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"**

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA LA EFICIENCIA DE LOS KITS TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA, ES DECIR, ÚNICAMENTE SE UTILICEN LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL MISMO ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY, EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN IV DE SU REGLAMENTO Y EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL III.14 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES" SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 AM, EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530 ESTADO DE MÉXICO. -----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE TRES FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 11:45 AM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----

**POR LA CONVOCANTE**

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE	
LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012NBU999-E5-2020 PARA "LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PARA SEROLOGÍA INFECCIOSA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020". -----

FIN DE ACTA -----

