


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-I-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2023, EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ RESPONSABLE DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA Y LA C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-I-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12 "JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA" Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS MORALES QUE PRESENTARON ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DE COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----


NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE PREGUNTAS
1	ABALAT, S.A. DE C.V.	COMPRANET	6
2	BIODIST, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16
3	LABORATORIOS LICON, S.A.	COMPRANET	5



The screenshot shows the Compranet interface with the following details:

- Header:** Compranet logo, 14:07 (UTC-6) Hora en la Ciudad de México, Myrna Fernanda Ferruzca Cervantes (Administrador de unidades compranet).
- Left Menu:** COMPRANET, Expedientes, Procesamientos, Datos Relevantados de Contratos, Registro Empresarial de ComprasNet, Avisos y notificaciones, Ayuda.
- Main Content:**
 - REQUERIMIENTO DE BIODIST CUMPLIBLE CON FILTRO INTEGRADO (QUE CANTIDAD DE BIODIST CUMPLIBLE CON FILTRO DEBE SER CONSIDERADA)
 - SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA TERMINACIÓN DE CRUJAS SANGUÍNEAS EN TARJETAS DE GEL DEBERÁ REALIZARSE EN SU RESPECTIVA TARJETA, CONSIDERANDO LAS DE TERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CTL, M Y B PARA DAR CONSUMIMIENTO CON LA NOM-263-S34-2012, FAVOR DE ACLARAR
 - LABORATORIOS LICON SA, TÉCNICO, ANEXO TÉCNICO PARTIDA 1 (INSUMOS AFEREBES PARTIDA 1), 01/02/2023 10:14
 - 27 registros encontrados.
- ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:**

Núm.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES			



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-1-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS INFORMA QUE FUE ASISTIDO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. -----

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA ACLARACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.-----

ACLARACIÓN 1. ANEXO TÉCNICO. LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS REQUERIDOS DEBERÁN ESTAR EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ESTOS PODRÁN SER NUEVOS O USADOS, CON UNA ANTIGÜEDAD DE 2 AÑOS MÁXIMO, SITUACIÓN QUE DEBERÁ COMPROBAR CON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. -----

1. ABALAT, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. LEGAL - ADMINISTRATIVA. "NUMERAL VI. VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES". CONSIDERANDO QUE LOS ANEXOS MENCIONADOS NO APLICAN A MI REPRESENTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR DICHS ANEXOS CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 2. TÉCNICO. PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 21. UNIDAD DE MEDIDA CAJAS CON 50 TARJETAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 25 TARJETAS. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE LA CONVERSIÓN A LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 3. TÉCNICO. PARTIDA 1. INMUNOHEMATOLOGÍA Y PRUEBAS CRUZADAS. INCISO 2. "CENTRIFUGA PARA PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS PARA BANCO DE SANGRE QUE IMPLICAN EL LAVADO Y SEPARACIÓN DE CÉLULAS, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 24 TUBOS DE 10 X 75 Ó 12 X 75MM PERMITE LA SEPARACIÓN Y LAVADO DE CÉLULAS A DOS VELOCIDADES DE ASPIRACIÓN DE LA BOMBA SALINA MÁX 40 L/H CONCENTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA 0.85-0.90 %. SOLICITAMOS NOS PUEDA ACEPTAR UNA CENTRÍFUGA CON CAPACIDAD DE 12 TUBOS CON ROTOR DE ÁNGULO FIJO Y VELOCIDAD MÁXIMA DE 3550 RPM, LO CUAL SIMPLIFICA MUCHOS ENSAYOS DEL BANCO DE SANGRE COMO LA CLASIFICACIÓN DEL TIPO SANGUÍNEO, EL LAVADO CELULAR MANUAL, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, DETERMINACIÓN DE GENOTIPOS, PRUEBAS DE COOMBS Y LAS TITULACIONES ANTI RH."-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO. PARTIDA 1. INMUNOHEMATOLOGÍA Y PRUEBAS CRUZADAS. NOTAS. PARA LA CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE SANGRE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ BRINDAR LA ASESORÍA, COORDINACIÓN Y APOYO AL HOSPITAL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NOM-253-SSA-1-2012. ¿EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ INSCRIBIR AL HOSPITAL EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO, DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO 15.1.1 DE LA NOM-253-SSA-1-2012? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. CONDICIONES GENERALES. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO, SE REALIZARÁ UNA VEZ AL AÑO PARA CADA UNO DE LOS ENSAYOS PROCESADOS EN EL ANALIZADOR; APLICARA TAMBIÉN CUANDO SE REALICEN REFORMULACIONES EN LOS REACTIVOS, SE DEBERÁN UTILIZAR GUÍAS DE VALIDACIÓN CON RECONOCIMIENTO NACIONAL O INTERNACIONAL PARA ESOS ENSAYOS. ¿REQUIEREN EL USO DE PANELES O MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO?-----

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-I-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE
BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"**

RESPUESTA: ES CORRECTO.

PREGUNTA 6. TÉCNICO. PARTIDA 3. BIOMETRÍA HEMÁTICA. PARTIDA 43-47. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER SOLUCIÓN, DILUYENTE, SOLUCIÓN LIMPIADORA, SOLUCIÓN LISADORA, CONTROL Y CALIBRADOR CON LAS MISMAS O SIMILARES FUNCIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS PARTIDAS 43 A 47 Y QUE SERÁN ACORDE A LA MARCA A OFERTAR, QUE INCLUYE UN EQUIPO AUTOMATIZADO PARA UTILIZAR LOS INSUMOS DESCRITOS, EL CUAL PODRÁ INTERFASARSE A LA RED DEL BANCO DE SANGRE, ASÍ COMO LA INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD." --

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

2. BIODIST, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. LEGAL - ADMINISTRATIVA. VI.2. NÚMERAL 7. ACTUALMENTE LOS FABRICANTES CUENTAN CON FILIALES OFICIALMENTE AUTORIZADAS PARA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS EN MÉXICO Y/O REPRESENTANTE ÚNICO EN MÉXICO, POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE, O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, O FILIAL EN MÉXICO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 2. TÉCNICO. VI.2. NÚMERAL 10. ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE REFERENCIA, BASTARÁ CON ENTREGAR CERTIFICADO EMITIDO A NOMBRE DEL PERSONAL TÉCNICO DONDE AVALE SU CAPACITACIÓN EN EL SOPORTE TÉCNICO DEL EQUIPO OFERTADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO.

PREGUNTA 3. LEGAL - ADMINISTRATIVA. VI.2. NÚMERAL 16. ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL DE REFERENCIA, BASTARÁ CON PRESENTAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO.

PREGUNTA 4. TÉCNICO VI.2. NÚMERAL 17. DERIVADO QUE ALGUNOS EQUIPOS SE COMPRARÁN UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE REFERENCIA SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, A LA FIRMA DE CONTRATO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS EQUIPOS, INDICANDO MODELO, NÚMERO DE SERIE, CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN, CON LO QUE SE AVALARÁ LA PROPIEDAD DEL EQUIPO EN COMODATO EN EL BANCO DE SANGRE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE PRECISA QUE PODRÁN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON DE SU PROPIEDAD.

PREGUNTA 5. TÉCNICO. ANEXO TÉCNICO. NUMERALES 6 Y 8. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, DEL ANEXO TÉCNICO, EN LA SEGUNDA COLUMNA "PARTIDA" HACE REFERENCIA AL RENGLÓN QUE SE NOS PIDE INDICAR EN LAS REFERENCIA DE LOS DOCUMENTOS EN MENCIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE.

RESPUESTA: ES CORRECTO.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-I-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 6. OTROS. "SISTEMA COMPRANET. MI PROPOSICIÓN". DADO QUE ALGUNOS ARCHIVOS QUE SE CARGAN EN LA PLATAFORMA COMPRANET 2023 TIENEN UN TAMAÑO MAYOR DE 150MB Y SOBRE PASAN ESTA CAPACIDAD DE CADA PARÁMETRO; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ABRIR UNA SECCIÓN DE ANEXOS ADICIONALES DONDE PODAMOS SUBIR LA INFORMACIÓN DE CADA PUNTO QUE SOBRE PASE ESTA CAPACIDAD ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET PARA LA EVALUACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO PERMITE MODIFICAR EL APERTURAR LA CARGA DE ANEXOS ADICIONALES. -----

PREGUNTA 7. LEGAL - ADMINISTRATIVA. "1.8. VIGENCIA DEL CONTRATO". SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NOS ACLARE EL TIEMPO A CONSIDERAR PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE. FAVOR DE PRONUNCIARSE. -----

RESPUESTA: EL LICITANTE ADJUDICADO CONTARÁ DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE Y EN SU CASO, PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. EL LICITANTE ADJUDICADO TENDRÁ UN HORARIO DE 09:00 A 12:00 HORAS DE LUNES A VIERNES PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES.-----

PREGUNTA 8. TÉCNICO. VI.2. NÚMERAL 22. ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO DE REFERENCIA, PODRÁ PRESENTARSE CARTA DE LA CONTRATANTE, DONDE SE INDIQUE SE AVALA EL SERVICIO PROPORCIONADO, RELATIVO AL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 9. TÉCNICO. "ANEXO TÉCNICO. II EXTRACCIÓN FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS." "CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS, ESTÁ LA DESCRIPCIÓN EN INCISO C) BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO INTEGRADO. SIN EMBARGO, EN CUADRO DE INSUMOS AFÉRESIS NO HAY PARTIDA RELACIONADA A DICHO REQUERIMIENTO DE BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO INTEGRADO ¿QUÉ CANTIDAD DE BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO DEBE SER CONSIDERADA?" -----

RESPUESTA: NO SE REQUIEREN BOLSAS CON FILTRO. -----

PREGUNTA 10. TÉCNICO. "ANEXO TÉCNICO. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. PARTIDA 31, 32, 33, 34 Y 35". ES CORRECTO ENTENDER QUE AL SOLICITAR REACTIVOS LISTOS PARA SU USO PARA LAS PRUEBAS DE HIV, HCV, HBSAG, SIFILIS Y CHAGAS, INCLUIDOS CALIBRADORES, CONTROLES Y REACTIVOS AUXILIARES O LIOFILIZADOS. SE PUEDEN OFERTAR REACTIVOS, CALIBRADORES LISTOS PARA SU USO Y LOS CONTROLES Y REACTIVOS AUXILIARES PUEDEN SER LISTOS PARA SU USO O LIOFILIZADOS. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO (PODRÁ OFERTAR CONTROLES Y REACTIVOS AUXILIARES LISTOS PARA SU USO O LIOFILIZADOS). -----

PREGUNTA 11. TÉCNICO. "ANEXO TÉCNICO. CUADRO DE CONSUMIBLES". ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS CONSUMIBLES QUE SE INDICAN EN LA TABLA; COMO PUNTAS, PIPETAS, ETC. Y BASTARÁ EN LA PROPUESTA TÉCNICA CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE ENTREGARAN DICHS CONSUMIBLES. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORECTA SU APRECIACIÓN. -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-1-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 12. TÉCNICO. II.2 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS. "MENCIONAN LA ASIGNACIÓN SERÁ EN BASE A PARTIDA ÚNICA A UN SOLO PROVEEDOR, EN EL ANEXO TÉCNICO NOMBRAN PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS, PARTIDA 2 PRUEBAS DE SEROLOGÍA, PARTIDA 3 BIOMETRÍA HEMÁTICA. ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ASIGNACIÓN SERÁ A UN SOLO PROVEEDOR LAS 3 PARTIDAS A LAS QUE HACEN REFERENCIA EN LAS BASES. FAVOR DE PRONUNCIARSE." -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II.2 Y II.8 DE LA CONVOCATORIA, LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SOLO LICITANTE, YA QUE SE INTEGRA DEL RENGLÓN 1 AL 47 DIVIDIDO EN 3 PARTIDAS QUE DIFERENCIAN LOS SERVICIOS DEL BANCO DE SANGRE DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE SU PROPUESTA DEBERÁ CONTENER EL 100% DE LOS RENGLONES. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO. VI.2. NUMERALES 7, 8, 10, 11 Y 12. SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS COMENTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ¿ESTOS NUMERALES SOLO APLICAN PARA LOS ANALIZADORES Y SUS REACTIVOS PRIMARIOS DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO? ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 14. TÉCNICO. "EQUIPOS EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE". "2. CENTRIFUGA 3. AGITADOR 5. CENTRIFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE. CONSIDERANDO QUE ESTOS EQUIPOS SON COMPLEMENTARIOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS, SIN QUE ESTO AFECTE EL PROCESO DE BANCO DE SANGRE, YA QUE CADA FABRICANTE MANEJA SUS PROPIAS ESPECIFICACIONES ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 15. TÉCNICO. "III. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA BANCO DE SANGRE." "CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE: EQUIPO COMPLEMENTARIO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) SERVIDOR: SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 PROCESADOR: QUAD-CORE INTEL CORE I3 DOBLE NÚCLEO MEMORIA RAM: 4 GB DDR3 DISCO DURO: MÍNIMO DE 320 GB MONITOR PLANO LCD 15" CANTIDAD: 1 SE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE SISTEMA EN WEB POR LO QUE, NO SE REQUIERE SERVIDOR LOCAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIDERE UNA LÍNEA DE INTERNET PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR YA QUE EL BANCO DE SANGRE NO CUENTA CON UNA PROPIA. -----

PREGUNTA 16. LEGAL - ADMINISTRATIVA. VI.2. NÚMERAL 22. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL PODEMOS PRESENTAR CARTA EMITIDA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DONDE SE RELACIONE LOS CONTRATOS Y SUS FIANZAS DONDE SE INDIQUE QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TOTALES CONTRACTUALES Y QUE NO HA EXISTIDO RECLAMO ALGUNO POR PARTE DE NINGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD NI INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

3. LABORATORIOS LICON, S.A. -----

PREGUNTA 1. TÉCNICO. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 1. INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO EN TARJETAS DE GEL DEBERÁ REALIZARSE EN UNA SOLA TARJETA, CONSIDERANDO LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CTL, A1 Y B PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA NOM-253-SSA1-2012. FAVOR DE ACLARAR. -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-1-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 2. TÉCNICO. CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. O) JUEGO PAR LA ELUSION ACIDA COMPUESTO DE: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE LA CANTIDAD QUE SE REQUIERE, CON LA FINALIDAD DE INCLUIRLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, CONSIDERANDO QUE EN EL ANEXO TÉCNICO NO VIENE ESPECIFICADA LA CANTIDAD. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LA CANTIDAD MÍNIMA SON 12 JUEGOS. -----

PREGUNTA 3. TÉCNICO. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA PARTIDA 40. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE 25 PRUEBAS AJUSTÁNDONOS A LAS CANTIDADES REQUERIDAS ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 1. INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 21. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE PARA EL ESTUDIO DE MUESTRAS COOMBS DIRECTO POSITIVO SE DEBERAN REALIZAR LAS DETERMINACIONES AHG, ANTI IGG, ANTI C3D Y CONTROL, CONSIDERANDO DOS PRUEBAS POR TARJETA. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: LA TARJETA DEBE CONTENER LAS DETERMINACIONES AHG, ANTI IGG, ANTI C3D Y CONTROL, NO IMPORTANDO EL NÚMERO DE PRUEBAS POR TARJETA. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 1. INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 21. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE 25 TARJETAS AJUSTÁNDONOS A LAS CANTIDADES REQUERIDAS ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----





UNA VEZ DADAS LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARAN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, EN EL SISTEMA DE COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LA RESPUESTA RECIBIDA, DICHO PLAZO SERÁ DE SEIS HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET DE LA PRESENTE ACTA. ASIMISMO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARÁN LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE DOS HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ÉSTAS. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, VERIFICAR SU CONTENIDO EN EL SISTEMA COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/) SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE ACTO. -----

ESTA ACTA, CONSTA DE SIETE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 10:20 AM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-I-4-2023 RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LA-12-NBU-012NBU999-I-4-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

-----FIN DE ACTA-----