



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2023, EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, EL ING. BERNARDINO EMILIO ÁLVAREZ PALMA, SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA BIOMÉDICA EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, LA DRA. LINDA MICHELLE SILVA LIRA, SUBDIRECTORA DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, EL DR. LAZARO RICARDO ROMERO OLVERA, SUBDIRECTOR DE ESPECIALIDADES CLINICAS, LIC. FEDERICO CASTRO CASTAÑEDA, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LA C.P. LINA RIQUELME MARTÍNEZ, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE DECLARA UN RECESO Y SE CONTINUA A LAS 10:30 AM DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, TODA VEZ QUE EL AREA TÉCNICA AÚN NO HA CONCLUIDO CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.-----

SIENDO LAS 10:30 AM, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, REANUDA EL EVENTO Y HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12 "JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA" Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRESENTARON ESCRITO EN EL QUE EXPRESA SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DE COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, SIENDO LAS SIGUIENTES -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	5
2	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	COMPRANET	24
3	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	COMPRANET	21
4	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	18
5	INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16
6	MANPREC, S.A. DE C.V.	COMPRANET	23
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	36
8	MARIA GUADALUPE LANDAVERDE VILLAGRAN	COMPRANET	8
9	PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.	COMPRANET	6
10	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRANET	35

ACLARACIÓN 1. NUMERAL VI. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA, INCISOS 10, 11 Y 12. SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL TERCER TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

FEDERACIÓN EL PASADO 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DICHS DOCUMENTOS SON UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, Y NO PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. POR LO QUE SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA.

ACLARACIÓN 2. SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SERÁ MÁXIMO DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO.

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS INFORMÁ QUE FUE ASISTIDO POR EL ING. BERNARDINO EMILIO ÁLVAREZ PALMA, SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA BIOMÉDICA EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

1. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. LEGAL – ADMINISTRATIVA PUNTO II.15 SEGURO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI SE REQUIERE ENTREGAR ALGÚN TIPO DE DOCUMENTO COMPROBATORIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. GRACIAS.

RESPUESTA: SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE ASEGURAR EL TRASLADO Y ARRIBO DE LOS BIENES POR CUENTA SUYA Y SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL CONTRA ROBO, PÉRDIDA, DAÑO O EXTRAVÍO HASTA QUE SEAN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL, SIN NECESIDAD DE COMPROBAR A LA CONVOCANTE ALGÚN TIPO DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.

PREGUNTA 2. LEGAL – ADMINISTRATIVA PUNTO II.15 SEGURO ENTENDEMOS QUE EL SEGURO TIENE VALIDEZ HASTA QUE EL BIEN SEA ENTREGADO A ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO EN SUS INSTALACIONES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA LICITANTE ASEGURAR EL TRASLADO Y ARRIBO DE LOS BIENES POR CUENTA SUYA Y SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL CONTRA ROBO, PÉRDIDA, DAÑO O EXTRAVÍO HASTA QUE SEAN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL, SIN NECESIDAD DE COMPROBAR A LA CONVOCANTE ALGÚN DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.

PREGUNTA 3. LEGAL – ADMINISTRATIVA PUNTO II.23 ENTENDEMOS QUE ESTA GARANTÍA NO APLICA EN CASO DE MAL USO DEL EQUIPO, ROBO O DESASTRE NATURAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 4. LEGAL – ADMINISTRATIVA PUNTO VI.1 NUM 11) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA DEL IMSS CON UNA FECHA DE VIGENCIA Y EXPEDICIÓN DE 3 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1.

PREGUNTA 5. TÉCNICO ANEXO III SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD A ADQUIRIR EN ESTA PARTIDA. GRACIAS.

RESPUESTA: UN SOLO EQUIPO.

2. GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, III. ULTRASONÓGRAFO PUNTO 17 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; SE NOS PERMITA OFERTAR COMO EXTENSIÓN PARA UN EXPLORACIÓN ÓPTIMA ¿SE ACEPTA?





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE LE REITERA AL LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA 2. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, III. ULTRASONÓGRAFO PUNTO 19.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA Y/O VALORES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA 3. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, III. ULTRASONÓGRAFO PUNTO 19.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA Y/O VALORES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA 4. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, III. ULTRASONÓGRAFO PUNTO 19.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA Y/O VALORES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA 5. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, III. ULTRASONÓGRAFO PUNTO 19.4 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA Y/O VALORES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA 6. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, III. ULTRASONÓGRAFO PUNTO 20 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE; SE NOS PERMITA OFERTAR. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA QUE PROPORCIONA RESPALDO CONTINUO, DE DOBLE CONVERSIÓN Y RESPALDO DE AL MENOS 5 MINUTOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UPS.

PREGUNTA 7. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL ANEXO II - DESCRIPCIÓN 1.- GENERADOR SE SOLICITA 1.1.-POTENCIA EN KW DE 32 Ó MAYOR, CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ES POSIBLE LLEGAR A CORRIENTES MAYORES A 600 MAS CON ESTA CAPACIDAD DE GENERADOR CON UN GENERADOR DE 30 KW, SUFICIENTE PARA CUALQUIER TIPO DE PACIENTE, SE SOLICITA PODER OFERTAR 1.1.-POTENCIA EN KW DE 30KW O MAYOR, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA 8. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL ANEXO II - DESCRIPCIÓN 1.- GENERADOR SE SOLICITA 1.3.-AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40 Ó MENOR A 125 KV Ó MAYOR EN PASOS DE 1KV, CONSIDERANDO LOS VALORES CLÍNICOS QUE SE USAN DE KVP EN LA PRÁCTICA DIARIA, SE SOLICITA PODER OFERTAR 1.3.-AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 50 Ó MENOR A 125 KV Ó MAYOR EN PASOS DE 1KV, SE ACEPTA?



X
+
J
m



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 9. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL ANEXO II - DESCRIPCIÓN 6 SE SOLICITA 6.- PESO DE 250 KG Ó MENOR, PARA CONTAR CON DISEÑO ROBUSTO QUE SOPORTE EL TRÁFICO DIARIO POR SUPERFICIES IRREGULARES Y LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO SE REQUIERE UN SISTEMA CON MAYOR CAPACIDAD DE PESO, SE SOLICITA PODER OFERTAR 6.- PESO DE 450 KG Ó MENOR, SE ACEPTA?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 10. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL ANEXO II - DETECTOR DIGITAL SE SOLICITA 10.- TAMAÑO DEL PIXEL DE 200 MICRÓMETROS O MENOR, CON EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS SE CUENTA EN EL MERCADO CON EQUIPOS QUE TIENEN MEJOR RESOLUCIÓN, OFRECEN UNA MEJOR CALIDAD DE IMGEN Y MEJOR CALIDAD DIAGNÓSTICA, SE SOLICITA PODER OFERTAR 10.- TAMAÑO DEL PIXEL DE 100 MICRÓMETROS O MENOR, SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 11. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL ANEXO II - ACCESORIOS SE SOLICITA CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS., CONSIDERANDO ENTREGAR TECNOLOGÍA DIGITAL, NO SE REQUIERE ENTREGAR CHASIS, POR FAVOR ACLARAR. -----

RESPUESTA: NO SE REQUIERE ENTREGAR CHASIS, ÚNICAMENTE FLAT PANEL. -----

PREGUNTA 12. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL ANEXO II - GENERALES POR FAVOR ACLARAR SI EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO ES OPCIONAL. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, ES OPCIONAL. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL ANEXO II - GENERALES SE SOLICITA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 115 - 230 V +/- 10% @ 50/60 HZ, SE SOLICITA PODER OFERTAR CAPACIDAD DE 100-240 V NOMINAL, 50/60 HZ, SE ACEPTA?. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 14. TÉCNICO UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL NORMAS Y CENRTIFICADOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA LAS PARTIDAS DE EQUIPO MÉDICO ÚNICAMENTE ISO 13485 DEBIDO A QUE ESTE ÚLTIMO TIENE MAYOR ALCANCE QUE EL ISO 9001. RESULTARÍA INCENSARIO AMBOS DOCUMENTOS, PUESTO QUE EL ISO 13485:2003 ES ESPECÍFICO Y ES EL INTERNACIONALMENTE ENFOCADO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, EN CAMBIO EL ISO ES UNA NORMA DE CALIDAD PARCIAL Y GENÉRICA Y NO CUBRE TODOS LOS ÁMBITOS DE ESPECIALIDAD DEL ISO 13485. REITERAMOS QUE EL ISO 13485 ES ACEPTADO INTERNACIONALMENTE PARA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, NO SUCEDE ASÍ CON EL ISO 9001. DE IGUAL MANERA, LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS NO ACEPTA EL ISO 9001 PARA REGISTRO DE PRODUCTOS, ESA INSTITUCIÓN LO DESECHA PUES NO CUMPLE CON TODA LA CERTIFICACIÓN NECESARIA. ¿SE ACEPTA ENTREGAR ÚNICAMENTE EL ISO 13485?. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉXCNICO. -----

PREGUNTA 15. LEGAL - ADMINISTRATIVA LUGAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUANTO TIEMPO TENDRA EL -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

LICITANTE ADJUDICADO PARA PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTARSE AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FECHA DEL ACTO DE FALLO EN LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS, PEDIDOS Y ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONFORME AL NUMERAL II.11. LUGAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO EL CUAL SERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS. -----

PREGUNTA 16. LEGAL – ADMINISTRATIVA FORMATO 8 CARTA DE ACEPTACIÓN ENTENDEMOS QUE ESTE DOCUMENTO SOLO SE TENDRA QUE ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO A PARTIR DEL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA 10 MINUTOS ANTES DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EL NUMERAL 8) CONOCIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁ COMO NO ENVIADA SU PROPOSICIÓN, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR OTRA CAUSA AJENA. DEBERÁ ENVIARSE JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA. ASIMISMO, DEBERÁ SER ENVIADA A MÁS TARDAR DIEZ MINUTOS ANTES DEL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, A LA CUENTA DE CORREOS ELECTRÓNICOS SEÑALADOS EN DICHO NUMERAL. -----

PREGUNTA 17. LEGAL – ADMINISTRATIVA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) ENTENDEMOS QUE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE DEBERAN ENTREGAR CONFORME A LO PUBLICADO EN EL DOF DEL 4 MAYO DEL 2023, EL CUAL VALIDA LA OPINION DE CUMPLIMIENTO SERA VALIDA DURANTE EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1. -----

PREGUNTA 18. LEGAL – ADMINISTRATIVA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT ENTENDEMOS QUE LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE DEBERAN ENTREGAR CONFORME A LO PUBLICADO EN EL DOF DEL 4 MAYO DEL 2023, EL CUAL VALIDA LA OPINION DE CUMPLIMIENTO SERA VALIDA DURANTE EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1. -----

PREGUNTA 19. LEGAL – ADMINISTRATIVA GARANTÍA DE LOS BIENES FAVOR DE RATIFICAR QUE PARA TODOS LOS BIENES, LOS MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS SE REALIZARAN DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE. -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE Y SE PRECISA A LOS LICITANTES DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE OBLIGA A GARANTIZAR LOS BIENES POR UN PERIODO DE CUANDO MENOS 12 MESES Y QUE SE COMPROMETE A LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS, POR UNO DE LAS MISMAS O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LO OFERTADO, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, DEBERÁ DE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE POR EL PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE FÁBRICA. CONFORME -----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

AL INCISO 5) GARANTÍA DE LOS BIENES, DEL NUMERAL VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. -----

PREGUNTA 20. LEGAL – ADMINISTRATIVA FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS PARA EL CASO DE LA CARTA DE DISTRIBUCION OTORGADA POR EL FABRICANTE. ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHA CARTA PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS? ACOMPAÑANDO LA MISMA DE LA CERTIFICACION RESPECTO A DICHAS FILIALES DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL. SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 21. LEGAL – ADMINISTRATIVA 10) MANUALES ENTENDEMOS QUE LOS MANUALES SOLO SERAN ENTREGADOS POR LOS LICITANTES ADJUDICADOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE DICHO REQUISITO DEBERÁ SER PRESENTADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. -----

PREGUNTA 22. LEGAL – ADMINISTRATIVA FORMATO 13 ENTENDEMOS QUE EN EL APARTADO "DESCRIPCION" SE COLOCARA LA DESCRIPCION CORTA DEL BIEN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 23. LEGAL – ADMINISTRATIVA FORMATO 15 ENTENDEMOS QUE ESTE FORMATO ES SOLO INFORMATIVO Y NO TENDRA QUE SER PRESENTADO EN LA PROPUESTA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 24. LEGAL – ADMINISTRATIVA FORMATO 16 ENTENDEMOS QUE ESTE FORMATO ES SOLO INFORMATIVO Y NO TENDRA QUE SER PRESENTADO EN LA PROPUESTA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

3. GRUPO REINET, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. TÉCNICOPARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 1 GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SOLICITAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 3.0 MS O MENOR A 6 SEG. Ó MAYOR. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. -----

PREGUNTA 2. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 2.1 PUNTO FOCAL DE 1.3 MM Ó MENOS Y DE 08 MM O MENOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN EL PUNTO Y DEBERÍA SER : 2.1 PUNTO FOCAL DE 1.3 MM Ó MENOS Y DE 0.8 MM O MENOS. ¿ES CORRECTO?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 3. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 6. PESO DE 250 KG Ó MENOR. PREGUNTA: CON EL FIN DE GARANTIZAR MAYOR FACILIDAD DE TRANSPORTE DEL EQUIPO A DIVERSAS ÁREAS DONDE SE REQUIERA, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITAR UN EQUIPO CON PESO DE MENOS DE 200 KG. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 8.- PLANO DE SILICÓN AMORFO CON CINTILADO DE IODURO DE CESIO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN DETECTOR DIGITAL ALÁMBRICO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN." -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 8.- PLANO DE SILICÓN AMORFO CON CINTILADO DE IODURO DE CESIO. PREGUNTA: SE PODRÁ REFERENCIAR COMO "YODURO DE CESIO (CSI) CON FOTODIODOS DE SILICÓN AMORFO (A-SI)" ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. -----

PREGUNTA 6. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 8 PLANO DE SILICÓN AMORFO CON CINTILADO DE IODURO DE CESIO. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE AL SOLICITAR UN DETECTOR DIGITAL SE DEBERÁ OFERTAR UNA PANTALLA A COLOR TÁCTIL DE 19" CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y POST-PROCESAMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 7. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 7.- MATRIZ DE 2300 X 1790 Y/O DE 3300 X 3300 PÍXELES Ó MAYOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ OFERTAR UN DETECTOR CON 2448 X 2984 PÍXELES YA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE RANGOS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 8. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 9.- TAMAÑO DE 35 CM. X 43 CM. (14" X 17") Y DE 24 O 25 X 30 CM (10 X 12). PREGUNTA: CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DIGITAL DE 14" X 17". ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 9. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 10.- TAMAÑO DEL PÍXEL DE 200 MICRÓMETROS O MENOR PREGUNTA: CON EL FIN DE GARANTIZAR MEJOR RESOLUCIÓN EN LAS IMÁGENES, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SOLICITAR TAMAÑO DE PÍXEL DE 150 O MENOR Y UNA CONVERSIÓN ANALÓGICA - DIGITAL DE 16 BITS. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA TAMAÑO DE PÍXEL DE 150 O MENOR Y UNA CONVERSIÓN ANALÓGICA - DIGITAL DE 16 BITS. -----

PREGUNTA 10. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 11. DQE DE 50% O MAYOR. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE OBTENER MEJOR CALIDAD DE IMAGEN EN LOS ESTUDIOS, SE





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN TENER UN DQE MAYOR O IGUAL A 65%." -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 11. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: MANDIL PLOMADO, CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE PARA EL MANDIL PLOMADO SE DEBERÁ PRESENTAR ISO 13485, YA QUE ES CONSIDERADO DENTRO DEL CUADRO BÁSICO COMO EQUIPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 12. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: MANDIL PLOMADO, CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS PREGUNTA: EN REFERENCIA A "CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS", ENTENDEMOS QUE NO ES PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS YA QUE AL SER UN EQUIPO CON DETECTOR DIGITAL, NO SE DEBERÁ OFERTAR "CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS" Y SE DEBERÁ OFERTAR SÓLO UN DETECTOR DIGITAL DE 14"X 17". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 200 IMÁGENES (LA CAPACIDAD TIENE QUE SER DE 3000 IMÁGENES MÍNIMO O MAYOR A 100GB MEMORIA). PREGUNTA: CON EL FIN DE PODER OBTENER MAYOR ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN EL EQUIPO CONSIDERANDO QUE ES UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD, SE ENTIENDE QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN ALMACENAMIENTO DE 500 GB. ¿ES CORRECTO?"-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 14. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: CONTROL REMOTO INALÁMBRICO OPCIONAL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN DISPARADOR ALÁMBRICO Y CON UN CONTROL REMOTO INALÁMBRICO POR TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA CON EL FIN DE EVITAR QUE EL USUARIO ABSORBA MENOS RADIACIÓN RESIDUAL YA QUE ESTAR MÁS LEJOS DE LA ZONA DE RADIACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 15. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO:4. CAJÓN GUARDA CHASIS PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO DEBERÍA SER "CAJÓN GUARDA DETECTOR", YA QUE ESTÁN SOLICITANDO CARACTERÍSTICAS DE UN DETECTOR DIGITAL."-----

RESPUESTA: SI, DEBERÁ SER CAJÓN GUARDA DETECTOR. -----

PREGUNTA 16. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: MOVIMIENTO TELESCÓPICO O CONTRAPESADO PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO NO SE DEBERÁ OFERTAR YA QUE SE REPITE CON EL 2.3. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" -----

RESPUESTA: DICHO PUNTO SE ENCUENTRA DUPLICADO, DEBE DE CUMPLIR EL PUNTO 2.3. -----

PREGUNTA 17. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: CONEXIÓN DE RED WIFI Y OPCIONAL MEDIANTE LAN O WLAN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PARA ESTE PUNTO SE DEBERÁ



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

OFERTAR: CONEXIÓN RED WIFI Ó MEDIANTE LAN Ó WLAN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 18. TÉCNICO PARTIDA 3 "PARTIDA 3 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: 2 MANDILES PLOMADOS. PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE HACE REFERENCIA AL PUNTO DE ACCESORIOS REFERENTE "MANDIL PLOMADO" Y QUE EN TOTAL SE DEBERÁ OFERTAR UN TOTAL DE 2 MANDILES PLOMADOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 19. TÉCNICO PARTIDA 3 "UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: CON POSIBILIDAD DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE RIS PACK MARCA GE, VERSIÓN 6.09, O AL SISTEMA QUE PROPONGA LA CONVOCANTE PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL EQUIPO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ENVIAR LOS ESTUDIOS REALIZADOS AL SISTEMA RIS/PACS DEL HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?" -----

RESPUESTA: SI, EL EQUIPO DEBE DE TENER LA CAPACIDAD INTERCONECTASE PARA EL ENVIO DE IMÁGENES AL SISTEMA RIS/PACS DEL HOSPITAL DE LAS CARACTERÍSTICAS REFERIDAS EN LA CONVOCATORIA. -----

PREGUNTA 20. TÉCNICO PARTIDA 3 "UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO: ANEXO II PREGUNTA: SE SUGIERE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS AMABLE ENUMERAR CADA UNO DE LO PUNTOS PARA PODER REFERENCIAR LOS PUNTOS QUE NO TIENEN ASIGNADO UN NÚMERO O EN SU CASO INDICAR COMO INDICAR LOS PUNTOS A REFERENCIAR." -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN UTILIZAR LA MISMA DISTRIBUCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 21. TÉCNICO CONDICIONES DE ENTREGA "DICE: 1. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES DE ENTREGA CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO GENERADA Y NOTIFICADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO... PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE LOS BIENES REQUERIDOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SON DE IMPORTACIÓN Y A MANERA DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS EN EL ANEXO II UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL, A 60 DIAS NATURALES ¿ SE ACEPTA?"-----

RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 2. -----

4. HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. TÉCNICO ANEXO I - ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN PUNTO 1.1: ESTIMADA CONVOCANTE, DERIVADO LOS ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS A REALIZAR CON EL ECG, AMABLEMENTE SOLICITAMOS UNA ACLARACIÓN CON RESPECTO A UN ASPECTO PARTICULAR DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO. ¿EN ESTA PARTIDA EL EQUIPO DEBE MEDIR HASTA 18 DERIVACIONES PARA LA DETECCIÓN DE INFARTO CIEGO, CONECTANDO ÚNICAMENTE 12 LATIGUILLOS Y OBTENIENDO LAS 6 DERIVACIONES EXTRAS DE FORMA SINTETIZADA? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU OBSERVACION, TODA VEZ QUE EN EL PUNTO 1.1 QUE REFIERE, SE SOLICITA CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR DE FORMA SIMULTANEA 12 DERIVACIONES O MÁS. -----

PREGUNTA 2. TÉCNICO ANEXO I - ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN "PUNTO 1.6.2 -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PUNTO 1.6.3: ESTIMADA CONVOCANTE, CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS 1.6.2 Y 1.6.3 QUE HACEN RELACIÓN A LOS FILTROS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA, CONSIDERAMOS QUE PODRÍA EXISTIR UN ERROR LOS LÍMITES Y QUE AL PARECER ESTÁN INVERTIDOS. ¿POR FAVOR PODRÍAN CONFIRMAR SI ESTE ES EL CASO Y DE SER ASÍ, QUE EL RANGO DEL FILTRO DE BAJA DEBE SER DE 0.04HZ A 05HZ Y EL FILTRO DE ALTA CON TRES RANGOS DE FRECUENCIA 40HZ, 100HZ Y 150HZ?". -----

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS FILTROS DE ALTA ATENUAN LAS FRECUENCIAS BAJAS Y DEJAN PASAR AQUELLAS POR ENCIMA DE 0.04 A 0.5 HZ. LO MISMO APLICA PARA LOS FILTROS DE BAJA ATENUAN LAS FRECUENCIAS ALTAS Y SOLO SE DEJAN PASAR LAS FRECUENCIAS POR DEBAJO DE 40, 100 Y 150 HZ. -----

PREGUNTA 3. TÉCNICO ANEXO I – ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN "PUNTO 7.1: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, SI LA EXPORTACIÓN DE ESTUDIOS A CARPETA COMPARTIDA O SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN CARDIOLÓGICA ADEMÁS DE SER EN FORMATO PDF, COMO LO DESCRIBE EL PUNTO, TAMBIÉN DEBERÁ SER POR PROTOCOLO DICOM VÍA LAN O INALÁMBRICA AL RIS/PACS DEL HOSPITAL PARA CONJUNTAR CON LAS IMÁGENES RADIOLÓGICAS Y ECO CARDIOGRÁFICAS". -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO ANEXO I – ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN "PUNTO 7.3: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, POR FAVOR SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO SIN LA FUNCIÓN DE POTENCIALES TARDÍOS Y SEÑAL PROMEDIADA DE LA ONDA P, DEBIDO A QUE ESTÁ EVALUACIÓN SE REALIZA DE UNA MANERA MÁS ESPECÍFICA, CON PARÁMETROS MÁS AMPLIOS DE FRECUENCIA HZ (HERTZ) Y SENSIBILIDAD UV (MICRO-VOLTS) EN UN EQUIPO DE POLIGRAFÍA EL CUAL ES CAPAZ DE LLEVAR ACABO MEDICIONES MULTI-FRECUENCIALES PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN DE LA ARRITMOGÉNESIS VENTRICULAR ¿SE ACEPTA?". -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO ANEXO I – ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN "PUNTO 7.8: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, POR FAVOR NOS CONFIRME SI EL EQUIPO DEBERÁ OFERTARSE CON DOS AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN TODAS SUS PARTES Y VICIOS OCULTOS". -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE Y SE PRECISA A LOS LICITANTES DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE OBLIGA A GARANTIZAR LOS BIENES POR UN PERIODO DE CUANDO MENOS 12 MESES Y QUE SE COMPROMETE A LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS, POR UNO DE LAS MISMAS O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LO OFERTADO, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, DEBERÁ DE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE POR EL PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA DE FÁBRICA. CONFORME AL INCISO 5) GARANTÍA DE LOS BIENES, DEL NUMERAL VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. -----

PREGUNTA 6. TÉCNICO ANEXO I – ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN "PUNTO 7.11: EL PUNTO DESCRIBE QUE, CON LA APERTURA DE LOS EQUIPOS, DEBERÁ ENTREGARSE POR LO MENOS UN KIT DE CONSUMIBLES NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA SU PUESTA EN MARCHA. SIN EMBARGO EN LOS NUMERALES DE LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 1 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL, MENCIONA LOS -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

CONSUMIBLES. POR ELLO SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE KIT DE CONSUMIBLES REQUIERE PARA EL EQUIPO." -----

RESPUESTA: LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS POR EQUIPO SON: 3 PAQUETES DE PAPEL DE IMPRESIÓN, DOS JUEGOS DE ELECTRODOS DE SUCCIÓN ADULTOS Y PEDIÁTRICOS Y 10 BOTELLAS DE GEL CONDUCTIVO DE 250 ML. -----

PREGUNTA 7. TÉCNICO ANEXO II – UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO DEFINICIÓN: CON EL PROPÓSITO DE QUE LA UNIDAD RADIOLÓGICA RODABLE, PUEDA OBTENER UNA VARIEDAD DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS DIGITALES DE RUTINA Y PUEDA SER UTILIZADO EN CUALQUIER ÁREA HOSPITALARIA DONDE ESTE UN PACIENTE Y NO SE DISPONGA DE UNA TOMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL EQUIPO A OFERTAR ADEMÁS DE CONTAR CON BATERÍAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COMO LO DESCRIBE EL PUNTO, TAMBIÉN DEBERÁ PODER FUNCIONAR SIN ESTAR CONECTADO A UNA TOMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA PODER REALIZAR LA EXPOSICIÓN RADIOGRÁFICA USANDO LAS BATERÍAS ¿ES ESTO CORRECTO? -----

RESPUESTA: EL EQUIPO ADEMÁS DE LAS BATERÍAS DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE FUNCIONAR SIN ESTAR CONECTADO DE FORMA ALÁMBRICA. -----

PREGUNTA 8. TÉCNICO ANEXO II – UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO 1.2.-DE ACUERDO CON EL NOMBRE GENÉRICO DEL DISPOSITIVO SOLICITADO COMO UNIDAD RADIOLÓGICA RODABLE O MÓVIL (POTENCIA INTERMEDIA) CUYA POTENCIA SERÁ DE 32KW O MAYOR, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA CORRIENTE MÁXIMA DE 320 MA O MAYOR, CON LO CUAL SE PUEDE REALIZAR PROYECCIONES RADIOGRÁFICAS A PACIENTES DESDE PEDIÁTRICO HASTA ADULTO EN COMPLEJIÓN FÍSICA DELGADA A OBESO, EN LAS DIFERENTES REGIONES ANATÓMICAS DEL CUERPO, COMO MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, ABDOMEN, TÓRAX, CABEZA, ETC. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 9. TÉCNICO ANEXO II – UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO 5.- ACORDA A LO DESCRITO EN EL PUNTO, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON RODAMIENTO MOTORIZADO CON SISTEMA DE FRENADO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN EQUIPO FÁCIL DE TRANSPORTAR EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD MÉDICA Y QUE EL DESPLAZAMIENTO MOTORIZADO SEA EN RELACIÓN CON LA FUERZA EJERCIDA EN LA MANIJA DE TRANSPORTE ¿ES ESTO CORRECTO? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 10. TÉCNICO ANEXO II – UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO 6.- CONFORME A LO DESCRITO EN EL PUNTO UN EQUIPO QUE PESA 250KG Y AUNQUE SEA RODABLE, NO ES DE FÁCIL MANEJO Y PUEDE OCASIONAR LESIONES SEVERAS EN EL OPERARIO EN LA MANIOBRABILIDAD Y USO. POR ELLO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON MOTOR ELÉCTRICO, ASISTIDO POR BATERÍAS Y CON UN PESO DE 450KG O MENOR, YA QUE EL PESO UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO, ES SOPORTADO POR LA RUEDAS Y DESPLAZADO POR EL MOTOR ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 11. TÉCNICO ANEXO II – UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO 9.- EN ESTE PUNTO SE SOLICITAN DOS DETECTORES PLANOS DIGITALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL EQUIPO, ASÍ COMO LAS PÓLIZAS DE SERVICIO POSTERIORES A LOS DOS AÑOS DE GARANTÍA SOLICITADOS EN EL ANEXO 11. SE ACEPTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN DETECTOR DIGITAL DE TAMAÑO 35X43CM QUE ES UN ESTÁNDAR EN RADIOLOGÍA CON EL CUAL SE PUEDEN REALIZAR TODAS LAS PROYECCIONES RADIOGRÁFICAS Y EN CUALQUIER TAMAÑO, USANDO EL COLIMADOR



[Handwritten blue signature and scribbles on the right margin]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 12. TÉCNICO ANEXO II – UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL PUNTO ACCESORIOS: EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SE SOLICITA DETECTOR PLANO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICAS, POR LO TANTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SE REQUIEREN CHASIS DE DIFERENTES TAMAÑOS YA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO UN EQUIPO DIGITAL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO ANEXO III – ULTRASONÓGRAFO PUNTO 7. POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO COMO CLIPS EN TIEMPO REAL ILIMITADOS CON MEMORIA DE CINELOOP MAYOR A 41,000 CUADRO Y DISCO DURO DE 1TB PARA ALMACENAMIENTO DE HASTA 400,00 IMÁGENES, CUYAS CARACTERÍSTICAS SON SUPERIORES A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 14. TÉCNICO ANEXO III – ULTRASONÓGRAFO "PUNTO 9.- COMPENSACIÓN DE GANANCIA LATERAL LGC ESTA FUNCIÓN ES PARA USO CON TRANSDUCTORES SECTORIALES Y DEBIDO A QUE EL EQUIPO SOLICITADO NO CONTEMPLA EL USO DE TRANSDUCTORES SECTORIALES, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA ¿SE ACEPTA?". --

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 15. TÉCNICO ANEXO III – ULTRASONÓGRAFO PUNTO 19.1. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO DE BANDA ANCHA CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 1MHZ A 8MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA. DOPPLER COLOR, DOPPLER DE PODER COLOR POWER ANGIO O EQUIVALENTE, DOPPLER ARMÓNICO TISULAR, STIC Y MODO M. CAMPO DE VISIÓN DE 100° O MAYOR, YA QUE LA DIFERENCIA DE 1MHZ EN LA PARTE SUPERIOR NO REPRESENTA NINGUNA DESVENTAJA CLÍNICA PARA TRANSDUCTORES CONVEXOS DONDE SE REQUIERE PROFUNDIDAD. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 16. TÉCNICO ANEXO III – ULTRASONÓGRAFO PUNTO 19.2 SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR CONVEXO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 1MHZ O MENOR A 8MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES ABDOMINALES DE USO GENERAL ADULTOS Y PEDIÁTRICAS, OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS. CON DOPPLER COLOR COLOR POWER O EQUIVALENTE E IMAGEN ARMÓNICA, CON CAMPO DE VISIÓN DE 100° O MAYOR, CON LO CUAL SE PUEDE VISUALIZAR EL ÁREA A ESTUDIO SIN PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 17. TÉCNICO ANEXO III – ULTRASONÓGRAFO PUNTO 19.4.- TRANSDUCTOR LINEAL DE BANDA ANCHA DE RANGO DE FRECUENCIAS DE 5 MHZ O MENOR, A 15 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE PARTES PEQUEÑAS, MAMARIAS, VASCULARES, MUSCULOESQUELÉTICAS. DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO, DOPPLER DE PODER COLOR POWER ANGIO O EQUIVALENTE. YA QUE POR CUESTIONES DE REFERENCIACIÓN NO ES POSIBLE COLOCAR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS QUE CUENTA EL TRANSDUCTOR ¿SE ACEPTA? -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 18. TÉCNICO ANEXO III – ULTRASONÓGRAFO PUNTO 20. ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN Y EL UPS NO SE DEBE REFERENCIA LAS CARACTERÍSTICAS DE "CON PAQUETES DE CÁLCULOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS." FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: ES UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN, EL UPS NO DEBE DE CONTAR CON DICHOS PAQUETES. ----

5. INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. LEGAL – ADMINISTRATIVA "I. DATOS GENERALES I.5" "DICE: I.5. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOISICIONES. TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, QUE INTEGREN LAS PROPOSICIONES DE LOS BIENES OFERTADOS, DEBERÁN ESTAR EN EL IDIOMA ESPAÑOL, SÓLO SE ACEPTARÁN EN IDIOMA DISTINTO A ÉSTE, CUANDO ESTÉN ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL PODRÁ SER ÚNICAMENTE DE LOS PÁRRAFOS REFERENCIADOS. ¿ES ESTO CORRECTO?"-----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 2. LEGAL – ADMINISTRATIVA PLATAFORMA COMPRANET 2023 PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE SE HABILITEN LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA PUBLICAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS CONFORME AL FORMATO 3. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE INFORMA QUE SE HABILITARA EL APARTADO LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO, DONDE SE DEBERÁN CARGAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA CATEGORÍA. -----

PREGUNTA 3. LEGAL – ADMINISTRATIVA VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES "DICE: VI. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN. SE DEBERÁN FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE EL RESUMEN DE LAS PROPOSICIONES UTILIZANDO LA E.FIRMA QUE EMITE EL SAT PARA PERSONAS FÍSICAS/MORALES NACIONALES ... PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ FIRMAR CON LA E.FIRMA QUE EMITE EL SAT EN EL MOMENTO EN EL QUE LA PLATAFORMA COMPRANET 2023 LO REQUIERA. ¿ES ESTO CORRECTO?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES "DICE: VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 1) PROPUESTA TÉCNICA ... INDICAR TIEMPO DE ENTREGA POR PARTIDA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN EL FORMATO 9 CADA LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL TIEMPO DE ENTREGA PROPUESTO PARA LA PARTIDA OFERTADA. ¿ES ESTO CORRECTO?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ ATENDER LA ACLARACIÓN NÚMERO 2. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES "DICE: VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 3) ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE REFERENCIA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN, EN EL FORMATO 11 SE PODRÁ INDICAR UN 0% DE PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL. ¿ES ESTO CORRECTO?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----



X

Handwritten signature and mark

ms



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 6. TÉCNICO VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES "DICE: VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 7 FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS ... 10) MANUALES SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS ELABORADOS POR LOS FABRICANTES DE CADA PRODUCTO OFERTADO, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE SELLADOS POR EL FABRICANTE O EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEL FABRICANTE, Y DE SER ESTE EL CASO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE LA DISTRIBUCIÓN OTORGADA POR ELLOS, EXPRESA Y DE FORMA EXCLUSIVA PARA ESTA LICITACIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DEMOSTRAR ESTE REQUISITO SE DEBERÁN PRESENTAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS Y/O MANUALES DE LOS BIENES OFERTADOS, ACOMPAÑADOS DE UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN LA QUE SE INDIQUE EL RESPALDO DE ÉSTE PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN. ¿ES ESTO CORRECTO?" -----

RESPUESTA: ES CORRECTO, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO 7) FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS DEL NUMERAL VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA -----

PREGUNTA 7. TÉCNICO "ANEXO I DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ..." "DICE: ANEXO I DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CINCO ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN ... 7.12.- EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON 10 AÑOS DE SOPORTE TÉCNICO DE FÁBRICA PARA SU HARDWARE Y SOFTWARE, ASÍ COMO PARA SUS CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y REFACCIONES. LO CUAL DEBERÁ QUEDAR PLASMADO MEDIANTE CARTA EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE, TANTO EN SU PROPUESTA COMO EN EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE LE SEA FORMULADO DE SER ADJUDICADO. PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE SE PERMITA ENTREGAR LA CARTA DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 8. TÉCNICO "PÁGINA 45 CONDICIONES DE ENTREGA" PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS CONDICIONES DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN LAS PÁGINAS 45 Y 46 DE LA CONVOCATORIA, DEBERÁ INCLUIRSE EN EL FORMATO 9 PROPUESTA TÉCNICA. ¿ES ESTO CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 9. TÉCNICO "PARTIDA 4.1 "PREGUNTA: ¿REQUIERE LA CONVOCANTE QUE EL ELECTROCARDIOGRAFO TENGA UNA PANTALLA DE POR LO MENOS 5 PULGADAS? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 10. TÉCNICO "PARTIDA 4. 1.4" PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE EN ESTE CASO SE PERMITA OFERTAR UNA FRECUENCIA DE MUESTREO DE 15000 HZ O 8000 M/S. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SI LA EQUIVALENCIA DE 8000 M/S, ES IGUAL O MAYOR A 8000 HZ. -----

PREGUNTA 11. TÉCNICO "PARTIDA 4. 1.5" PREGUNTA: DADO QUE UN ELECTROCARDIOGRAFO ES UN EQUIPO QUE SIEMPRE ESTÁ CONECTADO AL TOMACORRIENTE Y SOLO SE DESCONECTA PARA REALIZAR ALGÚN ESTUDIO, Y DADO QUE LOS ESTUDIOS DE ECG NO SUELEN DURAR MÁS DE 30 MINUTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA DE RESPALDO DE 30 MINUTOS, YA QUE ESTO NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: TODA VEZ QUE LA DINÁMICA DE UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD ES ATÍPICA Y ADICIONALMENTE SE TIENE COMO DEMANDA AGREGADA LA ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL, SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD DE LA CARGA DE BATERÍA DE AL MENOS DOS HORAS O LA IMPRESIÓN DE 30 REGISTROS. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 12. TÉCNICO "PARTIDA 4.3.1" PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICARON EL OFERTAR UN ALMACENAMIENTO INTERNO DE 40 ESTUDIOS O 780 A 3000 ESTUDIOS POR MEDIO DE UNA TARJETA DE MEMORIA SD. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, EL ALMACENAMIENTO DEBE SER INTERNO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 200 ESTUDIOS. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO "PARTIDA 4.7.2" PREGUNTA: DADO QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIFERENTES MARCAS Y POR LO TANTO DIFERENTES TECNOLOGÍAS LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 14. TÉCNICO "PARTIDA 4.7.2" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO CON CARTA BAJO PROTESTA DEL FABRICANTE DE DECIR LA VERDAD DE, "FUNCIÓN DE CALIPTER O COMPÁS PARA MEDICIÓN MANUAL DE LOS INTERVALOS DEL ECG". ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 15. TÉCNICO "PARTIDA 4.7.4 "PREGUNTA: DADO QUE EN EL MERCADO EXISTEN DIFERENTES MARCAS Y POR LO TANTO DIFERENTES TECNOLOGÍAS LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 16. TÉCNICO "PARTIDA 4.7.4" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO CON CARTA BAJO PROTESTA DEL FABRICANTE DE DECIR LA VERDAD DE, "VECTOCARDIOGRAFÍA". ¿SE ACEPTA? -----


RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES. -----

6. MANPREC, S.A DE C.V. -----

PREGUNTA 1. TÉCNICO. PARTIDA ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. "DICE: 1.4.- FRECUENCIA DE MUESTREO DE MÍNIMO 15, 000 HZ. PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON UN MUESTREO DE 8,000 MUESTRAS POR SEGUNDO, PERMITIENDO OBTENER UNA ALTA CALIDAD CLÍNICA DE SEÑAL DE ECG, ASÍ COMO UN DIAGNÓSTICO INTERPRETATIVO CERTERO, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 2. TÉCNICO. PARTIDA ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. "DICE: 7.2.- FUNCIÓN DE CALIPER O COMPÁS PARA MEDICIÓN MANUAL DE LOS INTERVALOS DEL ECG. PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR CUENTA CON MÁS DE 600 DECLARACIONES INTERPRETATIVAS QUE SE OBTIENEN A PARTIR DE LAS MORFOLOGÍAS QUE INTEGRAN LA SEÑAL DE ECG, EN CONJUNTO CON LAS 46 MEDICIONES DE ANÁLISIS MORFOLÓGICOS EN CADA UNA DE LAS 12 DERIVACIONES, DAN COMO RESULTADO UN ECG DIAGNÓSTICO QUE PRESENTA TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ÓPTIMA ATENCIÓN DEL PACIENTE, EVITANDO EL USO DE CALIPER O COMPAS QUE PUEDE INTERFERIR CON EL FLUJO DE TRABAJO DEL PERSONAL HOSPITALARIO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL ¿SE ACEPTA? -----



Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large checkmark and a signature.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 3. TÉCNICO. PARTIDA ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. "DICE: 7.3.- ANÁLISIS DE POTENCIALES TARDÍOS Y SEÑAL PROMEDIADA DE LA ONDA P PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL ANÁLISIS DE RETRASOS DE LA CONDUCCIÓN AV Y RETRASO DE LA CONDUCCIÓN INTRAVENTRICULAR, TAMBIÉN SE OBTIENEN EL VALOR DE ONDA P FRONTAL, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO. PARTIDA ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. "DICE: 7.4.- VECTOCARDIOGRAFÍA PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL SEGMENTO ST EN IMAGEN VERTICAL MULTIEJE CON EL QUE SE PUEDEN DETECTAR LAS ALTERACIONES EN LOS VALORES DE ST, CON LO QUE SE PUEDEN PREVENIR DE MANERA OPORTUNA EVENTOS DE ISQUEMIA, ASEGURANDO UN MEJOR DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO. PARTIDA ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. "DICE: MEDICIÓN DE LA DISPERSIÓN QT PREGUNTA: LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL DESPLIEGUE DEL INERTVALO QT, QT CORREGIDO SEGÚN LA FRECUENCIA DE BAZETT, QT CORREGIDO SEGÚN LA FRECUENCIA DE FRIDERICIA, AMPLIANDO LAS CAPACIDADES DE DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO PARA EL INTERVALO QT, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA; NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----


PREGUNTA 6. TÉCNICO. ANEXO II UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. "ANEXO II DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. 7.- MATRIZ DE 2300 X 1790 Y/O DE 3300 X 3300 PÍXELES O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL DETECTOR DE 10" X 12" NOS PERMITA OFERTAR UNA RESOLUCIÓN ENTRE 1500 A 2300. CONSIDERAMOS QUE LA RESOLUCIÓN DE IMAGEN NO SE VE AFECTADA EN ESTOS RANGOS, ADEMÁS DE QUE NUESTRO SISTEMA CUENTA CON UN SOFTWARE DE RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN QUE MEJORA LA CALIDAD. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 7. TÉCNICO. ANEXO II UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. "ANEXO II DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. 7.- MATRIZ DE 2300 X 1790 Y/O DE 3300 X 3300 PÍXELES O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE EL SIGUIENTE ASPECTO TÉCNICO PODER OFERTAR UNA RESOLUCIÓN QUE ESTE ENTRE 2300 A 3300, YA QUE LA RESOLUCIÓN PEDIDA ES PARA UN DETECTOR DE 17" X 17", Y EN EL PUNTO 9 SOLICITAN UN DETECTOR DE 14" X 17" ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 8. TÉCNICO. ANEXO II UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. "ANEXO II DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL UNIDAD



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RADIOLÓGICA PORTÁTIL. 9.- TAMAÑO DE 35 CM. X 43 CM. (14" X 17") Y DE 24 O 25 X 30 CM (10 X 12). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL EQUIPO CON UN SOLO DETECTOR DE 14" X 17", CONSIDERAMOS QUE ESTA MEDIDA ES PRACTICA Y EFICIENTE PARA TODOS LOS ESTUDIOS, ADEMÁS DE QUE ES LA MEDIDA ESTÁNDAR PARA ESTE TIPO DE EQUIPOS. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 9. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 1.- MONITOR A COLOR LCD DE 21" PULGADAS O MAYOR CON BRAZO ARTICULADO. ENTENDEMOS QUE LA LICITANTE BUSCA ADQUIRIR SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS ACTUALES Y CON OBSOLESCENCIA A LARGO PLAZO, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE LOS MONITORES DEBEN DE PODER PRESENTAR LA IMAGEN A DIAGNOSTICAR EN EL ÁREA TOTAL DE LA PANTALLA ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR CANSANCIO Y FATIGA VISUAL EN JORNADAS LARGAS DE TRABAJO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 10. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 2.- CON AL MENOS 500,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. LA CANTIDAD DE CANALES DE PROCESAMIENTO AYUDA A PRESENTAR EN PANTALLA LAS IMÁGENES A DIAGNOSTICAR LO ANTES POSIBLE, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE LOS CANALES DIGITALES EN EQUIPOS UTILIZADOS A REVISIÓN DE ÓRGANOS CON ALTAS TASAS DE MOVIMIENTO DEBEN DE TENER UNA CANTIDAD DE CANALES DE PROCESAMIENTO DE AL MENOS 7 MILLONES DE CANALES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 11. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.2.- TRANSDUCTOR LINEAL DE 2.4 A 10.0MHZ, APLICACIONES: VASCULAR (CAROTÍDEO, ARTERIAL Y VENOSO DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES), MUSCULO ESQUELÉTICO, NERVIOS, PEQUEÑAS PARTES Y TIROIDES CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL TIENE FRECUENCIAS DIFERENTES A LAS SOLICITADAS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR LINEAL CON FRECUENCIA DE 3 MHZ A 12 MHZ, EL CUAL CUMPLE CON LAS APLICACIONES CLÍNICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 12. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.3.- TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.4 A 6.0 MHZ, APLICACIONES: CARDIACO, CORONARIO Y CONTRASTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 1 MHZ A 5 MHZ. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.5.- TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO DE 3.3 A 10.0MHZ, APLICACIONES, CARDIACO, PEDIÁTRICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR TRANSESOFÁGICO PARA USO EN APLICACIONES CLÍNICAS PEDIÁTRICAS CON RANGO DE FRECUENCIA DE 3 MHZ A 8 MHZ CON EL CUAL SE CUMPLE CON ESTUDIOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS MAYORES A 2.5KG. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 14. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.6.- TRANSDUCTOR SECTORIAL, VECTORIAL O ARREGLO EN FASE CON FRECUENCIA DE 5.0 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR PARA NEONATOLOGÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR SECTORIAL DEDICADO A NEONATOS CON FRECUENCIA DE 2 MHZ A 9MHZ. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 15. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 8.- PROGRAMA CON CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 3D EN TIEMPO REAL O 4D CON EL TRANSDUCTOR SECTORIAL MANEJADO DESDE EL PANEL DE CONTROL. CONSIDERANDO QUE LA CEDULA TIENE COMO NOMBRE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS DEBEN DE SER CAPACES DE TENERLA COMO CRECIMIENTO A FUTURO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE PODRÁN OFERTAR ECOCARDIÓGRAFOS BIDIMENSIONALES Y CON UNA ACTUALIZACIÓN A TRIDIMENCIONAL, O EN SU DEFECTO PODRÁ OFERTAR ECOCARDIÓGRAFO TRIDIMENCIONAL. -----

PREGUNTA 16. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 13.- PROGRAMA PARA EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO, LA CONTRACTILIDAD REGIONAL Y GLOBAL DEL MIOCARDIO, ASÍ COMO LA FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA (PROGRAMA 2D STRAIN O SPECKLE-TRACKING O 2D WALL MOTION TRACKING). ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS DEBEN DE TENER LA CAPACIDAD DE PODER GENERAR LA VALORACIÓN DEL MOVIMIENTO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO DE FORMA AUTOMÁTICA CONSIDERANDO IMÁGENES PREVIAMENTE ADQUIRIDAS EN FORMATO 2, 3 Y 4 CÁMARAS PARA GENERAR UN REPORTE REPRODUCIBLE Y CONFIABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 17. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 15.- MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO EN TIEMPO REAL Y CINE, 1 GB O MAYOR Y AL MENOS 190,000 CUADROS; EN 2D Y MODO COLOR ARRIBA DE 3,000 SEGUNDOS.PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS CASAS COMERCIALES EN ESTA LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE CADA UNA DE ELLAS CONSIDERANDO QUE LA MAYORÍA TENEMOS 2000 IMÁGENES O MAYOR EN MODO 2D Y COLOR CON HASTA 60 SEGUNDOS EN DATOS DOPPLER ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 18. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. SIN PUNTO. TRAZO RESPIRATORIO INTEGRADO. CONSIDERAMOS QUE AL NO TENER UN PUNTO DENTRO DE LA CÉDULA ES UN PUNTO A OFERTAR EN CASO DE TENERLO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 19. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. SIN PUNTO. TRAZO RESPIRATORIO INTEGRADO. ENTENDEMOS QUE LA LICITANTE SE REFIERE AL ECG INTEGRADO EN LA PANTALLA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 20. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 19.- CÁLCULO AUTOMÁTICO DE Z-SCORES EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE UNA SOLA MARCA COMERCIALIZADA EN MÉXICO CUMPLE CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA; SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 21. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 35.- INTERFACE DE RED ETHERNET 10 MBPS, 100MBPS, 1GBPS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER REFERENCIA A ESTE PUNTO CON EL NOMBRE COMERCIAL DE NUESTRA TECNOLOGÍA, LA CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 22. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 36.- CAPACIDAD DE ALMACENAR Y COMPARTIR ARCHIVOS EN LA NUBE CONSIDERAMOS QUE LA CAPACIDAD DE ALMACENAR ARCHIVOS EN LA NUBE ES EN RELACIÓN AL SISTEMA DEL PUNTO 46. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE DICHA INFORMACIÓN DEBE DE RESGUARDARSE EN EL SISTEMA RIS PACK Y NO EN LA NUBE. -----

PREGUNTA 23. TÉCNICO. ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 45.- ESTACIÓN DE TRABAJO PARA POSTPROCESAMIENTO DE IMÁGENES ADQUIRIDAS EN TIEMPO REAL, ENTENDEMOS QUE LA ESTACIÓN PROPUESTA DEBE DE TENER LA CAPACIDAD DE PROCESAR IMÁGENES PROVENIENTES DEL SISTEMA PROPUESTO, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS YA INSTALADOS EN EL HOSPITAL SIN TENER RESTRICCIÓN DE LA MARCA O MODELO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, DEBERÁ APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. -----

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A DE C.V. -----

PREGUNTA 1. TÉCNICO. ANEXO II: DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADI. "PUNTO 1.1.- POTENCIA EN KW DE 32 O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA POTENCIA DE 20 KW, CONSIDERAMOS QUE ESTA DIFERENCIA NO ES SUSTANCIAL Y LOS RENDIMIENTOS TÉCNICOS SERÁN EQUIPARABLES. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 2. TÉCNICO. ANEXO II: DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADI. "PUNTO 1.2 CORRIENTE DE 400MA O MAYOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CORRIENTE DE 10 A 320 MA, CONSIDERAMOS QUE ESTA DIFERENCIA NO ES SUSTANCIAL Y LOS RENDIMIENTOS TÉCNICOS SERÁN EQUIPARABLES. ¿SE ACEPTA? -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 3. TÉCNICO. ANEXO II: DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADI. "PUNTO 2.2 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TERMICO EN EL ANODO DE 350 KHU O MAYOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CALÓRICO DE 140 KHU, EN EL ENTENDIDO QUE OFERTAR UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA MAYOR NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO. ANEXO II: DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADI. "PUNTO 6. PESO DE 250 KG O MENOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PESO DE 580 KG, CON MOVIMIENTO MOTORIZADO PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO CONSIDERAMOS QUE ESTO NO REPERCUTE EN LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO. ANEXO II: DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADI. "PUNTO 7. MATRIZ DE 2300X1790 Y/O DE 3300 X3300 PÍXELES O MAYOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TAMAÑO DE MATRIZ DE 1500X1920 Y/O 2156X2653 PÍXELES PÍXELES ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 6. TÉCNICO. ANEXO II: DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRES EQUIPOS DE UNIDAD RADI. "PUNTO 9 TAMAÑO DE 35 CMX43CM (14"X17") Y DE 24 O 25 CM (10"X12") SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, ¿SI SOLO ESTÁ SOLICITANDO SE OFERTE UN SOLO DETECTOR?, FAVOR DE INDICAR QUE MEDIDA REQUIEREN. -----

RESPUESTA: SI SOLO OFERTA UN DETECTOR LA MEDIDA DEBERÁ SER 14X17". -----

PREGUNTA 7. TÉCNICO. ANEXO I: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN (PARTIDA 4). PUNTO 7.2. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE DE MANERA OPCIONAL YA QUE LOS NUEVOS EQUIPOS DE AVANZADOS, SE HACEN MEDICIONES DE MANERA AUTOMATICA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD. -----

PREGUNTA 8. TÉCNICO. ANEXO I: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN (PARTIDA 4). PUNTO 7.3. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE DE MANERA OPCIONAL YA QUE LOS NUEVOS EQUIPOS DE AVANZADOS, SE HACEN MEDICIONES DE MANERA AUTOMATICA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SU EQUIPO CUMPLA CON EL PUNTO 7.3 DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA. -----

PREGUNTA 9. TÉCNICO. ANEXO I: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN (PARTIDA 4). PUNTO 7.4. SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE DE MANERA OPCIONAL YA QUE LOS NUEVOS EQUIPOS DE AVANZADOS, SE HACEN MEDICIONES DE MANERA AUTOMATICA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SU EQUIPO CUMPLA CON EL PUNTO 7.4 DE -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA. -----

PREGUNTA 10. TÉCNICO. ANEXO III: DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA N° 1 ULTRASONOGRAFO. "PUNTO 7, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR CINELOOP DE 2,200 IMÁGENES A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO, ASÍ COMO 60 SEGUNDOS O EN MODOS COMBINADOS DE DOPPLER PULSADO Y MODO M, LO CUAL ES SUFICIENTE PARA REVISAR RETROSPECTIVAMENTE EL MODO M Y DOPPLER ESPECTRAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 11. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS ECOCARDIÓGRA. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 4.1., CON EL FIN DE PODER CUMPLIR CON LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA Y CONSIDERANDO QUE CADA CASA COMERCIAL USA SU PROPIA NOMENCLATURA, PARA LOS PROCEDIMIENTOS O SUS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS PODE OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO "MODO DE IMAGEN DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR ZONAS ANATÓMICAS CON FLUJO SANGUÍNEO LENTO Y DÉBIL EN LOS TEJIDOS. MANTIENE UNA VELOCIDAD DE IMAGEN Y UNA CALIDAD DE IMAGEN 2D ALTAS, Y APLICA TÉCNICAS AVANZADAS DE REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS. SIENDO QUE EL FIN DE ESTE ES PODER DETECTAR FLUJOS BAJOS EN LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 12. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.1., LOS RANGOS DE FRECUENCIA SON ESPECÍFICOS DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL Y CON EL FIN DE QUE NO SE VEA IMPEDIDA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TRANSDUCTOR MATRICIAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 1 MHZ A 5 MHZ, LO CUAL PERMITE REALIZAR O TENER LAS MISMAS APLICACIONES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.1, AL SOLICITAR UN TRANSDUCTOR SECTORIAL, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE DEBERÁ DE PODER REALIZAR ESTUDIOS EN 3D EN TIEMPO REAL, TAL COMO SE INDICA EN EL PUNTO 8 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUE A LA LETRA DICEN: "EQUIPO QUE SE UTILIZA CON FINES DIAGNÓSTICOS PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA CARDIACA INVASIVA Y NO INVASIVA, EN TIEMPO REAL CON DOPPLER COLOR E IMAGEN EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D PARA ESTUDIOS CARDIACOS EN ADULTOS" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: COMO SE INDICA EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 14. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.2., LOS RANGOS DE FRECUENCIA SON ESPECÍFICOS DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL Y CON EL FIN DE QUE NO SE VEA IMPEDIDA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark: an 'X' with an arrow pointing up and a vertical line]

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3 MHZ A 12 MHZ, LO CUAL PERMITE REALIZAR O TENER LAS MISMAS APLICACIONES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 15. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.3., LOS RANGOS DE FRECUENCIA SON ESPECÍFICOS DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL Y CON EL FIN DE QUE NO SE VEA IMPEDIDA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 1 MHZ A 5 MHZ, LO CUAL PERMITE REALIZAR O TENER LAS MISMAS APLICACIONES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO.-----

PREGUNTA 16. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.4, ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE TRANSDUCTOR DEBERÁ DE SER CON APLICACIONES DE 3D EN TIEMPO REAL, TAL COMO SE INDICA EN EL PUNTO 30 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUE A LA LETRA DICEN: "EQUIPO QUE SE UTILIZA CON FINES DIAGNÓSTICOS PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA CARDIACA INVASIVA Y NO INVASIVA, EN TIEMPO REAL CON DOPPLER COLOR E IMAGEN EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D PARA ESTUDIOS CARDIACOS EN ADULTOS" AUNADO A QUE DE NOS SER ASÍ SOLO SE REALIZARÍA UN GASTO INNECESARIO, YA QUE LOS 2 TRANSDUCTORES TRANSESOFÁGICOS SOLICITADOS REALIZARÍAN LAS MISMAS FUNCIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: SE DEBERA COTIZAR DOS TRANSDUCTORES TRANSESOFÁGICOS UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO.-----

PREGUNTA 17. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.4., ES CORRECTO ENTENDER QUE APARTE DE LA CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA, ESTOS EQUIPOS DEBEN DE PODER REALIZAR CARDIOLOGÍA EN PACIENTES ADULTOS TAL COMO EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUE A LA LETRA DICEN: "EQUIPO QUE SE UTILIZA CON FINES DIAGNÓSTICOS PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA CARDIACA INVASIVA Y NO INVASIVA, EN TIEMPO REAL CON DOPPLER COLOR E IMAGEN EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D PARA ESTUDIOS CARDIACOS EN ADULTOS" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: DEBERA PODERSE UTILIZAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS.-----

PREGUNTA 18. TÉCNICO. "ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.5., LOS RANGOS DE FRECUENCIA SON ESPECÍFICOS DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO CUAL Y CON EL FIN DE QUE NO SE VEA IMPEDIDA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3 MHZ A 8 MHZ, LO CUAL PERMITE REALIZAR O TENER LAS MISMAS APLICACIONES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO.

PREGUNTA 19. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.5., ES CORRECTO ENTENDER QUE APARTE DE LA CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA, ESTOS EQUIPOS DEBEN DE PODER REALIZAR CARDIOLOGÍA EN PACIENTES ADULTOS TAL COMO EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUE A LA LETRA DICEN: "EQUIPO QUE SE UTILIZA CON FINES DIAGNÓSTICOS PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA CARDIACA INVASIVA Y NO INVASIVA, EN TIEMPO REAL CON DOPPLER COLOR E IMAGEN EN 3D EN TIEMPO REAL O 4D PARA ESTUDIOS CARDIACOS EN ADULTOS" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: COMO SE INDICA EN EL ANEXO TÉCNICO

PREGUNTA 20. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 5.5., ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA QUE EL EQUIPO SEA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, EL TRANSDUCTOR DEBERÁ DE PODER REALIZAR ESTUDIOS DE TRANSESOFAGICOS CON PACIENTES DE 3 KG O MAYOR, ESTO CON EL FIN DE QUE EL INSTITUTO TENGA UN RANGO AMPLIO DE PACIENTES A LOS CUALES PODER TRATAR Y NO SE VEA LIMITADO EN ESTUDIOS O FUNCIONES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO.

PREGUNTA 21. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 9, EN LA CÉDULA SOLICITAN "MEDICIÓN DE VOLÚMENES LATIDO A LATIDO EN TIEMPO REAL" SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDICIÓN DE VOLÚMENES LATIDO A LATIDO EN IMÁGENES ADQUIRIDAS EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 22. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 10, EN LA CÉDULA SOLICITAN "MEDICIÓN DE FRACCIÓN DE EXPULSIÓN LATIDO A LATIDO EN TIEMPO REAL" SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDICIÓN DE FRACCIÓN DE EXPULSIÓN LATIDO A LATIDO EN IMÁGENES ADQUIRIDAS EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 23. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 11, EN LA CÉDULA SOLICITAN "MEDICIÓN DE ÁREAS CARDÍACAS EN TIEMPO REAL" SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDICIÓN DE ÁREAS CARDÍACAS LATIDO A LATIDO EN IMÁGENES ADQUIRIDAS EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 24. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 15, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA ESTA CARACTERÍSTICA SEA MODIFICADA, ESTO DEBIDO A QUE SOLO LA MARCA "GE", CUENTA CON ESTA TECNOLOGÍA LO CUAL IMPIDE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, POR LO CUAL PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES PROPONEMOS QUE EL CINELOOP SEA DE AL MENOS 2000 IMÁGENES Y 60 SEGUNDOS DE CINE, LA JUSTIFICACIÓN ES QUE EN LOS PROCESOS NO SE NECESITA DE CAPTURAR TANTOS SEGUNDOS, 50 SEGUNDOS ES MAS QUE SUFICIENTE PARA CUALQUIER TIPO DE ESTUDIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE LES REITERA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN OFERTAR BIENES DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 25. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 26, ¿DEBIDO AL ALTO USO QUE SE TIENEN DE ESTUDIOS DE OPACIFICACIÓN, ¿SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO SEA CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO SINO, QUE SE ENCUENTRE INTEGRADA AL EQUIPO, ESTO CONSIDERANDO QUE LA MAYORÍA O TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO CUENTAN CON ESTA TECNOLOGÍA, LA CUAL CLARAMENTE ES ÚTIL PARA EL INSTITUTO? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 26. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 42, CON EL FIN DE NO ENCARECER LA PROPUESTA Y CONSIDERANDO QUE YA ESTÁN SOLICITANDO UNA IMPRESORA TÉRMICA A COLOR Y QUE ESTA CLARAMENTE PUEDE IMPRIMIR EN BLANCO Y NEGROS, SUGERIMOS QUE LA IMPRESORA B/N, SEA OPCIONAL ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 27. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 44, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE USARAN ESTE TIPO DE VALORACIÓN SUBJETIVA, LA CUAL NO SE PUEDE CUANTIFICAR, AUNADO AL GASTO INHERENTE DE AGENTE DE CONTRASTE, POR ELLO PEDIMOS QUE ESTA TECNOLOGÍA SE OPCIONAL ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE LE REITERA AL LICITANTE QUE DEBERÁ APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 28. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 45, CONSIDERANDO QUE EL INSTITUTO VA A ADQUIRIR 4 ECOCARDIOGRAFOS Y QUE DE ACUERDO A LA CÉDULA CADA EQUIPO TENDRÍA SU PROPIA ESTACIÓN DE TRABAJO, CREEMOS QUE SERÁ UN COSTO ELEVADO E INNECESARIOS, AUNADO A -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

QUE SE DEBERÍA DE TENER EL ESPACIO SUFICIENTE PARA TENER LAS ESTACIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO EL SERVIDOR PARA QUE ESTAS ESTÉN ENLAZADAS. POR ELLO, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA SOLA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA LOS 4 EQUIPOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 29. TÉCNICO. ANEXO IV DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓ. "ANEXO IV. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUATRO EQUIPOS DE ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR AVANZADO. PUNTO 46, DADO A QUE NO ES POSIBLE DEMOSTRAR TEXTUALMENTE O DOCUMENTALMENTE, QUE EL EQUIPO SE PUEDE INTERCONECTAR A UNA MARCA ESPECIFICA, SOLICITAMOS NOS SEA PERMITIDO REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SISTEMA DE CONEXIÓN DICOM, EL CUAL ES EL LENGUAJE QUE TODOS LOS SISTEMAS DE IMÁGENES PUEDEN VER, ADQUIRIR, ALMACENAR, ENVIAR Y/O MODIFICAR, SIN IMPORTAR CUAL SEA LA MARCA, SIEMPRE QUE TENGA LA LICENCIA DICOM Y EL ADMINISTRADOR DEL RIS, PACS, PROPORCIONE LAS LICENCIAS DE CONEXIÓN. POR ELLO SOLICITAMOS PODER OFERTAR COMO SISTEMA DE CONEXIÓN MEDIANTE DICOM, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LOS EQUIPOS DEBEN SER CONECTADOS AL SISTEMA RIS, PACS CON QUE CUENTA EL HOSPITAL. -----

PREGUNTA 30. TÉCNICO. ANEXO I: ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN (PARTIDA 4). PUNTO 1.5.- SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, FRECUENCIA DE MUESTREO DE 8000 HZ ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA LOS PARTICIPANTES. -----

PREGUNTA 31. LEGAL - ADMINISTRATIVA. PLAZO DE ENTREGA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL PLAZO DE ENTREGA PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 2. -----

PREGUNTA 32. LEGAL - ADMINISTRATIVA. ANEXOS, CARTAS, FORMATOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LOS ESCRITOS, CARTAS, ANEXOS DEBERÁN SER DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ¿ES ESTO CORRECTO? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 33. LEGAL - ADMINISTRATIVA. ANEXOS, CARTAS, FORMATOS. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL UNIFICAR LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y DIRIGIDOS ACORDE A LA PREGUNTA ANTERIOR DE MI REPRESENTADA ¿ES ESTO CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 34. LEGAL - ADMINISTRATIVA. PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 8. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FILIAL EN MÉXICO JUNTO CON CARTA DEL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE LA EMPRESA FILIAL EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA? -----



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DE LOS BIENES CONFORME AL INCISO 8) DEL NUMERAL VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA -----

PREGUNTA 35. LEGAL - ADMINISTRATIVA. PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 8. DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE UTILIZAN LA FIRMA DIGITAL PARA LA FIRMA DE CUALQUIER CARTA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE DEBAMOS PRESENTAR. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 36. LEGAL - ADMINISTRATIVA. NUMERAL II.10.1.8. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS CON FECHA DE UN DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA MARCADA POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1. -----

8. MARIA GUADALUPE LANDAVERDE VILLAGRAN. -----

PREGUNTA 1. TÉCNICO. ANEXO III ULTRASONOGRAFO. "15.- ""CON QUEMADOR DE DISCOS VERSATIL DVD/CD-R PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES INTEGRADO DENTRO DEL EQUIPO. CON PUERTOS USB PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES. PARA PODER REFERENCIA EL TEXTO INTEGRADO DENTRO DEL EQUIPO"" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE QUE HOY DÍA TODOS LOS EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION TECNOLOGICA, UNICAMENTE CUENTAN CON ALMACENAMIENTO DE IMAGENES VIA USB. PARA EL CASO REMOTE DE REQUERIR ALMACENAMIENTO POR CD, PODEMOS INCLUIR EN NUESTRA OFERTA QUEMADOR DE DISCOS EXTERNO ¿SE ACEPTA?" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 2. ANEXO II UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DADO QUE SOLICITAN UNA UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL DIGITAL ENTENDEMOS QUE NO SE REQUIERE LOS CHASISES DE DIFERENTES TAMAÑOS, ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

PREGUNTA 3. ANEXO II UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL EN EL APARTADO "ACCESORIOS" SOLICITAN MANDIL PLOMADO, FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD REQUERIDA DE LOS MISMOS. -----

RESPUESTA: SE REQUIEREN 2 MANDILES PLOMADOS. -----

PREGUNTA 4. ANEXO II UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL CON FINES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, DEL SOFTWARE Y DE LA INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO "CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD- DVD Y AL MENOS UN PUERTO USB EXTERNO.", ÚNICAMENTE CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD- DVD. YA QUE EL COLOCAR MEMORIAS USB, PUEDE INTRODUCIR VIRUS QUE DAÑEN EL SISTEMA DE LA UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL Y LA PARTIDA DE INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

PREGUNTA 5. ANEXO II UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL POR FINES DE LITERATURA SOLICITAMOS S PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO "CONEXIÓN DE RED WIFI Y OPCIONAL MEDIANTE LAN O WLAN". COMO "CONEXIÓN A RED INTEGRADA PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA", ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ ATENERSE A LOS ESPECIFICADO EN EL ANEXO TÉCNICO.

PREGUNTA 6. ANEXO II UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL "SOLICITAN QUE LA UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL CUENTE CON POSIBILIDAD DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE RIS PACK MARCA GE, VERSIÓN 6.09, O AL SISTEMA QUE PROPONGA LA CONVOCANTE; ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ DEMOSTRAR ESTE PUNTO CON LAS FUNCIONES DEL ESTANDAR DICOM 3.0. ¿ES CORRECTO?"

RESPUESTA: ES CORRECTO, SI CON EL DICOM 3 SE OBTIENE COMUNICACIÓN CON EL RIS/PACS EN FORMA ADECUADA.

PREGUNTA 7. TÉCNICO. ANEXO II UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL. SOLICITAN QUE "CON LA APERTURA DE LOS EQUIPOS, DEBERÁ ENTREGAR POR LO MENOS UN KIT DE CONSUMIBLES NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA LA PUESTA EN MARCHA", DADO QUE LA UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL, NO REQUIERE DE CONSUMIBLES, ESTE PUNTO NO APLICA PARA ESTÁ CÉDULA. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, LOS CONSUMIBLES EN ESTE CASO SE REQUIERE A LA BATERÍA PROPIA DEL EQUIPO DEBIDAMENTE EN FUNCIONAMIENTO, Y A LAS BATERÍAS DEL CONTROL INALÁMBRICO PARA LA TOMA DEL ESTUDIO.

PREGUNTA 8. TÉCNICO. ANEXO III ULTRASONOGRAFO. 34. CON FINES ENTREGAR UN EQUIPO ACORDE A LA TECNOLOGIA QUE REQUIERE EL HOSPITAL, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: "CON CAPACIDAD DE INCORPORAR SOFTWARE QUE PERMITE DETECCION Y MEDICION DE QUISTES EN MAMA". ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

9. PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. LEGAL - ADMINISTRATIVA. I.5. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL; ÚNICAMENTE DEL TEXTO REFERENCIADO. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA 2. LEGAL - ADMINISTRATIVA. II.10.1.8 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO IMSS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ADJUNTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO ANTE EL IMSS PRESENTADA UN DÍA ANTERIOR; TODA VEZ QUE ESTA TIENE VIGENCIA HASTA LAS 23:59:59 HRS. ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1.

PREGUNTA 3. LEGAL - ADMINISTRATIVA. III.10 RUBRICA DE LAS PROPOSICIONES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, OMITITR ESTE PUNTA; TODA VEZ QUE LA PRESENTE LICITACIÓN ES ELECTRÓNICA Y DEBE SER FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE ¿ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

RESPUESTA: SE PRECISA QUE EL NUMERAL III.10. "RUBRICA DE LAS PROPOSICIONES" SEÑALA QUE EL PRESIDENTE DE ESTE ACTO, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RUBRICARÁN LAS PROPOSICIONES EN TODAS Y CADA UNA DE LAS FOJAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, INCLUYENDO LOS CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS.

PREGUNTA 4. TÉCNICO. UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. "4.- CAJÓN GUARDA CHASISSE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON FOTOGRAFÍAS Y LENGUAJE PROPIO DE LA MARCA EN EL ENTENDIDO QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA 5. TÉCNICO. UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. "6.- PESO DE 250 KG Ó MENOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO +/-45% DEL PESO SOLICITADO, EN EL ENTENDIDO QUE LA SOLUCIÓN QUE SE OFERTA POSEE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS ENLISTADAS EN LA CÉDULA SIENDO UN EQUIPO MUY ROBUSTO QUE CUBRE CON LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA 6. TÉCNICO. UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. "DETECTOR DIGITAL. 8.- PLANO DE SILICÓN AMORFO CON CINTILADO DE IODURO DE CESIO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON "PLANO DE SILICÓN AMORFO" SE REFIERE A "PLANO DE SILICIO AMORFO". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

10. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTA 1. TÉCNICO. PORTATIL. -PUNTO 13 AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE KILOVOLTAJE DE 40 A 133 KV EN 47 PASOS OPTIMIZADOS, LO CUAL SUPERA EL RANGO SOLICITADO. NUESTRA TECNOLOGÍA NO UTILIZA PASOS FIJOS DE 1 KV YA QUE MANEJA PUNTOS DE EXPOSICIÓN OPTIMIZADOS (QUE PUEDEN SER DE MENOS O MÁS DE 1 KV), LO CUAL GARANTIZA UN ÓPTIMO DESEMPEÑO EN TODOS LOS CASOS. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 2. TÉCNICO. PUNTO 2.1. PUNTO FOCAL DE 1.3 MM O MENOS Y DE 08 MM O MENOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA, NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO CON UN SOLO PUNTO FOCAL DE 0.8 MM TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PUNTO FOCAL FINO PROPORCIONA UNA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN. EL HAZ DE RAYOS X INCIDE EN UNA SUPERFICIE MENOR, CONTENIENDO EN EL CENTRO LA MAYOR CANTIDAD DE FOTONES Y CON MAYOR ENERGÍA LO QUE SE TRADUCE EN MAYOR PENETRACIÓN Y NITIDEZ. ADICIONALMENTE NUESTRO EQUIPO CON UN SOLO PUNTO ES CAPAZ DE PRODUCIR LA POTENCIA NECESARIA PARA REALIZAR EXPOSICIONES DE ALTA Y BAJA POTENCIA SIN REQUERIR CAMBIAR EL PUNTO FOCAL. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.

PREGUNTA 3. TÉCNICO. PUNTO 6. PESO DE 250 KG O MENOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO CON UN PESO DE 380 KG, CONSIDERANDO QUE





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SE TRATA DE UN EQUIPO DIGITAL MOTORIZADO CON MOVIMIENTO FACILITADO POR MOTORES. POR LO TANTO, EL EQUIPO SE PUEDE MANIOBRAR FÁCILMENTE HACIA LAS DISTINTAS AREAS DE UN HOSPITAL. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 4. TÉCNICO. PUNTO 7. MATRIZ DE 2300 X 1790 Y/O DE 3300 X 3300 PÍXELES O MAYOR. ENTENDEMOS QUE AL OFERTAR UN DETECTOR DIGITAL CON MATRIZ DE 2350 X 2866 NOS ENCONTRARIAMOS EN CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 5. TÉCNICO. PUNTO 9. TAMAÑO DE 35 CM X 43 CM Y DE 24 O 25 X 30 CM. ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE OFERTAR DOS DETECTORES, UNO DE 35 X 43 Y OTRO DE 24 X 30. Y QUE, POR LO TANTO, LAS CARACTERÍSTICAS A LAS QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO 7 ESTÁN ASOCIADAS AL DETECTOR GRANDE DE 35 X 43. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 6. TÉCNICO. ANEXO II. UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL. PUNTO ACCESORIOS. ENTENDEMOS QUE AL TRATARSE DE UN EQUIPO 100% DIGITAL, NO SE REQUIEREN CHASISES YA QUE LOS DETECTORES DIGITALES CUMPLEN DICHA FUNCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 7. TÉCNICO. PUNTO GENERALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA ACLARAR EL NÚMERO DE MANDILES PLOMADOS REQUERIDOS YA QUE LOS DOS PUNTOS QUE HACEN MENCIÓN A ESTE TEMA SE CONTRAPONEN. -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE SE REQUIEREN 2 MANDILES PLOMADOS. -----

PREGUNTA 8. OTROS. TIEMPO DE ENTREGA. CONSIDERANDO QUE LOS SISTEMAS EN CUESTIÓN SON FÁBRICADOS EN EL EXTRANJERO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA A POR LO MENOS 50 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 2 REALIZADA POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 9. OTROS. TIEMPO DE ENTREGA. NOS PODRIAN CONFIRMAR CUANTO TIEMPO TARDARÍA NOTIFICACIÓN EN GENERARSE LA "ORDEN DE SUMINISTRO" -----

RESPUESTA: EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ELBORARÁ Y REMITIRÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO LA ORDEN DE SUMINISTRO EL DÍA DEL FALLO. -----

PREGUNTA 10. OTROS. UN EQUIPO US. GINECOLÓGICO. -----

RESPUESTA: NO EXISTE PREGUNTA A RESPONDER. -----

PREGUNTA 11. OTROS. 1. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODER CONSIDERAR ENTREGA DE LOS BIENES DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

SIGUIENTE HÁBIL DE LA NOTIFICACIÓN DE LA "ORDEN DE SUMINISTRO" GENERADA Y NOTIFICADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DICHA NOTIFICACIÓN PODRÁ SER DE FORMA PRESENCIAL, POR CORREO ELECTRÓNICO O VÍA TELEFÓNICA., ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 2 REALIZADA POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 12. TÉCNICO. 3.1. BIDIMENSIONAL O 2D CON CODIFICACIÓN Y MORFOLOGÍA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "BIDIMENSIONAL O 2D CON CODIFICACIÓN Y MORFOLOGÍA DE PULSOS, CON VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 2D O MODO B DE 2070 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 13. TÉCNICO. 3.12 CON MODO DE IMAGEN 3D EN. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "CON MODOS DE IMAGEN 3D, DOPPLER COLOR Y COLOR POWER ANGIO O SIMILAR", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 14. TÉCNICO. 3.13 CON MODO DE IMAGEN 4D. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO: "CON MODO DE IMAGEN 4D QUE PERMITA VISUALIZAR AL MENOS 19 VOLÚMENES POR SEGUNDO, O MAYOR", SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SÓLO QUE ASÍ APARECE DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 15. TÉCNICO. 7.- CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO EN TIEMPO REAL. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO "CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO EN TIEMPO REAL Y MODO DÚPLEX DE 1,260 CUADROS O MAYOR DE IMÁGENES EN 2D O EN COLOR Y 60 SEGUNDOS O MÁS DE DATOS DE DOPPLER Y MODO M PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES.", SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA? -----

A

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 16. TÉCNICO. 10.- CON CAPACIDAD REALIZAR ELASTOGRAFÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO, "CON CAPACIDAD REALIZAR ELASTOGRAFÍA DE DEFORMACIÓN PARA IMÁGENES DE MAMA, TIROIDES", SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA? -----

T

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 17. TÉCNICO. 13.- CON CAPACIDAD DOPPLER AUTOMÁTICO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "LA OPTIMIZACIÓN MULTIPARAMÉTRICA DE ESIEIMAGE MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO AL PROPORCIONAR UNA IMAGEN UNIFORME, ELIMINAR LAS PULSACIONES DE TECLAS INNECESARIAS Y REDUCIR POTENCIALMENTE EL TIEMPO DE EXAMEN. ESIEIMAGE OPTIMIZA DE FORMA INNOVADORA LOS PARÁMETROS DE IMAGEN CLAVE EN TIEMPO REAL EN DIFERENTES ESTRUCTURAS CORPORALES. MANTIENE

J
mf

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

DE FORMA ADAPTATIVA LA UNIFORMIDAD DE LA IMAGEN EN MODO B Y DOPPLER PARA VARIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN DEL TEJIDO", YA QUE ASÍ ES COMO APARECE EN NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 18. TÉCNICO. 18.- BATERÍA INTERNA DE RESPALDO QUE. ENTENDERÍAMOS QUE, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE ESTA CARACTERÍSTICA DURANTE LOS TRASLADOS DEL EQUIPO Y SU USO EN DISTINTOS SITIOS DEL HOSPITAL, SE REQUIERE DE UNA BATERÍA DE AL MENOS 75 MIN QUE PERMITA SU USO CON EL EQUIPO DESCONECTADO, ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 19. TÉCNICO. 19.1 TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO DE BANDA ANCHA... "SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 2.6 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y PISO PÉLVICO. DOPPLER COLOR, DOPPLER DE PODER COLOR POWER ANGIO O EQUIVALENTE, DOPPLER ARMÓNICO TISULAR, CON CAPACIDAD OPCIONAL DE STIC Y MODO M. CAMPO DE VISIÓN DE 69° O MAYOR", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 20. TÉCNICO. 19.2 TRANSDUCTOR CONVEXO DE BANDA ANCHA, RANGO DE... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR CONVEXO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 1.4 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES ABDOMINALES DE USO GENERAL ADULTOS Y PEDIÁTRICAS, ABDOMINAL VASCULAR, INTESTINALES, OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS, PROSTÁTICAS E INTERVENCIONISTAS. CON DOPPLER COLOR, COLOR POWER ANGIO O EQUIVALENTE E IMAGEN ARMÓNICA. CAMPO DE VISIÓN DE 70° O MAYOR", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 21. TÉCNICO. 19.3 TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE BANDA ANCHA... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE BANDA ANCHA, RANGO DE FRECUENCIAS DE 3.2 MHZ O MENOR A 8.5 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES ENDOVAGINALES. CON DOPPLER PULSADO, DOPPLER COLOR, COLOR POWER ANGIO. CAMPO DE VISIÓN DE 220° O MAYOR.", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 22. OTROS. CUATRO US ECOCARDIOGRAFOS. BIDIMENCIONAL -----

RESPUESTA: NO EXISTE PREGUNTA A RESPONDER. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

PREGUNTA 23. OTROS. 1. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PODER CONSIDERAR ENTREGA DE LOS BIENES DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA NOTIFICACIÓN DE LA "ORDEN DE SUMINISTRO" GENERADA Y NOTIFICADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DICHA NOTIFICACIÓN PODRÁ SER DE FORMA PRESENCIAL, POR CORREO ELECTRÓNICO O VÍA TELEFÓNICA., ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 2 REALIZADA POR LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 24. TÉCNICO. 4.1- SOFTWARE CON TÉCNICA DE IMAGEN DIGITAL... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO: "TECNOLOGÍA ADAPTATIVA PATENTADA EN TIEMPO REAL QUE UTILIZA EXCLUSIVAMENTE LA INFORMACIÓN DE FLUJO DEL DOPPLER PARA REDUCIR EL RUIDO DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS MACRO Y MICROVASCULARES, PROPORCIONA UNA DEFINICIÓN MÁS CLARA DE LA PARED DEL VASO CON UNA DETECCIÓN MEJORADA DE LOS LÍMITES DEL TEJIDO Y MEJORA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRASTE DEL TEJIDO SIN COMPROMETER LA RESOLUCIÓN ESPACIAL", SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SÓLO QUE ASÍ APARECE DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 25. OTROS. TIEMPO DE ENTREGA. NOS PODRIAN CONFIRMAR CUANTO TIEMPO TARDARIA NOTIFICACIÓN EN GENERARSE LA "ORDEN DE SUMINISTRO" -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 26. TÉCNICO. 4.3.- SOFTWARE QUE PERMITE CONSTRUIR IMÁGENES EN VISTA EXTENDIDA. LA IMAGEN PANORÁMICA TIENE LA FUNCIONALIDAD EL PODER EVALUAR ANATOMÍA DE ÓRGANOS MÁS LARGOS Y SUPERFICIALES COMO TIROIDES, MÚSCULOS, ETC.; EN ESTUDIOS CARDIACOS SE OBTIENE UNA IMAGEN COMPLETA DEL CORAZÓN EMPLEANDO TRANSDUCTOR SECTORIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TECNOLOGÍA DE FOCO DINÁMICO QUE PERMITE TENER UNA MEJOR RESOLUCIÓN DE IMAGEN EN LOS ESTUDIOS 2D, LO CUAL ES UNA CARACTERÍSTICA MÁS ADECUADA A LA APLICACIÓN CLÍNICA DEL EQUIPO, ESTO SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LICITANTES, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 27. TÉCNICO. 5.1- TRANSDUCTOR MATRICIAL, DE 1.5 A 4.6 MHZ... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR MATRICIAL, DE 1.1 A 4.9 MHZ, APLICACIONES: CARDIACO, ADULTO, PEDIÁTRICO, ABDOMEN, ECO FETAL, CARDIACO NEONATAL", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 28. TÉCNICO. 5.2.- TRANSDUCTOR LINEAL DE 2.4 A 10.0MHZ... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR LINEAL DE 2.6 A 9.6 MHZ, APLICACIONES: INTRAOPERATORIO, VASCULAR PERIFÉRICO, MUSCULOESQUELÉTICO -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-1-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

CONVENCIONAL Y SUPERFICIAL", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 29. TÉCNICO. 5.3- TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.4 A 6.0 MHZ,... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.5 A 5.1 MHZ, APLICACIONES: INTRAOPERATORIO, VASCULAR ABDOMINAL, ECO FETAL", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 30. TÉCNICO. 5.4.- TRANSDUCTOR TRANSESOFOGÍCO DE 3.0 A 8.0 MHZ... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR TRANSESOFOGÍCO DE 2.4 A 7.2 MHZ, APLICACIONES, CARDIACO, PEDIÁTRICO, TRANSESOFOGÍCO", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 31. TÉCNICO. 5.5.- TRANSDUCTOR TRANSESOFOGÍCO... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO UTILIZANDO LA NOMENCLATURA PROPIA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LA SIGUIENTE FORMA: "TRANSDUCTOR TRANSESOFOGÍCO DE 3.1 A 9.2 MHZ, APLICACIONES, CARDIACO, PEDIÁTRICO, TRANSESOFOGÍCO", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 32. TÉCNICO. 15.- MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO EN TIEMPO REAL Y CINE... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO: "MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO EN TIEMPO REAL Y CINE, 1.6 GB O MAYOR Y AL MENOS 300 CUADROS; EN 2D Y MODO COLOR ARRIBA DE 16 SEGUNDOS", SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SÓLO QUE ASÍ APARECE DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 33. TÉCNICO. 19.- CÁLCULO AUTOMÁTICO DE Z-SCORES EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SE PERMITA OFERTAR COMO OPCIONAL "CÁLCULO AUTOMÁTICO DE Z-SCORES EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA", ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 34. TÉCNICO. 24.- CAPACIDAD DE APEX VIRTUAL QUE AMPLÍA EL... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO: "RESOLUCIÓN MEJORADA RES SE PUEDEN DEFINIR EN UNA PANTALLA DE TAMAÑO COMPLETO EN MODO EN 2D Y DOPPLER A COLOR, O EN LAS IMÁGENES COMBINADAS CON UN MODO DE TIRA. LAS MEJORAS DE IMAGEN Y LAS CARACTERÍSTICAS





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

BENEFICIOSAS INCLUYEN: MAYOR RESOLUCIÓN TEMPORAL Y VISUALIZACIÓN MEJORADA. USO MÁS EFICIENTE DEL ESPACIO DISPONIBLE EN LA PANTALLA. ACCESO INSTANTÁNEO A LA FUNCIÓN DE IMAGENOLÓGÍA DE RESOLUCIÓN MEJORADA RES CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN. COMPLETA FLEXIBILIDAD DE POSICIÓN Y TAMAÑO DE LA CAJA DE IMAGENOLÓGÍA DE RESOLUCIÓN MEJORADA RES", CON LO CUAL SE PUEDE AMPLIAR EL CAMPO DE VISIÓN EN TRANSDUCTORES SECTORIALES, SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SÓLO QUE ASÍ APARECE DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 35. TÉCNICO. 25.- CAPACIDAD DE CONVEXO VIRTUAL... SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR PARA ESTE PUNTO: "RESOLUCIÓN MEJORADA RES SE PUEDEN DEFINIR EN UNA PANTALLA DE TAMAÑO COMPLETO EN MODO EN 2D Y DOPPLER A COLOR, O EN LAS IMÁGENES COMBINADAS CON UN MODO DE TIRA. LAS MEJORAS DE IMAGEN Y LAS CARACTERÍSTICAS BENEFICIOSAS INCLUYEN: MAYOR RESOLUCIÓN TEMPORAL Y VISUALIZACIÓN MEJORADA. USO MÁS EFICIENTE DEL ESPACIO DISPONIBLE EN LA PANTALLA. ACCESO INSTANTÁNEO A LA FUNCIÓN DE IMAGENOLÓGÍA DE RESOLUCIÓN MEJORADA RES CON SOLO PRESIONAR UN BOTÓN. COMPLETA FLEXIBILIDAD DE POSICIÓN Y TAMAÑO DE LA CAJA DE IMAGENOLÓGÍA DE RESOLUCIÓN MEJORADA RES", CON LO CUAL SE PUEDE AMPLIAR EL CAMPO DE VISIÓN EN TRANSDUCTORES SECTORIALES, SIN SER LIMITATIVO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, SÓLO QUE ASÍ APARECE DENTRO DE NUESTROS CATÁLOGOS Y MANUALES, FOMENTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

UNA VEZ DADAS LA RESPUESTAS RESPECTIVAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARAN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, EN EL SISTEMA DE COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE SEIS HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET DE LA PRESENTE ACTA. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, VERIFICAR SU CONTENIDO EN EL SISTEMA COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/](https://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX/) SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE ACTO. -----

ESTA ACTA, CONSTA DE TREINTA Y CINCO FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 10:40 AM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
ING. BERNARDINO EMILIO ÁLVAREZ PALMA	SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	
DRA. LINDA MICHELLE SILVA LIRA	SUBDIRECTORA DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	
DR. LAZARO RICARDO ROMERO OLVERA	SUBDIRECTOR DE ESPECIALIDADES CLINICAS	
LIC. FEDERICO CASTRO CASTAÑEDA	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	
C.P. LINA RIQUELME MARTÍNEZ	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-12-NBU-012NBU999-I-54-2023 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

FIN DE ACTA

