

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
**No. LA-012NBU999-193-2014**

EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO "A-1" TERCER PISO, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN: CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, COLONIA ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530, ESTADO DE MÉXICO; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESIDENTE EN ESTE ACTO; DR. IVÁN DE LA SERNA ORTIZ, COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL PEDIDO; LIC. ADRIÁN SALAZAR SEPÚLVEDA REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. ARTURO ROBERTO CALVO SERRANO TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI; A EFECTO DE CONTINUAR CON EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO DEL NUMERAL III.12. DE LA CONVOCATORIA. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, INFORMA QUE AÚN NO SE CONCLUYE CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, POR LO QUE SE OTORGA UN RECESO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO DE LA LEY, INFORMANDO A LAS ASISTENTES QUE EL EVENTO SE REANUDARÁ A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, QUEDANDO ABIERTO EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES. -----

SIENDO LAS 12:00 DEL DÍA DE SU INICIO, SE REANUDA EL PRESENTE ACTO, SEÑALANDO EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS QUE FUE ASISTIDO POR EL, DR. IVÁN DE LA SERNA ORTIZ, COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL PEDIDO, EL CUAL SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, ASÍ MISMO, SE INFORMA QUE LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO FUERON CONTESTADAS POR EL PRESIDENTE DE ESTE ACTO. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, MANIFIESTA QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL III.12. DE LA CONVOCATORIA Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	VENSI VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V.	COMPRANET	29
2	GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	3

ACTO SEGUIDO LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS QUE PRESIDE ESTE ACTO PROCEDIÓ A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. -----

### ACLARACIÓN 1.

EN EL PUNTO III.1 "REDUCCIÓN DE PLAZO" **DICE:** NO APLICA, **DEBE DECIR:** SI APLICA. DE CONFORMIDAD CON OFICIO NUMERO DAF/HRAEI/988-BIS/2014 DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
**No. LA-012NBU999-193-2014**

**ACLARACIÓN 2.  
SE ELIMINAN LOS RENGLONES 143 Y 148**

143	HRAEI- MA6976	F.C.B.	25400457	KIT DE SISTEMA DE DRENAJE TIPO BLAKE DE SILICON ESTÉRIL, QUE CONTIENE UN DRENAJE DE 7 MM PLANO CALIBRE 3/4" Y RESERVORIO J-VAC CON CAPACIDAD DE 100 CC	2238	PIEZA
148	HRAEI- MA6979	F.C.B.	25400254	DISPOSITIVO PARA CIERRE DE ENDOFASCIAL DE PUERTO LAPAROSCÓPICO CUANDO EL PACIENTE ES OBESO AUTOMÁTICO QUE PERMITE EL PASO DEL HILO DE SUTURA Y EVITAR HERNIA POSTINCISIONAL ESTÉRIL Y DESECHABLE	WECK EFX ENDOFASCIAL CLOSURE SYSTEM	PIEZA

**ACLARACIÓN 3.  
DICE:**

103	HRAEI- MA6083	F.C.B.	25400313	MALLA FLEXIBLE OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 20 X 25	PHY2025V	PIEZA
-----	------------------	--------	----------	--	----------	-------

**DEBE DECIR:**

103	HRAEI- MA6084	F.C.B.	25400313	MALLA FLEXIBLE OVALADA PARA LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL/ INSICIONAL ABIERTA O LAPAROSCÓPICA CUANDO EXISTE LA NECESIDAD QUE LA MALLA ENTRE EN CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL. COMPUESTA POR POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD MACROPOROSA, RECUBIERTO DE POLIGLECAPRONE 25 EN AMBOS LADOS Y UNA PELÍCULA Y MARCADOR DE POLIDIOXANONA MEDIDAS 20 X 25	PHY2025V	PIEZA
-----	------------------	--------	----------	--	----------	-------

REALIZADAS LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y A SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, INDICANDO A LOS ASISTENTES QUE UNA VEZ QUE SE TERMINE DE DAR LECTURA A LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.

**1) VENSÍ VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V.**

**PREGUNTA 1).** ANEXO "A", NUMERAL 1.1.2 CARACTERÍSTICA TÉCNICA II REGISTROS SANITARIOS. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, EN CASO DE QUE LOS PRODUCTOS OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, TAL Y COMO LO INDICA EN EL LISTADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, Y PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS PRESENTAR CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE INDIQUE QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL CORRESPONDIENTE.

**RESPUESTA.** SE ACEPTA.

**PREGUNTA 2).** ANEXO "A" NUMERAL 1.4 MANUAL DEL USUARIO O DE OPERACIÓN. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, DEBEMOS INCLUIR EL MANUAL DE USUARIO O SOLAMENTE LA CARTA DONDE MANIFESTAMOS QUE SE ENTREGARA DICHO MANUAL. YA QUE EN LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ENTREGAR DICE ENTREGAR ESCRITO Y EN EL ANEXO A, DICE ENTREGAR MANUAL.

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
No. LA-012NBU999-193-2014

**RESPUESTA.** SE PRECISA QUE DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL IMPRESO COMPLETO O UNA COPIA ELECTRÓNICA EN CD DEL MISMO PARA CORROBORAR LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS.

**PREGUNTA 3).** ANEXO "A" NUMERAL 1.5 GUÍA RÁPIDA O DE OPERACIÓN. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, DEBEMOS INCLUIR LA GUÍA RÁPIDA O SOLAMENTE LA CARTA DONDE MANIFESTAMOS QUE SE ENTREGARA DICHA GUÍA. YA QUE EN LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ENTREGAR DICE ENTREGAR ESCRITO Y EN EL ANEXO A, DICE ENTREGAR GUÍA.

**RESPUESTA.** SE PRECISA QUE DEBERÁ ENTREGAR LA GUÍA RÁPIDA IMPRESA O UNA COPIA ELECTRÓNICA EN CD DE LA MISMA, PARA CORROBORAR LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS.

**PREGUNTA 4).** SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SOLO ENTREGAR LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS O MANUALES, YA QUE SE ENTIENDE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO ENTREGARA DICHA DOCUMENTACIÓN COMPLETA.

**RESPUESTA.** NO SE ACEPTA.

**PREGUNTA 5).** SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SI LOS CATÁLOGOS O MANUALES, SE ENCUENTRAN EN INGLÉS, ENTREGAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LA HOJA DE REFERENCIA SOLAMENTE.

**RESPUESTA.** NO SE ACEPTA.

**PREGUNTA 6).** SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE LA GARANTÍA MÍNIMA PARA ESTE PROCEDIMIENTO ES DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN SUS ALMACENES Y A SATISFACCIÓN DEL HOSPITAL.

**RESPUESTA.** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

**PREGUNTA 7).** PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LAS BASES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL.

**RESPUESTA.** SE PRECISA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS RENGLONES (1 AL 170) SERÁ DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO Y SE PRECISA QUE EL EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE DEBERÁ ESTAR INSTALADO A PARTIR DEL INICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**PREGUNTA 8).** EVALUACIÓN ECONÓMICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SOBRE QUÉ PUNTOS SE PRESENTARA DICHA PROPUESTA ECONÓMICA, PROCEDIMIENTOS O CONSUMIBLES.

**RESPUESTA.** SE PRECISA QUE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA SE CONSIDERARÁ LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL I.V.A. DEL TOTAL DE LOS RENGLONES (RENGLÓN 1 AL 170) REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
No. LA-012NBU999-193-2014

**PREGUNTA 9).** CONSUMIBLES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RETIRAR LAS ESPECIFICACIONES DE COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS STORZ O CONSOLAS ESPECÍFICAS YA QUE ESTO NO APERTURA A LOS DEMÁS CONVOCANTES.-----

**RESPUESTA.** SE PRECISA QUE LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS SON PARA EL EQUIPO CON EL QUE CUENTA EL HOSPITAL.-----

**PREGUNTA 10).** CONSUMIBLES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APERTURA LAS PARTIDAS DE TROCARES YA QUE LOS TROCARES SOLICITADOS ESTÁN DIRIGIDOS A UNA SOLA MARCA Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.-----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON UNA OPCIÓN SIMILAR PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS. POR LO QUE NO SE ACEPTA SUSTITUIR VARIAS PARTIDAS CON UN SOLO MODELO.-----

**PREGUNTA 11).** PERSONAL TÉCNICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR NÚMERO DE SALAS QUIRÚRGICAS, PARA PLANEAR MANEJO DEL PERSONAL TÉCNICO.-----

**RESPUESTA.** SE INFORMA QUE EL HOSPITAL CUENTA CON 14 SALAS QUIRÚRGICAS EN LAS QUE SE PODRÁN REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. EL PERSONAL TÉCNICO SOLICITADO ES UNO POR CADA TORRE.-----

**PREGUNTA 12).** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUEN SI NOS BRINDARAN UN ÁREA EN QUIRÓFANOS PARA TENER UN ESPACIO ESPECÍFICO PARA GUARDAR NUESTROS CONSUMIBLES Y MATERIAL REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.-----

**RESPUESTA.** EL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO, LE ASIGNARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO EL ÁREA DONDE RESGUARDARÁN LOS CONSUMIBLES Y MATERIAL REQUERIDO.-----

**PREGUNTA 13).** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AUTORIZAR MANEJAR EN INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES UN +-10% EN MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS.-----

**RESPUESTA.** NO SE ACEPTA.-----

**PREGUNTA 14).** EN EL PUNTO DE CONDICIONES ADICIONALES HACEN REFERENCIA AL NÚMERO DE TROCARES UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS BÁSICOS Y AVANZADOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI POR ALGUNA RAZÓN EL CIRUJANO REQUIERE MÁS DEL NÚMERO MÁXIMO QUE ESTIPULAN COMO SE COBRARÍAN ESTOS.-----

**RESPUESTA.** EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE ESTABLECEN CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, EL HOSPITAL PAGARÁ SOLAMENTE LOS MATERIALES QUE SEAN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN Y ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO. EL CUAL DEBERÁ DE VIGILAR QUE NO SE REBASAN LOS MONTOS MÁXIMOS ANUALES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 1.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 15).** EN EL ANEXO A HACEN REFERENCIA SOBRE EL MANUAL DE USUARIO Y LA GUÍA DE OPERACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI SE REQUIERE PARA INSTRUMENTAL, EQUIPO Y CONSUMIBLES.-----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
No. LA-012NBU999-193-2014

-----  
**RESPUESTA.** SI, SE REQUIERE PARA EL 100% DE INSTRUMENTAL, EQUIPO Y CONSUMIBLES.  
-----

-----  
**PREGUNTA 16).** EN EL ANEXO A PUNTO II CAPACIDAD DEL LICITANTE HACEN MENCIÓN DE EQUIPOS DE DEMOSTRACIÓN PERMANENTE CON PUNTAJE MENCIONADO, PERO EN OBJETIVO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN EN EL PUNTO II.5 MUESTRAS MENCIONAN NO APLICA. -----

-----  
**RESPUESTA.** SE PRECISA QUE EL EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE NO SE CONSIDERA COMO MUESTRAS, YA QUE ESTE DEBERÁ SER PROPORCIONADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO EL CUAL PERMANECERÁ EN EL HOSPITAL POR LA VIGENCIA TOTAL DEL PEDIDO Y SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL. -----

-----  
**PREGUNTA 17).** DICE: 1.1.1.2.- ESTRUCTURADO CON REPISAS O ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y SUFICIENTES PARA SOPORTAR Y CONTENER LA CONSOLA DE VIDEO, LA FUENTE DE LUZ, EL INSUFLADOR, LA UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA, ETC. Y ADEMÁS CUENTE CON CAJÓN PARA LA GUARDA DE ACCESORIOS E INSUMOS ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR TENER UN ÁREA ASIGNADA PARA LA EMPRESA GANADORA EN LA CUAL SE ENCONTRARAN LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA LA CIRUGÍA? ¿SOLICITAMOS NOS BRINDEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA, SELLADOR DE VASOS Y BISTURÍ ULTRASONICO, O SE REFIERA SI EL HOSPITAL YA CUENTA CON DICHO EQUIPO? -----

-----  
**RESPUESTA.** EL EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA CON LOS QUE CUENTA EL HOSPITAL SON UNIDADES 5000 ML Y 7550 ML DE CONMED Y PARA SELLADOR DE VASOS Y VISTURI ULTRASONICO SE CUENTA CON LA CONSOLA GEN-11, MARCA ETHICON. -----

-----  
**PREGUNTA 18).** DICE: 1.1.1.5.- CONECTOR MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE ESTRUCTURADO EN EL CARRO. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR CONECTOR MULTICONTACTO SIN SUPRESOR QUE PICOS YA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UN NO-BREAK QUE CUMPLE ESTÁ FUNCIÓN? -----

-----  
**RESPUESTA.** NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. -----

-----  
**PREGUNTA 19).** DICE: TANQUE DE CO2 CON MANÓMETRO, REGULADOR Y EL RECAMBIO DE GAS INCLUIDO. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLAMENTE EL INSUFLADOR YA QUE ESTE REALIZA LA MEDICIÓN DE LAS PRESIONES, YA SEA DE LA TOMA HOSPITALARIA O DE UN TANQUE DE CO2? SOLICITAMOS DETALLAR A QUE SE REFIEREN CON "RECAMBIO DE GAS INCLUIDO". -----

-----  
**RESPUESTA.** EL HOSPITAL YA CUENTA CON BIOXIDO DE CARBONO POR LO QUE EL RECAMBIO DE GAS SE ELIMINA. -----

-----  
**PREGUNTA 20).** DICE: 1.1.2.5.- CUENTE CON TECLADO PARA GENERACIÓN DE TÍTULOS. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO REFERENCIAR ESTE PUNTO DEBIDO A QUE DE LAS CONSOLAS PROCESADORAS DE VIDEO CON TECNOLOGÍA DE 3 CHIPS? -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
No. LA-012NBU999-193-2014

**RESPUESTA.** NO SE ACEPTA, DEBERÁ DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 21).** DICE: 1.1.3.3.- CONTROLADA POR MICROPROCESADOR Y 1.1.4.2.- CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE GARANTICE QUE ESTA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE YA QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR EN LOS CATÁLOGOS O MANUALES? -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.-----

**PREGUNTA 22).** DICE: 1.1.4.3.- INCLUYA LLAVE UNIVERSAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DETALLAR ESPECÍFICAMENTE A QUE LLAVE SE REFIERE LA CONVOCANTE.-----

**RESPUESTA.** QUE INCLUYA LA LLAVE DE CONEXIÓN DE LA MANGUERA AL TANQUE Y AL INSUFLADOR. -----

**PREGUNTA 23).** DICE: 1.1.5.1.- REPRODUCTOR Y GRABADOR DE DVD'S/CD'S CON SISTEMA DE RESPALDO EN DISCO DURO O TARJETA EXTRAÍBLE EN CASO DE FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REPRODUCTOR DE DVD DEBIDO A QUE ESTE PUNTO LIMITA LA PARTICIPACIÓN, YA QUE LOS MONITORES GRADO MÉDICO ESTÁN ASIGNADOS PARA ESTA FUNCIÓN. POR OTRA PARTE QUE PERMITAN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE GARANTICE QUE LA CARACTERÍSTICA "EN CASO DE FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO" SE CUMPLE AUNQUE NO PUEDA SER REFERENCIADO EN CATÁLOGOS/MANUALES. -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON CUALQUIER SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN Y SE GARANTICE CONTAR CON LA INFORMACIÓN EN CASO DE FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. -----

**PREGUNTA 24).** DICE: 1.1.5.5.-GRADO MÉDICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE GARANTICE QUE ESTA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE YA QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR EN LOS CATÁLOGOS O MANUALES. DE LO CONTRARIO TRATAR DE ELIMINAR EL PUNTO. -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.-

**PREGUNTA 25).** DICE: 1.1.6.10.- AL MENOS 16 MILLONES DE COLORES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE GARANTICE QUE ESTA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE YA QUE NO ES POSIBLE REFERENCIAR EN LOS CATÁLOGOS O MANUALES. DE LO CONTRARIO TRATAR DE ELIMINAR LOS PUNTOS. -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.-

**PREGUNTA 26).** 1.1.7 INSTRUMENTAL REUTILIZABLE PARA LAPAROSCOPIA (POR CADA TORRE) 1.1.7.5 DICE: DOS PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN KELLY O MARYLAND O EQUIVALENTE, LARGAS, GIRATORIAS Y DESMONTABLES, CON MANGO DE PLÁSTICO, SIN BLOQUEO, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN MONOPOLAR, VÁSTAGO EXTERIOR DE METAL AISLADO CON 34 CM ± 3 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO Y ADEMÁS DEBE DE CONTAR CON UN AGARRE PARA EL DEDO MEÑIQUE. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
**No. LA-012NBU999-I93-2014**

CONVOCANTE, EN EL CASO DEL INSTRUMENTAL, SE ACEPTE SOLAMENTE INSTRUMENTAL DESMONTABLE EN 4 PIEZAS, DE ESTA MANERA SE TIENE UNA MEJOR LIMPIEZA DEL MISMO, Y EN CASO DE REQUERIR REPARACIONES SE PUEDE SUSTITUIR TANTO EL INSERTO, EL MECANISMO, O EL CUERPO AISLANTE DE MANERA MÁS SENCILLA Y RÁPIDA. ¿SE ACEPTA? -

**RESPUESTA.** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS QUE OFERTE.-----

**PREGUNTA 27).** 1.1.7 INSTRUMENTAL REUTILIZABLE PARA LAPAROSCOPIA (POR CADA TORRE) 1.1.7.5 DICE: DOS PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN KELLY O MARYLAND O EQUIVALENTE, LARGAS, GIRATORIAS Y DESMONTABLES, CON MANGO DE PLÁSTICO, SIN BLOQUEO, CON CONEXIÓN PARA COAGULACIÓN MONOPOLAR, VÁSTAGO EXTERIOR DE METAL AISLADO CON 34 CM ± 3 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO Y ADEMÁS DEBE DE CONTAR CON UN AGARRE PARA EL DEDO MEÑIQUE. **PREGUNTA:** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, EN EL CASO DE INSTRUMENTAL, SE ACEPTE SOLAMENTE INSTRUMENTAL CON AISLANTE Y MANGO FABRICADO EN MATERIAL PEEK, CAPAZ DE SOPORTAR ESTERILIZACIONES EN AUTOCLAVE SIN SUFRIR DEFORMACIONES, ADEMÁS DE SER BIOCOMPATIBLE. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA.** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS QUE OFERTE.-----

**PREGUNTA 28).** PARTIDA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16. DICE: TROCARES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN KIT QUE INCLUYA LA AGUJA DE VERES, PUNZÓN Y TROCARES, YA QUE LOS TROCARES SOLICITADOS EN LAS PARTIDAS MENCIONADAS CON ANTERIORIDAD, NO CUENTAN CON NAVAJA Y PUNTA, POR LO QUE SON MAS ATRAUMATICOS PARA LOS PACIENTES. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA.** NO SE ACEPTA, YA QUE EL TIPO DE CIRUGÍAS QUE SE REALIZAN EN EL HOSPITAL REQUIEREN DE DIFERENTES TIPOS DE TROCARES CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.-----

**PREGUNTA 29).** PREGUNTA: PARTIDA 27, PARTIDA 28 Y PARTIDA 29 DICE: APLICADOR MÚLTIPLE Y AUTOMÁTICO DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON PERILLA GIRATORIA DE 360 GRADOS. 5 MM DE DIÁMETRO, CLIPS MEDIANO LARGO. 15 CLIPS POR APLICADOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE OFERTA ÚNICAMENTE UN APLICADOR DE CLIP SEMIAUTOMÁTICO REUTILIZABLE CON LA CAPACIDAD DE APLICAR 8 U 12 CLIPS TAMAÑO MEDIANO LARGO DE MANERA SEMIAUTOMÁTICA SIN TENER QUE RETIRAR EL APLICADOR PARA CARGAR CADA CLIP. DESMONTABLE EN 4 PIEZAS, ROTATORIO, CON ANILLO DE SEGURIDAD, CON PROTECTOR DE INSTRUMENTO. O EN SU DEFECTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR UN APLICADOR NEUMÁTICO DE CLIPS REUTILIZABLE CON LA CAPACIDAD DE APLICAR 8 U 12 CLIPS TAMAÑO MEDIANO LARGO DE MANERA AUTOMÁTICA SIN TENER QUE RETIRAR EL APLICADOR PARA CARGAR CADA CLIP. DESMONTABLE EN 4 PIEZAS, ROTATORIO, CON ANILLO DE SEGURIDAD, CON PROTECTOR DE INSTRUMENTO. QUE UTILICE CARTUCHOS DE CO2 DESECHABLES. -----

**RESPUESTA.** NO SE ACEPTA YA QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUENTA CON UNA CANTIDAD MENOR DE CLIPS AL SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
**No. LA-012NBU999-193-2014**

**2) GALUMEDICAL, S.A. DE C.V.**

**PREGUNTA 1)** EN EL PUNTO VI.2 INCISO 7) SOLICITAN COPIA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES QUE OFERTAMOS. ¿PODEMOS ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS, JIS, CE, FDA, E ISO POR FAMILIA?-----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE DEBERÁN DE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE INTEGRAN EL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA (1-170) Y PARA EL EQUIPO EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE E INSTRUMENTAL RESPECTIVO PODRÁN PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS JIS, CE, FDA, E ISO POR FAMILIA. -----

**PREGUNTA 2)** PREGUNTAS EN EL PUNTO VI. 2 INCISO 9) SOLICITAN CERTIFICADO Y/O ACREDITACIÓN CON EL QUE ACREDITE QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ¿PODRÍAN INDICAR POR FAVOR CON QUE DOCUMENTO PODEMOS CUMPLIR CON ESTE PUNTO? -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA LEGIBLE DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL ISO-13485:2003, EXPEDIDO POR AUTORIDAD FACULTADA PARA TAL EFECTO.-----

**PREGUNTA 3)** EN EL PUNTO VI. 2 INCISO 17) SOLICITAN MIPYMES QUE PRODUZCAN INNOVACION TECNOLÓGICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA PRESENTACION DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION. ¿PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO, SE NOS PODRÍA PERMITIR PRESENTAR CARTA DE ESTRATIFICACION DE LA EMPRESA? -----

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE LA CARTA DE ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA ES UN REQUISITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NO ASÍ LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO VI. 2 INCISO 17), POR LO QUE SE INFORMA QUE EL LICITANTE QUE NO PRESENTE ALGUNO DE LOS RUBROS O SUBRUBROS INDICADOS EN EL ANEXO "A" DE LA CONVOCATORIA, NO OBTENDRÁ EL PUNTAJE DETERMINADO, LO CUAL SE REFLEJARA EN LA SUMATORIA TOTAL DE SU PROPUESTA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO V.4 "CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN" DE LA CONVOCATORIA. -----

UNA VEZ DADAS LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI EXISTE COMENTARIO RESPONDIENDO LOS ASISTENTES QUE NO. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. -----

## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA  
RELATIVA A LA:  
"LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA  
INVASIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017"  
**No. LA-012NBU999-I93-2014**

SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 42 Y 46 FRACCIÓN VII, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 HRS.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE NUEVE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 12:30 HORAS FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----

**POR LA CONVOCANTE:**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
DR. IVÁN DE LA SERNA ORTIZ,	COORDINADOR DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	
LIC. ADRIÁN SALAZAR SEPULVEDA	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS	
LIC. ARTURO ROBERTO CALVO SERRANO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	