

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2022, EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, LA DRA. GABRIELA MARGARITA SOTO ACOSTA, SUBDIRECTORA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (HOMÓLOGO, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE, EL MTR. CUAUHTEMOC ROSAS CERVANTES, REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA, LA LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EL C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12 "JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA" Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS MORALES QUE PRESENTARON ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DE COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE PREGUNTAS
1	DMC HOSPITALARIA, S.A.S. DE C.V.	COMPRANET	1
2	MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	COMPRANET	7
3	CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	17
4	CONSTRUMEDIC, S.A. DE C.V.	COMPRANET	2
5	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A. DE C..	COMPRANET	8
6	TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V.	COMPRANET	12
7	IDEM MEDICAL S.A. DE C.V.	COMPRANET	22
8	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	21



The screenshot shows the 'Preguntas y Respuestas' section of the Compranet portal. It lists various questions submitted by participants, including details like the question number, the user's name, and the date of submission. The questions cover topics such as the validity of the bid, the inclusion of certain items, and the process of opening bids.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE, A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS. -----

**ACLARACIÓN 1. II. 4 NORMAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES, SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LAS NORMAS A INCLUIR EN EL FORMATO 10 SON LAS QUE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL NUMERAL II. 4 NORMAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES, DE LA CONVOCATORIA, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----**

<b>NOM-137-SSA1-2008</b>	<b>Etiquetado de dispositivos médicos</b>
<b>NOM-241-SSA1-2012</b>	<b>Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos</b>
<b>NOM-240-SSA1-2012</b>	<b>Instalación y operación de tecnovigilancia</b>

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS INFORMÁ QUE FUE ASISTIDO POR EL MTR. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOBA ÁVILA, RESPONSABLE DE COORDINAR LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA, EN SU CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA, QUIEN SOLVENTO LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. -----

**1. DMC HOSPITALARIA, S.A DE C.V. -----**

**PREGUNTA 1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME INDIQUE, MI EMPRESA NO SE ENCUENTRA DADA DE ALTA EN EL CATALOGO DE PROVEEDORES DEL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL "SAI" ¿AUN ASI PUEDO PARTICIPAR? -----**

**RESPUESTA: SE PRECISA QUE DICHO CATÁLOGO NO APLICABLE PARA ESTE HOSPITAL, POR LO QUE PARA PARTICIPAR ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE ESTE DADO DE ALTA EN COMPRANET. -----**

**2. MEDICAL DIMEGAR, S.A DE C.V. -----**

**PREGUNTA 1. II.2. DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PARTIDAS. POR PARTIDA ÚNICA A UN SOLO PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO. II.8. FORMA DE ADJUDICACIÓN A UN SOLO LICITANTE. LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SÓLO LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA LOS NUMERAL II.2. Y II.8., SE OFERTARÁN ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS QUE SEAN DE NUESTRO INTERES. -----**

**RESPUESTA: NO ES CORRECTO, LA PARTIDA ÚNICA SE INTEGRA DEL RENGLÓN 1 AL 717, POR LO QUE SU PROPUESTA DEBE CONTENER EL 100% DE LOS RENGLONES. -----**

**PREGUNTA 2. VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 1) PROPUESTA TÉCNICA. SE PODRÁ UTILIZAR EL FORMATO PROPORCIONADO EN EL FORMATO 9 DE ESTE PROCEDIMIENTO, INDICANDO TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO), DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME A LO SIGUIENTE, INDICAR TIEMPO DE ENTREGA POR PARTIDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MANIFIESTO DE TIEMPO DE ENTREGA, SE PODRÁ MENCIONAR LA LEYENDA: "CONFORME A BASES NUMERAL: II.14. CONDICIONES PARA LA VERIFICACION Y ACEPTACION DE LOS BIENES" (PODRÁN REALIZAR LA ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN ENTREGAS PARCIALES DENTRO DEL PERIODO MÁXIMO DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR EL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO)-----**

**RESPUESTA: NO ES CORRECTO Y SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EL TIEMPO DE ENTREGA PARA -----**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

LAS SOLICITUDES ORDINARIAS SE DEBERÁ REALIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN LA QUE RECIBIÓ LA ORDEN DE SUMINISTRO Y PARA LAS SOLICITUDES URGENTES: EL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ESTÁ FACULTADO PARA EN CASOS URGENTES SOLICITAR BIENES QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LAS ÓRDENES ORDINARIAS, EL PROVEEDOR CONTARÁ CON CUATRO HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO ENVIADA Y CONFIRMADA LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO. LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DEL HOSPITAL DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS DEL DÍA, QUEDANDO SIN EFECTOS LOS 10 DÍAS. -----

**PREGUNTA 3.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 287. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE, SI LA PARTIDA 287 SE ESTA SOLICITANDO DE MANERA INDEPENDIENTE DE LOS PACKS DE LAS PARTIDAS: 603, 605, 606, 607 Y 608.-----

**RESPUESTA:** ASÍ ES, SE SOLICITA DE MANERA INDEPENDIENTE YA QUE DICHA SOLUCION SE UTILIZA EN OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE NO REQUIEREN DE LAS PARTIDAS ARRIBA MENCIONADAS. SE UTILIZA PARA CIRUGÍA DE OFTALMOLOGIA ES ESPECÍFICO, (COOROBORAR QUE LA PARTIDA QUE ANUNCIA LA INCLUYA).-----

**PREGUNTA 4.** ANEXO TÉCNICO PARTIDAS 603, 604, 606, 607, 608. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SE PERMITA OMITIR LA PALABRA "AMVISC PLUS", DE LAS PARTIDAS ARRIBA MENCIONADAS, TODA VEZ QUE ESTA SE RELACIONA CON UNA MARCA COMERCIAL ESPECIFICA, Y SE ACEPTE OFERTAR CUALQUIER OTRA MARCA DE HIALURONATO. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA CUALQUIER OTRA MARCA DE HIALURONATO SIEMPRE Y CUANDO SEA AL 1.6%-----

**PREGUNTA 5.** ANEXO TÉCNICO PARTIDAS 607, 608. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SE PERMITA OMITIR LA PALABRA "OPTISOL", DE LAS PARTIDAS ARRIBA MENCIONADAS, TODA VEZ QUE ESTA SE RELACIONA CON UNA MARCA COMERCIAL ESPECIFICA, Y SE ACEPTE OFERTAR CUALQUIER OTRA MARCA DE LIQUIDO PRESERVADOR DE CORNEA. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA -----

**PREGUNTA 6.** ANEXO TÉCNICO PARTIDAS 603, 605, 606. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS INDIQUE PARA EQUIPOS SE REQUIEREN LOS CASSETES, DE LAS PARTIDAS ARRIBA MENCIONADAS. -----

**RESPUESTA:** EL HOSPITAL CUENTA CON UN EQUIPO DE LA MARCA STELLARIS PC. -----

**PREGUNTA 7.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 603. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE, SE NOS PERMITA OFERTAR LO SIGUIENTE: 1 AGUJA RETROBULBAR DE 23 ó 25 G. ¿SE ACEPTA?-----

**RESPUESTA:** SE ACEPTAN AMBOS CALIBRES DE AGUJA RETROBULBAR-----

**3. CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A DE C.V.** -----

**PREGUNTA 1. II.4** NORMAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (FORMATO 10) LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS -----



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

OFICIALES MEXICANAS SIGUIENTES: -----

SEGÚN DATOS GENERALES INDICA LO SIGUIENTE: -----

NOM-137-SSA1-2008	ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
NOM-241-SSA1-2012	BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
NOM-240-SSA1-2012	INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOVIGILANCIA

SEGUN FORMATO 10 DE LA BASES INDICA LO SIGUIENTE: -----

NOM-253-SSA1-2012	PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS.
NOM-137-SSA1-2008	ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
NOM-240-SSA1-2012	INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA. DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CUMPLIMIENTO EMITIDO POR COFEPRIS

DERIVADO DE QUE EL FORMATO 10 DIFIERE EN PARTE CON LO INDICADO EN LOS DATOS GENERALES LE PREGUNTO A LA CONVOCANTE SI SOLO DEBEMOS MENCIONAR LAS NORMAS QUE NOS APLICAN, PARA DAR CUMPLIMIENTO ¿ES CORRECTA NUESTRA OBSERVACION?-----

RESPUESTA: SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1 DE LA CONVOCANTE. -----

PREGUNTA 2. II.5 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES. LE PREGUNTO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI VAN A REQUERIR MUESTRAS FÍSICAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: CONFORME AL NUMERAL II.5. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA, NO APLICA LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS, TODA VEZ QUE NO FUERON REQUERIDAS PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

PREGUNTA 3. II.22 DEDUCTIVAS. APLICA. EN CASO DE QUE NO SE PRESENTE SU PERSONAL A LABORAR, DEBERÁ DE SUPLIRLO EN NO MÁS DE 30 MINUTOS, DE TAL FORMA QUE SIEMPRE DEBE DE HABER EN NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS POR EL HOSPITAL EN CADA ÁREA. EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL PERSONAL REQUERIDO DESPUÉS DE LOS 30 MINUTOS SEÑALADOS, SE COMENZARÁ APLICAR LA DEDUCTIVA DEL 0.0001% SOBRE EL MONTO MÍNIMO CONTRATADO, POR CADA 15 MINUTOS QUE TRANSCURRAN HASTA QUE SE SUPLA EL PERSONAL. ¿LE PREGUNTO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ESTE PUNTO APLICA PARA ESTE PROCEDIMIENTO? PORQUE NO HAY RELACION CON ALGUNA PARTIDA QUE EN CASO DE SER ASIGNADA APLIQUE DICHO PUNTO. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: SE ACLARA QUE EL NUMERAL II.22 DEDUCTIVAS NO ES APLICABLE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

**PREGUNTA 4. VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA, INCISO 7. DICE: DOCUMENTO CON EL QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA RECONOCIDO POR LA COFEPRIS, CONJUNTAMENTE CON EL MANUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN RESPECTIVOS, INDICADOS EN LA NOM-240-SSA1-2012. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOVIGILANCIA, CON CUANDO MENOS TRES AÑOS DE OPERACIÓN. ESTA UNIDAD DEBERÁ SER DEL LICITANTE, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS CON TERCEROS PARA DICHA ACTIVIDAD DE TECNOVIGILANCIA. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS LICITANTES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, PODER PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE EXPIDE LA COFEPRIS DE LA NOM-240-SSA1-2012 (TECNOVIGILANCIA) CON FECHA RECIENTE MENOR A UN AÑO, SIN QUE ESTO SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ESTO EN BENEFICIO Y EQUIDAD DE LA CONCURRENCIA. FAVOR DE ACEPTAR.** -----

**RESPUESTA: SE ACEPTA.** -----

**PREGUNTA 5. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

2	HRAEI-CE0004	060.207.0013	25400318	CIRCUITOS. DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE DOS MANGUERAS UN FILTRO CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO CODO <b>MASCARILLA</b> Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS.	PIEZA
---	--------------	--------------	----------	--	-------

LA DESCRIPCION INDICA QUE DEBE INCLUIRSE MASCARILLA PARA LO CUAL LE PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI ESTA PUEDE SER DEL NUMERO 4 O DEL NUMERO 5 DE MANERA INDISTINTA Y DESECHABLE. -----

**RESPUESTA: DEBERÁ SER DESECHABLE Y LA MEDIDA ESTÁNDAR ES DEL NUMERO 4.** -----

**PREGUNTA 6. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

2	HRAEI-CE0004	060.207.0013	25400318	CIRCUITOS. DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE DOS MANGUERAS UN FILTRO CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO CODO MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS.	PIEZA
---	--------------	--------------	----------	---	-------

LA DESCRIPCION INDICA QUE DEBE INCLUIRSE BOLSA DE 5 LITROS, PARA LO CUAL LE MANIFESTAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA BOLSA YA NO LA FABRICA NINGUNA MARCA Y POR TAL RAZON ESTA EN DESUSO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA CLAVE SE OFERTE UNICAMENTE CON LA BOLSA DE 3 LITROS. -----

**RESPUESTA: SE ACEPTA BOLSA DE 3 LITROS.** -----

**PREGUNTA 7. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

8	HRAEI-CE0051	SIN CLAVE	25400322	MASCARILLAS PARA RECUSITADOR ADULTO. PIEZA	PIEZA
---	--------------	-----------	----------	--	-------

¿LA MASCARILLA SOLICITADA ES REUSABLE O DESECHABLE? Y FAVOR DE INDICAR EL NUMERO DE MASCARILLA QUE REQUIEREN. -----

**RESPUESTA: DEBERÁ SER DESECHABLE.** -----

**PREGUNTA 8. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

10	HRAEI-CE0089	SIN CLAVE	25400185	PLACA SUREFIT PARA ELECTROCIRUGÍA 410-2000. PAQUETE CON 180 PIEZAS.	PAQUETE CON 180 PIEZAS
----	--------------	-----------	----------	---	------------------------

LA PLACA SOLICITADA ES DESCEHABLE, DIVIDIDA, TAMAÑO ADULTO Y CON CONECTOR TIPO REM. FAVOR DE ACLARAR-----

**RESPUESTA:** -ES CORRECTO ES DE ENTRADA UNIVERSAL. -----

**PREGUNTA 9. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

13	HRAEI-CE0170	SIN CLAVE	25400322	CIRCUITO COMPLETO DE PACIENTE NEONATAL. PIEZA	PIEZA
----	--------------	-----------	----------	---	-------

PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTE CIRCUITO ES PARA VENTILACION O ANESTESIA, ADEMÁS DE MENCIONAR SI LLEVA TRAMPAS DE AGUA, FILTRO BACTERIOLÓGICO, MASCARILLA, ETC... FAVOR DE BRINDAR LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS-----

**RESPUESTA:** ES UN CIRCUITO PARA ANESTESIA. -----

**PREGUNTA 10. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

15	HRAEI-CE0273	SIN CLAVE	25400451	PUNTAS NASALES PEDIÁTRICAS PIEZA	PIEZA
----	--------------	-----------	----------	----------------------------------	-------

PODRIA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTAS PUNTAS NASALES PEDIATRICAS SON PARA OXIGENO, ADEMAS DE INDICAR EL LARGO DE DICHA CANULA. FAVOR DE ACLARAR. -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO Y LA LONGITUD APROXIMADA ES DE 90 CM-----

**PREGUNTA 11. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

16	HRAEI-CE0274	SIN CLAVE	25400451	PUNTAS NASALES NEONATAL. PIEZA	PIEZA
----	--------------	-----------	----------	--------------------------------	-------

PODRIA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTAS PUNTAS NASALES NEONATALES SON PARA OXIGENO, ADEMAS DE INDICAR EL LARGO DE DICHA CANULA. FAVOR DE ACLARAR -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO Y LA LONGITUD APROXIMADA ES DE 90 CM-----

**PREGUNTA 12. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

387	HRAEI-MA3766	SIN CLAVE	25400451	PUNTAS NASALES ADULTO. PIEZA	PIEZA
-----	--------------	-----------	----------	------------------------------	-------

PODRIA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTAS PUNTAS NASALES ADULTO SON PARA OXIGENO, ADEMAS DE INDICAR EL LARGO DE DICHA CANULA. -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO Y LA LONGITUD APROXIMADA ES DE 90 CM-----

**PREGUNTA 13. ANEXO TECNICO. DICE:** -----

448	HRAEI-MA4621	SIN CLAVE	25400070	BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN. PEDIÁTRICA DE 500 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 1500	PIEZA
-----	--------------	-----------	----------	---	-------

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

				ML COMO MÍNIMO Y VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE 35 CM. PIEZA	
--	--	--	--	---	--

ES CORRECTO OFERTAR PARA ESTA CLAVE: REANIMADOR COMPLETO DESECHABLE PEDIATRICO. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 14. ANEXO TECNICO. DICE: -----

449	HRAEI-MA4622	SIN CLAVE	25400070	BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN. NEONATAL DE 250 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 700 ML COMO MÍNIMO Y VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE 35 CM. PIEZA	PIEZA
-----	--------------	-----------	----------	--	-------

ES CORRECTO OFERTAR PARA ESTA CLAVE: REANIMADOR COMPLETO DESECHABLE NEONATAL. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 15. ANEXO TECNICO. DICE: -----

452	HRAEI-MA4629	SIN CLAVE	25400070	BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN. ADULTO DE 1500 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 1500 ML COMO MÍNIMO Y VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE 35 CM. PIEZA	PIEZA
-----	--------------	-----------	----------	--	-------

ES CORRECTO OFERTAR PARA ESTA CLAVE: REANIMADOR COMPLETO DESECHABLE TAMAÑO ADULTO. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 16. ANEXO TECNICO. DICE: -----

633	HRAEI-MA8237	SIN CLAVE	25400326	BOLSA DE REANIMACIÓN CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN REUTILIZABLE. ADULTO DE 1500 ML CON RESERVORIO DE OXÍGENO DE 1500 ML.	PIEZA
-----	--------------	-----------	----------	---	-------

ES CORRECTO OFERTAR PARA ESTA CLAVE: REANIMADOR COMPLETO REUSABLE TAMAÑO ADULTO. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 17. ANEXO TECNICO. DICE: -----

LOS LICITANTES, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN OFERTAR SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: -----

SISTEMA DE ECOGRAFÍA: PARA UTILIZARSE EN LOS RENGLONES RELATIVOS A ESTE EQUIPO LA CONVOCANTE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR GANADOR UN (1) SISTEMA DE ECOGRAFÍA CON TRANSDUCTOR QUE PERMITAN PROPORCIONAR IMÁGENES DE ULTRASONIDO PARA LA COLOCACIÓN DE AGUJAS Y CATÉTERES EN LA ESTRUCTURA VASCULAR O PROCEDIMIENTOS PERCUTÁNEOS. -----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

LÁMPARA EXTERNA PARA VISUALIZAR EL SISTEMA VASCULAR SUPERFICIAL: DOS (2) LÁMPARAS. -----

EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLE. LA CONVOCANTE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR GANADOR UN (1) EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES. -----

EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. LA CONVOCANTE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR GANADOR UN (1) EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. -----

SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE. LA CONVOCANTE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR GANADOR LA CANTIDAD QUE CONSIDERE PERTINENTE DE GLUCÓMETROS. -----

PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR A QUE NUMEROS DE PARTIDAS/RENGLONES CORRESPONDEN A LOS EQUIPOS ARRIBA INDICADOS. -----

**RESPUESTA:** PARA EL EQUIPO SISTEMA DE ECOGRAFÍA: HRAEI-MA6325, HRAEI-MA7395, HRAEI-MA7405, HRAEI-MA7406, HRAEI-MA7414 Y HRAEI-MA7454. -----

LÁMPARA EXTERNA: HRAEI-MA4528, HRAEI-MA4535, HRAEI-MA7609, HRAEI-MA7611, HRAEI-MA7612, HRAEI-MA7614, HRAEI-MA7616 Y HRAEI-MA7617. -----

DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. LA CONVOCANTE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR GANADOR UN (1) EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA HRAEI-MA7645, HRAEI-MA7646 Y HRAEI-MA7647. -

SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE: HRAEI-MA7648, SE SOLICITARÁN 110 GLUCOMETROS. -----

**4. CONSTRUMEDIC, S.A DE C.V.** -----

**PREGUNTA 1. 11.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN.** ADJUDICACIÓN A UN SOLO LICITANTE. LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SOLO LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PODEMOS OFERTAR POR PARTIDA, ES DECIR, SE TENDRÁ UNA SOLA FUENTE DE ABASTO PARA CADA PARTIDA, POR LO QUE UN CONCURSANTE PUEDE SER GANADOR DE UNO O MÁS PARTIDAS, CUANDO LA CANTIDAD DE LOS BIENES SEAN OFERTADOS AL 100% DE LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN ESTA LICITACIÓN. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SOLO LICITANTE, YA QUE SE INTEGRA DEL RENGLÓN 1 AL 717, POR LO QUE SU PROPUESTA DEBE CONTENER EL 100% DE LOS RENGLONES. -----

**PREGUNTA 2. PARTIDA 473, CLAVE HRAEI: HRAEI-MA6195.** SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: GUANTE DE EXAMINACIÓN DE NITRIL. NO ESTÉRIL. DESECHABLE. LIBRES DE POLVO. TAMAÑO MEDIANO ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SOLO PARA PROCEDIMIENTOS DE TÉCNICA NO ESTÉRIL. -----

**5. DHB BIOMED COONSULTANT GROUP, S.A DE C.V.** -----

**PREGUNTA 1. REFERENCIA PUNTO II.12. HORARIO DE ENTREGA.** SOLICITUDES ORDINARIAS: LA SOLICITUD DE LOS BIENES SE REALIZARÁ CON ANTICIPACIÓN DE 5 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA. LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DEL HOSPITAL DE LUNES A DOMINGO DE 09:00 A 15:00 HORAS. SOLICITUDES URGENTES: EL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ESTÁ FACULTADO PARA EN CASOS URGENTES SOLICITAR BIENES QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LAS ÓRDENES ORDINARIAS, EL PROVEEDOR CONTARÁ CON CUATRO HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO ENVIADA Y CONFIRMADA LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO. LA ENTREGA DE -----

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

LOS BIENES SE REALIZARÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DEL HOSPITAL DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS DEL DÍA. **PREGUNTA:** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y QUE SE PUEDAN OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PERMITA REALIZAR LA PRIMERA ENTREGA DE MATERIAL COMPLETO Y CUMPLIENDO CABALMENTE CON LO OFERTADO EN UN PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ASIGNACIÓN. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA QUE ENTREGUEN BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL, PERO SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR EL MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO SEÑALADO EN EL NUMERAL I.6 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SON DE REFERENCIA Y EL HOSPITAL PUEDE SOLICITAR CANTIDADES DIFERENTES ACUERDO A SUS NECESIDADES, POR LO QUE NO PUEDE ESPERAR 45 DÍAS PARA SU ENTREGA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 2.** REFERENCIA. PUNTO II.4. NORMAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (FORMATO 10) LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS SIGUIENTES:

NOM-137-SSA1-2008	Etiquetado de dispositivos médicos
NOM-241-SSA1-2012	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos
NOM-240-SSA1-2012	Instalación y operación de tecnovigilancia

LA EDICIÓN APLICABLE DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES SERÁ LA VIGENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, LOCALIZABLES EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTP://WWW.ECONOMIA-NOMS.GOB.MX/NOMS/INICIO.DO](http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do) **PREGUNTA:** ¿ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO ESTOS DEBERÁN CUBRIR CON EL ISO 13485, PARA CORROBORAR ESTE PUNTO, ¿ES CORRECTO? -----

**RESPUESTA:** EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NO ES UN REQUISITO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE ÚNICAMENTE A LAS NORMAS SOLICITAS II.4. DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 3.** REFERENCIA. VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 7) DOCUMENTO CON EL QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA RECONOCIDO POR LA COFEPRIS, CONJUNTAMENTE CON EL MANUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN RESPECTIVOS, INDICADOS EN LA NOM-240-SSA1-2012. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOVIGILANCIA, CON CUANDO MENOS TRES AÑOS DE OPERACIÓN. ESTA UNIDAD DEBERÁ SER DEL LICITANTE, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS CON TERCEROS PARA DICHA ACTIVIDAD DE TECNOVIGILANCIA. **PREGUNTA.** EN EL CASO DE NUESTRA REPRESENTADA, DEBIDO AL RETRASO EN PROCEDIMIENTOS DEBIDO A LA PANDEMIA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FORMATO DE ALTA, MODIFICACION O BAJA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA QUE EMITE COFEPRIS, SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 4.** REFERENCIA. VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 12) CONSTANCIA EMITIDA POR EL IMPI QUE ACREDITE QUE ES UNA MIPYME Y QUE PRODUZCA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS. **PREGUNTA.** ¿SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA ESTRATIFICACIÓN PYME DE LA EMPRESA PARTICIPANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE ACEPTA? -----

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN II. INCISO C) DEL CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIÓN SEGUNDA EN SU OCTAVO LINEAMIENTO, DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE, QUE LA LETRA SEÑALA: "C) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO, LAS CUALES SÓLO SE OTORGARÁN CUANDO EL LICITANTE ACREDITE HABER PRODUCIDO LOS BIENES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TENGA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES". -----

**PREGUNTA 5.** VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 16) DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE LA FIANZA DE LOS PEDIDOS REFERIDOS O DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. **PREGUNTA.** SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE HAY CONTRATOS O PEDIDOS DONDE ÚNICAMENTE SE PRESENTA CHEQUE DEBIDO AL MONTO, PRESENTAR FACTURAS Y/O REMISIONES SELLADAS DONDE SE COMPRUEBE LA ENTREGA COMPLETA Y CABAL DE LOS BIENES OFERTADOS DE ACUERDO A BASES Y/ CONTRATO/PEDIDO, SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 6.** REFERENCIA. PARTIDA 2 CIRCUITOS. DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE DOS MANGUERAS UN FILTRO CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO CODO MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. **PREGUNTA.** DEBIDO A QUE, EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA, LA BOLSA DE 5 L NO ES UTILIZADA PORQUE NO HAY PACIENTES QUE REQUIERAN ESE VOLUMEN, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CIRCUITO SIN INCLUIR BOLSA DE 5 LITROS. ESTO TAMBIÉN PERMITIRIA UN AHORRO EN LA ADQUISICIÓN DE ESTE INSUMO. ¿SE ACEPTA? -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA CON BOLSA DE 3 LITROS. -----

**PREGUNTA 7.** REFERENCIA PARTIDA 7 CAL SODADA. PIEZA. **PREGUNTA.** SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ACLARE SI LA PRESENTACIÓN SOLICITADA POR PIEZA ES EN GARRAFAS DE 5 LITROS. -----

**RESPUESTA:** SI ES GARRAFA DE 5 LITROS. -----

**PREGUNTA 8.** REFERENCIA PARTIDA 13 CIRCUITO COMPLETO DE PACIENTE NEONATAL. PIEZA. **PREGUNTA.** ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL CIRCUITO DEBER SER DESECHABLE, CALEFACTADO Y NO FABRICADO EN LÁTEX? FAVOR DE ACLARAR. -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO -----

**7. TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A DE C.V.** -----

**PREGUNTA 1.** PAGINA 71 DE LA CONVOCATORIA. DICE: LOS LICITANTES, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN OFERTAR SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 1 SISTEMA DE ECOGRAFÍA, PARA UTILIZARSE EN LOS RENGLONES RELATIVOS A ESTE EQUIPO LA CONVOCANTE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR GANADOR UN (1) SISTEMA DE ECOGRAFÍA CON TRANSDUCTOR QUE PERMITAN PROPORCIONAR IMÁGENES DE ULTRASONIDO PARA LA COLOCACIÓN DE AGUJAS Y CATÉTERES EN LA ESTRUCTURA VASCULAR O PROCEDIMIENTOS PERCUTÁNEOS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE PARA QUE PARTIDAS DEL REQUERIMIENTO APLICARIA ENTREGAR EL -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

EQUIPO SISTEMA DE ECOGRAFIA.-----

**RESPUESTA:** PARA EL EQUIPO SISTEMA DE ECOGRAFÍA: HRAEI-MA6325, HRAEI-MA7395, HRAEI-MA7405, HRAEI-MA7406, HRAEI-MA7414 Y HRAEI-MA7454. -----

**PREGUNTA 2.** PAGINA 71 DE LA CONVOCATORIA. DICE: LOS LICITANTES, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN OFERTAR SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 2 LÁMPARA EXTERNA PARA VISUALIZAR EL SISTEMA VASCULAR SUPERFICIAL, DOS (2) LÁMPARAS: DESCRIPCIÓN: INSTRUMENTO LOCALIZADOR DE VENAS CUYO OBJETIVO ES LOGRAR LA VISUALIZACIÓN DE LA VASCULATURA SUPERFICIAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE PARA QUE PARTIDAS DEL REQUERIMIENTO APLICARIA ENTRAGAR EL EQUIPO: LÁMPARA EXTERNA PARA VISUALIZAR EL SISTEMA VASCULAR SUPERFICIAL. -----

**RESPUESTA:** LÁMPARA EXTERNA: HRAEI-MA4528, HRAEI-MA4535, HRAEI-MA7609, HRAEI-MA7611, HRAEI-MA7612, HRAEI-MA7614, HRAEI-MA7616 Y HRAEI-MA7617. -----

**PREGUNTA 3.** PAGINA 73 DE LA CONVOCATORIA. DICE: LOS LICITANTES, DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN OFERTAR SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 4 EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE PARA QUE PARTIDAS DEL REQUERIMIENTO APLICARIA ENTRAGAR EL EQUIPO: EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. -----

**RESPUESTA:** PARA EL DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. LA CONVOCANTE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR GANADOR UN (1) EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA HRAEI-MA7643, HRAEI-MA7644, HRAEI-MA7645, HRAEI-MA7646 Y HRAEI-MA7647. -----

**PREGUNTA 4.** PÁGINA 9 II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. II.9 FORMA DE ADJUDICACIÓN. DICE: ADJUDICACIÓN A UN SOLO LICITANTE. LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SÓLO LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ADJUDICARA POR RENGLÓN? Y NO POR GRUPO DE PARTIDAS. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SOLO LICITANTE, YA QUE SE INTEGRA DEL RENGLÓN 1 AL 717, POR LO QUE SU PROPUESTA DEBE CONTENER EL 100% DE LOS RENGLONES. -----

**PREGUNTA 5.** VI. 2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. DICE: 7) DOCUMENTO CON EL QUE DEMUESTRE QUE CUENTA CON LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA RECONOCIDO POR LA COFEPRIS, CONJUNTAMENTE CON EL MANUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN RESPECTIVOS, INDICADOS EN LA NOM-240-SSA1-2012. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOVIGILANCIA, CON CUANDO MENOS TRES AÑOS DE OPERACIÓN. ESTA UNIDAD DEBERÁ SER DEL LICITANTE, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS CON TERCEROS PARA DICHA ACTIVIDAD DE TECNOVIGILANCIA ¿SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR DICHO DOCUMENTO? -----

**RESPUESTA:** SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL IV.10.20. DE LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 6.** PARTIDA 1 TRANSDUCTOR. DE PRESIÓN CON ACCESORIOS COMPLETOS. DESECHABLE. PIEZA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SERÁ CORRECTO OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE TRANSTAR MX 950 DE LA MARCA SMITHS MEDICAL COMO EL DE LA SIGUIENTE IMAGEN: ¿LA CONVOCANTE REQUIERE UN CABLE ESPECIAL PARA PODER USAR ESTE DOMO EN SUS? -----

**RESPUESTA:** SI, DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA INSTLADO EN EL HOSPITAL CON MONITORES DRAGER DELTA. -----

**PREGUNTA 7.** PARTIDA 2. CIRCUITOS. DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE DOS -----



*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

MANGUERAS UN FILTRO CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO CODO MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. REQUIEREN QUE EL CIRCUITO SEA PARA PACIENTE ADULTO O PEDIATRICO. FAVOR DE MENCIONAR EL TAMAÑO DE LA MASCARILLAS. -----

**RESPUESTA:** PARA PACIENTE ADULTO. -----

**PREGUNTA 8.** PARTIDA 8. MASCARILLAS PARA RECUSITADOR ADULTO. ¿PIEZA SERÁ CORRECTO OFERTAR UNA MASCARILLA DESECHABLE? -----

**RESPUESTA:** SI ES CORRECTO -----

**PREGUNTA 9.** PARTIDA 263 EQUIPOS. DOMO DE PLÁSTICO PARA TRANSDUCTOR PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y PULMONAR MEDIDA ESTÁNDAR. PIEZA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI SERÁ CORRECTO OFERTAR UN TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE TRANSTAR MX 950 DE LA MARCA SMITHS MEDICAL COMO EL DE LA SIGUIENTE IMAGEN: 2- ¿LA CONVOCANTE REQUIERE UN CABLE ESPECIAL PARA PODER USAR ESTE DOMO EN SUS? -----

**RESPUESTA:** SI, DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA INSTLADO EN EL HOSPITAL CON MONITORES DRAGER DELTA. -----

**PREGUNTA 10.** PARTIDA 436 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 00. PIEZA. ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR CUALQUIER MARCA DE HOJA DE LARINGOSCOPIO? -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON FIBRA ÓPTICA. -----

**PREGUNTA 11.** PARTIDA 437 HOJA DE LARINGOSCOPIO CURVA # 3. PIEZA. ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR CUALQUIER MARCA DE HOJA DE LARINGOSCOPIO? -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON FIBRA ÓPTICA. -----

**PREGUNTA 12.** PARTIDA 438 HOJA DE LARINGOSCOPIO RECTA # 3. PIEZA. ¿SERÁ CORRECTO OFERTAR CUALQUIER MARCA DE HOJA DE LARINGOSCOPIO? -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON FIBRA ÓPTICA. -----

**4. IDEM MEDICAL, S.A DE C.V.** -----

**PREGUNTA 1.** SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI TODA LA DOCUMENTACIÓN Y/O ANEXOS GENERADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁN IR DIRIGIDOS COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PRESENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 2.** VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 2) DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS (FORMATO 10) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS NORMAS MENCIONADAS EN EL FORMATO 10 SOLO DEBEMOS REFERENCIAR LAS QUE APLIQUEN PARA LOS BIENES OFERTADOS POR CADA LICITANTE. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1 DE LA CONVOCANTE. -----



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

**PREGUNTA 3. VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 5) CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE. ENTENDEMOS QUE AL NO HABER FORMATO PARA DICHA CARTA SE PODRÁ PRESENTAR EN FORMATO LIBRE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----**

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----**

**PREGUNTA 4. VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 12) CONSTANCIA EMITIDA POR EL IMPI QUE ACREDITE QUE ES UNA MIPYME Y QUE PRODUZCA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE REQUISITO NO SE ESTA DUPLICANDO CON EL SOLICITADO EN EL FORMATO 14, REFERENTE A LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MIPYMES, YA QUE EL IMPI NO EMITE DICHA CONSTANCIA, EN TODO CASO ES LA SECRETARIA DE ECONOMÍA LA QUE EMITE DICHA CONSTANCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----**

**RESPUESTA: SE ACLARA QUE NO SE ESTA DUPLICANDO EL REQUISITO YA QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN II. INCISO C) DEL CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIÓN SEGUNDA EN SU OCTAVO LINEAMIENTO, DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE, QUE LA LETRA SEÑALA: "C) PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EN TODOS LOS CASOS PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A ESTE SUBRUBRO, LAS CUALES SÓLO SE OTORGARÁN CUANDO EL LICITANTE ACREDITE HABER PRODUCIDO LOS BIENES OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TENGA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES". -----**

**PREGUNTA 5. VI.3 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA NUMERAL 3) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR UN FORMATO PARA PODER EMITIR EL DOCUMENTO SOLICITADO, YA QUE NO ES MUY CLARO LO QUE DEBE DE CONTENER DICHO ESCRITO. -----**

**RESPUESTA: SE PRECISA QUE SE TRATA DE UN ESCRITO LIBRE EN EL QUE PLASME LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES REFERENTE A QUE SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. -----**

**PREGUNTA 6. SISTEMA COMPRANET 2.1 REQUERIMIENTO ECONÓMICO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL POR QUE NO COINCIDE EL NÚMERO CONSECUTIVO DE PARTIDAS REFERENCIADAS EN LAS BASES, CON EL NÚMERO DE PARTIDAS Y/O RENGLONES ESTABLECIDOS EN COMPRANET. EJEMPLO: No. CONSECUTIVO 115 EN BASES, LA DESCRIPCIÓN CORREPONDE A ESCAFANDRAS PARA APLICACIÓN DE OXIGENO, MIENTRAS QUE EN COMPRANET EL RENGLON 115 CORREPONDE A ESCOBILLONES DE ALAMBRE. ASÍ MISMO EL NÚMERO DE PARTIDAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES SON UN TOTAL DE 771, MIENTRAS QUE EN COMPRANET SON UN TOTAL DE 874 RENGLONES. -----**

**RESPUESTA: SE ACLARA QUE EN EL REQUERIMIENTO ECONÓMICA EN COMPRANET SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS LOS RENGLONES DEL 1 AL 717 CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. -----**

**PREGUNTA 7. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 12 CLAVE HRAEI-CE0169. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI EL CIRCUITO SOLICITADO DEBE SER REUSABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----**

**RESPUESTA: NO, ES DESECHABLE. -----**

**PREGUNTA 8. ANEXO TÉCNICO PARTIDA 12 CLAVE HRAEI-CE0169. PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA Y NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO SEA DESECHABLE. ¿ES -----**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA  
ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE  
MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 9.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 12 CLAVE HRAEI-CE0169. EL CIRCUITO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE INCLUIR TRAMPAS DE AGUA EN AMBAS RAMAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 10.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 12 CLAVE HRAEI-CE0169 PARA MEJORAR LA HUMEDAD Y TEMPERATURA DE LOS GASES SUMINISTRADOS AL PACIENTE. ES NECESARIO ESTE LLEVE CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 11.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 12 CLAVE HRAEI-CE0169. PARA ARMAR LA CASCADA, Y PROPORCIONAR UNA CORRECTA HUMEDAD Y TEMPERATURA A LOS GASES DEL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON CÁMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL DESECABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 12.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 13 CLAVE HRAEI-CE0170. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI EL CIRCUITO SOLICITADO DEBE SER REUSABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: NO, ES DESECHABLE. -----

**PREGUNTA 13.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 13 CLAVE HRAEI-CE0170. PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA Y NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO SEA DESECHABLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 14.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 13 CLAVE HRAEI-CE0170. EL CIRCUITO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, DEBE INCLUIR TRAMPAS DE AGUA EN AMBAS RAMAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 15.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 13 CLAVE HRAEI-CE0170. PARA MEJORAR LA HUMEDAD Y TEMPERATURA DE LOS GASES SUMINISTRADOS AL PACIENTE. ES NECESARIO ESTE LLEVE CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 16.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 13 CLAVE HRAEI-CE0170. PARA ARMAR LA CASCADA, Y PROPORCIONAR UNA CORRECTA HUMEDAD Y TEMPERATURA A LOS GASES DEL PACIENTE, ES NECESARIO QUE EL CIRCUITO CUENTE CON CÁMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL DESECABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

**PREGUNTA 17.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 115 CLAVE HRAEI-MA0329. YA QUE, UN CASCO CEFÁLICO CON FORMA CILINDRICA ACUMULA MAYOR CO<sub>2</sub>, PROMOVRIENDO QUE EL PACIENTE PADEZCA UNA ACIDOSIS Y PROBABLES ATELACTASIAS, ES NECESARIO QUE EL CASCO CEFÁLICO SEA ESFÉRICO, PERMITIENDO UN CORRECTO BARRIDO DE CO<sub>2</sub> Y MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA OXIGENOTERAPIA SUMINISTRADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 18.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 115 CLAVE HRAEI-MA0329. SOLICITAMOS LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE TAMAÑO DE ESCAFANDRAS ESTAN SOLICITANDO, NEONATAL (15 CM DE DIÁMETRO), LACTANTE (20 CM DE DIÁMETRO) O ESCOLAR (25 CM DE DIÁMETRO). -----

**RESPUESTA:** LAS TRES MEDIDAS SON ADECUADAS ENTIENDIENDO A LA ESCAFANDRA COMO CASCO CEFÁLICO. -----

**PREGUNTA 19.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 420 CLAVE HRAEI-MA4329. EN EL ENTENDIDO DE QUE, UN BORBOTEADOR DE 500ML ES MUY PESADO Y PUEDE DEFORMAR LA FUENTE DE O<sub>2</sub> (EL FLUJÓMETRO), ES NECESARIO QUE EL BORBOTEADOR SEA DE 250 ML. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 20.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 424 CLAVE HRAEI-MA4409. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE. EL TUBO DE CONEXIÓN DE OXIGENO PUEDE SER MAYOR A 1.50 MTS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

**PREGUNTA 21.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 424 CLAVE HRAEI-MA4409. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS SON CORRECTAS. MINIMO UNA PIEZA Y MÁXIMO 2 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR EL MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.6 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SON DE REFERENCIA Y EL HOSPITAL PUEDE SOLICITAR CANTIDADES DIFERENTES ACUERDO A SUS NECESIDADES, POR LO QUE NO PUEDE ESPERAR 45 DÍAS PARA SU ENTREGA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 22.** ANEXO TÉCNICO PARTIDA 655 CLAVE HRAEI-MA8375. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS SON LAS CORRECTAS. MINIMO UNA PIEZA Y MÁXIMO 2 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR EL MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.6 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SON DE REFERENCIA Y EL HOSPITAL PUEDE SOLICITAR CANTIDADES DIFERENTES ACUERDO A SUS NECESIDADES, POR LO QUE NO PUEDE ESPERAR 45 DÍAS PARA SU ENTREGA, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

**7. HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.** -----

**PREGUNTA 1.** ANEXO TÉCNICO. RESPECTO A LA PARTIDA NÚMERO 498, CON CLAVE HRAEI-MA6325, LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER PICC LARGO. PIEZA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE OFERTAR EN DICHA CLAVE EL PRODUCTO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "CATÉTER PERIFÉRICO SELDIPUR SMARTMIDLINE DE UN SOLO LUMEN COMPATIBLE CON INYECCIÓN A PRESIÓN, DE TÉCNICA SELDINGER DE POLIURETANO DE 4FR, 20 CM DE LONGITUD. PARA UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO DE -----



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

CORTO A MEDIANO PLAZO (HASTA 29 DÍAS). CON AGUJA DE PUNCIÓN DE 21G, 1 GUÍA DE ACERO INOXIDABLE." -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

**PREGUNTA 2.** FORMATO 10 DICE: -----

NOM-253-SSA1-2012	PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS.
NOM-137-SSA1-2008	ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
NOM-240-SSA1-2012	INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOVIGILANCIA. DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CUMPLIMIENTO EMITIDO POR COFEPRIS

SOLICITO A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE NOS PERMITA MODIFICAR DICHO FORMATO PARA QUE MANIFIESTE LAS NORMAS CON LAS QUE CUMPLEN LOS PRODUCTOS OFERTADOS. SIN QUE SEA MOTIVO PARA DESECHAR NUESTRA PROPUESTA. -----

**DEBE DECIR:** -----

NOM-137-SSA1-2008	Etiquetado de dispositivos médicos
NOM-241-SSA1-2012	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos
NOM-240-SSA1-2012	Instalación y operación de tecnovigilancia

**RESPUESTA:** SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE SE DIO RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN NÚMERO 1 DE LA CONVOCANTE. -----

**PREGUNTA 3.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 29 ESTÁN SOLICITANDO UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, SOLICITO A ESA CONVOCANTE SE ME INDIQUE SI ES CORRECTO, YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE ENVASE CON 1000 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES CAJA CON 1000 PIEZAS. -----

**PREGUNTA 4.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 49 ESTÁN SOLICITANDO UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, SOLICITO A ESA CONVOCANTE SE ME INDIQUE SI ES CORRECTO, YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE ENVASE CON 250 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ENVASE CON 1000 PIEZAS. -----

**PREGUNTA 5.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 121 CORROS. CORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. EN UNIDAD DE MEDIDA ESTÁN SOLICITANDO PIEZAS, SE DEBE DE ENTENDER QUE SOLAMENTE ESTÁ SOLICITANDO ÚNICAMENTE 180 PIEZAS EN LA CANTIDAD MÍNIMA Y 450 PIEZAS EN LA CANTIDAD MÁXIMA. O SE REFIERE A 180 PAQUETES CON 100 PIEZA EN LA CANTIDAD MÍNIMA Y 450 PAQUETES CON 100 PIEZAS EN LA CANTIDAD MÁXIMA. -----

**RESPUESTA:** SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR EL MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.6 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SON DE REFERENCIA Y EL HOSPITAL PUEDE SOLICITAR CANTIDADES DIFERENTES ACUERDO A SUS NECESIDADES, POR LO QUE NO PUEDE ESPERAR 45 DÍAS PARA SU ENTREGA, -----



*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. -----

**PREGUNTA 6.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 406 TAPETE SANITARIO PARA ÁREA LIMPIA CON 30 HOJAS DE 0.457 X 0.914 CM CAJA CON 4 TAPETES. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NO PERMITA COTIZAR UN TAPETE SANITARIO PARA ÁREA LIMPIA CON 30 HOJAS DE 45.7CM X 116.8 CM CAJA CON 4 TAPETES. ----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA. -----

**PREGUNTA 7.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 412 CINTA TESTIGO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTE SE NOS INDIQUE PARA QUE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN SERÁ UTILIZADO, PARA VAPOR PARA GAS OXIDO DE ETILENO, FORMALDEHIDO, PERÓXIDO DE HIDROGENO. -----

**RESPUESTA:** HAY DOS PRESENTACIONES DE CINTA TESTIGO, LA DE COLOR VERDE ES PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR Y LA DE COLOR ROJO ES PARA FORMALDEHIDO. -----

**PREGUNTA 8.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 412 CINTA TESTIGO CAJA CON 28 PIEZAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO SE ME PERMITA ENTREGAR EL EQUIVALENTE EN MI PRESENTACIÓN DE CAJA CON 48 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA, CONSIDERANDO QUE EL CONSUMO MENSUAL SERÁ DE 2 CAJAS CON 48 PZ (TOTAL 96 PZ AL MES) HACIENDO REFERENCIA A LA CINTA TESTIGO DE VAPOR, PARA LA CINTA TESTIGO DE FORMALDEHIDO SE REQUIERIRA 1 CAJA DE 48 PZ BIMENSUAL. -----

**PREGUNTA 9.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 450 SOLICITAN ESPONJA DE PLATA PEQUEÑA. PIEZA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI SE REFIERE AL APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO CON PLATA IÓNICA, HIDROFÓBICO. CONTIENE 1 ESPONJA DE 10 CM X 7.5 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR TRAC Y PELÍCULA ADHESIVA. PRESENTACIÓN KIT. -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO QUE SE REFIERE AL APÓSITO. -----

**PREGUNTA 10.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 451 SOLICITAN CANISTER. PIEZA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA COTIZAR RECOLECTOR DE FLUIDOS GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML. CON GRADUACIONES CADA 50 ML. CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS QUE CONTIENE LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, CON COPLÉE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN COMPATIBLE CON EQUIPO DE PRESIÓN NEGATIVA CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA UN MEJOR CONTROL Y SEGURIDAD DEL PACIENTE Y EL PROFESIONAL DE LA SALUD. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIEMPRE QUE SEA COMPATIBLE CON EL CONTENEDOR PORTATIL DE ASPIRACIÓN QUE SE CUENTA INSTALADO EN EL HOSPITAL QUE ES DE LA MARCA BEMIS. -----

**PREGUNTA 11.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 466 SOLICITAN ESPONJA DE PLATA GRANDE PIEZA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI SE REFIERE AL APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA GRANDE, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO CON PLATA IÓNICA, HIDROFÓBICO. CONTIENE 1 ESPONJA DE 25.6 CM X 15 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR TRAC Y PELÍCULA ADHESIVA. PRESENTACIÓN KIT -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO QUE SE REFIERE AL APÓSITO. -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORDADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

**PREGUNTA 12.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 467 SOLICITAN ESPONJA DE PLATA MEDIANA. PIEZA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE SI SE REFIERE AL APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO CON PLATA IÓNICA, HIDROFÓBICO. CONTIENE 1 ESPONJA DE 18 CM X 12.5 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR TRAC Y PELÍCULA ADHESIVA. PRESENTACIÓN KIT. -----

**RESPUESTA:** ES CORRECTO QUE SE REFIERE AL APÓSITO. -----

**PREGUNTA 13.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDAS 450,451,466,467,577,578,579,580,581,582,583,584,615,616 Y 617. SOBRE INSUMOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PREGUNTA: SOLICITÁRAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI TODAS LAS PARTIDAS SE ASIGNARAN A UNA SOLA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS LÓS INSUMOS SEAN COMPATIBLES ENTRE SI Y SE ADAPTEN A UN SOLO SISTEMA DE PRESION NEGATIVA YA EXISTENTE DENTRO DE LA INSTITUCIONAL ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN -----

**RESPUESTA:** MIENTRAS SEA PARA EQUIPO VAC 3M LAS DESCRIPCIONES SON CORRECTAS Y ACEPTADAS YA QUE LOS EQUIPOS CON Q SE CUENTA SON DE LA MARCA MENCIONADA Y NO SON COMPATIBLES CON OTRAS. -----

**PREGUNTA 14.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 73 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON INTERFASE DE HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICÓN, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. MEDIDA 17.5 CM X 17.5 CM. CAJA CON 10 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE OFERTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

**PREGUNTA 15.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 74 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON INTERFASE DE HIDROFIBRA Y ADHESIVO DE SILICÓN, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. MEDIDAS 20 CM X 17 CM. CAJA CON 5 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SIEMPRE Y CUANDO SEA HIDROCELULAR. -----

**PREGUNTA 16.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 221 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR VENDA EXTENSIBLE DE GASA BLANCA IMPREGNADA CON UNA PASTA BLANDA DE ÓXIDO DE ZINC NO SOLIDIFICABLE ACACIA, GLICERINA, ACEITE DE RECINO, VASELINA Y AGUA, ELABORADA DE FIBRAS DE POLIESTER Y ALGODÓN. PROPORCIONA ELASTOCOMPRESIÓN. MEDIDAS DE 7.5 CM X 10 M. CAJA CON 1 PIEZA. -----

**RESPUESTA:** SIEMPRE Y CUANDO SEA VISCOPASTE. -----

**PREGUNTA 17.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 276 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. CAJA CON 10 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

**PREGUNTA 18.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 277 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITOS. ABSORBENTES A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM ± 2.0 CM X 20.0 CM ± 2.0 CM. PIEZA. CAJA CON 10 PIEZAS. -----

**RESPUESTA:** SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

**PREGUNTA 19.** ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 444 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APÓSITO HIDROCELULAR NO ADHESIVO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LAS SECRECIONES QUE SE PRODUCEN EN LAS TRAQUEOTOMÍAS. MEDIDA 10 X 10 CM. CAJA CON 10 PIEZAS. -----

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

-----  
**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.** -----  
-----

**PREGUNTA 20. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 445 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APOSITO EXTRAFINO DE POLIURETANO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE LIGERO O MODERADO EXUDADO CON ADHESIVO DE SILICÓN. MEDIDA 10 X 10 CM. CAJA CON 10 PZAS.** -----  
-----

-----  
**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.** -----  
-----

**PREGUNTA 21. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 479 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR APOSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. FIBRAS ESTÉRIL 2 GRS. CAJA CON 5 PIEZAS.** -----  
-----

-----  
**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO.** -----  
-----

-----  
UNA VEZ DADAS LA RESPUESTAS RESPECTIVAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARÁN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, EN EL SISTEMA DE COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE SEIS HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET DE LA PRESENTE ACTA. ASIMISMO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARÁN LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE DOS HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ÉSTAS. -----  
-----

-----  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, VERIFICAR SU CONTENIDO EN EL SISTEMA COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE ACTO. -----  
-----

-----  
ESTA ACTA, CONSTA DE VEINTE FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 12:22 PM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA. -----  
-----

**POR LA CONVOCANTE:**

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
DRA. GABRIELA MARGARITA SOTO ACOSTA	SUBDIRECTORA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (HOMÓLOGO)	
MTRO. CUAUHEMOC ROSAS CERVANTES	REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA,	



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	
C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022".

-----FIN DE ACTA-----




**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

SIENDO LAS 06:23 PM DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2022, EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, LA DRA. GABRIELA MARGARITA SOTO ACOSTA, SUBDIRECTORA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (HOMÓLOGO, REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE, EL MTR. CUAUHTEMOC ROSAS CERVANTES, REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA, LA LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EL C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45, 46, DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, HACE CONSTAR QUE MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET A LAS 12:22 PM SE ENVIARON LAS RESPUESTAS DADAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR DMC HOSPITALARIA, S.A.S. DE C.V., MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V., CONSTRUMEDIC, S.A. DE C.V., DHB BIOMED CONSULTANT GROUP, S.A. DE C.V., TECNO COMERCIAL PAKTLI, S.A. DE C.V., IDEM MEDICAL S.A. DE C.V. y HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.-----

ASIMISMO, SE INFORMA QUE SE RECIBIERON PREGUNTAS FORMULADAS RESPECTO A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DENTRO DE LAS 6 HORAS ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA DE LA PRESENTE (SE ADJUNTA CARÁTULA DEL SISTEMA COMPRANET). -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE REPREUNTAS
1	IDEM MEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	1
2	HI-TEC MEDICAL, S.A DE C.V.	COMPRANET	2



*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA  
ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE  
MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

**1. IDEM MEDICAL, S.A DE C.V.**

**PREGUNTA 1.** REFERENCIA RESUESTA A LA PREGUNTA 1 EMPRESA MEDICAL DIMEGAR, S.A DE C.V. 1.-SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS ENTENDER QUE LOS PARTICIPANTES QUE DESEEN PARTICIPAR EL LA PRESENTE LICITACIÓN DEBEMOS COTIZAR EL 100% DE LAS PARTIDAS DEL RENGLO 1 AL 717. EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU PROPUESTA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE TENER MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO, PODER OFERTAR POR PARTIDA Y/O RENGLON. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.

**RESPUESTA:** NO SE ACEPTA, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL II.2 DE LA CONVOCATORIA Y SE REITERA QUE LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA ÚNICA SERÁ ADJUDICADA A UN SÓLO LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN V, 39 FRACCIÓN II INCISO B DE LA LEY Y ARTÍCULO 30 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO.

**1. HI-TEC MEDICAL, S.A DE C.V.**

**PREGUNTA 1.** DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA POR ESA H. CONVOCANTE A MI PREGUNTA NÚMERO 5 QUE DICE: ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 121. GORROS. GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. EN UNIDAD DE MEDIDA ESTÁN SOLICITANDO PIEZAS, SE DEBE DE ENTENDER QUE SOLAMENTE ESTÁ SOLICITANDO ÚNICAMENTE 180 PIEZAS EN LA CANTIDAD MÍNIMA Y 450 PIEZAS EN LA CANTIDAD MÁXIMA. O SE REFIERE A 180 PAQUETES CON 100 PIEZA EN LA CANTIDAD MÍNIMA Y 450 PAQUETES CON 100 PIEZAS EN LA CANTIDAD MÁXIMA. SOLICITO A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE ME DE RESPUESTA CLARA Y PRECISA A LA MISMA, EN VIRTUD DE QUE LA RESPUESTA QUE PROPORCIONA NO SE REFIERE EN LO ABSOLUTO A LA PREGUNTA FORMULADA, GRACIAS.

**RESPUESTA:** SE ACLARA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA CLAVE ES PIEZA, DE ACUERDO AL CATÁLOGO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD VIGENTE. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE REITERA QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO TÉCNICO ÚNICAMENTE SON DE REFERENCIA, POR LO QUE EL HOSPITAL PUEDE SOLICITAR CANTIDADES INFERIORES O SUPERIORES CONFORME A SUS NECESIDADES.

**PREGUNTA 2.** EN RESPUESTA A LA PREGUNTA 10 OTORGADA A MI REPRESENTADA DEL ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 451 SOLICITAN CANISTER. PIEZA. PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE, ESTE CANISTER /RECOLECTOR PERTENECE A INSUMOS DE LA TERAPIA VAC QUE SON COMPATIBLES CON LOS EQUIPO VAC 3M EXISTENTES EN LA INSTITUCIÓN, SÓLO SOLICITÁBAMOS NOS DIERAN LA CAPACIDAD O VOLUMEN DEL MISMO, SOLICITANDO COTIZAR EL DE 500 ML. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN FAVOR DE CONFIRMAR.

**RESPUESTA:** ES CORRECTO Y SE REITERA QUE SE ACEPTA COTIZAR CANISTER /RECOLECTOR CON CAPACIDAD DE 500 ML.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES III.2. "CALENDARIO DE EVENTOS" Y III.14 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 AM, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, C.P. 56530 ESTADO DE MÉXICO.



DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES,

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"**

VERIFICAR SU CONTENIDO EN EL SISTEMA COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [WWW.COMPRANET.GOB.MX](http://WWW.COMPRANET.GOB.MX) SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE ACTO.

ESTA ACTA, CONSTA DE TRES FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 06:30 PM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

**POR LA CONVOCANTE:**

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
DRA. GABRIELA MARGARITA SOTO ACOSTA	SUBDIRECTORA DE ESPECIALIDADES QUIRÚGICAS (HOMÓLOGO)	
MTRO. CUAUHTEMOC ROSAS CERVANTES	REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA,	
LIC. GUADALUPE ROSA DUEÑAS DONNADIEU	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	
C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HRAEI	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA A PLAZOS RECORTADOS N° LA-012NBU999-E18-2022 RELATIVA A "LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022."

---FIN DEL ACTA---