



ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 02 DE MARZO DE 2021, EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA, LA LIC. GABRIELA BAUTISTA HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EL C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

SE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE SE DECLARA UN RECESO Y SE CONTINUA A LAS 12:30 PM DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, TODA VEZ QUE EL AREA TÉCNICA AÚN NO HA CONCLUIDO CON LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.-----

SIENDO LAS 12:30 PM, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, REANUDA EL EVENTO E INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESENTARON EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, MISMA QUE FUE ENVIADA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO. (SE ADJUNTA CARATULA DEL SISTEMA COMPRANET). -----

Handwritten mark resembling a stylized '4' or 'y'.

Procedimiento: 1042346 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Expediente: 2221346- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 04/03/2021 10:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Revisante	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la LIC	Respuesta
1 PHARMACUR SA DE CV	28/02/2021 11:06 p. m.	MANIFIESTO INTERES POR PARTICIPAR Y FORMULARIO DE PREGUNTAS PHARMACUR S.A. DE C.V.	02/03/2021 09:39 a. m.	01/03/2021 10:10 a. m.	
2 ABALAT S.A. DE C.V.	28/02/2021 09:45 p. m.	2da PARTE DE PREGUNTAS ABALAT	02/03/2021 09:44 a. m.	01/03/2021 10:08 a. m.	
3 ABALAT S.A. DE C.V.	28/02/2021 09:56 p. m.	PREGUNTAS ABALAT	02/03/2021 09:44 a. m.	01/03/2021 10:09 a. m.	
4 LABORATORIOS DAI DE MEXICO SA DE CV	28/02/2021 09:46 p. m.	Preguntas Junta de Aclaraciones LABDAI		01/03/2021 09:57 a. m.	
5 DICIPI SA DE CV	28/02/2021 01:13 p. m.	Interés en participar y preguntas a la junta de aclaraciones		01/03/2021 09:52 a. m.	
6 LABORATORIO LICON S.A.	26/02/2021 11:56 a. m.	ENVÍO DE PREGUNTAS PARA PARTICIPAR EN JUNTA DE ACLARACIONES	02/03/2021 10:55 a. m.	26/02/2021 12:31 p. m.	

Totales: 6

Página 1 de 1

Handwritten mark resembling a stylized '4'.



Handwritten mark resembling a stylized '4'.



ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-EI7-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NUMERO DE PRECUNTAS
1	ABALAT, S.A. DE C.V.	COMPRANET	12
2	DICIPA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	25
3	LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRANET	23
4	LABORATORIOS LICON, S.A.	COMPRANET	6
5	PHARMACUR, S.A. DE C.V.	COMPRANET	11

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS INFORMÁ QUE FUE ASISTIDO POR EL DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA, QUIEN SOLVENTO LA PREGUNTA DE CARÁCTER TÉCNICO. LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO FUERON RESPONDIDAS POR EL PRESIDENTE EN ESTE ACTO.

1.- ABALAT, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1. IV. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR. IV.I PRESENTACIÓN, FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. IV.1.1 DICE: PRESENTAR SU PROPORCIÓN A TRAVÉS DE COMPRANTE EN ARCHIVO FORMATO PDF Y EXCEL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS INDIQUE CUAL QUE FORMATO DEBE DE IR EN FORMATO EXCEL, PROPUESTA TÉCNICA FORMATO 9 O PROPUESTA ECONÓMICA FORMATO 13 O DEBEN DE SER AMBOS. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: SE SUGIERE QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEA PRESENTADA ADEMÁS DE EN FORMATO PDF EN FORMATO EXCEL, POR LA NATURALEZA DE LOS DATOS QUE CONTIENE Y LA PROPUESTA TÉCNICA SOLO EN FORMATO PDF.

PREGUNTA 2. VI. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS FORMATOS SOLICITADOS EN ESTE APARTADO NO NOS APLIQUE PODEMOS INTEGRAR EL FORMATO CON LA LEYENDA NO APLICA. ¿ESTO SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA.

PREGUNTA 3. ANEXO A. RUBRO II CAPACIDAD DEL LICITANTE. II.1 RECURSOS ECONOMICOS. DICE: PRESENTAR DECLARACIÓN FISCAL ANUAL (2017) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL DE ISR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO SE DEBE PRESENTAR DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2019 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL VI.2 PUNTO 16 LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA DECLARACION FISCAL ANUAL (2019) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR.

PREGUNTA 4. VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 17. DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS QUE OFERTARÁ EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON DE SU PROPIEDAD YA QUE POR TRATARSE DE DOCUMENTACIÓN





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

CONFIDENCIAL NO ES FACTIBLE QUE SE PUEDAN PRESENTAR PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD, Y PODRÁ CORROBORARSE CON ELLO EN CASO DE ALGUNA ACLARACIÓN. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 5. VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 21. COPIA DE PEDIDOS O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SUMINISTRANDO BIENES DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS SOLICITADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES CON EL HRAEI, ¿ESTO SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL VI.2 PUNTO 21. LOS LICITANTES PUEDEN ANEXAR A SU PROPUESTA PEDIDOS DESDE EL AÑO 2015, YA QUE DE ACUERDO AL "ANEXO A", LA EXPERIENCIA MAXIMA SOLICITADA ES DE 3 AÑOS. -----

PREGUNTA 6. VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES SEÑALADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, IDENTIFICANDO EN EL NÚMERO PARTIDA Y RENGLÓN Y LA CLAVE HRAEI A LA QUE HACE REFERENCIA EN FORMA CLARA Y LEGIBLE. SOLICITAMOS NOS PERMITA ENTREGAR OFICIO PROVISIONAL DE COMERCIALIZACIÓN EMITIDO POR COFEPRIS, EL CUAL ES EQUIVALENTE AL REGISTRO SANITARIO YA QUE POR LA CONTINGENCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 NO SE ESTÁN EMITIENDO REGISTROS PARA EL DIAGNÓSTICO DE SARS-COV-2, PARA LA PARTIDA 2 "PRUEBAS DE SEROLOGÍA" RENGLONES 33, 34 Y 35 CORRESPONDIENTE AL SARS COV-2 IGG. ¿ESTO SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 7. CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. B) TARJETA PARA DETERMINAR ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH (FENOTIPO C, C, E, E), INCLUYE DILUYENTE CON CAJA CON 48 TARJETAS PARA 96 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA ES DE 50 TARJETAS PARA 100 DETERMINACIONES, FAVOR DE CONFIRMAR. -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 8. PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 10. SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO A1. FASCO DE 2 ML. RTC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE FRASCO CON 5 ML. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 9. PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 11. SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. LECTINA ANTI H (FITOAGLUTININA). FASCO DE 2 ML. RTC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE FRASCO CON 5 ML. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PREGUNTA 10. PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 15. SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTÍGENOS GLÓBULOS ROJOS PARA CONTROL DE COOMBS. CONTROL DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD Y ESTUDIO DE ALOANTICUERPOS. FASCO CON 10 ML. RTC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE FRASCO CON 3 ML. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 11. PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 20. IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, EN TÉCNICA DE GEL COMPUESTO DE GLOBULOS ROJOS HUMANOS DE GRUPO HEMÁTICO O, EN SUSPENSIÓN AL 0.8% EN SOLUCIÓN TAMPONADA Y CON CONSERVANTES EQUIPO 11X5 ML CADUCIDAD: 28 DÍAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE 11X3 ML. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 12. PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 21. UNIDAD DE MEDIDA CAJAS CON 50 TARJETAS.

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

2.DICIPA, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. NUMERAL II.4.- NORMAS CON LAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS BIENES. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO PRESENTAREMOS EL ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ENLISTADAS EN ESTE NUMERAL, CONFORME AL FORMATO 10 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN?-----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 2. NUMERAL II.8.- FORMA DE ADJUDICACIÓN. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SERÁN ASIGNADAS A UN SOLO LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN? -----

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL II.8. "FORMA DE ADJUDICACIÓN" DE LA CONVOCATORIA, LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES DE CADA PARTIDA (PARTIDA 1 "AFÉRESES", RENGLON 1 AL 26 Y PARTIDA 2 "PRUEBAS DE SEROLOGIA", RENGLON 27 AL 41) SERÁ ADJUDICADA A UN SÓLO LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 3. NUMERAL VI.2. CONSECUTIVO 6.- CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR SOLO LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, DONDE SE ENCUENTRE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEÑALEN A QUE PARTIDA Y RENGLÓN PERTENECE CADA HOJA. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PREGUNTA 4. NUMERAL VI.2. CONSECUTIVO 7.- CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. DERIVADO DE QUE EN LA ACTUALIDAD EL FABRICANTE CUENTA CON REPRESENTACIÓN PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN MÉXICO BAJO LA FIGURA DE EMPRESAS FILIALES OFICIALMENTE AUTORIZADAS Y/O REPRESENTANTE ÚNICO EN MÉXICO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE LA FILIAL O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER ESCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 5. NUMERAL VI.2. CONSECUTIVO 11.- MANUAL DE USUARIO O DE OPERACIÓN. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MANUAL SOLICITADO CORRESPONDE AL EQUIPO EN COMODATO DONDE SE REALIZARAN LAS PRUEBAS? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 6. NUMERAL VI.2. CONSECUTIVO 12.- GUÍA RÁPIDA DE USO O DE OPERACIÓN. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GUÍA RÁPIDA DE USO O DE OPERACIÓN SOLICITADA CORRESPONDE AL EQUIPO EN COMODATO DONDE SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 7. "ANEXO A" RUBRO II. CAPACIDAD DEL LICITANTE, SUBRUBRO II.1 RECURSOS ECONÓMICOS DICE: PRESENTA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL (2017) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PRESENTAREMOS LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL MÁS RECIENTE (2019) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR 2021? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 8. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 1. II EXTRACCIÓN FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS. SOLICITAN EN INCISO B) SISTEMA DE TRANSFERENCIA PEDIÁTRICA PARA ALÍCUOTAS DE UNA UNIDAD DE CÉLULAS ROJAS O PLASMA EN UNIDADES DE CINCO TAMAÑOS PEDIÁTRICOS (HASTA 150 ML). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA PEDIÁTRICA PARA ALÍCUOTAS DE UNA UNIDAD DE CÉLULAS ROJAS O PLASMA EN UNIDADES DE CUATRO TAMAÑOS PEDIÁTRICOS (HASTA 150 ML). ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 9. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 1. II EXTRACCIÓN FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS. ESTA LA DESCRIPCIÓN EN INCISO B) SISTEMA DE TRANSFERENCIA PEDIÁTRICA PARA ALÍCUOTAS. SIN EMBARGO, EN CUADRO DE PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS NO HAY PARTIDA RELACIONADA A DICHO REQUERIMIENTO DE BOLSA DE TRANSFERENCIA PEDIÁTRICA. ¿QUÉ CANTIDAD DE BOLSA DE TRANSFERENCIA PEDIÁTRICA DEBE SER CONSIDERADA? -----

RESPUESTA: SE DEBERÁ CONSIDERAR MÁXIMO EL 1 % DEL TOTAL DE LA BOLSA SOLICITADA. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PREGUNTA 10. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 1. II EXTRACCIÓN FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS. ESTA LA DESCRIPCIÓN EN INCISO C) BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO INTEGRADO. SIN EMBARGO, EN CUADRO DE PARTIDA 1 INSUMOS AFÉRESIS NO HAY PARTIDA RELACIONADA A DICHO REQUERIMIENTO DE BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO INTEGRADO ¿QUÉ CANTIDAD DE BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO DEBE SER CONSIDERADA? -----

RESPUESTA: SE DEBERÁ CONSIDERAR MÁXIMO EL 1 % DEL TOTAL DE LA BOLSA SOLICITADA. -----

PREGUNTA 11. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. PARTIDA 27, 28, 29, 30 Y 31. LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE LAS PRUEBAS (REACTIVOS) SON ESPECÍFICOS DE UNA MARCA. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS ACEPTE DESCRIPCIÓN SEGÚN LA MARCA A CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 12. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. PARTIDA 33, 34 Y 35. LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DEL REACTIVO, CONTROL Y CALIBRADOR SON ESPECÍFICOS DE UNA MARCA "ARCHITECT" DE LA MARCA ABBOT. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS ACEPTE DESCRIPCIÓN SEGÚN LA MARCA A CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 13. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. PARTIDA 38. LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA DE LA PRUEBA CONFIRMATORIA DE HBSAG ES ESPECIFICA DE UNA MARCA. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS ACEPTE UNIDAD DE MEDIDA SEGÚN LA MARCA A CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE DIFERENTE UNIDAD DE MEDIDA A LO SOLICITADO DEBERÁN REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES ESTIMADAS POR EL ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA CON LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA. -----

PREGUNTA 14. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. PARTIDA 32 Y 39. LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA DE PRUEBA DE BRUCELLA Y CONFIRMATORIA DE BRUCELLA ES ESPECIFICA DE UNA MARCA. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS ACEPTE UNIDAD DE MEDIDA SEGÚN LA MARCA A CONSIDERAR. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE DIFERENTE UNIDAD DE MEDIDA A LO SOLICITADO DEBERÁN REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES ESTIMADAS POR EL ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA CON LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PREGUNTA 15. ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. SOLICITAN: SISTEMA DE INMUNO-ENSAYO AUTOMATIZADO POR QUIMIOLUMINISCENCIA. PARA REALIZAR ANÁLISIS INMUNOLÓGICO POR TÉCNICA DE QUIMIOLUMINISCENCIA. CON SISTEMA DE LECTURA, DISPOSITIVO ÓPTICO QUE MIDA INTENSIDAD DE LUZ POR QUIMIOLUMINISCENCIA. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS POR CÓDIGO DE BARRAS, CAPACIDAD DE 200 PRUEBAS POR HORA, QUE NO UTILICE PUNTAS DESECHABLES, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. POSEA TUBO PRIMARIO Y MONITOREO PERMANENTE DE LOS ENSAYOS DURANTE SU REALIZACIÓN MEDIANTE SOFTWARE, PROCESAMIENTO STAT INMEDIATO PARA UN TIEMPO DE EJECUCIÓN CORTO Y CONSISTENTE, HASTA 25 POSICIONES DE REACTIVO REFRIGERADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 135 MUESTRAS INCLUYENDO 35 POSICIONES DE PRIORIDAD, ACCESO CONTINUO DE MUESTRAS. CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. CON UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGÍA. CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LAS PRUEBAS, SE SOLICITA ACEPTE SISTEMA DE INMUNOENSAYO POR QUIMIOLUMINISCENCIA PROLONGADA. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS POR CÓDIGO DE BARRAS. PRODUCTIVIDAD HASTA 189 PRUEBAS POR HORA. PUNTA DE USO INDIVIDUAL QUE VERIFICA ASPIRACIÓN Y DISPENSACIÓN DE LA MUESTRA, ELIMINA ARRASTRE Y EVITA PREOCUPACIÓN POR CONTAMINACIÓN CRUZADA. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. TUBO PRIMARIO O COPAS. PROCESO DE MUESTRAS URGENTES. 31 POSICIONES DE REACTIVO. CAPACIDAD DE 80 MUESTRAS DE CARGA CONTINUA Y DISCONTINUA Y 10 DE URGENCIA. VOLTAJE DE LÍNEA 200-240 VAC.47-63 HZ. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 16. NUMERAL VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 1 PROPUESTA TÉCNICA. INDICAN SE DEBE INCLUIR REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES OFERTADOS. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL REACTIVO, CONTROL Y CALIBRADOR PARA PRUEBA COVID NO ES NECESARIO ANOTAR DICHA INFORMACIÓN YA QUE POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA PARA DICHA PRUEBA SOLO SE TIENEN LOS PERMISOS ESPECIALES DE USO. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE PRECISA QUE DEBERÁN TENER PRESENTAR OFICIO PROVISIONAL DE COMERCIALIZACIÓN EMITIDO POR COFEPRIS, EL CUAL ES EQUIVALENTE AL REGISTRO SANITARIO. -----

PREGUNTA 17. NUMERAL VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 7 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DE INSUMOS. INDICAN SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA POR MARCA O DISTRIBUIDOR. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE EL LICITANTE PARA CADA INSUMO SOLO PUEDE PRESENTAR UNA SOLA MARCA Y POR LO TANTO SOLO SE PRESENTARA LA CARTA DE APOYO DE LA MARCA A CONSIDERARSE ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 18. NUMERAL VI.2 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA. 17 DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS QUE OFERTARA EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE. SOLICITAMOS QUE PARA DICHO PUNTO SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADOS SE PRESENTARA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS EQUIPOS COMO CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, MODELO, N/S., QUE AVALAN QUE QUEDARÁN EN COMODATO EN EL BANCO DE SANGRE ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

RESPUESTA: LOS LICITANTS PODRÁN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA SU PROPUESTA SON DE SU PROPIEDAD.

PREGUNTA 19. ANEXO TÉCNICO, PÁGINA 51 DE LAS BASES, CONSUMIBLES A ENTREGAR MENSUALMENTE SIN COSTO PARA EL HRAEI, TABLA DE CONSUMIBLES. ENTENDEMOS QUE PARA ESTOS CONSUMIBLES ÚNICAMENTE ES NECESARIO LA ENTREGA DE UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE PROPORCIONARÁ LO REQUISITADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES CITADAS. Y NO ES NECESARIO FOLLETOS, REGISTROS SANITARIOS, ISO, CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA, CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, NI ALGÚN OTRO DOCUMENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE PARA LOS INSUMOS QUE DEBERÁN PROPORCIONAR DE FORMA MENSUAL SIN COSTO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE CON LA RELACIÓN DE LOS MISMOS SEÑALANDO Y ANEXANDO LOS REGISTROS SANITARIOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN.

PREGUNTA 20. REFERENCIA VI.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA 7. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO LOS INSUMOS SOLICITADOS EN EL ANEXO TÉCNICO (SOLO SE ACEPTARÁ UNA CARTA POR MARCA O DISTRIBUIDOR) SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS COMENTE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION, ¿SE PODRAN ENTREGAR CARTAS DE APOYO DE UNA MARCA RESPALDANDO A DIFERENTES DISTRIBUIDORES?

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PARA CADA PARTIDA OFERTADA SOLO PUEDEN PRESENTAR UNA SOLA MARCA Y POR LO TANTO SOLO SE PRESENTARA LA CARTA DE APOYO DE LA MARCA OFERTADA. POR LO QUE EL APOYO QUE CADA CASA COMERCIAL OTORQUE NO ES RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE.

PREGUNTA 21. REFERENCIA ANEXO TECNICO PARTIDA 1 INSUMOS AFERESIS PARTIDA 1, 2, 3, 4, 20 Y 21. CONSIDERANDO QUE LA MARCA Y PRESENTACION SOLICITADA PERTENECEN A UNA SOLA CASA COMERCIAL EN EL MERCADO (LICON) CON LA FINALIDAD DE QUE EL LICITANTE TENGA UNA MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS PARA ANALISIS ASI COMO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS CON TARJETA DE GEL CON 6 MICROPOZOS Y PRESENTACION DE 48 TARJETAS CONSIDERANDO QUE EL SOPORTE DE LA PRUEBA ES EL MISMO Y NO AFECTA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS NI EL TIEMPO DE EMISION ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y SE PRECISA QUE LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPIRAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE.

PREGUNTA 22. REFERENCIA ANEXO TECNICO PARTIDA 1 INSUMOS AFERESIS PARTIDA 13, 14, 15, 17. CON LA FINALIDAD DE QUE EL OFERENTE RECIBA MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO EQUIVALENTE O SUPERIOR AL SOLICITADO DE ACUERDO A MARCA OFERTADA ¿SE ACEPTA?





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 23. REFERENCIA ANEXO TECNICO PARTIDA 1 INSUMOS AFERESIS, PARA LAS PARTIDAS 1 A LA 26 SE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES ESPECÍFICAS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS EN COMODATO CORRESPONDIENTES, EQUIPO INMUNOHEMATOLOGIA Y PRUEBAS CRUZADAS CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS, CONSIDERANDO QUE LAS ESPECIFICACIONES DE EQUIPO SOLICITADAS PERTENCEN A UNA SOLA CASA COMERCIAL EN EL MERCADO (LICON) CON LA FINALIDAD DE QUE EL LICITANTE TENGA UNA MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS PARA ANALISIS ASI COMO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERISTICAS PROPIAS CONSIDERANDO QUE LA TECNOLOGIA QUE OFERTAREMOS ES EQUIVALENTE O SUPERIOR A LA SOLICITADA Y NO AFECTA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS NI EL TIEMPO DE EMISION ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LOS BIENES OFERTADOS POSEAN IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 24. REFERENCIA ANEXO TECNICO PARTIDA 1 INSUMOS AFERESIS, PARA LAS PARTIDAS 1 A LA 26. SE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES ESPECÍFICAS, ASÍ COMO LOS EQUIPOS EN COMODATO CORRESPONDIENTES, EQUIPO INMUNOHEMATOLOGIA Y PRUEBAS CRUZADAS CARACTERISTICA DE LOS REACTIVOS, EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA POSITIVA CON LA FINALIDAD DE QUE EL LICITANTE TENGA MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS A EVALUAR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS CON CARACTERISTICAS QUE CORRESPONDEN A LA TECNOLOGIA OFERTADA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LOS BIENES OFERTADOS POSEAN IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 25. REFERENCIA III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA BANCO DE SANGRE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL SOFTWARE SOLICITADAS SON ESPECÍFICAS DE UN SISTEMA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTE UN SISTEMA CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS CONSIDERANDO QUE EL SISTEMA A OFERTAR CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN TENER EN BANCO DE SANGRE. ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LO OFERTADO POSEA IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

3. LABORATORIOS DAI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. DATOS GENERALES NUMERAL II.14 CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA ACLARAR CUANTOS DÍAS SON LOS QUE SE TIENEN A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: LOS EQUIPOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN MARCHA A MÁS TARDAR 7 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PREGUNTA 2. ANEXO A NUMERAL 5. CARACTERÍSTICA TÉCNICA. MANUAL DE USUARIO O DE OPERACIÓN SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR LA EXHIBICIÓN DE DICHS DOCUMENTOS PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, YA QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO EL SISTEMA COMPRANET SOLO PERMITE CARGAR DOCUMENTOS QUE TENGAN HASTA 25 MB LO CUAL RESULTA INSUFICIENTE PARA EL TAMAÑO QUE TIENEN LOS MANUALES QUE MUCHAS VECES LLEGAN A SUPERAR LOS GB DE TAMAÑO. ES POR ESTA RAZÓN QUE SOLICITO QUE DICHS MANUALES SEN EXHIBIDOS A LA CONVOCANTE UNA VEZ QUE HAYAN RESULTADO ADJUDICADO LA EMPRESA LICITANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR SOLO LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS, DONDE SE ENCUENTRE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, SIEMPRE Y CUANDO SEÑALEN A QUE PARTIDA Y RENGLÓN PERTENECE CADA HOJA. -----

PREGUNTA 3. ANEXO A NUMERAL II. CAPACIDAD DEL LICITANTE. II.1 RECURSOS ECONÓMICOS. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ACLARAR SI LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL QUE SOLICITA PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO ES LA DEL 2017 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL ISR. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL VI.2 PUNTO 16 LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA DECLARACION FISCAL ANUAL (2019) Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DE ISR. -----

PREGUNTA 4. ANEXO A NUMERAL II. CAPACIDAD DEL LICITANTE. II.2. CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, QUE INCLUYA LIMPIEZA Y EN SU CASO REEMPLAZO DE PARTES Y CALIBRACIÓN APEGADOS A LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE FABRICANTE. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR QUE, PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO, SE DEBERÁ DE EXHIBIR EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y DEBERÁ DE APEGARSE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. -----

PREGUNTA 5. ANEXO A NUMERAL II. CAPACIDAD DEL LICITANTE. II.3 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA ACLARAR A QUE DOCUMENTACIÓN SE REFIERE PARA PODER SOPORTAR LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE OFERTAN EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE. FAVOR DE ACLARAR. -----

RESPUESTA: LOS LICITANTS PODRÁN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA SU PROPUESTA SON DE SU PROPIEDAD. -----

PREGUNTA 6. ANEXO A NUMERAL II. CAPACIDAD DEL LICITANTE. II.3 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA RECONSIDERAR LA EXHIBICIÓN DE DICHS DOCUMENTOS, YA QUE COMO BIEN SE SABE Y AL SER UN EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA, MUCHOS DE LOS EQUIPOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN EN LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LOS FABRICANTES. FAVOR DE ELIMINAR O REESTRUCTURAR LO SOLICITADO. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

RESPUESTA: LOS LICITANTS PODRÁN PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA SU PROPUESTA SON DE SU PROPIEDAD. -----

PREGUNTA 7. ANEXO A NUMERAL III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE A) EXPERIENCIA. MAYOR TIEMPO SUMINISTRANDO BIENES. SE ENTIENDE QUE PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO DEBERÁ DE EXHIBIRSE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA LICITANTE, ASÍ COMO EL CURRÍCULUM EMPRESARIAL DE LA MISMA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL VI. 2 PUNTO 21, LOS LICITANTES DEBERÁN DE PRESENTAR COPIAS DE CONTRATOS, PEDIDOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES PUEDA ACREDITAR QUE HA SUMINISTRADO BIENES DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. -----

PREGUNTA 8. ANEXO A NUMERAL III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE B) ESPECIALIDAD MAYOR, NÚMERO DE PEDIDO O DOCUMENTOS DONDE ACREDITE SUS EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD SUMINISTRANDO BIENES DE LA MISMA NATURALEZA A LOS SOLICITADOS. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON DICHO NUMERAL MI REPRESENTADA PUEDA EXHIBIR, CONTRATOS, PEDIDOS O DOCUMENTOS EN LOS CUALES ACREDITE SU EXPERIENCIA TANTO CON INSTITUCIONES PÚBLICA Y PRIVADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN EL EXTRANJERO, ASÍ COMO SUS FILIALES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA. -----

PREGUNTA 9. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS EN EL SUBÍNDICE 1 SOLICITAN DOS EXTRACTORES QUE EXPRESA LA BOLSA ENTRE LA PRENSA Y LA PUERTA, CONTIENE 10 DETECTORES QUE CONTROLAN EL FLUJO DE LOS COMPONENTES, ABRE Y CIERRA PINZAS QUE CONTROLAN EL FLUJO DE SALIDA A LAS BOLSAS ESPECÍFICAS CUENTA CON 11 PROGRAMAS... ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A LA MARCA TERUMO LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO FRACCIONADOR AUTOMÁTICO QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA CUENTA CON UNA PRENSA PRINCIPAL CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MICROPROCESADORES (SIN NECESIDAD DE AIRE COMPRIMIDO) Y UNA PRENSA LATERAL QUE PUEDE SER UTILIZADA EN ALGUNOS PROCESOS AUTOMÁTICOS COMO LA EXTRACCIÓN DE AIRE, PARA REALIZAR EL LLENADO DE FILTROS IN LINE, PASO RÁPIDO DE SOLUCIÓN ADITIVA A RBC, EQUIPO DISEÑADO PARA LA PREPARACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS, DE UNA DONACIÓN INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON TODAS LAS BOLSAS DE SANGRE DISPONIBLES ACTUALMENTE, MEMORIA DE HASTA 50 PROGRAMAS, PANTALLA LCD, EL SENSOR ÓPTICO Y EL REGULADOR DE FLUJO AYUDAN A LA GENERACIÓN DE ALTA CALIDAD Y PUREZA DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS, EQUIPADO CON OCHO SENSORES ÓPTICOS SITUADOS VERTICALMENTE EN LA PRENSA PRINCIPAL (OPT2) ADEMÁS DE DOS SENSORES EN LA PARTE SUPERIOR (OPT1 Y OPT3) UNO EN EL CLAMP 1 Y OTRO EN EL CLAMP 3 (TOTAL 11 SENSORES) , CON CLAMPS DE DOBLE FUNCIÓN: CIERRE PARA CONTROLAR EL FLUJO DE SALIDA DE LOS COMPONENTES Y/O SELLADO AUTOMÁTICO DE LOS TUBULARES. EQUIPO QUE ES DE MAYOR TECNOLOGÍA, MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES OBTENIDOS CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS.





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 10. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS EN EL SUBÍNDICE 2 SOLICITAN SELLADORES DIELECTRICOS PARA TUBOS DE PVC PORTÁTILES, ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO CON LO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE MAS DE 1500 PROCEDIMIENTOS DE SELLADO POR CARGA, TIEMPO DE SELLADO DE 0.4-1.5 SEGUNDOS , SISTEMA TOTALMENTE AUTOMÁTICO DE SELLADO DE TUBULARES DE PVC INCLUIDOS EN SISTEMAS DE BOLSAS DE SANGRE O EN SISTEMAS DESECHABLES PARA AFÉRESIS, TRAS EL PROCESO DE SELLADO EL TUBULAR SE PUEDE SEPARAR EN PARTES FÁCILMENTE GRACIAS A UN DISEÑO DEFINIDO DE LA ZONA DE SELLADO Y SIN DAÑAR LA SANGRE CONTENIDA EN SU INTERIOR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 11. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS EN EL SUBÍNDICE 2 SOLICITAN SELLADORES DIELECTRICOS PARA TUBOS DE PVC PORTÁTILES, ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO CON LO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA CUENTA CON UNA UNIDAD DE SELLADO FIJO Y UNA PINZA DE SELLADO TENIENDO DOS EQUIPOS EN UNA SOLA PLATAFORMA, ADICIONALMENTE EL TIEMPO DE SELLADO 0.5-1.2 SEGUNDOS SIENDO UN EQUIPO MÁS RÁPIDO A LO SOLICITADO, INDICADORES LED, PROTECTOR ANTISALPICADURAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 12. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS EN EL SUBÍNDICE 4 SOLICITAN SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA, DE UNA MANERA ESTÉRIL, DE DOS SECCIONES DE TUBOS DE PVC. DISEÑO COMPACTO... ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO CON LO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO ANTERIOR





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO DE CONEXIÓN ESTÉRIL QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA CUENTA CON EL MÉTODO EXCLUSIVO DE TUBO ACODADO ALEJA SUAVEMENTE LA SANGRE DE LA ZONA DE SOLDADURA, IMPIDIENDO ASÍ LA NECROSIS DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS, ADEMÁS LA AUSENCIA DE SANGRE EN LA ZONA DE SOLDADURA REDUCE ENORMEMENTE EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A LOS PRODUCTOS SANGUÍNEOS, EQUIPO DISEÑADO CON EL FIN DE REALIZAR CONEXIONES ESTÉRILES EN TUBOS DE PVC EN APLICACIONES DE PROCESAMIENTO DE SANGRE, SUELDA COMBINACIONES DE HÚMEDO EN HÚMEDO, HÚMEDO EN SECO Y SECO EN SECO. EL TCD USA UNA SOLO CUCHILLA SELLADORA PARA CORTE Y UNIÓN FABRICADA EN COBRE, EL MECANISMO DE SEGURIDAD CONTRA MANIPULACIÓN ASEGURA LA FÁCIL CARGA Y LA ALINEACIÓN PRECISA DEL TUBO ELIMINANDO POSIBLES MOVIMIENTOS, EL PANEL DE PANTALLA ES FÁCIL DE USAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 13. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS EN EL SUBÍNDICE 3 SOLICITAN AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA CON CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES A UNA MARCA EN ESPECIFICO LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO FABRICADO CON UN RACK DE ACERO INOXIDABLE CON PERFORACIONES EN LAS CHAROLAS PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD EN LA TEMPERATURA, CHAROLAS DESLIZABLES, QUE PERMITEN MANEJAR LAS BOLSAS DE PLAQUETAS, INCUBADOR QUE SIRVE PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA IDEAL PARA ALMACENAR PLAQUETAS, TRABAJA A UNA VELOCIDAD DE 70 OSCILACIONES POR MINUTO, QUE SE LOGRA CON UN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE USO RUDO PARA MANTENER EL EQUIPO EN OPERACIÓN POR TIEMPOS PROLONGADOS QUE ESTA MARCADA EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS, CAPACIDAD DE BOLSAS 48, CUENTA CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN QUE REGULA CON FACILIDAD TEMPERATURA ENTRE 20° Y 24°C, SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 14. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS EN EL SUBÍNDICE 5 SOLICITAN UN EQUIPO CON DIMENSIONES ESPECÍFICAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS A UNA MARCA CON LO CUAL LO QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA CUENTA CON 100 RAMPAS DE ACELERACIÓN Y 100 NIVELES DE FRENO, MOTOR A INDUCCIÓN PARA LA CENTRIFUGACIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO Y DE ESCOBILLAS O CARBONES, SE PUEDE ALTERNAR EL DISPLAY CON LAS VELOCIDADES PROGRAMADAS O LAS VARIABLES EN TIEMPO REAL, SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS AUDIBLES/VISIBLES EN CASO DE LAS SIGUIENTES





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

CONDICIONES DURANTE EL CICLO DE CENTRIFUGACIÓN EN CASO DE IMBALANCE SE DETIENE Y DESPLIEGA ALARMAS, EN CASO DE SOBRECALENTAMIENTO O ENFRIAMIENTO DE LA CÁMARA, EN CASO DE ALTO O BAJO VOLTAJE, HASTA 50 FUNCIONES PROGRAMABLES, ROTOR HORIZONTAL BASCULANTE PARA 12 BOLSAS TRIPLES, DOBLES O CUADRUPLES Y PARA SISTEMA TOP&BOTTOM Y BUFFY COAT, VELOCIDAD MÁXIMA DE LA CENTRIFUGA (RPM) 6000, FUERZAS G MÁXIMAS DE LA CENTRIFUGA 14,087, SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y CABLE DE CONEXIÓN A PC, TAPA CON CERRADURA QUE IMPIDE LA APERTURA DURANTE LA CENTRIFUGACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 15. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS EN EL SUBÍNDICE 6 MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPÉUTICA PARA RECAMBIO PLASMÁTICO. SOLICITAN CENTRÍFUGA CON CARRETE PARA CENTRIFUGACIÓN ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE AFÉRESIS TOTAL COMPACTO Y LIGERO, DE GRAN MOVILIDAD, DE USO FÁCIL Y SEGURO GRACIAS A SU AVANZADA TECNOLOGÍA. EL SISTEMA LE OFRECE: PROTOCOLOS PARA RECOLECCIÓN DE PLAQUETAS, HEMATÍES Y PLASMA, PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS PARA RECAMBIO PLASMÁTICO, RECOLECCIÓN DE CÉLULAS PROGENITORAS, LEUCOAFÉRESIS, PLAQUETOREDUCCIÓN Y HEMAFÉRESIS. CON PANEL DE CONTROL INTERACTIVO DE GRAN TAMAÑO QUE PROPORCIONA AL OPERADOR INFORMACIÓN, CON MANGUITO DE PRESIÓN DE TIPO TORNQUETE SE UTILIZA PARA MANTENER UN FLUJO SANGUÍNEO VENOSO ÓPTIMO. CUENTA CON BALANZA QUE PERMITE CALCULAR EL VOLUMEN, ADICIÓN AUTOMÁTICA DE LA SOLUCIÓN ADITIVA, FILTRO INTEGRADO PARA REALIZAR LA FILTRACIÓN AL FINAL DEL PROCEDIMIENTO, CON VÁLVULAS QUE CONTROLAN AUTOMÁTICAMENTE EL FLUJO DEL LÍQUIDO A TRAVÉS DE LOS TUBOS DEL EQUIPO DESECHABLE, PROPORCIONA AL OPERADOR LA OPCIÓN DE INFUNDIR SOLUCIÓN SALINA JUNTO CON LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS. CÁLCULO DE LOS VOLÚMENES DEL PROCEDIMIENTO PROCESADOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DONANTE/PACIENTE INDIVIDUAL Y LOS RESULTADOS BUSCADOS. PERMITE AL OPERADOR CONSULTAR ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PROCESAMIENTO. MONITOREO DEL FLUJO DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE. BAJO NIVEL DE RUIDO. DESECHABLES DISEÑADOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA. SIN DEMERITAR LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES OBTENIDOS Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES QUE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 16. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS SOLICITAN REDUCCIÓN DE LEUCOCITOS EN 1 O MAS LOGARITMOS MI REPRESENTADA ENTIENDE QUE LA BOLSA DE





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

RECOLECCIÓN ES EN CONFIGURACIÓN TOP & BOTTOM. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 17. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS SUBÍNDICE B. SOLICITAN DE CINCO TAMAÑOS PEDIÁTRICAS (HASTA 150 ML) MI REPRESENTADA ENTIENDE QUE SE ESTA SOLICITANDO UNA BOLSA PEDIÁTRICA DE 150 ML. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 18. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS SUBÍNDICE C. ACLARAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA ES DE LA MARCA TERUMO CON LO CUAL SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN SISTEMA DE BOLSAS QUÍNTUPLE TOP & BOTTOM CON SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD PARA RECOLECTAR SANGRE TOTAL Y UNA SOLUCIÓN DE SAGM PARA PERMITIR UN MEJOR Y PROLONGADO ALMACENAMIENTO DE LAS CÉLULAS ROJAS POR 42 DÍAS, CON FILTRO EN LÍNEA PARA LA PREPARACIÓN DE CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCODEPLETADO, PLASMA Y PLAQUETAS DE BUFFY COAT CON VIGENCIA DE 5 DÍAS, CAJA CON 12 PZAS. PRODUCTO QUE MEJORA LA CALIDAD DE LAS PLAQUETAS OBTENIDAS VS EL PRODUCTO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA Y CUMPLE CON TODOS LOS CONTROLES DE CALIDAD EN LOS HEMOCOMPONENTES COMO LO MARCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS DESCRIPCIONES SOLICITADAS PERTENECEN A LAS CLAVES HISTÓRICO DE COMPRA DE ESTE HOSPITAL. SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 19. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS SOLICITAN QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN SISTEMA PARA CUANTIFICACIÓN DE HEMÓLISIS (MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE EN CONCENTRADOS ERITROCITARIOS ALMACENADOS) POR METODOLOGÍA DE FOTOMETRÍA DE ABSORBANCIA (AZIDAMETAHEMOGLOBINA) CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 20MCL Y UN TIEMPO DE MEDICIÓN DE 60 SEG. DESCRIPCIÓN QUE PERTENECE A LA MARCA HEMOCUE CON LO CUAL SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO QUE COMO MEJORA TECNOLÓGICA ENTREGA EL RESULTADO EN MENOS DE 2 SEGUNDOS, EQUIPO DISEÑADO PARA LA DETERMINACIÓN DE NIVELES BAJOS DE HEMOGLOBINA EN ERITROCITOS ALMACENADOS, FOTOMÉTRICO, AMPLIO ESPECTRO CON COMPENSACIÓN DE TURBIEDAD, VOLUMEN DE MUESTRA MENOS DE 20 MICROLITROS, LAS MICROCUBETAS NO SE VEN AFECTADAS POR LA HUMEDAD O TEMPERATURA Y PUEDEN SER USADAS HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO LUEGO DE ABRIR LA BOLSA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON IGUALES O SUPERIORES CARÁCTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 20. ANEXO TÉCNICO NUMERAL II EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS SUBÍNDICE D. SE SOLICITA UN EQUIPO QUE CUENTE CON UNA CÁMARA DE LEUCORREDUCCIÓN, ACLARAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA DESCRIPCIÓN PERTENECE A LA MARCA TERUMO LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN MARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: KIT PARA RECOLECCIÓN DE PLAQUETAS CON FILTRO PARA LEUCORREDUCIR, QUE ADICIONALMENTE PERMITE LA RECOLECCIÓN DE PLASMA, UNIPUNCIÓN, CON CAMPANA LATHAM DE 225ML, BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS 2 X1000 ML TIPO CPP, PROTECCIÓN DE AGUJA, CONECTOR PARA TUBO DE MUESTRA TIPO VACÍO. CON PROTOCOLOS PARA RECOLECCIÓN DE PLAQUETAS, HEMATÍES Y PLASMA. PRODUCTO QUE CUMPLE CON TODOS LOS CONTROLES DE CALIDAD EN LOS HEMOCOMPONENTES COMO LO MARCA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON IGUALES O SUPERIORES CARÁCTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 21. PARTIDA 2 PRUEBAS DE SEROLOGÍA SOLICITAN REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS PRUEBA DE COMPROBACIÓN PARA ANTICUERPOS VIH WESTERN BLOT (INMUNOELECTROTRANSFERENCIA). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA PRUEBA PARA CONFIRMACIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE ANTICUERPOS HIV-1, HIV-1 GRUPO O Y HIV-2, EL CUAL TIENE COMO VENTAJA TECNOLÓGICA PODER DETECTAR TODAS LAS CEPAS DE HIV EN UNA SOLA TIRA, KIT CON 20 PRUEBAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA PROCESAR LAS PRUEBAS SEA MÍNIMO SEMI-AUTOMATIZADO Y GARANTICE LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS EMITIDOS, ES DECIR, NOS OTORQUE LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES. -----

PREGUNTA 22. PARTIDA 2 PRUEBAS DE SEROLOGÍA SOLICITAN PRUEBA DE COMPROBACIÓN PARA ANTICUERPOS HCV (INMUNOTRANSFERENCIA). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN INMUNOENSAYO PARA CONFIRMACIÓN DE ANTICUERPOS AL VIRUS DE LA HEPATITIS C QUE COMO VENTAJA TECNOLÓGICA TIENE UNA ÓPTIMA COBERTURA DE EPÍTOPOS INMUNODOMINANTES HCV UTILIZANDO ANTÍGENOS ÚNICOS Y ESPECÍFICOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA PROCESAR LAS PRUEBAS SEA MÍNIMO SEMI-AUTOMATIZADO Y GARANTICE LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS EMITIDOS, ES DECIR, NOS OTORQUE LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES. -----

PREGUNTA 23. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS. SOLICITAN ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO COMPACTO PARA COAGULACIÓN... SOLICITAMOS QUE LAS PRUEBAS QUE SE EVALUARÁN EN ESTE EQUIPO





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PUEDAN SER SUBROGADAS DERIVADO QUE LA CANTIDAD DE PRUEBAS ES MÍNIMA (1%) COMO LO MENCIONA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-253-SSA1-2012, PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ELEVAR LOS PRECIOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DERIVADA DE LA INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA CON BAJO CONSUMO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PARTICIPACIÓN? -----

RESPUESTA: LAS PRUEBAS REQUIEREN SER REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO DE SANGRE DE LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA IDONEIDAD, OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. -----

4. LABORATORIOS LICON, S.A. -----

PREGUNTA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. INCISO B) TARJETA PARA DETERMINAR ANTÍGENOS DEL SISTEMA RH (FENOTIPO C, C, E, E), INCLUYE DILUYENTE CON CAJA CON 48 TARJETAS PARA 96 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ME PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE 50 TARJETAS PARA 100 DETERMINACIONES, AJUSTÁNDONOS A LAS CANTIDADES REQUERIDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 2. PARTIDA 1. INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 10. SUSTANCIAS BIOLÓGICAS LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1). PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO A1. FRASCO DE 2 ML. RTC. CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. INCISO J) ANTI A1 LECTINA PARA LA PRUEBA EN TUBO O EN PLACA (DOLICHOS BIFLORUS) FORMULADO EN UN DILUYENTE REGULADO CONTENIENDO CLORURO DE SODIO. PARA DETERMINACIÓN DE GRUPO A1. FRASCO 5 ML. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL APARTADO CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS INCISO J (FRASCO 5 ML) ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? -----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 3. PARTIDA 1. INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 11. SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. LECTINA ANTI H (FITOAGLUTININA). FRASCO CON 2 ML. RTC. CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS. INCISO K) ANTI-H LECTINA (ULEX EUROPAEUS) SE UTILIZA PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS H (H1) EN CÉLULAS ROJAS DE LA SANGRE MEDIANTE LA PRUEBA EN TUBO. FRASCO 5 ML. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERA CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL APARTADO CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS INCISO k (FRASCO 5 ML) ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?-----

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. -----

PREGUNTA 4. PARTIDA 1. INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 20. IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, EN TÉCNICA DE GEL COMPUESTO DE GLÓBULOS ROJOS HUMANOS DE GRUPO HEMÁTICO O, EN SUSPENSIÓN AL 0,8% EN SOLUCIÓN TAMPONADA Y CON CONSERVANTES EQUIPO 11 X 5 ML CADUCIDAD: 28 DÍAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ME PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACION EQUIPO DE 11 X 3 ML AJUSTANDONOS A LAS





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

CANTIDADES REQUERIDAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 5. PARTIDA 1. INSUMOS AFÉRESIS. PARTIDA 21. TARJETA DE GEL PARA EL ESTUDIO DE MUESTRAS COOMBS DIRECTO POSITIVO, PERMITIENDO DIFERENCIAR GLÓBULOS ROJOS SENSIBILIZADOS IN VIVO POR INMUNOGLOBULINAS DEL TIPO IGG O LA FRACCIÓN C3D DEL COMPLEMENTO. CAJA CON 50 TARJETAS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ME PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACION DE 25 TARJETAS AJUSTANDONOS A LAS CANTIDADES REQUERIDAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 6. PARTIDA 2. PRUEBAS DE SEROLOGÍA. ARCHITECT IA SARS COV-2 IGG CONTROL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEBERA OFERTAR UN CONTROL DE TERCERA OPINIÓN CON LA FINALIDAD DE DETECTAR POSITIVOS DÉBILES Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA DETECCIÓN DE LA PRUEBA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

5. PHARMACUR, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. IV.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 7.- CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ESTE PUNTO EL FORMATO A PRESENTAR SERÁ LIBRE ¿ES CORRECTO? -----

RESPUESTA: ES CORRECTO. -----

PREGUNTA 2. IV.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL 18.- CONSTANCIA EMITIDA POR EL IMPI QUE ACREDITE QUE ES UNA MIPYME Y QUE PRODUZCA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI PARA EL CASO NO DE CONTAR CON ESTA ACRETACIÓN POR NO SER UNA EMPRESA QUE PRODUZCA, BASTARÁ CON EMITIR UNA CARTA BAJO PROTESTA, DE QUE NO APLICA ¿SE ACEPTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER EXCLUYENTE DE LO SOLICITADO. -----

PREGUNTA 3. ANEXO TÉCNICO. II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. PUNTO 1. LA CONVOCANTE SOLICITA EQUIPO SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS CON Prensa Neumática, 10 Detectores y 11 Programas diferentes de operación. Ya que estas características corresponden exclusivamente a una casa comercial limitando la participación. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar separador automático con doble prensa electrónica y guillotina, 8 detectores A1 - A8 para la detección de capas leucocitarias o eritrocitos y 6 cabezales con sensor que garantizan un proceso de separación de muy alta precisión y capacidad de almacenar hasta 50 protocolos diferentes de separación, ¿se acepta como opción? -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O SUPERIORES CARECTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 4. ANEXO TÉCNICO. II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. PUNTO 2.LA CONVOCANTE SOLICITA UN SELLADOR CON OPERACIÓN CONTINUA, TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA 3 HRS, PARA 1,000 SELLOS Y TIEMPO DE SELLADO <1.5 SEGUNDOS CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y OFRECER EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SELLADOR DE OPERACIÓN INTERMITENTE, CON MODERNA BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO QUE OFRECE LA CAPACIDAD DE HASTA 1,000 SELLOS POR CARGA COMPLETA EN TUBOS DE BOLSAS DE SANGRE ESTÁNDARES, HASTA 30 OPERACIONES DE SELLADO CONSECUTIVAS Y TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA DE HASTA 2 HORAS, CON AJUSTE AUTOMÁTICO DEL TIEMPO DE SELLADO DEPENDIENDO DEL ESPESOR DEL TUBO, EL CUÁL CUMPLE AMPLIAMENTE CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN? -----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O SUPERIORES CARECTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUTNA 5. ANEXO TÉCNICO. II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. Punto 3. LA CONVOCANTE SOLICITA AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA CON CALENTADOR LÁMPARA LIBRE DE PARPADEOS, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 0.5°C. EL AGITADOR DEBE REALIZAR AGITACIÓN DE 60 ± 5 CICLOS POR MINUTO, ALARMA INDICADORA DE FUSIBLE QUEMADO INTERRUPTOR DE PAUSA EN LA AGITACIÓN POR 10 SEGUNDOS AL COLOCAR Y RETIRAR BOLSAS. CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y OFERTAR EQUIPOS DE LA MAS ALTA TECNOLOGÍA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN AGITADOR CON INCUBADOR QUE SEA CAPAZ DE BRINDAR UNIFORMIDAD EN LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA SUPERIOR CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN DE PULSO DE PRECISIÓN, TEMPERATURA DIGITAL EN PANTALLA LCD, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 60 CICLOS POR MINUTO +- 10 %, MODO PAUSA/COMIENZO AUTOMÁTICO PARA ASEGURAR LA AGITACIÓN CONTINUA DE PLAQUETAS ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN? -----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O SUPERIORES CARECTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 6. ANEXO TÉCNICO. II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. PUNTO 4. LA CONVOCANTE SOLICITA SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA EN EL CUAL LAS LÁMINAS (NAVAJAS) SON SUSTITUIDAS AUTOMÁTICAMENTE Y SE ELIMINAN AUTOMÁTICAMENTE INTRODUCIÉNDOLAS EN UN CONTENEDOR DE DESECHOS SIN QUE ENTREN EN CONTACTO CON EL EXTERIOR. LAS LÁMINAS SE SUMINISTRAN EN CASSETTES, LO QUE ASEGURA SU FÁCIL SUSTITUCIÓN. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DISPOSITIVO DE CONEXIÓN DE ALTA FRECUENCIA, QUE PERMITE LA CONEXIÓN ESTÉRIL DE DOS CONJUNTOS DE TUBOS MÉDICOS DE PVC, QUE NO REQUIERA LÁMINAS PUES POSEE UN ELEMENTO PERMANENTE DE CALENTAMIENTO Y NO TIENE NINGÚN CONTACTO DIRECTO CON EL MATERIAL DE PVC BENEFICIANDO AL MEDIO AMBIENTE YA QUE FUNCIONA MEDIANTE CARTUCHOS DE CRÉDITOS. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN? -----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O SUPERIORES CARECTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PREGUNTA 7. ANEXO TÉCNICO. II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. Punto 5. LA CONVOCANTE SOLICITA UNA CENTRIFUGA CON VELOCIDAD MÁXIMA NMÁX 4700 RPM Y VALOR MÁXIMO RCF EN NMAX 7340XG, CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CENTRIFUGA REFRIGERADA CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 4500RPM Y 6520 DE RFC MÁX., CUMPLIENDO AMPLIAMENTE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN? -----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR EQUIPOS DE IGUALES O SUPERIORES CARECTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 8. ANEXO TÉCNICO. II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. PUNTO 5. LA CONVOCANTE SOLICITA UNA CENTRIFUGA CON DIMENSIONES ALTO 117.8 CM, ANCHO 80.0 CM, FONDO 90.5 CM CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA CENTRIFUGA CON 973 X 813 X 1.015 MM ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO POSEA IGUALES O SUPERIORES CARECTERÍSTICAS Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 9. ANEXO TÉCNICO. II. EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO Y AFÉRESIS. Punto 6. LA CONVOCANTE SOLICITA MÁQUINA DE AFÉRESIS TERAPÉUTICA PARA RECAMBIO PLASMÁTICO CON SISTEMA INCORPORADO PARA EL SELLADO DE LÍNEAS. YA QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A UNA CASA COMERCIAL Y CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA MÁQUINA DE AFÉRESIS TERAPÉUTICA SIN SISTEMA INCORPORADO DE SELLADO, PERO CON LA CAPACIDAD DE UTILIZARSE PARA RECAMBIOS PLASMÁTICOS, DONACIÓN DE PLAQUETAS Y RECOLECCIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES EN UNA MISMA PLATAFORMA Y ADICIONAL UN SELLADOR. ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN? -----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----

PREGUNTA 10. ANEXO TÉCNICO. II. CARACTERISTICAS DE LOS INSUMOS. INCISO D. LA CONVOCANTE SOLICITA EQUIPO FUNCIONALMENTE CERRADO, DE FLUJO CONTINUO DE UN SOLO ACCESO (UNIPUNCIÓN) PARA OBTENCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCORREDUCIDOS Y CONCENTRADO ERITROCITARIO EN UN SOLO PROCEDIMIENTO. CUENTA CON CÁMARA DE LEUCORREDUCCIÓN. OBTENCIÓN DE COMPONENTES FUERA DE LA CENTRÍFUGA DIRECTAMENTE EN LA BOLSA DE ALMACENAMIENTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS permita OFERTAR EQUIPO DE AFERESIS CON RECOLECCIÓN DE PLAQUETAS MEDIANTE UNA CAMARA DE SEPARACIÓN Y UNA CAMARA DE RECOLECCIÓN MIENTRAS MANTIENE UNA BAJA CONCENTRACIÓN DE LEUCOCITOS. CON SOLUCIÓN SALINA PREVIA AL INICIO DE LA RECOLECCIÓN PARA MATENER AL DONADOR ISOVOLÉMICO, ESTERILIZADOS POR RADIACIÓN PARA EVITAR RIESGOS RELACIONADOS CON EXPOSICIÓN AL OXIDO DE ETILENO ¿SE ACEPTA COMO OPCIÓN? -----

RESPUESTA: LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR LA MARCA QUE DESEEN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA POR LO MENOS CON LAS MISMAS CARÁCTERÍSTICAS O SUPERIORES Y SE OBTENGA CON ÉSTE EL RESULTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE. -----





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

PREGUNTA 11. ANEXO TÉCNICO. INMUNOHEMATOLOGIA Y PRUEBAS CRUZADAS.PARA EL CASO DEL EQUIPO "1. EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS INMUNOHEMATOLÓGICAS". SOLICITAMOS NOS PERMITA REFERENCIAR A NUMERAL SEGUIDO, ES DECIR, 1.1/1.2/1.3 LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS APARTADOS: DESCRIPCIÓN, CONSUMIBLES, REFACCIONES Y ACCESORIOS. ESTO CON EL FIN DE FACILITAR LA REVISIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. -----

UNA VEZ DADAS LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE, EL LIC. JESUS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARAN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE SE DIO RESPUESTA PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE 21 HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN EL SISTEMA COMPRANET. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, VERIFICAR SU CONTENIDO EN EL SISTEMA COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE ACTO.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE VEINTIDOS FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 01:00 PM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
DR. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ MARTÍNEZ	RESPONSABLE DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	
LIC. GABRIELA BAUTISTA HERNÁNDEZ	REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
C.P. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-012NBU999-E17-2021 RELATIVA A "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021". -----

-----FIN DE ACTA-----

