




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" No. LA-012NBU999-E83-2022

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL, MÉXICO-PUEBLA KM 34.5, ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56530, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EN ESTE ACTO, LA LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES, RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, LA DRA. MÓNICA SIERRA MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA Y LA C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES, TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" NO. LA-012NBU999-E83-2022, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY) 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO EN EL NUMERAL III.12. "JUNTA DE ACLARACIONES" DE LA CONVOCATORIA. -----

EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL III.12 "JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA" Y EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS MORALES QUE PRESENTARON ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, A TRAVÉS DE COMPRANET POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, CUYAS PREGUNTAS SE RECIBIERON CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	12
2	BIO RESEARCH IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	COMPRANET	1



EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, INFORMA QUE FUE ASISTIDO POR EL DR. CUSTAVO ACOSTA ALTAMIRANO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA, QUIEN SOLVENTÓ LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" No. LA-012NBU999-E83-2022

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA ACLARACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, A LAS PREGUNTAS FORMULADAS Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS. -----

ACLARACIÓN 1. NUMERAL II.9. "MODELO DE CONTRATO", SE PRECISA A LOS LICITANTES QUE EL MODELO DE CONTRATO ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL FORMATO 1 DE ESTA CONVOCATORIA. LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE COMPRANET, EN TÉRMINOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN (MANUAL) QUE CONTIENE LAS DIRECTRICES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DENOMINADO COMPRANET, PARA LA UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS, AL AMPARO DE LA LAASSP. -----

1.- ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.-----

PREGUNTA 1. EN LA PARTIDA 4 SOLICITAN: TAQ 2X MASTER MIX DE 500 REACCIONES. ¿ACEPTAN LA OFERTA DE ESTA PARTIDA SIN EL PRÉSTAMO DE LOS EQUIPOS? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 2. DE LA PARTIDA 20 A LA 23 SOLICITAN ENZIMAS DE RESTRICCIÓN CON EL PRÉSTAMO DE UN MICROSCOPIO CARL ZEISS ÓPTICO Y OTRO INVERTIDO DE LA MISMA MARCA. ¿ACEPTAN LA OFERTA DE ESTAS ENZIMAS SIN EL PRÉSTAMO DEL MICROSCOPIO? DEBIDO A QUE NO SE REQUIERE UN MICROSCOPIO PARA EL USO DE ESTAS ENZIMAS. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 3. EN LA PARTIDA 21 SOLICITAN: ENZIMA DE RESTRICCIÓN BAMHI. EN VIALES CON 2500U. ¿ACEPTAN VIALES CON 4,000U? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 4. EN LA PARTIDA 27 SOLICITAN: DOS VIALES DE 300UL DE ANTICUERPO DE CABRA ANTI-IGG(H+L) DE CONEJO, CONJUGADO CON FITC ¿ACEPTAN UN VIAL DE 2ML? -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 5. EN LAS PARTIDAS 38 A LA 40, 42 - 43 Y 48 A 50; SOLICITAN EL PRÉSTAMO DE UN MICROSCOPIO CARL ZEISS ÓPTICO Y OTRO INVERTIDO DE LA MISMA MARCA. ¿ACEPTAN LA OFERTA DE LAS PARTIDAS SIN EL PRÉSTAMO DEL MICROSCOPIO? DEBIDO A QUE SON CONSUMIBLES DE USO COMÚN Y NO SE REQUIERE DE UN MICROSCOPIO PARA SU USO. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 6. EN LA PARTIDA 38 SOLICITAN: BOLSAS DE 1000 PIEZAS DE TUBO DE EPPENDORF 1.5 ¿ACEPTAN LA MISMA CANTIDAD DE PIEZAS PERO EN BOLSAS DE 500 PIEZAS? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE REALICE LA CONVERSIÓN A LA UNIDAD DE MEDIDA PROPUESTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPETEN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL PRECIO UNITARIO. -----

PREGUNTA 7. EN LA PARTIDA 39 SOLICITAN: BOLSAS DE 1000 PIEZAS DE TUBO DE 0.5ML ¿ACEPTAN TUBOS DE 0.6 ML? -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" No. LA-012NBU999-E83-2022

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO, TODA VEZ QUE DICHS TUBOS SE USARÁN EN LA CENTRÍFUGA MI-20R AWEL MARCA NUAIRE. -----

PREGUNTA 8. EN LA PARTIDA 40 SOLICITAN: TUBOS PARA QPCR 0.2 PARA PUNTO FINAL CAJA CON 500 PZAS. ¿ACEPTAN LOS MISMOS TUBOS EN CAJAS DE 1000 PIEZAS? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE REALICE LA CONVERSIÓN A LA UNIDAD DE MEDIDA PROPUESTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPETEN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL PRECIO UNITARIO. -----

PREGUNTA 9. EN LAS PARTIDAS 48 A LA 50 SOLICITAN: CAJAS CON 1920 PIEZAS DE PUNTAS SIN FILTRO DE 1000, 200 Y 10. ¿ACEPTAN LAS MISMAS PUNTAS PERO EN CAJAS DE 4800 PIEZAS? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE REALICE LA CONVERSIÓN A LA UNIDAD DE MEDIDA PROPUESTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPETEN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL PRECIO UNITARIO. -----

PREGUNTA 10. EN LAS PARTIDAS 53 Y 54, SOLICITAN EL PRÉSTAMO DE UN MICROSCOPIO CARL ZEISS ÓPTICO Y OTRO INVERTIDO DE LA MISMA MARCA. ¿ACEPTAN LA OFERTA DE LAS PARTIDAS SIN EL PRÉSTAMO DEL EQUIPO? DEBIDO A QUE SON INSUMOS PARA MANEJAR NITRÓGENO LÍQUIDO, NADA TIENE QUE VER CON EL USO DE UN MICROSCOPIO. -----

RESPUESTA: NO SE ACEPTA Y DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO TÉCNICO. -----

PREGUNTA 11. EN LAS PARTIDAS 57 A LA 59, SOLICITAN PUNTAS CON FILTRO DE 100, 1000 Y 200 UL. ¿ACEPTAN LAS MISMAS PUNTAS PERO EN CAJAS DE 4800 PIEZAS? -----

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE REALICE LA CONVERSIÓN A LA UNIDAD DE MEDIDA PROPUESTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPETEN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL PRECIO UNITARIO. -----

PREGUNTA 12. EN LAS PARTIDAS 100 A LA 101 Y 102, SE SOLICITA EL PRÉSTAMO DE UN ANALIZADOR HS12 AUTOMATIZADO, COMPUTADORA, UPS TERMOCICLADOR, CENTRÍFUGA Y DOS MESAS. ¿QUÉ TIPO DE TERMOCICLADOR SE REQUIERE (PUNTO FINAL O TIEMPO REAL)? ¿CUÁLES SERÍAN LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA LA CENTRÍFUGA (REFRIGERADA O NO; PARA TUBOS O PARA PLACAS, ETC.)? -----

RESPUESTA: SE PRECISA QUE SE REQUEIRE TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL, CENTRÍFUGA, REFRIGERADA PARA TUBO DE 1.5 ML HASTA 14,000 RPM. -----

2.- BIO RESEARCH IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. -----

PREGUNTA 1. ¿SE DEBE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENCIAL, O ÚNICAMENTE DE MANERA DIGITAL MEDIANTE LA PLATAFORMA DE COMPRANET? -----

RESPUESTA: DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 1.2. "MEDIO Y CARÁCTER QUE SE UTILIZARÁ EN EL PROCEDIMIENTO" Y 1.2.2. "ELECTRÓNICA", SE REITERA QUE EXCLUSIVAMENTE SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES A TRAVÉS DE COMPRANET, SE UTILIZARÁN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. -----

UNA VEZ DADAS LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EL LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS, SEÑALA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 -----





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" No. LA-012NBU999-E83-2022

FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ENVIARÁN LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN OPORTUNIDAD EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE SE DIO RESPUESTA PARA FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS, DICHO PLAZO SERÁ DE SEIS HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN EL SISTEMA COMPRANET. ASIMISMO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO MÁXIMO EN EL QUE SE ENVIARÁN LAS CONTESTACIONES A LAS NUEVAS PREGUNTAS SERÁ DE DOS HORAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ESTAS. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, EN DONDE SE FIJARÁ LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR, POR TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, VERIFICAR SU CONTENIDO EN EL SISTEMA COMPRANET, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX SUSTITUYENDO ESTE PROCEDIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL PRESENTE ACTO.-----

ESTA ACTA, CONSTA DE CUATRO FOJAS, DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS 10:15 AM, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.-----

POR LA CONVOCANTE:

NOMBRE	CARGO Y/O ÁREA	FIRMA
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. MYRNA FERNANDA FERRUZCA CERVANTES	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	
DRA. MÓNICA SIERRA MARTÍNEZ	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA	
C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES	TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA PARA "LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO" NO. LA-012NBU999-E83-2022.-----

-----FIN DEL ACTA-----

